

**ПРОТОКОЛ №1/24.11.2015г**  
**за разглеждане, оценяване и класиране на офертите**  
**на основание: чл. 72 ЗОП**

Днес, 24.11.2015 г., в 10.00 часа, в гр. София, в рапортната зала 2-ри етаж на секция „Изгаряния и пластична хирургия“ на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД, гр. София 1606, бул. „Тотлебен“ № 21, на основание Заповед №1731/24.11.2015г. на Изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ЕАД Проф. д-р Стоян Миланов, д.м, комисия в състав: Член-председател: Проф. д-р – Диан Милушев и Членове: Доц. д-р Асен Балтов; д-р Атанас Кацаров; Петър Найденов- главен юрисконсулт и Веселина Денчева началник ОП, започна своята работа по реда на глава пета по реда, Раздел втори от ЗОП в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на медицинска апаратура за Специализиран травматологичен комплекс, съгласно спецификация“, открита с Решение №1551/20.10.2015г.

След получаване на списъка по чл. 68, ал. 1 от ЗОП с постъпилите оферти и самите оферти на участниците в обществената поръчка Председателят на комисията прочете заповедта и оповести имената на участниците.

В определения срок /12:00 часа на 23.11.2015 г./ са подадени документи от един кандидат, а именно:

Дарис-МС ЕООД – Вх. № 850-ОП/23.11.15г.-10:00 ч.

След като комисията се запозна със списъка на участниците, членовете на комисията подписаха декларации за съответствие на обстоятелствата по чл. 35, ал. 3 от ЗОП.

На заседанието на комисията не присъства представител на участника.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата.

Установено бе наличието на три отделни, запечатани и непрозрачни плика. Комисията подписа Плик № 3 на участника. Съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП Плик № 2 беше отворен и всяка страница от съдържащите се в него документи беше подписана от членовете на комисията.

Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 с оповестяване на документите, които се съдържат в него.

С това публичната част от заседанието на комисията приключи.

При закрити врати комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 1. Представени са:

- Списък на документите, съдържащи се в офертата
- Представяне на участника, включващо декларации по чл 47, ал.9 от ЗОП  
Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ.
- Лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения от Агенция за ядрено регулиране.
- Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелството по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП.
- Декларация за приемане на условията в проекта на договора.
- Попълнен, подписан и подпечатан проект на договор за изпълнение.
- Оригинал на банкова гаранция за участие в процедурата в размер на 3 750,00 лв.

**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА  
МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**  
София, бул. "Тотлебен" № 21

За доказване на техническите и квалификационни възможности съгласно чл. 51 от ЗОП и изискванията на възложителя, заложен в документацията за участие са представени:

- Оторизирано писмо от производителя на името на участника.
- Сертификати ISO 9001:2008 и ISO 13485:2012 на производителя.
- Декларация за наличие на сервизна база с обучени сервизни инженери във фирмата производител.
- Декларация – списък на специалистите, които участникът ще използва при изпълнението на обществена поръчка – по образец. Дипломи за завършено образование, удостоверения за правоспособност за работа с ИАЛ и сертификати на сервизни инженери.
- Декларация от участника, че предлаганото медицинско оборудване е ново, неупотребявано и е в текуща производствена листа на производителя след 01.01.2014г
- Сертификат ISO 9001:2008 на името на участника.
- Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС, издадена от производителя
- ЕС сертификат за система за гарантиране на качеството, съгласно Директива 93/42/ЕЕС, издаден от нотифициран орган.

Предвид изложеното до тук комисията счита, че участникът удовлетворява критериите за подбор на възложителя.

Поради липса на обстоятелствата по чл. 68, ал. 8 и задължението за спазване на сроковете по ал. 9 от ЗОП комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 2 на участника. Същият съдържа техническа оферта ведно с:

1. Таблица за съответствие с техническата спецификация
2. Каталог на производителя с технически данни на предлаганото оборудване и снимков материал
3. Декларация от производителя

В Техническата си оферта участникът е декларирал:

1. Авансово плащане - в размер до 35 /тридесет и пет/ на сто от общата стойност на договора до 5 /пет/ работни дни след отправена писмена заявка, дължима от страна на възложителя до 7 /седем/ календарни дни от подписване на договора за изпълнение. 65 % от стойността на договора - на равни месечни вноски за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца след доставка и пускане в експлоатация на оборудването.
2. Срок на доставка на оборудването: до 60 /шестдесет/ работни дни след получаване на писмена заявка от страна на Възложителя и извършено авансово плащане.
3. Срок за пускане в експлоатация: до 10 /десет/ работни дни след получаване на всички необходими разрешения за монтаж, пускане в експлоатация и Лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели предоставени от страна на Възложителя.
4. Време за реакция при повикване: до 24 /двадесет и четири/ часа след получаване на заявката да изпрати свой специалист/и, който да констатира повредата.

**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА  
МЕДИЦИНА “Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД**  
София, бул. “Тотлебен” № 21

5. Време за отстраняване на повреда: до 48 /четиридест и осем/ часа след извършване на диагностиката и констатиране на проблема, а ако е необходим по-дълъг срок той се определя в двустранен протокол за предаване на оборудването за ремонт.
6. Гаранционен срок на оборудването: 12 /дванадесет/ месеца.

Участникът е оферирал:

- РЕНТГЕНОВА УРЕДБА С-РАМО С 13” ЕОП – 1 брой, модел Symbol, производител GMM SPA, Италия
- РЕНТГЕНОВА УРЕДБА С-РАМО С 12” ЕОП – 1 брой, модел Symbol, производител GMM SPA, Италия
- РЕНТГЕНОВА УРЕДБА С-РАМО С 9” ЕОП – 1 брой, модел Symbol, производител GMM SPA, Италия

След подробно разглеждане на приложената сравнителна таблица и каталози комисията установи пълно съответствие със заложените от възложителя минимални характеристики на оборудването. Сравнителната таблица е изготвена съгласно предоставения на участниците формат в документацията за участие в процедурата. Същата е попълнена вярно, с точни препратки към техническите данни на оферираната медицинска техника. С приложената декларация от производителя участникът доказва разстояние от пода до горната повърхност на моноблока за трите подпозиции, както следва:

- ЕОП 13” – 489 мм, при изискване за не повече от 490 мм;
- ЕОП 12” – 526 мм, при изискване за не повече от 530 мм;
- ЕОП 9” – 489 мм, при изискване за не повече от 490 мм;

Предвид така изложеното комисията счита, че направеното от участника предложение удовлетворява напълно и съответства на техническата спецификация и респективно изискванията на възложителя.

Съгласно документацията за участие критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта”, при показатели за оценка, както следва:

P<sub>1</sub> – предложена цена – относителна тежест 50 точки

P<sub>2</sub> – допълнителни функционални характеристики – относителна тежест 50 точки, като под допълнителни функционални характеристики следва да се разбира наличието на следните технически параметри:

1. Орбитално движение на арката > 145° за трите подпозиции
2. Свободно пространство на арката при С-рамо с 9” ЕОП ≥ 800 mm
3. Разстояние източник/ЕОП (SID) при С-рамо с 9” ЕОП ≥ 998 mm

Методика за определяне на комплексната оценка /КО/:

Общата комплексна оценка на всяко предложение представлява сумата от оценките на отделните показатели, изразена във формулата: КО = P<sub>1</sub> + P<sub>2</sub>, с максимална стойност 100 точки.

Стойността на всеки показател в КО се определя по следния начин:

$$P_1 = \frac{\text{минимална предложена цена}}{\text{предложена цена}} \times 50, \text{ където „минимална предложена цена” е}$$

сумата от цените на отделните подпозиции, посочени в ценовата оферта на участника.

**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА  
МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД  
София, бул. "Тотлебен" № 21**

R<sub>2</sub> - стойността на този показател се определя по следния начин:

1. При покриване на всички 3 /три / броя от техническите параметри /допълнителни функционални характеристики/, участникът получава – максималната стойност от 50 /петдесет/ точки по този показател.

2. При покриване на 2 /два/ броя от техническите параметрите /допълнителни функционални характеристики/, участникът получава – 20 /двадесет/ точки.

3. При покриване на 1 /един/ брой от техническите параметри /допълнителни функционални характеристики/, участникът получава – 5 /пет/ точки.

Съгласно изискванията на чл. 69а, ал. 2 от ЗОП комисията пристъпи към оценка на офертата по показател R<sub>2</sub> – допълнителни функционални характеристики.

Съгласно приложената сравнителна таблица, съответно каталози с технически данни за оборудването се установи следното:

1. Орбиталното движение на арката и за трите подпозиции е по-голямо от 145°, а именно 146°;

2. Свободното пространство на арката при С-рамо с 9" ЕОП е 800 mm, с което участникът покрива изискването за свободно пространство на арката при С-рамо с 9" ЕОП  $\geq 800$  mm

3. Разстоянието източник/ЕОП (SID) при С-рамо с 9" ЕОП е 998 mm, с което участникът покрива изискването за Разстояние източник/ЕОП (SID) при С-рамо с 9" ЕОП  $\geq 998$  mm.

От получените резултати е видно, че са изпълнени /покрити/ и трите броя допълнителни функционални характеристики, за което участникът получава максималната стойност от 50 /петдесет/ точки по този показател.

С това заседанието на комисията приключи. Следващото открито заседание на комисията ще се състои на 29.12.2015 г. от 10:00 в аудиторията на Секция по изгаряне и пластична хирургия за отваряне на ценовата оферта на участника съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.

Настоящият протокол е съставен и подписан от всички членове на комисията в 15:40 ч. на 24.11.2015 г.

1. Проф. д-р Диан Мг

2. Доц. д-р Асен Балт

3. д-р Атанас Кацаро

4. Петър Найденов \_

5. Веселина Денчева \_

