

**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И  
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД  
София, бул. "Тотлебен" № 21**

Изх. № РД-37-318/26.05.2016 г.

ДО

КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на общ медицински консуматив“, открита с Решение № РД-20-381/13.04.2016 г.  
УИН в РОП № 00693-2016-0007.

Уважаеми Дами и господа,

На основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП /отм./ във връзка с постъпило запитване от страна на кандидат за участник в горещитираната процедура със следния текст:

„Обособена позиция 58, Анестезиология

Моля за уточнение на следните изисквания:

1. Позиции 11, 12 и 14 (овлажнителите) – в описанието на обособена позиция 58 е посочено името на фирма производител Technologie Medicale. Вместимостта на овлажнителите според описанието е 355 мл, каквито не фигурират в номенклатурата на Technologie Medicale. Възможно ли е, според продуктовата гама на фирмата, да се предложат овлажнителите с вместимост 250 мл или 500 мл?
2. Позиция 28 - Съпорт за аспирационен буркан 2 л. за релсова система – в спецификацията на Technologie Medicale проблемът е решен по друг начин и не е необходим такъв ринг. Възможно ли е да се предложи алтернативно решение?
3. В описанието на някои позиции има поставен символ звезда (\*). Моля да ни поясните какво означава символът или къде можем да видим описанието му?
4. За обособена позиция 58, Анестезиология - има ли изисквания за финансово състояние на участника, съгласно чл.50 от ЗОП 2004 год.?
5. Необходимо ли е издаването на нотариално заверено пълномощно за лицето, което да присъства при отваряне на документите, или е достатъчно обикновено пълномощно, издадено от управителя?
6. Необходимо ли е предаването на „Ценова оферта“ на магнитен носител?”

ВИ ДАВАМ СЛЕДНОТО РАЗЯСНЕНИЕ:

По въпрос № 1: Да, възможно е да се предложат овлажнителите с вместимост 250 мл.

По въпрос № 2: Да, възможно е да се приложи алтернативно решение при условие, че е за релсова система.

По въпрос № 3: Символът (\*) е използван като индикатор за разделяне на отделните описания и технически параметри и няма допълнително значение.

По въпрос № 4: Възложителят не е поставил минимални изисквания за икономическо и финансово състояние съгласно чл. 50 от ЗОП /отм./

По въпрос № 5: Не.

По въпрос № 6: На оптичен носител се предава единствено приложението към „Ценова оферта“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

проф. д-р Стоян Миланов, д.м.  
Изпълнителен директор

