

**РЕШЕНИЕ**

№ РД-26-597

гр. София, 12.04.....2017 г.

За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА ОБЩ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ”, открита с Решение № РД 20-381/13.04.2016г., като взех предвид протоколи №1/14.06.2016г; №2/29.07.2016г; № 3/22.12.2016г; №4/16.03.2017г; №5/03.04.2017г; №6/03.04.2017г и №7/11.04.2017г; от работата на комисия, назначена със Заповед № 20-707/14.06.2016 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД проф. д-р Стоян Миланов, изменена със Заповед № РД-26-391/16.03.2017г на Изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД проф.д-р Асен Балтов, за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с предмет: ДОСТАВКА НА ОБЩ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ открита с Решение РД 20-381/13.04.2016г

**РЕШИХ:**

**I. Обявявам класираните участници на първо място по обособените позиции, отразено в табличен вид неразделна част от настоящето решение – Таблица №1**

Мотиви: Представените от участниците оферти отговарят на предварително обявените критерии за подбор, изискванията на Възложителя и ЗОП.

**II. Определям за изпълнител участниците, класирани на първо място за съответните обособените позиции.**

**III. Отстранени от участие в процедурата участници, отразено в табличен вид неразделна част от настоящето решение – Таблица №2**

Мотиви: Всички мотиви са отразени в Таблица №2

**IV. Прекратявам процедурата в частта за обособени позиции, поради не явили се кандидати или не наличието на кандидати отговарящи на предварително обявените критерии за подбор, изисквани от Възложителя и ЗОП, както следва:**

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция 2/Анестезиология
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция 3/Анестезиология
Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция 4/Анестезиология

**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА  
МЕДИЦИНА “Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД**

София, бул. “Тотлебен” № 21

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция 6/Анестезиология
Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция 7/Анестезиология
Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция 12/Анестезиология
Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция 15/Анестезиология
Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция 16/Анестезиология
Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция 17/Анестезиология
Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция 19/Анестезиология
Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция 20/Анестезиология
Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция 21/Анестезиология
Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция 23/Анестезиология
Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция 26/Анестезиология
Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция 27/Анестезиология
Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция 30/Анестезиология
Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция 31/Анестезиология
Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция 32/Анестезиология
Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция 33/Анестезиология
Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция 35/Анестезиология
Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция 36/Анестезиология
Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция 40/Анестезиология
Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция 41/Анестезиология
Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция 42/Анестезиология
Обособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция 44/Анестезиология
Обособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция 45/Анестезиология
Обособена позиция № 46 / Заглавие на обособената позиция 46/Анестезиология
Обособена позиция № 49 / Заглавие на обособената позиция 49/Анестезиология
Обособена позиция № 50 / Заглавие на обособената позиция 50/Анестезиология

**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА  
МЕДИЦИНА “Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД**

София, бул. “Тотлебен” № 21

Обособена позиция № 51 / Заглавие на обособената позиция 51/Анестезиология
Обособена позиция № 52 / Заглавие на обособената позиция 52/Анестезиология
Обособена позиция № 53 / Заглавие на обособената позиция 53/Анестезиология
Обособена позиция № 54 / Заглавие на обособената позиция 54/Анестезиология
Обособена позиция № 55 / Заглавие на обособената позиция 55/Анестезиология
Обособена позиция № 56 / Заглавие на обособената позиция 56/Анестезиология
Обособена позиция № 57 / Заглавие на обособената позиция 57/Анестезиология
Обособена позиция № 59 / Заглавие на обособената позиция 59/Анестезиология
Обособена позиция № 66 / Заглавие на обособената позиция 66/Инвазивна кардиология 1
Обособена позиция № 69 / Заглавие на обособената позиция 69/Инвазивна кардиология 4
Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция 70/Инвазивна кардиология 5
Обособена позиция № 74 / Заглавие на обособената позиция 74/Инвазивна кардиология 9
Обособена позиция № 81 / Заглавие на обособената позиция 81/Инвазивна кардиология 16
Обособена позиция № 83 / Заглавие на обособената позиция 83/Инвазивна кардиология 18
Обособена позиция № 84 / Заглавие на обособената позиция 84/Инвазивна кардиология 19
Обособена позиция № 92 / Заглавие на обособената позиция 92/Клинична лаборатория 5
Обособена позиция № 99 / Заглавие на обособената позиция 99/Клинична лаборатория 12
Обособена позиция № 100 / Заглавие на обособената позиция 100/Клинична лаборатория 13
Обособена позиция № 103 / Заглавие на обособената позиция 103/Диализно лечение 3
Обособена позиция № 106 / Заглавие на обособената позиция 106/Диализно лечение 6

**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА  
МЕДИЦИНА “Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД**

София, бул. “Тотлебен” № 21

Обособена позиция № 109 / Заглавие на обособената позиция 109/Диализно лечение 9
Обособена позиция № 114 / Заглавие на обособената позиция 114/ Електрохирургия 1
Обособена позиция № 116 / Заглавие на обособената позиция 116/ Електрохирургия 3
Обособена позиция № 117 / Заглавие на обособената позиция 117/ Спешна ендоскопия 1
Обособена позиция № 118 / Заглавие на обособената позиция 118/ Спешна ендоскопия 2
Обособена позиция № 119 / Заглавие на обособената позиция 119/ Спешна ендоскопия 3
Обособена позиция № 121 / Заглавие на обособената позиция 121/ Спешна ендоскопия 5
Обособена позиция № 124 / Заглавие на обособената позиция 124/ Спешна ендоскопия 8
Обособена позиция № 126 / Заглавие на обособената позиция 126/ Спешна ендоскопия 10
Обособена позиция № 127 / Заглавие на обособената позиция 127/ Спешна ендоскопия 11
Обособена позиция № 131 / Заглавие на обособената позиция 131/Лабораторна стъклария 1
Обособена позиция № 132 / Заглавие на обособената позиция 132/Лабораторна стъклария 2
Обособена позиция № 133 / Заглавие на обособената позиция 133/Лабораторна стъклария 3
Обособена позиция № 134 / Заглавие на обособената позиция 134/Лабораторна стъклария 4
Обособена позиция № 135 / Заглавие на обособената позиция 135/Лабораторна стъклария 5
Обособена позиция № 136 / Заглавие на обособената позиция 136/Лабораторна стъклария 6
Обособена позиция № 137 / Заглавие на обособената позиция 137/Лабораторна стъклария 7
Обособена позиция № 138 / Заглавие на обособената позиция 138/Лабораторна стъклария 8

**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА  
МЕДИЦИНА “Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД**

София, бул. “Тотлебен” № 21

Обособена позиция № 139 / Заглавие на обособената позиция 139/Лабораторна стъклария 9
Обособена позиция № 140 / Заглавие на обособената позиция 140/Лабораторна стъклария 10
Обособена позиция № 141 / Заглавие на обособената позиция 141/Лабораторна стъклария 11
Обособена позиция № 142 / Заглавие на обособената позиция 142/Лабораторна стъклария 12
Обособена позиция № 143 / Заглавие на обособената позиция 143/Лабораторна стъклария 13
Обособена позиция № 144 / Заглавие на обособената позиция 144/Лабораторна стъклария 14
Обособена позиция № 145 / Заглавие на обособената позиция 145/Лабораторна стъклария 15
Обособена позиция № 146 / Заглавие на обособената позиция 146/Лабораторна стъклария 16
Обособена позиция № 150 / Заглавие на обособената позиция 150/ Клинична имунология 1
Обособена позиция № 151 / Заглавие на обособената позиция 151/ Клинична имунология 2
Обособена позиция № 152 / Заглавие на обособената позиция 152/ Клинична имунология 3
Обособена позиция № 153 / Заглавие на обособената позиция 153/ Клинична имунология 4
Обособена позиция № 154 / Заглавие на обособената позиция 154/ Клинична имунология 5
Обособена позиция № 155 / Заглавие на обособената позиция 155/ Клинична имунология 6
Обособена позиция № 157 / Заглавие на обособената позиция 157/ Клинична имунология 8
Обособена позиция № 158 / Заглавие на обособената позиция 158/ Клинична имунология 9
Обособена позиция № 159 / Заглавие на обособената позиция 159/ Клинична имунология 10
Обособена позиция № 162 / Заглавие на обособената позиция 162/ Клинична имунология 13

**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА  
МЕДИЦИНА “Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД**

София, бул. “Тотлебен” № 21

Обособена позиция № 172 / Заглавие на обособената позиция 172/Микробиология 8
Обособена позиция № 176 / Заглавие на обособената позиция 176/Микробиология 12
Обособена позиция № 180 / Заглавие на обособената позиция 180/Игли, спринцовки и режещи средства 2
Обособена позиция № 183 / Заглавие на обособената позиция 183/Неврохирургия 1
Обособена позиция № 187 / Заглавие на обособената позиция 187/Неврохирургия 5
Обособена позиция № 189 / Заглавие на обособената позиция 189/Неврохирургия 7
Обособена позиция № 191 / Заглавие на обособената позиция 191/Образна диагностика 2
Обособена позиция № 198 / Заглавие на обособената позиция 198/Образна диагностика 9
Обособена позиция № 200 / Заглавие на обособената позиция 200/Общоболничен консуматив 2
Обособена позиция № 201 / Заглавие на обособената позиция 201/Общоболничен консуматив 3
Обособена позиция № 203 / Заглавие на обособената позиция 203/Общоболничен консуматив 5
Обособена позиция № 204 / Заглавие на обособената позиция 204/Общоболничен консуматив 6
Обособена позиция № 205 / Заглавие на обособената позиция 205/Общоболничен консуматив 7
Обособена позиция № 208 / Заглавие на обособената позиция 208/Общоболничен консуматив 10
Обособена позиция № 215 / Заглавие на обособената позиция 215/Трансфузионна хематология 2
Обособена позиция № 216 / Заглавие на обособената позиция 216/Трансфузионна хематология 3
Обособена позиция № 217 / Заглавие на обособената позиция 217/Трансфузионна хематология 4
Обособена позиция № 218 / Заглавие на обособената позиция 218/Трансфузионна хематология 5

**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА  
МЕДИЦИНА “Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД**

София, бул. “Тотлебен” № 21

Обособена позиция № 219 / Заглавие на обособената позиция 219/Трансфузионна хематология 6
Обособена позиция № 221 / Заглавие на обособената позиция 221/Патология 1
Обособена позиция № 222 / Заглавие на обособената позиция 222/Патология 2
Обособена позиция № 224 / Заглавие на обособената позиция 224/Операционен консуматив 1
Обособена позиция № 228 / Заглавие на обособената позиция 228/Операционен консуматив 5
Обособена позиция № 239 / Заглавие на обособената позиция 239/Травматология и ортопедия 3
Обособена позиция № 240 / Заглавие на обособената позиция 240/Травматология и ортопедия 4
Обособена позиция № 241 / Заглавие на обособената позиция 241/Травматология и ортопедия 5
Обособена позиция № 242 / Заглавие на обособената позиция 242/Травматология и ортопедия 6
Обособена позиция № 244 / Заглавие на обособената позиция 244/Травматология и ортопедия 8
Обособена позиция № 245 / Заглавие на обособената позиция 245/Травматология и ортопедия 9
Обособена позиция № 246 / Заглавие на обособената позиция 246/Травматология и ортопедия 10
Обособена позиция № 247 / Заглавие на обособената позиция 247/Травматология и ортопедия 11
Обособена позиция № 249 / Заглавие на обособената позиция 249/Травматология и ортопедия 13
Обособена позиция № 250 / Заглавие на обособената позиция 250/Травматология и ортопедия 14
Обособена позиция № 251 / Заглавие на обособената позиция 251/Урология 1
Обособена позиция № 252 / Заглавие на обособената позиция 252/Урология 2
Обособена позиция № 253 / Заглавие на обособената позиция 253/Урология 3
Обособена позиция № 254 / Заглавие на обособената позиция 254/Урология 4
Обособена позиция № 257 / Заглавие на обособената позиция 257/Съдова хирургия 2

**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА  
МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21

Обособена позиция № 258 / Заглавие на обособената позиция 258/Съдова хирургия 3

Обособена позиция № 259 / Заглавие на обособената позиция 259/Съдова хирургия 4

Обособена позиция № 260 / Заглавие на обособената позиция 260/Съдова хирургия 5

На основание чл. 120, ал.1 от ЗОП/отм/, настоящото решение подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Комисия за защита на конкуренцията в десетдневен срок от връчването му.

На основание чл.73, ал.3 от ЗОП/отм/, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници.

На основание чл.73, ал. 4 от ЗОП/отм/, настоящото решение да се публикува в профила на купувача заедно с протокола на комисията и в същия ден да се изпрати на участниците.

Възложител: .....

проф. д-р Асен Балтов

Изпълнителен директор





Таблица №1 Класиране на участниците по обособени позиции

Обособена позиция	Участник
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция 1/Анестезиология	Медицинска Техника Инженеринг ООД
Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция 5/Анестезиология	Дъчмед Интернешанъл ЕООД
Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция 8/Анестезиология	Медилон ЕООД
Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция 9/Анестезиология	Медилон ЕООД
Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция 10/Анестезиология	Медицинска Техника Инженеринг ООД
Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция 11/Анестезиология	Соломед ЕООД
Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция 13/Анестезиология	Медицинска Техника Инженеринг ООД
Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция 14/Анестезиология	Медилон ЕООД
Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция 18/Анестезиология	Софарма трейдинг АД
Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция 22/Анестезиология	Елпак Лизинг ЕООД
Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция 24/Анестезиология	Соломед ЕООД
Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция 25/Анестезиология	Медилон ЕООД
Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция 28/Анестезиология	Медилон ЕООД
Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция 29/Анестезиология	Софинформпродукт - Грозданов ЕООД
Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция 34/Анестезиология	Диамед ООД
Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция 37/Анестезиология	Инфомед ЕООД
Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция 38/Анестезиология	РСР ЕООД
Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция 39/Анестезиология	Медицинска Техника Инженеринг ООД
Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция 43/Анестезиология	РСР ЕООД
Обособена позиция № 47 / Заглавие на обособената позиция 47/Анестезиология	Медицинска Техника Инженеринг ООД
Обособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция 48/Анестезиология	ГЮС ООД
Обособена позиция № 58 / Заглавие на обособената позиция 58/Анестезиология	Сиконикс Груп ООД
Обособена позиция № 60 / Заглавие на обособената позиция 60/Анестезиология	Медилон ЕООД
Обособена позиция № 61 / Заглавие на обособената позиция 61/Анестезиология	РСР ЕООД
Обособена позиция № 62 / Заглавие на обособената позиция 62/Анестезиология	Медицинска Техника Инженеринг ООД
Обособена позиция № 63 / Заглавие на обособената позиция 63/Анестезиология	Медилон ЕООД
Обособена позиция № 64 / Заглавие на обособената позиция 64/Анестезиология	Бикомед ООД
Обособена позиция № 65 / Заглавие на обособената позиция 65/Анестезиология	РСР ЕООД
Обособена позиция № 67 / Заглавие на обособената позиция 67/Инвазивна кардиология 2	Булмед 2000 ЕООД
Обособена позиция № 68 / Заглавие на обособената позиция 68/Инвазивна кардиология 3	Вега Медикал ЕООД
Обособена позиция № 71 / Заглавие на обособената позиция 71/Инвазивна кардиология 6	Екос Медика ООД
Обособена позиция № 72 / Заглавие на обособената позиция 72/Инвазивна кардиология 7	Маримпекс ЕООД

Обособена позиция № 73 / Заглавие на обособената позиция 73/Инвазивна кардиология 8	Медимаг ЕООД
Обособена позиция № 75 / Заглавие на обособената позиция 75/Инвазивна кардиология 10	Булмед 2000 ЕООД
Обособена позиция № 76 / Заглавие на обособената позиция 76/Инвазивна кардиология 11	Диагностик Имиджинг ООД
Обособена позиция № 77 / Заглавие на обособената позиция 77/Инвазивна кардиология 12	Медихелп ЕООД
Обособена позиция № 78 / Заглавие на обособената позиция 78/Инвазивна кардиология 13	Кардио Медикал ЕООД
Обособена позиция № 79 / Заглавие на обособената позиция 79/Инвазивна кардиология 14	Невро Коронари Периферал Дивайсис ООД
Обособена позиция № 80 / Заглавие на обособената позиция 80/Инвазивна кардиология 15	Б. Браун Медикал ЕООД
Обособена позиция № 82 / Заглавие на обособената позиция 82/Инвазивна кардиология 17	Софарма трейдинг АД
Обособена позиция № 85 / Заглавие на обособената позиция 85/Инвазивна кардиология 20	Булмед 2000 ЕООД
Обособена позиция № 86 / Заглавие на обособената позиция 86/Инвазивна кардиология 21	Соломед ЕООД
Обособена позиция № 87 / Заглавие на обособената позиция 87/Инвазивна кардиология 22	Медикъл Бридж ООД
Обособена позиция № 88 / Заглавие на обособената позиция 88/Клинична лаборатория 1	Аквахим АД
Обособена позиция № 89 / Заглавие на обособената позиция 89/Клинична лаборатория 2	Перфект медика ООД
Обособена позиция № 90 / Заглавие на обособената позиция 90/Клинична лаборатория 3	Аквахим АД
Обособена позиция № 91 / Заглавие на обособената позиция 91/Клинична лаборатория 4	Аквахим АД
Обособена позиция № 93 / Заглавие на обособената позиция 93/Клинична лаборатория 6	Медицинска Техника Инженеринг ООД
Обособена позиция № 94 / Заглавие на обособената позиция 94/Клинична лаборатория 7	Диамед ООД
Обособена позиция № 95 / Заглавие на обособената позиция 95/Клинична лаборатория 8	ЕТ Биомед Николай Голомехов
Обособена позиция № 96 / Заглавие на обособената позиция 96/Клинична лаборатория 9	Перфект медика ООД
Обособена позиция № 97 / Заглавие на обособената позиция 97/Клинична лаборатория 10	Перфект медика ООД
Обособена позиция № 98 / Заглавие на обособената позиция 98/Клинична лаборатория 11	З МЕД ЕООД
Обособена позиция № 101 / Заглавие на обособената позиция 101/Диализно лечение 1	Етропал Трейд ООД
Обособена позиция № 102 / Заглавие на обособената позиция 102/Диализно лечение 2	Етропал Трейд ООД
Обособена позиция № 104 / Заглавие на обособената позиция 104/Диализно лечение 4	Сани Мед ЕООД
Обособена позиция № 105 / Заглавие на обособената позиция 105/Диализно лечение 5	Фьоникс Фарма ЕООД
Обособена позиция № 107 / Заглавие на обособената позиция 107/Диализно лечение 7	Сани Мед ЕООД
Обособена позиция № 108 / Заглавие на обособената позиция 108/Диализно лечение 8	Сани Мед ЕООД
Обособена позиция № 110 / Заглавие на обособената позиция 110/Диализно лечение 10	Соломед ЕООД
Обособена позиция № 111 / Заглавие на обособената позиция 111/Диализно лечение 11	Етропал Трейд ООД
Обособена позиция № 112 / Заглавие на обособената позиция 112/Диализно лечение 12	Етропал Трейд ООД
Обособена позиция № 113 / Заглавие на обособената позиция 113/Диализно лечение 13	Дъчмед Интернешанъл ЕООД
Обособена позиция № 115 / Заглавие на обособената позиция Позиция 115/Електрохирургия 2	Екос Медика ООД
Обособена позиция № 120 / Заглавие на обособената позиция 120/ Спешна ендоскопия 4	Инфомед ЕООД

Обособена позиция № 122 / Заглавие на обособената позиция 122/ Спешна ендоскопия 6	Инфомед ЕООД
Обособена позиция № 123 / Заглавие на обособената позиция 123/ Спешна ендоскопия 7	Инфомед ЕООД
Обособена позиция № 125 / Заглавие на обособената позиция 125/ Спешна ендоскопия 9	Инфомед ЕООД
Обособена позиция № 128 / Заглавие на обособената позиция 128/ Спешна ендоскопия 12	Инфомед ЕООД
Обособена позиция № 129 / Заглавие на обособената позиция 129/Рентгенови филми 1	Медикъл Имидж ООД
Обособена позиция № 130 / Заглавие на обособената позиция 130/Рентгенови филми 2	Елпак Лизинг ЕООД
Обособена позиция № 147 / Заглавие на обособената позиция 147/ Хирургични ръкавици 1	Соломед ЕООД
Обособена позиция № 148 / Заглавие на обособената позиция 148/ Хирургични ръкавици 2	Соломед ЕООД
Обособена позиция № 149 / Заглавие на обособената позиция 149/ Хирургични ръкавици 3	Соломед ЕООД
Обособена позиция № 156 / Заглавие на обособената позиция 156/ Клинична имунология 7	Диамед ООД
Обособена позиция № 160 / Заглавие на обособената позиция 160/ Клинична имунология 11	Елта- 90 М ООД
Обособена позиция № 161 / Заглавие на обособената позиция 161/ Клинична имунология 12	Елта- 90 М ООД
Обособена позиция № 163 / Заглавие на обособената позиция 163/ Клинична имунология 14	Диамед ООД
Обособена позиция № 164 / Заглавие на обособената позиция 164/ Клинична имунология 15	Диамед ООД
Обособена позиция № 165 / Заглавие на обособената позиция 165/Микробиология 1	Ридаком ЕООД
Обособена позиция № 166 / Заглавие на обособената позиция 166/Микробиология 2	Елта- 90 М ООД
Обособена позиция № 167 / Заглавие на обособената позиция 167/Микробиология 3	Диамед ООД
Обособена позиция № 168 / Заглавие на обособената позиция 168/Микробиология 4	Интер Бизнес 91 ЕООД
Обособена позиция № 169 / Заглавие на обособената позиция 169/Микробиология 5	Бул Био - НЦЗПБ ЕООД
Обособена позиция № 170 / Заглавие на обособената позиция 170/Микробиология 6	Ридаком ЕООД
Обособена позиция № 171 / Заглавие на обособената позиция 171/Микробиология 7	Ридаком ЕООД
Обособена позиция № 173 / Заглавие на обособената позиция 173/Микробиология 9	Ридаком ЕООД
Обособена позиция № 174 / Заглавие на обособената позиция 174/Микробиология 10	Елта- 90 М ООД
Обособена позиция № 175 / Заглавие на обособената позиция 175/Микробиология 11	Интер Бизнес 91 ЕООД
Обособена позиция № 177 / Заглавие на обособената позиция 177/Микробиология 13	Диамед ООД
Обособена позиция № 178 / Заглавие на обособената позиция 178/Микробиология 14	Ридаком ЕООД
Обособена позиция № 179 / Заглавие на обособената позиция 179/Игли, спринцовки и режещи средства 1	Фаркол АД
Обособена позиция № 181 / Заглавие на обособената позиция 181/Игли, спринцовки и режещи средства 3	Бикомед ООД
Обособена позиция № 182 / Заглавие на обособената позиция 182/Игли, спринцовки и режещи средства 4	Софарма трейдинг АД
Обособена позиция № 184 / Заглавие на обособената позиция 184/Неврохирургия 2	Ви Енд Ди Сървисис ООД
Обособена позиция № 185 / Заглавие на обособената позиция 185/Неврохирургия 3	РСР ЕООД
Обособена позиция № 186 / Заглавие на обособената позиция 186/Неврохирургия 4	Новимед ООД
Обособена позиция № 188 / Заглавие на обособената позиция 188/Неврохирургия 6	РСР ЕООД

Обособена позиция № 190 / Заглавие на обособената позиция 190/Образна диагностика 1	Соломед ЕООД
Обособена позиция № 192 / Заглавие на обособената позиция 192/Образна диагностика 3	Фьоникс Фарма ЕООД
Обособена позиция № 193 / Заглавие на обособената позиция 193/Образна диагностика 4	Фьоникс Фарма ЕООД
Обособена позиция № 194 / Заглавие на обособената позиция 194/Образна диагностика 5	Фьоникс Фарма ЕООД
Обособена позиция № 195 / Заглавие на обособената позиция 195/Образна диагностика 6	Емония Фарматех България ЕООД
Обособена позиция № 196 / Заглавие на обособената позиция 196/Образна диагностика 7	Фьоникс Фарма ЕООД
Обособена позиция № 197 / Заглавие на обособената позиция 197/Образна диагностика 8	Фьоникс Фарма ЕООД
Обособена позиция № 199 / Заглавие на обособената позиция 199/Общоболничен консуматив 1	Етропал Трейд ООД
Обособена позиция № 202 / Заглавие на обособената позиция 202/Общоболничен консуматив 4	Софинформпродукт - Грозданов ЕООД
Обособена позиция № 206 / Заглавие на обособената позиция 206/Общоболничен консуматив 8	АГАРТА-ЦМ ЕООД
Обособена позиция № 207 / Заглавие на обособената позиция 207/Общоболничен консуматив 9	Екос Медика ООД
Обособена позиция № 209 / Заглавие на обособената позиция 209/Общоболничен консуматив 11	Соломед ЕООД
Обособена позиция № 210 / Заглавие на обособената позиция 210/Общоболничен консуматив 12	Софарма трейдинг АД
Обособена позиция № 211 / Заглавие на обособената позиция 211/Общоболничен консуматив 13	Соломед ЕООД
Обособена позиция № 212 / Заглавие на обособената позиция 212/Общоболничен консуматив 14	Соломед ЕООД
Обособена позиция № 213 / Заглавие на обособената позиция 213/Общоболничен консуматив 15	АГАРТА-ЦМ ЕООД
Обособена позиция № 214 / Заглавие на обособената позиция 214/Трансфузионна хематология 1	Антисел България ООД
Обособена позиция № 220 / Заглавие на обособената позиция 220/Трансфузионна хематология 7	Диамед ООД
Обособена позиция № 223 / Заглавие на обособената позиция 223/Патология 3	Аквахим АД
Обособена позиция № 225 / Заглавие на обособената позиция 225/Операционен консуматив 2	АГАРТА-ЦМ ЕООД
Обособена позиция № 226 / Заглавие на обособената позиция 226/Операционен консуматив 3	Булмар МЛ ООД
Обособена позиция № 227 / Заглавие на обособената позиция 227/Операционен консуматив 4	Булмар МЛ ООД
Обособена позиция № 229 / Заглавие на обособената позиция 229/Операционен консуматив 6	Софарма трейдинг АД
Обособена позиция № 230 / Заглавие на обособената позиция 230/Стерилизация 1	Медилон ЕООД
Обособена позиция № 231 / Заглавие на обособената позиция 231/Стерилизация 2	Ридаком ЕООД
Обособена позиция № 232 / Заглавие на обособената позиция 232/Стерилизация 3	Вакпак Медикал ООД
Обособена позиция № 233 / Заглавие на обособената позиция 233/Стерилизация 4	Вакпак Медикал ООД
Обособена позиция № 234 / Заглавие на обособената позиция 234/Стерилизация 5	Вакпак Медикал ООД
Обособена позиция № 235 / Заглавие на обособената позиция 235/Стерилизация 6	Вакпак Медикал ООД
Обособена позиция № 236 / Заглавие на обособената позиция 236/Стерилизация 7	Сервизмед ООД
Обособена позиция № 237 / Заглавие на обособената позиция 237/Травматология и ортопедия 1	Фаркол АД
Обособена позиция № 238 / Заглавие на обособената позиция 238/Травматология и ортопедия 2	Екос Медика ООД
Обособена позиция № 243 / Заглавие на обособената позиция 243/Травматология и ортопедия 7	Сико - Фарма ООД

Обособена позиция № 248 / Заглавие на обособената позиция 248/Травматология и ортопедия 12	ЮСС Медика ООД
Обособена позиция № 255 / Заглавие на обособената позиция 255/Урология 5	Медицинска Техника Инженеринг ООД
Обособена позиция № 256 / Заглавие на обособената позиция 256/Съдова хирургия 1	Кардио Медикал ЕООД
Обособена позиция № 261 / Заглавие на обособената позиция 261/Съдова хирургия 6	Кардио Медикал ЕООД

Изпълнителен директор:

Сл. 2 от ЗЗЛД

Таблица №2 Отстранени участници по обособени позиции

Обособени позиции	Отстранени участници
<p>Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция 1/Анестезиология</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Медилон“ ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл. 69, ал. 1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> <li>• „ГЮС“ ООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл. 69, ал. 1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция 2/Анестезиология</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дъчмед Интернешанъл ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл. 69, ал. 1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> <li>• „ГЮС“ ООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл. 69, ал. 1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция 3/Анестезиология</p>	<p>„ГЮС“ ООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл. 69, ал. 1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>

<p>Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция 4/Анестезиология</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дъчмед Интернешанъл ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл. 69, ал. 1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> <li>• Медилон ЕООД - Съгласно техническата спецификация за тази обособена позиция е необходимо да се оферира от участника „Двойнолуменна ендобронхиална трахеостомна канюла за разделна вентилация – лява бронх – еднократна“. Съгласно приложената спецификация от участника, същия оферира продукти по каталожни номера 125-37 и 125-39, които отговарят на ендобронхиална тръба лява, което се различава от изискваната ендобронхиална трахеостомна канюла. Приложените инструкции за употреба на предлаганото медицинско изделие са на чужд език, съгласно документацията за участие същите би следвало да са на български език.Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: - стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция 6/Анестезиология</p>	<p>Медилон ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставено от производителя или неговия упълномощен представител</li> <li>- ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: - стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция 7/Анестезиология</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сърджимед ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция 8/Анестезиология</p>	<p>РСР ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие с номенклатури 6, 7 и 8;</li> <li>- липсва Каталози, технически данни, образци, описание и/или фотоснимки на медицинските изделия на предлаганите продукти с номенклатури 6, 7 и 8;</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: - стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция 9/Анестезиология</p>	<p>Соломед ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>

<p>Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция 11/Анестезиология</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Елпак Лизинг ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва Копие на сертификата за съответствие със стандарти EN ISO 13485 или еквивалентни на името на производителя</li> <li>- липсва Декларация за нанесена „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие</li> </ul> </li> <li>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul> </li> <li>• Дъчмед Интернешанъл ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл. 69, ал. 1, т.3 от ЗОП /отм/, Комисията предлага за отстраняване от участие. С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> <li>• РСР ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие с номенклатури от 1 до 5;</li> <li>- липсва Кataloзи, технически данни, образци, описание и/или фотоснимки на медицинските изделия на предлаганите продукти с номенклатури от 1 до 5;</li> </ul> </li> <li>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция 12/Анестезиология</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Соломед ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ</li> </ul> </li> <li>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul> </li> <li>• Дъчмед Интернешанъл ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл. 69, ал. 1, т.3 от ЗОП /отм/, Комисията предлага за отстраняване от участие. С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция 14/Анестезиология</p>	<p>Соломед ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>



<p>Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция 15/Анестезиология</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дъчмед Интернешанъл ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> <li>• РСР ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие;</li> <li>- липсва Кatalози, технически данни, образци, описание и/или фотоснимки на медицинските изделия на предлаганите продукти;</li> </ul> </li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> <li>• ГЮС ООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие;</li> <li>- липсва Кatalози, технически данни, образци, описание и/или фотоснимки на медицинските изделия на предлаганите продукти;</li> </ul> </li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция 16/Анестезиология</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Соломед ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дъчмед Интернешанъл ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> <li>• РСР ЕООД - констатирани са допуснати грешки в техническата спецификация (приложение на Ценовата оферта на участника), а именно: за номенклатура 3 „Назални канюли – за възрастни“, участникът е оферирал единична цена 0,67лв с ДДС. Прогнозното количество е 13000. Следователно общата стойност на тази номенклатура би следвала да е 13000x0,67=8710,00лв с ДДС, а не както е отбелязал участникът 8736,00лв с ДДС. С оглед на това Общата стойност на колоната също се променя, респективно и стойността оферирана от участника в образеца на Ценовата оферта. С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>

<p>Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция 18/Анестезиология</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Медилон ЕООД - В приложеното Писмо за потвърждение от Covident AG от 25.01.2016 са описани кодовете на продуктите, които потвърждават, че ще бъдат доставени, като е установено, че описаните кодове за номенклатури 1, 2 и 5 (съответно 13321, 13324, 13113) в техническата оферта на участника, липсват в оторизационното писмо, също така не е упълномощен участника, а трето лице. Приложените инструкции за употреба на предлаганото медицинско изделие са на чужд език, съгласно документацията за участие същите би следвало да са на български език. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: - стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> <li>• Истинк България ООД - В представеният превод на Пълномощно за търг от Хангджоу Шангйоу Медикал Екипмент Ко, Лтд. (производител) е установено, че е дресирано общо към директори на болници в България и е валидно за 5 години, но не е посочена конкретна дата на неговото издаване и/или упоменаване на конкретен търг, за който е приложимо (валидно за българския превод и за английския текст). Също така е установено очевидно разминаване в превода на български език, по отношение на вида на медицинските консумативи, които участника има право да дистрибутира, както и липсващи части в превода на български като например в английската версия е упомената дата Май 2016, която липсва в българския превод. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: - стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция 19/Анестезиология</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Солomed ЕООД - При отварянето на ценовите оферти е установено, че липсва образец на Ценовата оферта в плика на участник „Солomed“ ЕООД. С оглед на това и на основания стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> <li>• Медилон ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция 21/Анестезиология</p>	<p>Медилон ЕООД - За номенклатура 6 „Удължителен – дължина 150мм до 220мм“, участникът е оферирал медицинско изделие под каталожен номер 331/5661. При справка в предоставения каталог от участника е установено, че дължината медицинското изделие е 7/16см следователно предложения продукт не отговаря на изискванията на Възложителя.</p> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: - стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция 22/Анестезиология</p>	<p>Истинк България ООД - В представеният превод на Пълномощно за търг от Хангджоу Шангйоу Медикал Екипмент Ко, Лтд. (производител) е установено, че е дресирано общо към директори на болници в България и е валидно за 5 години, но не е посочена конкретна дата на неговото издаване и/или упоменаване на конкретен търг, за който е приложимо (валидно за българския превод и за английския текст).</p> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: - стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>

<p>Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция 23/Анестезиология</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Соломед ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> <li>• Медилон ЕООД - От приложените документи за оферираното медицинско изделие от участника не става ясно дали предлаганата РЕЕР клапа се предлага самостоятелно или като част от дихателния кръг, както и какви са характеристиките ѝ.</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: - стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция 25/Анестезиология</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Соломед ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> <li>• РСР ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: - липсва Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие; - липсва Кataloзи, технически данни, образци, описание и/или фотоснимки на медицинските изделия на предлаганите продукти;</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: - стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция 26/Анестезиология</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Соломед ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие..</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция 27/Анестезиология</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дъчмед Интернешанъл ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>

<p>Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция 28/Анестезиология</p>	<p>Соломед ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ</li> <li>- липсва Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие</li> <li>- липсват Кataloзи, технически данни, образци, описание и/или фотоснимки на медицинските изделия на предлаганите продукти</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <p>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция 29/Анестезиология</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Елпак Лизинг ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- представената техническа оферта по образец не е подписана представителя на участника, следователно не може да бъде приета за приложена;</li> <li>- липсва оторизация /пълномощно/ за продажба на съответните медицински изделия на името на кандидата или участника за територията на Р.България, издадена от производителя Medical Devices (вписан от участника в техническата спецификация към техническата оферта). Приложеното пълномощно е от Invotech Excel FZCO, който не е вписан като производител на нито една номенклатура</li> <li>- липсва Копие на сертификата за съответствие със стандарти EN ISO 13485 и EN ISO 9001 или еквивалентни на името на производителя Medical Devices (вписан от участника в техническата спецификация към техническата оферта).</li> <li>- липсва Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставено от производителя Medical Devices (вписан от участника в техническата спецификация към техническата оферта).</li> </ul> </li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <p>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дъчмед Интернешанъл ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Гюс ООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва оторизация /пълномощно/ за продажба на съответните медицински изделия на името на кандидата или участника за територията на Р.България, издадена от производителя;</li> <li>- липсва Декларация за нанесена „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие;</li> <li>- липсва Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие;</li> <li>- приложения каталог е на чужд език, следователно участникът не се е съобразил с изискването на Възложителя за български превод;</li> </ul> </li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>

Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция 30/Анестезиология	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вега Медикал ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция 31/Анестезиология	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Соломед ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция 33/Анестезиология	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Соломед ЕООД - участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ</li> <li>- липсва Инstrukция за употреба на предлаганото медицинско изделие</li> </ul> </li> <li>От представените документи е установено разминаване между изискванията на Възложителя и офертираното от участника за номенклатура 2. От документацията е видно, че в номенклатура 2 е изискано „Еднолумен с размер на катетъра: диаметър 3,0 Fg и дължина 50cm“. Участникът е оферирал продукта с каталожен номер 1294.13. След направена проверка в приложения каталог е установено, че участникът е оферирал продукт с дължина 60cm, следователно не отговаря на изискванията на Възложителя. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul> </li> <li>• Вега Медикал ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция 35/Анестезиология	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Соломед ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция 36/Анестезиология	<p>Медицинска Техника Инженеринг ООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>

<p>Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция 38/Анестезиология</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Елпак Лизинг ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: - липсва Копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 и EN ISO 9001 или еквивалентни на името на производителя Съгласно Допълнителните изисквания към консумативите за тази обособена позиция, част от документацията на настоящата обществена поръчка е изискано за тази позиция: „Силиконов мануален ресусцитатор комплект - в комплект със силиконова маска, РЕЕР клапа, кислороден резервоарен мех, клапа за свръхналягане при 40-60 см воден стълб, кислороден шланг с дължина над 180 см, автоклавируем. Обем – новороденски 250 до 300 мл, педиатричен – 500 до 570 мл, за възрастни – 1500 до 1800 мл;“. В представените документи за офертираните медицински консумативи не съответстват на заложеното изискване от Възложителя, като системата не включва РЕЕР клапа Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: - стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> <li>• Солomed ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Истинк България ООД - В представеният превод на Пълномощно за търг от Хангджоу Шангйоу Медикал Екипмент Ко, Лтд. (производител) е установено, че е дресирано общо към директори на болници в България и е валидно за 5 години, но не е посочена конкретна дата на неговото издаване и/или упоменаване на конкретен търг, за който е приложимо (валидно за българския превод и за английския текст). Също така е установено очевидно разминаване в превода на български език, по отношение на наличието на датата Май 2016 в българския превод, която дата не е налична в английската версия. Съгласно Допълнителните изисквания към консумативите за тази обособена позиция, част от документацията на настоящата обществена поръчка е изискано за тази позиция: „Силиконов мануален ресусцитатор комплект - в комплект със силиконова маска, РЕЕР клапа, кислороден резервоарен мех, клапа за свръхналягане при 40-60 см воден стълб, кислороден шланг с дължина над 180 см, автоклавируем. Обем – новороденски 250 до 300 мл, педиатричен – 500 до 570 мл, за възрастни – 1500 до 1800 мл;“. В представените документи за офертираните медицински консумативи не съответстват на заложеното изискване от Възложителя, като системата не включва РЕЕР клапа. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: - стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>

<p>Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция 39/Анестезиология</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Елпак Лизинг ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> <li>• Солomed ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> <li>• ГЮС ООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция 40/Анестезиология</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Солomed ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: - липсва Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ - липсва Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: - стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> <li>• РСР ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: - липсва Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие; - липсва Кataloзи, технически данни, образци, описание и/или фотоснимки на медицинските изделия на предлаганите продукти; Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: - стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция 41/Анестезиология</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вега Медикал ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция 42/Анестезиология</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• РСР ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>

<p>Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция 43/Анестезиология</p>	<p>Соломед ЕООД - При отварянето на ценовите оферти е установено, че липсва образец на Ценовата оферта в плика на участник „Соломед“ ЕООД. С оглед на това и на основания стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция 44/Анестезиология</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Соломед ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> <li>• РСР ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Инструкцията за употреба на предлаганото медицинско изделие и Катола на оферирания продукт е приложен на чужд език без български превед. Следователно участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя;</li> </ul> </li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> <li>• ГЮС ООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция 45/Анестезиология</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Соломед ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ</li> <li>- липсва Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие</li> <li>- приложен каталог е на чужд език и не е изпълнено изискването да бъде преведен на български език.</li> </ul> </li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> <li>• РСР ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие;</li> <li>- липсва Католази, технически данни, образци, описание и/или фотоснимки на медицинските изделия на предлаганите продукти;</li> </ul> </li> </ul> <p>От приложената декларация за съответствие на медицинския продукт, става ясно, че под оферирания каталожен номер 05.000.22.664 се явява „Затворена иригационна система, стерилна“. Съгласно изискванията на Възложителя затворената система би следвало да бъде „Затворена ректална система за лаваж и диагностика“, следователно оферирания продукт не съответства на изискванията.</p> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>



<p>Обособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция 48/Анестезиология</p>	<p>Медилон ЕООД - Приложените каталози, технически данни, образци, описание и/или фотоснимки на медицинските изделия на предлаганите продукти не са на български език  Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:  - стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 49 / Заглавие на обособената позиция 49/Анестезиология</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Соломед ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> <li>• Медицинска Техника Инженеринг ООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> <li>• ГЮС ООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:  - липсва Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език  - приложения каталог е на чужд език, следователно участникът не се е съобразил с изискването на Възложителя да бъде преведен на български език  Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:  - стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 51 / Заглавие на обособената позиция 51/Анестезиология</p>	<p>Дъчмед Интернешанъл ЕООД - В приложената спецификация, част от техническата оферта на участника, за „Анестезиологичен апарат AMS 200 – номенклатури 1, 2 и 3“ е записано от участника: „липсва производство – затворена фабрика на производител“, съответно не е оферирани продуктите..  Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:  - стр.6 Раздел „Описание на обекта на поръчката“: „Всяка обособена позиция се състои от една или повече номенклатурни единици. Участниците в процедурата са длъжни да представят оферта за всички номенклатури, включени в позицията, като неизпълнението на това условие при всички случаи води до отстраняване от участие в процедурата и класиране...“ и стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 53 / Заглавие на обособената позиция 53/Анестезиология</p>	<p>Дъчмед Интернешанъл ЕООД- В приложената спецификация, част от техническата оферта на участника, за „Монитор Artema Diascope – номенклатури 1, 2, 3 и 4“ е записано от участника: „липсва производство – затворена фабрика на производител“, съответно не е оферирани продуктите.  Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:  - стр.6 Раздел „Описание на обекта на поръчката“: „Всяка обособена позиция се състои от една или повече номенклатурни единици. Участниците в процедурата са длъжни да представят оферта за всички номенклатури, включени в позицията, като неизпълнението на това условие при всички случаи води до отстраняване от участие в процедурата и класиране...“ и стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>

<p>Обособена позиция № 56 / Заглавие на обособената позиция 56/Анестезиология</p>	<p>Соломед ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 57 / Заглавие на обособената позиция 57/Анестезиология</p>	<p>Медилон ЕООД- Приложеното копие на сертификат ISO 13485:2003 на производителя Sechrist Industries Inc е с валидност 14.05.2016г, с оглед на това участникът е подал документи с изтекъл срок преди подаването на офертите за участие към настоящата обществена поръчка и не може да се каже дали същите са били валидни към датата на подаване на офертите.</p> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <p>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 63 / Заглавие на обособената позиция 63/Анестезиология</p>	<p>ГЮС ООД- Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <p>- липсва приложена спецификация, част от техническата оферта, от която да е видно производителя и каталожния номер, който оферира участника за съответната номенклатура. С оглед на това не може да се установи за всяка номенклатура предвидения производител и съответствието с заложените изисквания на Възложителя.</p> <p>- приложения каталог е на чужд език, следователно участникът не се е съобразил с изискването на Възложителя да бъде преведен на български език</p> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <p>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 64 / Заглавие на обособената позиция 64/Анестезиология</p>	<p>ГЮС ООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <p>- липсва приложена спецификация, част от техническата оферта, от която да е видно производителя и каталожния номер, който оферира участника за съответната номенклатура. С оглед на това не може да се установи за всяка номенклатура предвидения производител и съответствието с заложените изисквания на Възложителя.</p> <p>- приложения каталог е на чужд език, следователно участникът не се е съобразил с изискването на Възложителя да бъде преведен на български език</p> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <p>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 66 / Заглавие на обособената позиция 66/Инвазивна кардиология 1</p>	<p>Прохелт ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <p>- приложеното оторизационно писмо от Медтроник е фото копие, като не е представено в оригинал или нотариално заверено копие. Следователно не е изпълнено изискването на Възложителя.</p> <p>- липсват Копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 и EN ISO 9001 или еквивалентни на името на производителите</p> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <p>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>

<p>Обособена позиция № 69 / Заглавие на обособената позиция 69/Инвазивна кардиология 4</p>	<p>Новимед ООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <p>- липсва оторизация /пълномощно/ за продажба на съответните медицински изделия на името на кандидата или участника за територията на Р.България, издадена от производителя Schwager Medica, посочен от участника за производство на номенклатури от 6 до 10, 12, 25, от 60 до 62. Участникът е приложил Писмо за упълномощаване от SIS Medical AG, като не става ясно дали производителя Schwager Medica е част от групата на SIS Medical AG. С оглед на това не може да се приеме, че участника има оторизация за дистрибуция на медицинския консуматив предлаган от Schwager Medica</p> <p>Участникът е декларирал, че за номенклатура 1 ще достави медицински изделия с каталожни номера 234-R-1005J и 234-R-3530J. На тези каталожни номера отговарят продукти съответно 234-R-1005J „Катетър с нормална дължина (140см) с диаметър на балона 1,0мм“, а 234-R-3530J „Катетър с нормална дължина (140см) с диаметър на балона 3,5мм“. С оглед на това участникът не е подsigурил всички необходими размери и диаметри изискани от Възложителя в документацията за участие, а именно „Балон катетър за коронарна ангиопластика при тотални оклузии. Технология за плавно преминаване от върха към катетъра, което позволява лесен преход през лезията. Материал на балона – Pebax. Външен диаметър на върха – 0.016“. Преминаващ профил 0.0186“. Номинално налягане 6 атм., RBP – 14 атм. Проксимален shaft 1.9 F, XD дистален shaft 2.36F. Трикратно нагъване на балона, полу разтеглив . Хидро покритие на катетъра и вътрешно поритие за водача. Размери: 1,00; 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0 мм на работна дължина 140 см.и Размери: 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0 на работна дължина 150см. Диаметър 5,8,10,12,15,20 и 30 мм.“</p> <p>Участникът е декларирал, че за номенклатура 20 ще достави медицински изделия с каталожни номера PNA-4450 и PNA-1010150. На тези каталожни номера отговарят продукти съответно PNA-4450 „Катетър с използвана дължина на shaft 50см, диаметър на раздут балон 4мм, дължина на балона 4мм, диаметър на shaft 5F“, а PNA-1010150 не е открит продукт с този каталожен номер в представените документи от участника. С оглед на това участникът не е подsigурил всички необходими размери изискани от Възложителя в документацията за участие, а именно „Периферен постдилатационен балон за усукани съдове, ултра нисък профил; устойчив на високо налягане; 5-кратно нагънат балон; RBP – 15, 14 13 atm; платино-иридиеви маркери; форма на балона – конусовидна; материал на балона – полиамид; материал на тялото – полиетер блок амид; дължина на катетъра 75 cm; shaft 5 F; дължина на shaft – 40, 75, 120 и 150 cm; съвместим с водач 0,035“; съвместими с 5, 6 и 7F интродюсери; r-ри балон: диаметър от 4 –10 mm; дължина 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 8,0; 9,0;10,0 cm“</p> <p>Участникът е декларирал, че за номенклатура 37 ще достави медицински изделия с каталожни номера 0163NA и 0163QD. На тези каталожни номера отговарят продукти съответно 0163NA „Линия от полиуретан, за високо налягане, с дължина 50см“, а 0163QD „Линия спираловидна за ниско налягане, с дължина 150см“. С оглед на това участникът не е подsigурил всички необходими размери изискани от Възложителя в документацията за участие, а именно „Линия за ниско и високо налягане - 48 и 83 bar. Дължина- 50, 75, 100, 120, 150 и 180 cm. Със ротиращ, фиксиран или spinlock адаптор. Материал – nylon braided, PU и PVC.“</p> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
--	---

<p>Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция 70/Инвазивна кардиология 5</p>	<p>PCP ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- приложеното оторизационно писмо от производителя MINVASYS не е подписано от изпълнителния директор на дружеството.</li> <li>- всички представени каталози са на чужд език (не са преведени на български), а за част от номенклатурите липсват.</li> </ul> <p>От приложените документи на участника, е установено разминаване в размерите за номенклатура 22 „Микрокатетър с външен диаметър 2.8Fr, метална оплетка от Tungsten, мек конусовиден връх, хидрофилно покритие, въсмествим с водач 0.14“. В приложената Декларация за съответствие под каталожен номер CSW 135-26N и CSW 150-26N, външния диаметър на микрокатетъра е 2.6Fr, а според приложения каталог варира от 2.6Fr до 2.8Fr за тези номера. С оглед на това разминаване не може да се приеме, че изискванията на Възложителя за тази номенклатура са спазени.</p> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 74 / Заглавие на обособената позиция 74/Инвазивна кардиология 9</p>	<p>Соломед ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсват Каталози, технически данни, образци, описание и/или фотоснимки на медицинските изделия на предлаганите продукти</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 81 / Заглавие на обособената позиция 81/Инвазивна кардиология 16</p>	<p>Алекс 01 ЕООД - Едното от удостоверенията /Университетска болница „Лозенец“/ няма лого, изходящ номер с дата, нито име и длъжност на подписващия. Комисията счита, че не може да го приеме като неоспоримо доказателство, поради невъзможността да го отнесе към конкретна такава, посочена в списъка на извършените доставки. Представеното копие на договор за доставка също не доказва добро изпълнение от страна на участника.</p> <p>Комисията счита, че с допълнително представените документи участникът не е доказал техническите си и квалификационни възможности съгласно изискванията на възложителя.</p> <p>Офертата на участника е нередовна. С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>

<p>Обособена позиция № 82 / Заглавие на обособената позиция 82/Инвазивна кардиология 17</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Алекс 01 ЕООД - Едното от удостоверенията /Университетска болница „Лозенец“/ няма лого, изходящ номер с дата, нито име и длъжност на подписващия. Комисията счита, че не може да го приеме като неоспоримо доказателство, поради невъзможността да го отнесе към конкретна такава, посочена в списъка на извършените доставки. Представеното копие на договор за доставка също не доказва добро изпълнение от страна на участника.</li> </ul> <p>Комисията счита, че с допълнително представените документи участникът не е доказал техническите си и квалификационни възможности съгласно изискванията на възложителя. Офертата на участника е нередовна. С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Соломед ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие</li> <li>• Б. Браун Медикал ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Истинк България ООД - В представеният превод на Пълномощно за търг от Шанхай Киндли Енърпрайз Девелопмент Груп Ко, Лтд. (производител) е установено, че е дрсериано общо към директори на болници в България и е валидно за 5 години, но не е посочена конкретна дата на неговото издаване и/или упоменаване на конкретен търг, за който е приложимо (валидно за българския превод и за английския текст). Също така е установено очевидно разминаване в превода на български език, по отношение на вида на медицинските консумативи, които участника има право да дистрибутира.</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: - стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие</p>
<p>Обособена позиция № 83 / Заглавие на обособената позиция 83/Инвазивна кардиология 18</p>	<p>Алекс 01 ЕООД - Едното от удостоверенията /Университетска болница „Лозенец“/ няма лого, изходящ номер с дата, нито име и длъжност на подписващия. Комисията счита, че не може да го приеме като неоспоримо доказателство, поради невъзможността да го отнесе към конкретна такава, посочена в списъка на извършените доставки. Представеното копие на договор за доставка също не доказва добро изпълнение от страна на участника.</p> <p>Комисията счита, че с допълнително представените документи участникът не е доказал техническите си и квалификационни възможности съгласно изискванията на възложителя.</p> <p>Офертата на участника е нередовна. С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 86 / Заглавие на обособената позиция 86/Инвазивна кардиология 21</p>	<p>Алекс 01 ЕООД - Едното от удостоверенията /Университетска болница „Лозенец“/ няма лого, изходящ номер с дата, нито име и длъжност на подписващия. Комисията счита, че не може да го приеме като неоспоримо доказателство, поради невъзможността да го отнесе към конкретна такава, посочена в списъка на извършените доставки. Представеното копие на договор за доставка също не доказва добро изпълнение от страна на участника.</p> <p>Комисията счита, че с допълнително представените документи участникът не е доказал техническите си и квалификационни възможности съгласно изискванията на възложителя.</p> <p>Офертата на участника е нередовна. С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>

<p>Обособена позиция № 94 / Заглавие на обособената позиция 94/Клинична лаборатория 7</p>	<p>• Химтекс ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 или еквивалентни на името на производителя Карл Хехт</li> </ul> <p>От представените документи и мостри, участникът не изпълнява изискванията на Възложителя в следните номенклатури:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- номенклатура 2 „Микроконтейнер за капилярна кръв с K2-ЕДТА /x 50/, обем 250-500 мкл“ – оферирания продукт от участникът е с обем 200мкл, което не отговаря на изискванията заложи в документацията;</li> <li>- номенклатура 4 „Епруветки за серумен анализ с гел и тромбин /x 100/, обем 5 мл, размери 13/100“ – оферирания продукт липсва в приложената извадка от каталозите, но предоставената мостра отговаря на изискванията</li> <li>- номенклатура 5 „Микроконтейнер за капилярна кръв с гел и активатор на кръвосъсирването/x 50/, обем 400- 600 мкл“ – оферирания продукт от участникът е без гел и с обем 200мкл, което не отговаря на изискванията заложи в документацията;</li> <li>- номенклатура 7 „Епруветки с Na-EDTA и Na Fluoride /x 100/, обем 4 мл, размери 13/75“ – оферирания продукт от участникът е с обем 2мл (както и приложената мостра), което не отговаря на изискванията заложи в документацията;</li> <li>- номенклатура 9 „Епруветки за плазма с литиев хепарин и гел /x 100/, обем 4.5 мл, размери 13/100“ – оферирания продукт от участникът е с литиев хепарин, но без гел, което не отговаря на изискванията заложи в документацията;</li> <li>- номенклатура 13 „Сетове за взимане на кръв, тип бъртерфлай /x50/, 23G, с луер адаптер и механизъм за заключване на иглата след манипулация“ – оферирания продукт от е 21G, което не отговаря на изискванията заложи в документацията;</li> <li>- номенклатура 17 „Табла за вземане на кръв тип поднос с гнезда за епруветки с различна големина и отвор за контейнер за използвани игли“ – не е предоставена мостра;</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul> <hr/> <p>• Медицинска Техника Инженеринг ООД - От представените документи и мостри, участникът не изпълнява изискванията на Възложителя в следните номенклатури:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- номенклатура 6 „Епруветки за коагулация с натриев цитрат-двустенни /x100/, обем 1.8 мл, размери 13/75 “ – оферирания продукт от участникът е епруетка с обем 2мл, което не отговаря на изискванията заложи в документацията;</li> <li>- номенклатура 7 „Епруветки с Na-EDTA и Na Fluoride /x 100/, обем 4 мл, размери 13/75“ – оферирания продукт е епруетка натриев флуорид и калиев оксалат, което не отговаря на изискванията заложи в документацията;</li> <li>- номенклатура 8 „Епруветки за автоматично отчитане на СУЕ, съвместими с апарат за автоматично отчитане на СУЕ/x 100/“ – от документите на оферирания продукт не става ясно дали епруетката е за автоматично отчитане на СУЕ;</li> <li>- номенклатура 12 „Игли за вземане на кръв с интегриран към иглата механизъм за заключване след манипулация, без предварително интегриран холдер, двустранни /x 48/, 21G x 1.25” – офериранияте продукти са два (чрез два каталожни номера) като единият е без механизъм за заключване и холдер с механизъм за заключване, което не отговаря на изискванията заложи в документацията;</li> <li>- номенклатура 17 „Табла за вземане на кръв тип поднос с гнезда за епруветки с различна големина и отвор за контейнер за използвани игли“ – оферирания продукт няма гнезда за епруетки с различна големина, което не отговаря на изискванията заложи в документацията;</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
---	--

<p>Обособена позиция № 100 / Заглавие на обособената позиция 100/Клинична лаборатория 13</p>	<p>РСП ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие.</li> <li>- липсва Католизи, технически данни, образци, описание и/или фотоснимки на медицинските изделия на предлаганите продукти</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <p>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 101 / Заглавие на обособената позиция 101/Диализно лечение 1</p>	<p>Соломед ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 102 / Заглавие на обособената позиция 102/Диализно лечение 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Соломед ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> <li>• Дъчмед Интернешанъл ЕООД - От приложените документи на участника, е установено, че за номенклатура 4 „Хемодиализатор със синтетични диализни мембрани, активна повърхност <math>\geq 2,2</math> кв. м, "High flux" пропускливост“ е офертиран продукт с каталожен номер LEOCEED 21 Н. След проверка на продукта в документите е установено, че същият е с ефективна повърхност 2,1 кв.м, следователно участникът не е изпълнил изискванията на документацията.</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <p>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ЕТ Янка Янкова Георгиева - не е удължил срока на валидност на офертата си. На основание чл. 58, ал. 3 от ЗОП /отм. се отстраняват от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 103 / Заглавие на обособената позиция 103/Диализно лечение 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дъчмед Интернешанъл ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 104 / Заглавие на обособената позиция 104/Диализно лечение 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Соломед ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>

<p>Обособена позиция № 105 / Заглавие на обособената позиция 105/Диализно лечение 5</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Капамед ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- приложеното пълномощно за продажба на съответните медицински изделия на името на кандидата или участника, издадена от производителя е копие, като участникът не се е съобразил с изискването – в случай че прилага копие то същото би следвало да е нотариално заверено копие. С оглед на това не може да се приеме, че участникът е изпълнил изискванията на Възложителя.</li> <li>- липсва Копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 и EN ISO 9001 или еквивалентни на името на производителя</li> <li>- липсва Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставено от производителя или неговия упълномощен представител</li> <li>- липсва Декларация за нанесена „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие, в съответствие със изискванията на чл.8 и чл.15 отЗМИ</li> <li>- липсва Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие.</li> <li>- приложения Каталог на предлаганите продукти е на чужд език без превод на български език, следователно не може да бъде прието, съгласно изискванията на Възложителя.</li> </ul> </li> <li>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul> </li> <li>• ЕТ Янка Янкова Георгиева - не е удължил срока на валидност на офертата си. На основание чл. 58, ал. 3 от ЗОП /отм. се отстраняват от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 106 / Заглавие на обособената позиция 106/Диализно лечение 6</p>	<p>Капамед ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- приложеното пълномощно за продажба на съответните медицински изделия на името на кандидата или участника, издадена от производителя е копие, като участникът не се е съобразил с изискването – в случай че прилага копие то същото би следвало да е нотариално заверено копие. С оглед на това не може да се приеме, че участникът е изпълнил изискванията на Възложителя.</li> <li>- липсва Копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 и EN ISO 9001 или еквивалентни на името на производителя</li> <li>- липсва Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставено от производителя или неговия упълномощен представител</li> <li>- липсва Декларация за нанесена „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие, в съответствие със изискванията на чл.8 и чл.15 отЗМИ</li> <li>- липсва Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие.</li> <li>- приложения Каталог на предлаганите продукти е на чужд език без превод на български език, следователно не може да бъде прието, съгласно изискванията на Възложителя.</li> </ul> <p>От приложените документи от участника е установено, че за номенклатура 2, е оферирани продукт с каталожен номер KFE-HDL-1423-K. Установено е разминаване в изисканите от Възложителя размери за тази номенклатура, а именно катетър с размер 210мм. Оферираният продукт е с размер 23см. С оглед на това участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя.</p> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 109 / Заглавие на обособената позиция 109/Диализно лечение 9</p>	<p>ЕТ Янка Янкова Георгиева - не е удължил срока на валидност на офертата си. На основание чл. 58, ал. 3 от ЗОП /отм. се отстраняват от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 112 / Заглавие на обособената позиция 112/Диализно лечение 12</p>	<p>ЕТ Янка Янкова Георгиева - не е удължил срока на валидност на офертата си. На основание чл. 58, ал. 3 от ЗОП /отм. се отстраняват от участие.</p>



<p>Обособена позиция № 116 / Заглавие на обособената позиция 116/ Електрохирургия 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• РСР ЕООД - За номенклатура 1 „LigaSure V Инструмент за лигиране с вградена ножица, дължина 37 см; диаметър 5 мм; ъгъл на въртене 179°; активен електрод 18 мм – прав, активна площ на лигиране 4,63 мм, с ръчно активиране, 6 бр./оп.“, участникът е оферирал продукт с каталожен номер LS1500. След проверка в предоставения каталог е установено, че на този каталожен номер отговаря медицински инструмент с въртене на shaft на 159 °. С оглед на това участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: - стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> <li>• Медилон ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл. 69, ал. 1, т.3 от ЗОП /отм/, Комисията предлага за отстраняване от участие. С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 117 / Заглавие на обособената позиция 117/ Спешна ендоскопия 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Инфомед ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 121 / Заглавие на обособената позиция 121/ Спешна ендоскопия 5</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Инфомед ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 127 / Заглавие на обособената позиция 127/ Спешна ендоскопия 11</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Инфомед ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 131 / Заглавие на обособената позиция 131/Лабораторна стъклария 1</p>	<p>Химтекс ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва копия на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 или еквивалентни на името на производителите Кавалиерглас, Карл Хехт, ФВР</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: - стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>

<p>Обособена позиция № 132 / Заглавие на обособената позиция 132/Лабораторна стъклария 2</p>	<p>Химтекс ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 или еквивалентни на името на производителя ФВР</li> <li>- липсва Декларация за съответствие на медицинското изделие</li> <li>- липсва ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 133 / Заглавие на обособената позиция 133/Лабораторна стъклария 3</p>	<p>Химтекс ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 или еквивалентни на името на производителя Карл Хахт</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 134 / Заглавие на обособената позиция 134/Лабораторна стъклария 4</p>	<p>Химтекс ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 или еквивалентни на името на производителя ФВР</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 135 / Заглавие на обособената позиция 135/Лабораторна стъклария 5</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Химтекс ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> <li>• Емония Фарматех България ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ по всички номенклатури с изключени на номенклатура 1</li> <li>- липсват Инструкции за употреба на предлаганото медицинско изделие за всички номенклатури</li> </ul> </li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>

<p>Обособена позиция № 137 / Заглавие на обособената позиция 137/Лабораторна стъклария 7</p>	<p>Химтекс ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 или еквивалентни на името на производителя Карл Хехт</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 138 / Заглавие на обособената позиция 138/Лабораторна стъклария 8</p>	<p>Химтекс ЕООД - От представените документи (каталози) става ясно, че участникът не изпълнява изискванията на Възложителя в следните номенклатури:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- номенклатура 1 „Йозе от стоманена тел с дължина 50 мм, диаметър 2,5-3 мм на лумена, нееднократно“ – оферирания продукт от участникът е с диаметър 4мм, което не отговаря на изискванията заложиени в документацията;</li> <li>- номенклатура 2 „Йозе от стоманена тел с дължина 70-75 мм, диаметър 1 мм на лумена, нееднократно“ – оферирания продукт от участникът е с диаметър 2мм, което не отговаря на изискванията заложиени в документацията;</li> <li>- номенклатура 3 „Йозе от стоманена тел с дължина 70-75 мм, диаметър 2,5-3 мм на лумена, нееднократно“ – оферирания продукт от участникът е с диаметър 4мм, което не отговаря на изискванията заложиени в документацията;</li> <li>- номенклатура 4 „Ръкохватка за йозе, хромиран месинг, дължина 25 см“ – оферирания продукт от участникът е с дължина 150мм, което не отговаря на изискванията заложиени в документацията;</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 139 / Заглавие на обособената позиция 139/Лабораторна стъклария 9</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Химтекс ЕООД - От представените документи (каталози) става ясно, че участникът не изпълнява изискванията на Възложителя в следните номенклатури:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- номенклатура 1 „Кошничка за 26 предметни стъкла с пластмасова дръжка“ – оферирания продукт от участникът побира 25 стъкла, което не отговаря на изискванията заложиени в документацията;</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ди Ем Джи Клиник ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва приложена спецификация, част от техническата оферта, от която да е видно производителя и каталожния номер, който оферира участника за съответната номенклатура. С оглед на това не може да се установи за всяка номенклатура предвидения производител и съответствието с заложените изисквания на Възложителя</li> </ul> <p>Представено е отороизационно писмо от производител Bio Optica, но поради факта, че липсва спецификацията, част от техническата оферта не може да се установи дали са приложени за всички предвидени от участника, както и кой производител кое медицински изделие ще произвежда. Също така приложената Декларация за съответствие не е преведена изцяло на български език. Приложения каталог също не е на български език.</p> <p>Поради всичко описано, участникът не отговаря на изискванията на изискванията на Възложителя.</p> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>

<p>Обособена позиция № 140 / Заглавие на обособената позиция 140/Лабораторна стъклария 10</p>	<p>Химтекс ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва Декларация за съответствие на медицинското изделие</li> <li>- липсва ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган</li> </ul> <p>От представените документи (каталози) става ясно, че участникът не изпълнява изискванията на Възложителя в следните номенклатури:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- номенклатура 2 „Накрайници за механичен стъпков дозатор PD с обем: 0,5ml“ – оферирания продукт от участникът е с обем 1,25мл, което не отговаря на изискванията заложиени в документацията;</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 142 / Заглавие на обособената позиция 142/Лабораторна стъклария 12</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Химтекс ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 143 / Заглавие на обособената позиция 143/Лабораторна стъклария 13</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Химтекс ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва Декларация за съответствие на медицинското изделие</li> <li>- липсва ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган</li> </ul> </li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ди Ем Джи Клиник ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва приложена спецификация, част от техническата оферта, от която да е видно производителя и каталожния номер, който оферира участника за съответната номенклатура. С оглед на това не може да се установи за всяка номенклатура предвидения производител и съответствието с заложените изисквания на Възложителя</li> </ul> </li> </ul> <p>Представено е оторизационно писмо от производител Bio Optica, но поради факта, че липсва спецификацията, част от техническата оферта не може да се установи дали са приложени за всички предвидени от участника, както и кой производител кое медицински изделие ще произвежда. Също така приложената Декларация за съответствие не е преведена изцяло на български език. Приложения каталог също не е на български език.</p> <p>Поради всичко описано, участникът не отговаря на изискванията на изискванията на Възложителя. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Емония Фарматех България ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ по всички номенклатури, с изключение на 1 и 3</li> <li>- липсват Инструкции за употреба на предлаганото медицинско изделие за всички номенклатури</li> <li>- всички представени каталози са на чужд език без превод на български език</li> </ul> </li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
Обособена позиция № 144 / Заглавие на обособената позиция 144/Лабораторна стъклария 14	<p>Химтекс ЕООД - От представените документи (каталози) става ясно, че участникът не изпълнява изискванията на Възложителя в следните номенклатури:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- номенклатура 1 „Статив стандартен Ø 13/50, 24 РМ (8 x 3)“ – оферирания продукт от участникът Ø 13/90 (6x15), което не отговаря на изискванията заложи в документацията;</li> <li>- номенклатура 2 „Статив стандартен Ø 18, 24 РМ (8 x 3)“ – оферирания продукт от участникът Ø 20 (4x10), което не отговаря на изискванията заложи в документацията;</li> <li>- номенклатура 3 „Статив стандартен Ø 30/115, 12 РМ (4 x 3)“ – оферирания продукт от участникът Ø 30/24 (3x8), което не отговаря на изискванията заложи в документацията;</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
Обособена позиция № 145 / Заглавие на обособената позиция 145/Лабораторна стъклария 15	<p>Химтекс ЕООД -Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 или еквивалентни на името на производителя Карл Хехт</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
Обособена позиция № 146 / Заглавие на обособената позиция 146/Лабораторна стъклария 16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Химтекс ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
Обособена позиция № 147 / Заглавие на обособената позиция 147/ Хирургични ръкавици 1	<p>Алекс 01 ЕООД - Едното от удостоверенията /Университетска болница „Лозенец“/ няма лого, изходящ номер с дата, нито име и длъжност на подписващия. Комисията счита, че не може да го приеме като неоспоримо доказателство, поради невъзможността да го отнесе към конкретна такава, посочена в списъка на извършените доставки. Представеното копие на договор за доставка също не доказва добро изпълнение от страна на участника. Офертата на участника е нередовна. С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
Обособена позиция № 149 / Заглавие на обособената позиция 149/ Хирургични ръкавици 3	<p>Аквахим АД - Участникът не е представил писмена обосновка за наличието на по-благоприятно предложение с 20% или повече процента от средната стойност на допуснатите участници. С оглед изложеното, на основание чл.70, ал.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>

<p>Обособена позиция № 150 / Заглавие на обособената позиция 150/ Клинична имунология 1</p>	<p>• Антисел България ООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 151 / Заглавие на обособената позиция 151/ Клинична имунология 2</p>	<p>Елта- 90 М ООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:  - липсва копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 или еквивалентни на името на производителя Lonza Cologne GmbH  - липсва Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, за номенклатури 8 и 9. Участникът е приложил Удостоверение за съответствие от Lonza Cologne GmbH (производител посочен за номенклатури 8 и 9), в което е декларирано, че: „... продуктите които са доставени за „ЕЛТА 90М ООД не са с предназначение за използване в диагностични процедури...Предложените продукти са предназначени само за изследователски цели“. В техническата спецификация към обособената позиция няма заложени изисквания продуктите да са за изследователски цели, следователно участникът не изпълнява изисквания на Възложителя  - липсва ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган, за номенклатури 8 и 9.  - липсва Декларация за нанесена „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие, за номенклатури 8 и 9.  - липсва Декларация от страна на производителя за това че предлаганите изделия са в съответствие с техническата спецификация и са съвместими с посочената апаратура  Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:  - стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 152 / Заглавие на обособената позиция 152/ Клинична имунология 3</p>	<p>Антисел България ООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:  - липсва копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485  Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:  - стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 154 / Заглавие на обособената позиция 154/ Клинична имунология 5</p>	<p>Антисел България ООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:  - липсва копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 за Thermo Fisher.  - липсва Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставено от производителя или неговия упълномощен представител за номенклатури 9 и 10  - липсва декларация от производителя за предлаганите китове за изследване на анти-HLA антители, които трябва да работят с обем на пробата по-малко от 15мкл, както и да включват контролни серуми и конюгати (тествани за съответния лот на кита)  Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:  - стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>

<p>Обособена позиция № 155 / Заглавие на обособената позиция 155/ Клинична имунология 6</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Аквахим АД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 157 / Заглавие на обособената позиция 157/ Клинична имунология 8</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Аквахим АД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 158 / Заглавие на обособената позиция 158/ Клинична имунология 9</p>	<p>Ай Ви Ди България ООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оторизационите писма от Biosystems, Euro Diagnostica, IBL International и Novatec (производители съгласно офертираното от участника) са представени само копия, които не са нотариално заверено. Съгласно документацията за участие, в случай че участникът представи копие на оторизационното писмо, то същото следва да е нотариално заверено.</li> <li>- липсват декларация за нанесена „СЕ“ маркировка върху офертираните продукти за номенклатури 2, 7, от 11 до 14, 18.</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 159 / Заглавие на обособената позиция 159/ Клинична имунология 10</p>	<p>Ай Ви Ди България ООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оторизационното писмо от The Binding Site (производител на медицински продукти по номенклатури от 1 до 11, от 13 до 18) е представено копие, което не е нотариално заверено. Съгласно документацията за участие, в случай че участникът представи копие на оторизационното писмо, то същото следва да е нотариално заверено.</li> <li>- оторизационното писмо от Chronolab System (производител на медицински продукти по номенклатура 12) е представено копие, което не е нотариално заверено. Съгласно документацията за участие, в случай че участникът представи копие на оторизационното писмо, то същото следва да е нотариално заверено.</li> <li>- липсва копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 и EN ISO 9001 или еквивалентни на името на Chronolab System, който е посочен от участника за производител.</li> <li>- инструкцията за номенклатура 12 е предоставена от участника на чужд език. Съгласно документацията за участие всички документи на чужд език следва да бъдат предоставени с превод на български, следователно приложената инструкция не може да бъде приета.</li> <li>- липсва Декларация от страна на производителя за това че предлаганите изделия са в съответствие с техническата спецификация и са съвместими с посочената апаратура или с представяне на техническа информация, доказваща това състояние</li> <li>- липсва Декларация от участника, че ще извършва сервисна поддръжка на апаратурата – в случаите когато декларацията е неприложима, участникът е следвало да посочи това обстоятелство</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>

<p>Обособена позиция № 161 / Заглавие на обособената позиция 161/ Клинична имунология 12</p>	<p>Емония Фарматех България ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485</li> <li>- липсва Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ по всички номенклатури с изключени на номенклатура 1</li> <li>- всички представени каталози са на чужд език без превод на български език</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <p>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Химтекс ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</li> <li>- липсва Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ като например следните номенклатури 6, 7, 8 и др.</li> <li>- липсват ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган като например следните номенклатури 6, 7, 8 и др.</li> <li>- липсва Декларация от страна на производителя за това че предлаганите изделия са в съответствие с техническата спецификация и са съвместими с посочената апаратура или с представяне на техническа информация, доказваща това състояние</li> <li>- липсва Декларация от участника, че ще извършва сервизна поддръжка на апаратурата</li> </ul> <p>Предоставения каталог от участника е на чужд език и не е представен превод на български език. При разглеждане на описаните размери в предоставения каталог става ясно, че оферирания продукт за номенклатура 8 „Игли бъртерфлайки - за вакутейнери 0,8мм x 19мм x 178мм, 21G“ с каталожен номер 15321 отговаря на медицински продукт със следните размери 0,8мм x 20мм x 190мм, 21G. С оглед на това участникът не е изпълнил заложените изисквания в документация.</p> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <p>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>



<p>Обособена позиция № 163 / Заглавие на обособената позиция 163/ Клинична имунология 14</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Емония Фарматех България ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 на името на производителите</li> <li>- липсва Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие</li> <li>- липсва Декларация от страна на производителя за това че предлаганите изделия са в съответствие с техническата спецификация и са съвместими с посочената апаратура или с представяне на техническа информация, доказваща това състояние</li> <li>- липсва Декларация от участника, че ще извършва сервизна поддръжка на апаратурата</li> <li>- всички представени каталози са на чужд език без превод на български език</li> </ul> </li> <li>От представените документи са констатирания следните несъответствия с изискванията на Възложителя: <ul style="list-style-type: none"> <li>- за номенклатура „Затворена система за серум с гел 3.5 мл.“, участникът е оферирал продукт с каталожен номер KJ040AS. След направена проверка на приложените документи е установено, че под този каталожен номер медицинският консуматив е с обем 4мл, което не отговаря на заложените изисквания в документация.</li> <li>- за номенклатура „Затворена система с натриев хепарин 4 мл.“, участникът е оферирал продукт с каталожен номер KJ040LN. След направена проверка на приложените документи е установено, че под този каталожен номер медицинският консуматив е с литиев хепарин, което не отговаря на заложените изисквания в документация.</li> <li>- за номенклатура „Игли бъртерфлайки - за вакутейнери 0,8мм x 19мм x 178мм, 21G“, участникът е оферирал продукт с каталожен номер 26764. След направена проверка на приложените документи е установено, че под този каталожен номер медицинският консуматив е с дължина на шлауха 12” = 305мм, което не отговаря на заложените изисквания в документация.</li> </ul> </li> <li>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Обособена позиция № 166 / Заглавие на обособената позиция 166/Микробиология 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диамед ООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 171 / Заглавие на обособената позиция 171/Микробиология 7</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Елта- 90 М ООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>

<p>Обособена позиция № 172 / Заглавие на обособената позиция 172/Микробиология 8</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мерк България ЕАД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- участникът е приложил Декларация относно остатъчния срок на годност на доставените продукти, в която е упоменато, че оферираните продукти, от участника, при доставка ще бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък от 60% от срока обявен от производителя. В образец „Техническа оферта“, част от Документацията за участие на настоящата обществена поръчка е изискано от участниците да предложат срок на годност на продуктите към момента на доставка като същия не може да е по-малко от 75%. Следователно е установено разминаване между двата документа, което се явява съществен пропуск и не покрива изискванията на Възложителя.</li> <li>- липсва Декларация за нанесена „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие, в съответствие със изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ</li> </ul> </li> <li>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul> </li> <li>• Елта- 90 М ООД - След проверка на представените мостри, от участника, е установено, че средите не са гранулирани. С оглед на това участникът не изпълнява изискванията на Възложителя.</li> <li>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ридаком ЕООД - След проверка на представените мостри, от участника, е установено, че не се разтварят хомогенно, мътни са и не дават точни резултати при посявките и антибиограмите. С оглед на това участникът не изпълнява изискванията на Възложителя.</li> <li>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul> </li> <li>• Аквахим АД - След проверка на представените документи, от участника, е установено, че средите не са гранулирани. С оглед на това участникът не изпълнява изискванията на Възложителя.</li> <li>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Обособена позиция № 174 / Заглавие на обособената позиция 174/Микробиология 10</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ридаком ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>

<p>Обособена позиция № 179 / Заглавие на обособената позиция 179/Игли, спринцовки и режещи средства 1</p>	<p>Истлинк България ООД - В представеният превод на Пълномощно за търг от Шанхай Киндли Ентърпрайз Девелопмент Груп Ко, Лтд. (производител) е установено, че е адресирано общо към директори на болници в България и е валидно за 5 години, но не е посочена конкретна дата на неговото издаване и/или упоменаване на конкретен търг, за който е приложимо (валидно за българския превод и за английския текст). Също така е установено, че оригинала не е разписан.</p> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <p>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 180 / Заглавие на обособената позиция 180/Игли, спринцовки и режещи средства 2</p>	<p>• Соломед ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 187 / Заглавие на обособената позиция 187/Неврохирургия 5</p>	<p>Ортосинтез-1 ЕООД - В документацията за участие в процедурата е указано, че при представяне на документа във формата на «заверено от участника копие», за такъв се счита този, при който върху копие то му има:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- гриф "Вярно с оригинала";</li> <li>- името и фамилията на подписващия;</li> <li>- датата, на която е извършена заверката;</li> <li>- собственоръчен подпис със син цвят;</li> <li>- свеж печат на участника.</li> </ul> <p>Представеното от участника копие на Сертификат ISO 9001:2008 не е заверено по надлежен начин, т.е. липсват реквизитите: - име и фамилия на подписващия; - дата, на която е извършена заверката. Така представена офертата на участника е нередовна. С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 189 / Заглавие на обособената позиция 189/Неврохирургия 7</p>	<p>Вес Корект ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- представените оторизационни писма от Globus Medical са копия, следователно не е изпълнено изискването на Възложителя същите да са в оригинал или нотариално заверено копие.</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <p>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 193 / Заглавие на обособената позиция 193/Образна диагностика 4</p>	<p>• Алекс 01 ЕООД - Едното от удостоверенията /Университетска болница „Лозенец“/ няма лого, изходящ номер с дата, нито име и длъжност на подписващия. Комисията счита, че не може да го приеме като неоспоримо доказателство, поради невъзможността да го отнесе към конкретна такава, посочена в списъка на извършените доставки. Представеното копие на договор за доставка също не доказва добро изпълнение от страна на участника.</p> <p>Комисията счита, че с допълнително представените документи участникът не е доказал техническите си и квалификационни възможности съгласно изискванията на възложителя. Офертата на участника е нередовна. С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>

<p>Обособена позиция № 195 / Заглавие на обособената позиция 195/Образна диагностика 6</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Алекс 01 ЕООД - Едното от удостоверенията /Университетска болница „Лозенец“/ няма лого, изходящ номер с дата, нито име и длъжност на подписващия. Комисията счита, че не може да го приеме като неоспоримо доказателство, поради невъзможността да го отнесе към конкретна такава, посочена в списъка на извършените доставки. Представеното копие на договор за доставка също не доказва добро изпълнение от страна на участника.</li> </ul> <p>Комисията счита, че с допълнително представените документи участникът не е доказал техническите си и квалификационни възможности съгласно изискванията на възложителя. Офертата на участника е нередовна. С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 196 / Заглавие на обособената позиция 196/Образна диагностика 7</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Алекс 01 ЕООД - Едното от удостоверенията /Университетска болница „Лозенец“/ няма лого, изходящ номер с дата, нито име и длъжност на подписващия. Комисията счита, че не може да го приеме като неоспоримо доказателство, поради невъзможността да го отнесе към конкретна такава, посочена в списъка на извършените доставки. Представеното копие на договор за доставка също не доказва добро изпълнение от страна на участника.</li> </ul> <p>Комисията счита, че с допълнително представените документи участникът не е доказал техническите си и квалификационни възможности съгласно изискванията на възложителя. Офертата на участника е нередовна. С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 197 / Заглавие на обособената позиция 197/Образна диагностика 8</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Алекс 01 ЕООД - Едното от удостоверенията /Университетска болница „Лозенец“/ няма лого, изходящ номер с дата, нито име и длъжност на подписващия. Комисията счита, че не може да го приеме като неоспоримо доказателство, поради невъзможността да го отнесе към конкретна такава, посочена в списъка на извършените доставки. Представеното копие на договор за доставка също не доказва добро изпълнение от страна на участника.</li> </ul> <p>Комисията счита, че с допълнително представените документи участникът не е доказал техническите си и квалификационни възможности съгласно изискванията на възложителя. Офертата на участника е нередовна. С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 199 / Заглавие на обособената позиция 199/Общоболничен консуматив 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Фаркол АД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: - липсва удостоверение за вписване в Българска Търговско-Промислена Палата /БТПП/ за официалния дистрибутор МТИ ООД на чуждестранен производител Coloplast A/S (отбелязан като производител на номенклатура 24) в България, както и оторизационно писмо, че МТИ ООД може да предлага продуктите на Coloplast A/S в България.</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: - стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Софарма трейдинг АД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: - липсват декларация за нанесена „СЕ“ маркировка върху офертираните продукти с номенклатури от 25 до 62.</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: - стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 200 / Заглавие на обособената позиция 200/Общоболничен консуматив 2</p>	<p>Соломед ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>

<p>Обособена позиция № 201 / Заглавие на обособената позиция 201/Общоболничен консуматив 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Химтекс ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 или еквивалентни на името на производителя Бурнас медикалс</li> </ul> </li> <li>Участникът е приложил превод за номенклатура 4, като са описани размерите на чувалите (стр.16 на офертата на участника), но в оригиналната извадка от каталога на производителя (стр.20 на офертата на участника) липсва размери, следователно превода и оригинала не съответстват.</li> <li>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul> </li> <li>• Фаркол АД - От представените документи, участникът е оферирал за номенклатура 4, медицински консуматив с каталожен номер N902. При направена проверка на представения каталог е установено, че при превода на продукта не е са преведени размерите на продукта, но в каталога са установени размерите 215x80см. Определените размери изискани от Възложителя в техническата спецификация за тази номенклатура са 2.30м x 1.10м С оглед на това участникът не е изпълнил изискванията на Възложителя.</li> <li>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Соломед ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- в представената спецификация към техническата оферта на участника не са попълнени каталожните номера, които оферира участника.</li> <li>- липсва Кataloзи, технически данни, образци, описание и/или фотоснимки на медицинските изделия на предлаганите продукти в номенклатура 4</li> </ul> </li> <li>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul> </li> <li>• Алекс 01 ЕООД - Едното от удостоверенията /Университетска болница „Лозенец“/ няма лого, изходящ номер с дата, нито име и длъжност на подписващия. Комисията счита, че не може да го приеме като неоспоримо доказателство, поради невъзможността да го отнесе към конкретна такава, посочена в списъка на извършените доставки. Представеното копие на договор за доставка също не доказва добро изпълнение от страна на участника.</li> <li>Комисията счита, че с допълнително представените документи участникът не е доказал техническите си и квалификационни възможности съгласно изискванията на възложителя. Офертата на участника е нередовна. С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• АГАРТА-ЦМ ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсват каталози, технически данни, образци, описание за номенклатура 4 „Трупни чували“. Приложената фотоснимка на медицинското изделие не съдържа размери и издръжливост на предлагания продукт и съответно не доказва дали оферирания консуматив съответства на техническата спецификация</li> </ul> </li> <li>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul> </li> <li>• Софарма трейдинг АД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсват декларация за нанесена „СЕ“ маркировка върху оферирания продукт с номенклатури 1, 3, 4.</li> <li>- в приложените каталози, технически данни, образци, описание за номенклатура 4 „Трупни чували“, не съдържа размери и издръжливост на предлагания продукт и съответно не доказва дали оферирания консуматив съответства на техническата спецификация</li> </ul> </li> <li>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Обособена позиция № 202 / Заглавие на обособената позиция 202/Общоболничен консуматив 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Соломед ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва Копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 или еквивалентни на името на производителя Turkuaz Saglik Hizmetleri Medikal Temizlik Kimyasal Urunler San. Tic. Ltd. Sti.</li> <li>- липсва Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ</li> </ul> </li> <li>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul> </li> <li>• Алекс 01 ЕООД - Едното от удостоверенията /Университетска болница „Лозенец“/ няма лого, изходящ номер с дата, нито име и длъжност на подписващия. Комисията счита, че не може да го приеме като неоспоримо доказателство, поради невъзможността да го отнесе към конкретна такава, посочена в списъка на извършените доставки. Представеното копие на договор за доставка също не доказва добро изпълнение от страна на участника.</li> <li>Комисията счита, че с допълнително представените документи участникът не е доказал техническите си и квалификационни възможности съгласно изискванията на възложителя. Офертата на участника е нередовна. С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>

<p>Обособена позиция № 203 / Заглавие на обособената позиция 203/Общоболничен консуматив 5</p>	<p>• Химтекс ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 или еквивалентни на името на производителя Бурнас медикалс и Ветро дизайн</li> <li>- липсва Декларация за съответствие на медицинското изделие за номенклатури 3, 4, 6</li> </ul> <p>От приложените документи в офертата на участника става ясно, че</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- номенклатура 6 „Пликчета за отпадъчни продукти с размери 20см x 10см, найлон, прозрачен“, е офертирано продукт с размери 150мм x 220мм, което не отговаря на заложените изисквания от Възложителя</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul> <p>• Соломед ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва удостоверение за вписване в Българска Търговско-Промислена Палата /БТПП/ за официалния дистрибутор „Самоконтрол“ ООД на чуждестранен производител Microlife (отбелязан като производител част от номенклатурите) в България.</li> <li>- приложените сертификати EN ISO 13485 и EN ISO 9001 на името на производителя Microlife AG са с валидност 20.12.2015г. С оглед на това обстоятелство към датата на подаване на офертите не са били валидни и не могат да бъдат приети.</li> <li>- липсва Копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 на името на производителя Jiangsu Yada AG. Приложения сертификат EN ISO 9001 е валиден до 11.06.2016г, следователно към датата на подаване на офертите не е бил валиден и не може да бъдат приет.</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
	<p>• АГАРТА-ЦМ ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва удостоверение за вписване в Българска Търговско-Промислена Палата /БТПП/ за официалния дистрибутор „Олитрейд България“ ООД на чуждестранен производител Unimark (отбелязан като производител за номенклатури 3 и 4) в България. В документите на участника има приложена декларация от Хангжоу Седжой Електроникс енд Инструментс Ко, с която декларира, че „Олитрейд България“ ООД е техен представител в България. От тази декларация не става ясно каква е връзката между Хангжоу Седжой Електроникс енд Инструментс Ко и производител Unimark (деклариран от участника за производство на номенклатури 3 и 4) и за когото е издадено оторизационно писмо.</li> <li>- липсва копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 и EN ISO 9001 или еквивалентни на името на производителя Unimark отбелязан като производител за номенклатури 3 и 4</li> <li>- От приложената информация за продукт с номенклатура 3 „Апарат за измерване на кръвно налягане със стетоскоп с иглен клапан“ не става ясно, дали предложеният продукт има иглен клапан, което е изискано от Възложителя.</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>

<p>Обособена позиция № 204 / Заглавие на обособената позиция 204/Общоболничен консуматив 6</p>	<p>Соломед ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва Копие на сертификата за съответствие със стандарти EN ISO 13485 и EN ISO 9001 или еквивалентни на името на производителя Draeger</li> <li>- за офертираните медицински изделия за номенклатура 1 липсват Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие, Кataloзи, технически данни, образци, описание и/или фотоснимки на медицинските изделия</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 205 / Заглавие на обособената позиция 205/Общоболничен консуматив 7</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Соломед ЕООД - При отварянето на ценовите оферти се установи, че липсва образец на Ценовата оферта в плика на участник „Соломед“ ЕООД. С оглед на това и на основания стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> <li>• РСР ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие.</li> <li>- липсва Кataloзи, технически данни, образци, описание и/или фотоснимки на медицинските изделия на предлаганите продукти</li> </ul> </li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> <li>• Медилон ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>



<p>Обособена позиция № 206 / Заглавие на обособената позиция 206/Общоболничен консуматив 8</p>	<p>• Химтекс ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва копие на сертификата за съответствие със стандарти EN ISO 13485 или еквивалентни на името на производителя Бурнас медикалс</li> <li>- липсва Декларация за съответствие на медицинското изделие</li> <li>- липсва ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган</li> </ul> <p>От приложените документи в офертата на участника:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за оферирания продукт за номенклатура 1, не става ясно с каква перфорация е (през какъв размер), следователно не става ясно дали участникът се е съобразил с изискванията на Възложителя.</li> <li>- за номенклатура 2, участникът е оферирал продукт с размери 60см x 50см, а Възложителят е изискал размери ширина 60-70см дължина от 100 до 110см. С оглед на това участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя.</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul> <p>• Алекс 01 ЕООД - Едното от удостоверенията /Университетска болница „Лозенец“/ няма лого, изходящ номер с дата, нито име и длъжност на подписващия. Комисията счита, че не може да го приеме като неоспоримо доказателство, поради невъзможността да го отнесе към конкретна такава, посочена в списъка на извършените доставки. Представеното копие на договор за доставка също не доказва добро изпълнение от страна на участника.</p> <p>Комисията счита, че с допълнително представените документи участникът не е доказал техническите си и квалификационни възможности съгласно изискванията на възложителя. Офертата на участника е нередовна. С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
	<p>• Аквахим АД - От приложените документи в офертата на участника:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оферираният продукт за номенклатура 1 няма перфорация, следователно участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя.</li> <li>- оферираният продукт за номенклатура 2 няма перфорация, също така няма информация дали предложените чаршафи са двупластови, следователно участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя.</li> <li>- за номенклатура 3, участникът е оферирал продукт с размери 90см x 180см, а Възложителят е изискал размери ширина 80см и дължина 180см. С оглед на това участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя.</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>

<p>Обособена позиция № 207 / Заглавие на обособената позиция 207/Общоболничен консуматив 9</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Химтекс ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 или еквивалентни на името на производителя ФВР</li> <li>- липсва Декларация за съответствие на медицинското изделие</li> <li>- липсва ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган</li> </ul> </li> </ul> <p>Представения превод на каталога не съответства с него, следователно не може да се разберат размерите на предложените продукти, следователно не може категорично да се каже, че участникът е спазил изискванията на Възложителя.</p> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Солomed ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва Копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 или еквивалентни на името на производителя.</li> </ul> </li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• АГАРТА-ЦМ ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- От приложената информация (инструкции и фотоснимки) за всички продукти не стават ясно размерите им. Приложени са с лошо качество фотоснимки, които са размазани. Поради това не става ясно дали офертираните продукти отговарят на изисканите размери от Възложителя.</li> </ul> </li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Аквахим АД - Участникът не е представил писмена обосновка за наличието на по-благоприятно предложение с 20% или повече процента от средната стойност на допуснатите участници. С оглед изложеното, на основание чл.70, ал.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>

<p>Обособена позиция № 208 / Заглавие на обособената позиция 208/Общоболничен консуматив 10</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Химтекс ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 или еквивалентни на името на производителя Ветро дизайн</li> </ul> </li> </ul> <p>От приложените документи в офертата на участника става ясно, че оферираниите калцуни са за диспансер, а не както е заложено в документацията за машина модел SK-CA.</p> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Соломед ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва Копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 и EN ISO 9001 или еквивалентни на името на производителя</li> <li>- липсва Декларация за нанесена „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие</li> <li>- липсва Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие</li> <li>- липсва Кataloзи, технически данни, образци, описание и/или фотоснимки на медицинските изделия</li> </ul> </li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 210 / Заглавие на обособената позиция 210/Общоболничен консуматив 12</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Химтекс ЕООД - Участникът е приложил превод на Декларация за съответствие на предлаганите продукти, която декларация не съдържа превод на всички каталожни номера в нея. По този начин на български език няма преведи отбелязани каталожни номера в офертата на участника, що се отнася за описаните каталожни номера за контейнерите за опасни отпадъци. В инструкциите за употреба за опасни болнични отпадъци фигурират каталожните номера оферирани от участника за контейнери за остри отпадъци. За номенклатура 2 „за 5,00л“ е оферирано каталожен номер 222804, като при проверка в каталога под този номер е контейнер с вместимост 5,6л. С оглед на описаното, участникът не отговаря на изискванията на Възложителя.</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• АГАРТА-ЦМ ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- участникът е приложил информация (инструкция за употреба) за контейнери за събиране на болнични и остри медицински отпадъци с обем 10л. Съгласно изискванията на Възложителя необходими са контейнери за остри отпадъци за 2,3л, 3.8л и 10л. Поради това не става ясно дали оферираниите продукти отговарят на изисканите размери от Възложителя.</li> </ul> </li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>

<p>Обособена позиция № 212 / Заглавие на обособената позиция 212/Общоболничен консуматив 14</p>	<p>• Химтекс ЕООД - От приложените документи на офертата на участника за номенклатура 1 „Подлога, еднократна, размери 370 x 286 x 90мм“ е офертиран продукт с каталожен номер 19586. При проверка в каталога е установено, че офертирания продукт е с размери 440 x 270 x 95. С оглед на това участникът не отговаря на изискванията на Възложителя.</p> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <p>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p> <p>• АГАРТА-ЦМ ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <p>- От приложената информация (фотоснимка) за всички офертирани продукти не стават ясни размерите им. Приложените снимки илюстрират само каталожния номер на продукта, но не и размерите им (техническите им данни). Поради това не става ясно дали офертираните продукти отговарят на изисканите размери от Възложителя.</p> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <p>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 213 / Заглавие на обособената позиция 213/Общоболничен консуматив 15</p>	<p>Соломед ЕООД - При отварянето на ценовите оферти е участвено, че липсва образец на Ценовата оферта в плика на участник „Соломед“ ЕООД. С оглед на това и на основания стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 216 / Заглавие на обособената позиция 216/Трансфузионна хематология 3</p>	<p>Антисел България ООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие</p>
<p>Обособена позиция № 217 / Заглавие на обособената позиция 217/Трансфузионна хематология 4</p>	<p>Антисел България ООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие</p>

<p>Обособена позиция № 220 / Заглавие на обособената позиция 220/Трансфузионна хематология 7</p>	<p>• Химтекс ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва Декларация за съответствие на медицинското изделие</li> <li>- липсва ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган</li> </ul> <p>Предоставения каталог от участника е на чужд език и не е представен превод на български език. При разглеждане на описаните размери в предоставения каталог става ясно, че оферирания продукт за номенклатура 8 „Игли бъртерфлайки - за вакутейнери 0,8мм x 19мм x 178мм, 21G“ с каталожен номер 15321 отговаря на медицински продукт със следните размери 0,8мм x 20мм x 190мм, 21G. С оглед на това участникът не е изпълнил заложените изисквания в документацията.</p> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие</li> </ul> <hr/> <p>• Емония Фарматех България ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва копие на сертификата за съответствие със стандарти EN ISO 13485 и EN ISO 9001 или еквивалентни на името на производителя</li> <li>- Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ</li> <li>- ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган</li> <li>- Декларация за нанесена „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие, в съответствие със изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ</li> <li>- липсва Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие</li> <li>- всички представени каталози са на чужд език без превод на български език</li> </ul> <p>Каталози, технически данни, образци, описание и/или фотоснимки на медицинските изделия на предлаганите продукти на български език</p> <p>Поради факта, че участникът е приложил каталог в друга Обособена позиция, комисията го е разгледала като са установени следните несъответствия с изискванията на Възложителя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за номенклатура „Затворена система за серум с гел 3.5 мл.“, участникът е оферирал продукт с каталожен номер KJ040AS. След направена проверка на приложените документи е установено, че под този каталожен номер медицинският консуматив е с обем 4мл, което не отговаря на заложените изисквания в документацията.</li> <li>- за номенклатура „Затворена система с натриев хепарин 4 мл.“, участникът е оферирал продукт с каталожен номер KJ040LN. След направена проверка на приложените документи е установено, че под този каталожен номер медицинският консуматив е с литиев хепарин, което не отговаря на заложените изисквания в документацията.</li> <li>- за номенклатура „Игли бъртерфлайки - за вакутейнери 0,8мм x 19мм x 178мм, 21G“, участникът е оферирал продукт с каталожен номер 26764. След направена проверка на приложените документи е установено, че под този каталожен номер медицинският консуматив е с дължина на шлауха 12'' = 305мм, което не отговаря на заложените изисквания в документацията.</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие</li> </ul>
--	---

<p>Обособена позиция № 221 / Заглавие на обособената позиция 221/Патология 1</p>	<p>• Ди Ем Джи Клиник ЕООД -Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва приложена спецификация, част от техническата оферта, от която да е видно производителя и каталожния номер, който оферира участникът за съответната номенклатура. С оглед на това не може да се установи за всяка номенклатура предвидения производител и съответствието с заложените изисквания на Възложителя</li> </ul> <p>Представени са оторизационни писми от производител Bio Optica и PFM Medical, но поради факта, че липсва спецификацията, част от техническата оферта не може да се установи дали са приложени за всички предвидени от участника, както и кой производител кое медицински изделие ще произвежда. В оторизационното писмо от PFM Medical е записано: „...Ди Ем Джи Клиник ЕООД няма изключителна оторизация да предлага за продажби и обслужване всички горепосочени продукти за територията на България и да участва във всякакви търгове...“. Следователно участникът не е оторизиран. Също така част от приложените Декларации за съответствие не са преведени изцяло на български език. Приложения каталог също не е на български език. Поради всичко описано, участникът не отговаря на изискванията на изискванията на Възложителя. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие</li> </ul> <p>• Медицинска Техника Инженеринг ООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва копие на сертификата за съответствие със стандарти EN ISO 13485 или еквивалентни на името на производителя Carl Roth</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие</li> </ul>
	<p>• Емония Фарматех България ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва копие на сертификата за съответствие със стандарти EN ISO 13485 или еквивалентни на името на производителя за Емония Биотех ООД</li> </ul> <p>За производителя Citotest, отбелязан като производител на номенклатури от 34 до 73, както и за посочените медицински изделия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва копие на сертификата за съответствие със стандарти EN ISO 13485 и EN ISO 9001 или еквивалентни на името на производителя</li> <li>- липсва Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ</li> <li>- липсва ЕС сертификата за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган</li> <li>- липсва Декларация за нанесена „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие, в съответствие със изискванията на чл.8 и чл.15 отЗМИ</li> <li>- липсва Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие</li> <li>- липсват Каталози, технически данни, образци, описание и/или фотоснимки на медицинските изделия на предлаганите продукти</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Аквахим АД - От представените документи за оферирания медицински изделия, са установени следните разминавания с изискванията на Възложителя: <ul style="list-style-type: none"> <li>- номенклатура 1 „Парафин на гранули на основата на високопречистени парафини и полимери с ниско молекулно тегло, без DMSO, температура на топене 56°С, опаковка до 5 кг“, участникът е оферирал продукт с каталожен номер DP030980. При проверка на каталожния номер е установено, че предлагания продукт е в опаковка 6x2kg, следователно не изпълнено изискването на възложителя.</li> <li>- номенклатура 10 „Лепило за покривни стъкла, водоразтворимо, подходящо за ИХХ, опаковка до 50 мл“, участникът е оферирал продукт с каталожен номер DPTA-125-AM. При проверка на каталожния номер е установено, че предлагания продукт е 125мл, следователно не изпълнено изискването на възложителя.</li> <li>- номенклатура 34 „Предметни стъкла с двойно матиран край, шлифовани, 50 бр./оп.“, участникът е оферирал продукт с каталожен номер DP0610TSC. При проверка на каталожния номер е установено, че предлагания продукт е 1000бр/оп, следователно не изпълнено изискването на възложителя.</li> <li>- номенклатура 45 „Контейнери за биопсични/оперативни материали, 50 мл.“, участникът е оферирал продукт с каталожен номер DP070015R. При проверка на каталожния номер е установено, че предлагания продукт е с обем 60мл, следователно не изпълнено изискването на възложителя.</li> <li>- от номенклатура 46 до номенклатура 51 Възложителя е изискал контейнерите да бъдат с надпис. С оглед на предложените продукти и при проверка на същите в каталога е установено, че предлаганите от участника контейнери са без надпис.</li> <li>- от номенклатура 52 до номенклатура 57 Възложителя е изискал форми за отливане на парафин с определени размери. С оглед на предложените продукти и при проверка на същите в каталога е установено, че предлаганите от участника форми не отговарят на изисканите. Пример за номенклатура 1 размерите дадени от Възложителя са 7x7x5cm, а оферирания от участника са 7x7x6. Аналогично е и при другите номенклатури до 57 включително.</li> </ul> </li> <li>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие</li> </ul> </li> </ul>
<p>Обособена позиция № 222 / Заглавие на обособената позиция 222/Патология 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Омнимед ООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 224 / Заглавие на обособената позиция 224/Операционен консуматив 1</p>	<p>Инфомед ЕООД- надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие</p>

<p>Обособена позиция № 226 / Заглавие на обособената позиция 226/Операционен консуматив 3</p>	<p>Аквахим АД - От представените документи за оферираните медицински изделия, са установени следните разминавания с изискванията на Възложителя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в номенклатура 1 размерите на адхезивните чаршафи трябва да е 90x75см, участникът е оферирал продукт с адхезивен чаршаф с размери 75x100см., следователно не е изпълнено изискването на Възложителя. Аналогично е и за номенклатури 2 и 3</li> <li>- в номенклатура 4 размерите на стерилните двуслойни операционни чаршафи трябва да са 150x200см, участникът е оферирал продукт с размери на чаршафа 150x180см., следователно не е изпълнено изискването на Възложителя.</li> <li>- в номенклатура 6 размерите на стерилните двуслойни операционни чаршафи трябва да са 180x150см, като трябва да са подсилени с допълнителна абсорбация. Участникът е оферирал продукт с размери на чаршафа 160x180см., като не става ясно дали е подсилен, следователно не е изпълнено изискването на Възложителя. Аналогично е и за номенклатура 7</li> <li>- в номенклатура 9 има определен от Възложителя отвор с ф8см. Участникът е оферирал продукт, за който не става ясно големината на отвора, следователно не може да се каже, че е изпълнено изискването на Възложителя. Аналогично е и за номенклатура 10</li> <li>- в номенклатура 11 чаршафа трябва да има разрез с размери бх65см. Участникът е оферирал продукт с размери на чаршафа 15x75см., следователно не е изпълнено изискването на Възложителя. Аналогични разминавания в размерите са установени и за номенклатура 12, 13</li> <li>- в номенклатура 14 размерите на чаршафа трябва да са 175x240см. Участникът е оферирал продукт с размери на чаршафа 150x240см., следователно не е изпълнено изискването на Възложителя</li> <li>- от номенклатури 23 до 30 е установено разминаване на изисканите от Възложителя размери за попиващите кърви и оферираните от участника, съгласно описаните каталожни номера. Също така от каталога не става ясно дали оферираните продукти имат лепенки и хартиена лента колан. Следователно не е изпълнено изискването на Възложителя. Аналогично е и за оферирания продукт за номенклатура 35 – разминават се размерите на изисканата попиващата кърпа</li> <li>- оферираните продукти (каталожни номера) за номенклатури от 31 до 34 от участника не са открити в приложения каталог от участника.</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 229 / Заглавие на обособената позиция 229/Операционен консуматив б</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Фаркол АД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие</li> <li>• Аквахим АД - От представените документи за оферираните медицински изделия, са установени следните разминавания с изискванията на Възложителя: <ul style="list-style-type: none"> <li>- от оферираните продукти за номенклатури от 1 до 11 не става ясно дали са с или без допълнителни връзки. С оглед на това не може да се каже, че участникът се е съобразил с изискванията на Възложителя.</li> <li>- от оферираните продукти за номенклатури 14, 15, 17 и 18 са установени разминавания в изисканите от Възложителя размери на чаршафите. Като например за номенклатура 14 е заложен чаршаф с размери 70/70, а участникът е оферирал чаршаф с размери 75/75. Аналогично е и за другите номенклатури. С оглед на това участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя.</li> </ul> </li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие</li> </ul>



<p>Обособена позиция № 230 / Заглавие на обособената позиция 230/Стерилизация 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Медицинска Техника Инженеринг ООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 или еквивалентни на името на производителя VP Streclin</li> <li>- липсва копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 и EN ISO 9001 или еквивалентни на името на производителя SPS Medical. Представено е писмо от SPS Medical, в което отбелязват, че фирмата е регистрирана в Американската администрация по храни и лекарства (FDA), като регламентът на FDA за системи за качество е изключително близък до стандартите EN ISO 13485 и EN ISO 9001. В документацията за участие е описано, че участниците може да представят еквивалентни сертификати на EN ISO 13485 и EN ISO 9001. Вземайки под внимание декларираното от участника FDA не е еквивалентен, а е близък, поради което не може да се приеме за изпълняване на условието на Възложителя.</li> <li>- липсва Декларация за съвместимост с наличната апаратура</li> </ul> </li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ГЮС ООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва Декларация за нанесена „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие</li> <li>- липсва Копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 или еквивалентни на името на производителя HAWO</li> <li>- част от приложените каталози не са преведени на български език, следователно участникът не се е съобразил с изискването на Възложителя всички документи на чужд език да бъдат преведени на български език</li> <li>- липсва Декларация за съвместимост с наличната апаратура</li> </ul> </li> </ul> <p>От приложените документи за оферирания продукт за номенклатура 3 „Тестове за контрол на излагането – адхезивна лента с индикатор за пара 19мм/50м“ е установено разминаване от изисканите размери. Под описания каталожен номер за тази номенклатура (от каталога) са установени следните размери на лентата 18мм, следователно участникът не е изпълнил изискванията на Възложителя</p> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ридаком ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие</li> </ul>

<p>Обособена позиция № 231 / Заглавие на обособената позиция 231/Стерилизация 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Медицинска Техника Инженеринг ООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва копие на сертификата за съответствие със стандарти EN ISO 13485 и EN ISO 9001 или еквивалентни на името на производителя SPS Medical. Представено е писмо от SPS Medical, в което отбелязват, че фирмата е регистрирана в Американската администрация по храни и лекарства (FDA), като регламентът на FDA за системи за качество е изключително близък до стандартите EN ISO 13485 и EN ISO 9001. В документацията за участие е описано, че участниците може да представят еквивалентни сертификати на EN ISO 13485 и EN ISO 9001. Вземайки под внимание декларираното от участника FDA не е еквивалентен, а е близък, поради което не може да се приеме за изпълняване на условието на Възложителя.</li> <li>- липсва Декларация за съвместимост с наличната апаратура</li> </ul> </li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Медилон ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва Декларация за съвместимост с наличната апаратура</li> </ul> </li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ГЮС ООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва Декларация за нанесена „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие</li> <li>- приложения каталог не е преведен на български език, следователно участникът не се е съобразил с изискването на Възложителя всички документи на чужд език да бъдат преведени на български език</li> <li>- липсва Декларация за съвместимост с наличната апаратура</li> </ul> </li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие</li> </ul>

• Химтекс ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:  
- липсва копие на сертификата за съответствие със стандарти EN ISO 13485 или еквивалентни на името на производителя  
- липсва Декларация за съвместимост с наличната апаратура  
От представените документи, участникът не изпълнява изискванията на Възложителя в следните номенклатури:  
- номенклатура 8 „Ролки гладко фолио с индикатор за пара, формалдеhid и EO 38см/200м“ – офериран продукт от участника с каталожен номер 112.113 е с размери 350мм/200м (видно от приложения каталог и превод от участника), което не отговаря на изискванията заложиени в документацията;  
- номенклатура 9 „Ролки гладко фолио с индикатор за пара, формалдеhid и EO 42см/200м“ – офериран продукт от участника с каталожен номер 112.114 е с размери 400мм/200м (видно от приложения каталог и превод от участника), което не отговаря на изискванията заложиени в документацията;  
Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:  
- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие  
• Алекс 01 ЕООД - Едното от удостоверенията /Университетска болница „Лозенец“/ няма лого, изходящ номер с дата, нито име и длъжност на подписващия. Комисията счита, че не може да го приеме като неоспоримо доказателство, поради невъзможността да го отнесе към конкретна такава, посочена в списъка на извършените доставки. Представеното копие на договор за доставка също не доказва добро изпълнение от страна на участника.  
Комисията счита, че с допълнително представените документи участникът не е доказал техническите си и квалификационни възможности съгласно изискванията на възложителя.  
Офертата на участника е нередовна. С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.

• Медицинска Техника Инженеринг ООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:  
- липсва копие на сертификата за съответствие със стандарти EN ISO 13485 или еквивалентни на името на производителя  
- липсва Декларация за съвместимост с наличната апаратура  
Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:  
- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие  
• Медилон ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:  
- липсва копие на сертификата за съответствие със стандарти EN ISO 13485 и EN ISO 9001 или еквивалентни на името на производителя  
- липсва Декларация за съвместимост с наличната апаратура  
В приложените документи за оферираните медицински изделия, от участника, липсват искани размери по номенклатури 3, 8 и 9. За номенклатура 3, участникът предвижда да достави продукт с каталожен №NWFL125200, който номер не е намерен в предоставения каталог. За номенклатура 8, участникът предвижда да достави продукт с каталожен №NWFL35200, който отговаря на размери 350мм x 200мм, а Възложителят е изискал за тази номенклатура размери 38см/200мм, следователно участникът не е изпълнил изискването. За номенклатура 9, участникът предвижда да достави продукт с каталожен №NWFL40200, който отговаря на размери 400мм x 200мм, а Възложителят е изискал за тази номенклатура размери 42см/200мм, следователно участникът не е изпълнил изискването.  
Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:  
- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие

Обособена позиция № 232 / Заглавие на обособената позиция 232/Стерилизация 3

- АГАРТА-ЦМ ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:
  - липсва удостоверение за вписване в Българска Търговско-Промислена Палата /БТПП/ за официалния дистрибутор „Медикалпарк“ ЕООД на чуждестранен производител ДОРТ-А ТЪП МАЛЗЕМЕЛЕРИ САН.ИТХ. ТИДЖ. ЛТД. ШТИ в България. В документите на участника има приложено удостоверение от Агенция по вписването за „Медикалпарк“ ЕООД, което удостоверение не е аналогично с изисканото от Възложителя удостоверение за вписване в Българска Търговско-Промислена Палата /БТПП/ за официалния дистрибутор.
  - липсва декларация за съвместимост с наличната апаратураСъгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:
  - стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие
- ГЮС ООД -Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:
  - липсва Декларация за нанесена „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие
  - в приложените документи няма технически данни на офертираното медицинско изделие, следователно не може да се каже, че участникът се е съобразил с изискванията на Възложителя.
  - липсва Декларация за съвместимост с наличната апаратураСъгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:
  - стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие

- Истлинк България ООД - В представения образец на Техническа оферта на участника т.1 е записано „Участваме по обособена позиция 233, която се явява съответно позиция 3 от Раздел Стерилизация...“, приложената към него техническа спецификация отговаря на позиция 3 от Раздел Стерилизация, но обособената позиция е 232.  
В представеният превод на Пълномощно от Анцин Канминна Пекинг Ко. Лтд. (производител) е установено, че е дрсериано общо към директори на болници в България и е валидно за 5 години, но не е посочена конкретна дата на неговото издаване и/или упоменаване на конкретен търг, за който е приложимо (валидно за българския превод и за английския текст). Също така е установено очевидно разминаване в превода на български език, по отношение на това, че в българския превод фигурира датата Май 2016г, а в английската версия липсва подобна дата.  
За предложените медицински изделия, от участника за номенклатури 3, 8 и 9 не е ясно какви размери са, поради факта, че посочените каталожни номера не фигурира в приложения каталог. Видно от каталога необходимите размери за тези номенклатури липсват. Също така от представените документи не става ясно дали консумативите отговарят на Допълнителните изисквания на възложителя към този раздел, които са част от Документацията за обществената поръчка.  
Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:
  - липсва Декларация за съвместимост с наличната апаратураСъгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:
  - стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие

• Химтекс ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:

- липсва копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 или еквивалентни на името на производителя

- липсва Декларация за съвместимост с наличната апаратура

От представените документи, участникът не става ясно дали офертираните медицински изделия са с индикатор за формалдеhid.

Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:

- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие

• Медицинска Техника Инженеринг ООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:

- липсва копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 или еквивалентни на името на производителя

- липсва Декларация за съвместимост с наличната апаратура

Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:

- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие

• Медилон ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:

- липсва копие на сертификат за съответствие със стандарти EN ISO 13485 и EN ISO 9001 или еквивалентни на името на производителя

- липсва Декларация за съвместимост с наличната апаратура

В приложените документи за офертираните медицински изделия, от участника, липсват искани размери по номенклатури 1 и 4. За номенклатура 1, участникът предвижда да достави продукт с каталожен №NWGS751001, който номер не е намерен в предоставения каталог. За номенклатура 4, участникът предвижда да достави продукт с каталожен №NWGS20100, който отговаря на размери 200мм x 55мм x 100мм, а Възложителят е изискал за тази номенклатура размери 20см/5см/100мм, следователно участникът не е изпълнил изискването.

Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:

- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие

• АГАРТА-ЦМ ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:

- липсва удостоверение за вписване в Българска Търговско-Промислена Палата /БТПП/ за официалния дистрибутор „Медикалпарк“ ЕООД на чуждестранен производител ДОРТ-А ТЪП МАЛЗЕМЕЛЕРИ САН.ИТХ. ТИДЖ. ЛТД. ШТИ в България. В документите на участника има приложено удостоверение от Агенция по вписването за „Медикалпарк“ ЕООД, което удостоверение не е аналогично с изисканото от Възложителя удостоверение за вписване в Българска Търговско-Промислена Палата /БТПП/ за официалния дистрибутор.

- липсва декларация за съвместимост с наличната апаратура

Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:

- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие

Обособена позиция № 233 / Заглавие на обособената позиция 233/Стерилизация 4

• ГЮС ООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:

- липсва Декларация за нанесена „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие
- в приложения каталог не са упоменати технически данни на медицинския продукт, следователно не може да се счита, че участникът се е съобразил с изискванията на Възложителя
- липсва Декларация за съвместимост с наличната апаратура

Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:

- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие

• Истиник България ООД - В представения образец на Техническа оферта на участника т.1 е записано „Участваме по обособена позиция 234, която се явява съответно позиция 4 от Раздел Стерилизация...“, приложената към него техническа спецификация отговаря на позиция 4 от Раздел Стерилизация, но обособената позиция е 233.

В представеният превод на Пълномощно от Анцин Канминна Пекинг Ко. Лтд. (производител) е установено, че е дрсирано общо към директори на болници в България и е валидно за 5 години, но не е посочена конкретна дата на неговото издаване и/или упоменаване на конкретен търг, за който е приложимо (валидно за българския превод и за английския текст). Също така е установено очевидно разминаване в превода на български език, по отношение на това, че в българския превод фигурира датата Май 2016г, а в английската версия липсва подобна дата.

Оферираните от участника медицински консумативи не отговарят на исканите от Възложителя размери във всички номенклатури, установено след сравняване с приложения каталог.

Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:

- липсва Декларация за съвместимост с наличната апаратура

Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:

- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие

Обособена позиция № 234 / Заглавие на обособената позиция 234/Стерилизация 5

• Химтекс ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:  
- липсва копие на сертификата за съответствие със стандарти EN ISO 13485 или еквивалентни на името на производителя  
- липсва Декларация за съвместимост с наличната апаратура  
От представените документи, участникът не изпълнява изискванията на Възложителя в следните номенклатури:  
- номенклатура 3 „Опаковъчна креп хартия – 90см/90см“ – оферирания продукт от участника с каталожен номер 113.004 е с размери 100см/100см (видно от приложения каталог и превод от участника), което не отговаря на изискванията заложи в документацията;  
- номенклатура 4 „Опаковъчна креп хартия – 120см/120см“ – оферирания продукт от участника е с каталожен номер 113.005, като е установено, че участникът не е приложил извадка от каталога на производителя с този каталожен номер и съответно не може да се видят размерите, които отговарят на него.  
Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:  
- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.  
• Алекс 01 ЕООД - Едното от удостоверенията /Университетска болница „Лозенец“/ няма лого, изходящ номер с дата, нито име и длъжност на подписващия. Комисията счита, че не може да го приеме като неоспоримо доказателство, поради невъзможността да го отнесе към конкретна такава, посочена в списъка на извършените доставки. Представеното копие на договор за доставка също не доказва добро изпълнение от страна на участника.  
Комисията счита, че с допълнително представените документи участникът не е доказал техническите си и квалификационни възможности съгласно изискванията на възложителя.  
Офертата на участника е нередовна. С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.

• Медицинска Техника Инженеринг ООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:  
- липсва копие на сертификата за съответствие със стандарти EN ISO 13485 или еквивалентни на името на производителя  
- липсва Декларация за съвместимост с наличната апаратура  
Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:  
- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.  
• Медилон ЕООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:  
- липсва копие на сертификата за съответствие със стандарти EN ISO 13485 и EN ISO 9001 или еквивалентни на името на производителя  
- липсва Декларация за съвместимост с наличната апаратура  
Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:  
- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ГЮС ООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва Декларация за нанесена „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие</li> <li>- в приложения каталог не са упоменати технически данни на медицинския продукт, следователно не може да се счита, че участникът се е съобразил с изискванията на Възложителя</li> <li>- липсва Декларация за съвместимост с наличната апаратура</li> </ul> </li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 235 / Заглавие на обособената позиция 235/Стерилизация б</p>	<p>ГЮС ООД - Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в приложената спецификация, част от техническата оферта, не са попълнени колоните за каталожните номера и производителя, който възнамерява да използва участника. С оглед на това документа не е легитимен и не може да се определи, кой производител е оферирал участника към коя номенклатура и съответно да се проверят представените документи и дали оферираните продукти съответстват на изискванията на Възложителя.</li> <li>- липсва Декларация за нанесена „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие</li> <li>- липсва Декларация за съвместимост с наличната апаратура</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 239 / Заглавие на обособената позиция 239/Травматология и ортопедия 3</p>	<p>Ви Енд Ди Сървисис ООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</p>
<p>Обособена позиция № 244 / Заглавие на обособената позиция 244/Травматология и ортопедия 8</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Имплант-Г ООД - предложил е ценова оферта само за една номенклатура от тази обособена позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка: <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.6 Раздел „Описание на обекта на поръчката“: „Всяка обособена позиция се състои от една или повече номенклатурни единици. Участниците в процедурата са длъжни да представят оферта за всички номенклатури, включени в позицията, като неизпълнението на това условие при всички случаи води до отстраняване от участие в процедурата и класиране...“ и стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul> </li> <li>• Титаника 2008 ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнителя“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>



<p>Обособена позиция № 246 / Заглавие на обособената позиция 246/Травматология и ортопедия 10</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Титаника 2008 ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 247 / Заглавие на обособената позиция 247/Травматология и ортопедия 11</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Титаника 2008 ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> <li>• Айф Фарма ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 249 / Заглавие на обособената позиция 249/Травматология и ортопедия 13</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Титаника 2008 ЕООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 250 / Заглавие на обособената позиция 250/Травматология и ортопедия 14</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ортомед Трейдинг ООД - надвишава прогнозната стойност за обособената позиция. Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка стр.14 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка.“ и стр.15 от същия раздел „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
<p>Обособена позиция № 251 / Заглавие на обособената позиция 251/Урология 1</p>	<p>Соломед ЕООД -Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва Инstrukция за употреба на предлаганото медицинско изделие</li> <li>- приложените каталози са на чужд език, следователно участникът не е изпълнил изискванията на Възложителя за превод на български език.</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>

<p>Обособена позиция № 252 / Заглавие на обособената позиция 252/Урология 2</p>	<p>Соломед ЕООД -Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в Раздел „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“ (от стр.11 до стр.13) от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- липсва Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие</li> <li>- приложените каталози са на чужд език, следователно участникът не е изпълнил изискванията на Възложителя за превод на български език.</li> </ul> <p>Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стр.15 Раздел „Провеждане на процедурата, класиране и определяне на изпълнител“: „...Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: ... с) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя ...“ С оглед изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм/ е отстранен от участие.</li> </ul>
---	---

Изпълнителен директор:

/ проф.д-р

Ел. 2 от 33 ЛД