УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД
София, бул. "Тотлебен" № 21

т. 2 от 331 д

УТВЪРЖДАВ
ИЗПЪЛНИТЕ
проф. д-р Стоян Миланов, д.м.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА

Настоящата документация се издава на основание чл. 31 от Закона за обществените поръчки и е одобрена с Решение № РД-26-80/19.01.2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧАСТ I
1. Описание на обекта на поръчката.
2. Техническа спецификация.
3. Критерий за оценка на офертите.
4. Указания за реда и условията за участие и провеждане на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.
5. Проект на договор за възлагане на поръчката.

ЧАСТ II
Образци на документи за участие в процедурата.

ЧАСТ I

1. Описание на обекта на поръчката.
2. Техническа спецификация.
3. Критерий за оценка на офертите.
4. Указания за реда и условията за участие и провеждане на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.
5. Проект на договор за възлагане на поръчката.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД
София, бул. "Тотлебен" № 21

1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

Настоящата процедура се провежда на основание сключени Споразумения № 1, № 2 и № 4 за съвместно възлагане на процедури по ЗОП между УМБАЛСМ «Н. И. Пирогов» ЕАД и МБАЛ «проф. Д-р Параскев Стоянов» АД, гр. Ловеч и Решение на Съвета на директорите на УМБАЛСМ «Н. И. Пирогов» ЕАД – Протокол № СД-I-11/21.12.2016 г. и Протокол № СД-I-12/23.12.2016 г.

Обект на поръчката е доставка по чл. 3, ал. 2 от ЗОП с предмет: Доставка на медицинска апаратура за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение «проф. Д-р Параскев Стоянов» АД – гр. Ловеч, по обособени позиции, подробно описани в Техническата спецификация към настоящата документация за участие.

Вид на процедурата – открита.

Срок за изпълнение на обществената поръчка – 6 /шест/ календарни месеца от датата на подписване на договора за изпълнение.

Място на изпълнение на обществената поръчка: МБАЛ «проф. Д-р Параскев Стоянов» АД, гр. Ловеч 5500; ул. «д-р Съйко Съев» № 27.

Код по Класификатора на ОП – 33100000.

Критерий за възлагане на поръчката: „най-ниска цена".

Начин за образуване на предлаганата цена - крайна цена в лева, с включени всички разходи и ДДС до получател МБАЛ «проф. Д-р Параскев Стоянов» АД, гр. Ловеч 5500, до два знака след десетичната запетая.

Срок и начин на плащане – в български лева, по банков път, по следната схема:

- Авансово плащане - в размер на 50 % /петдесет на сто/ от общата стойност на договора до 5 /пет/ работни дни след отправена писмена заявка за доставка.
- Остатъкът до пълния размер на стойността на договора се заплаща в срок до 10 (десет) дни след доставка.

Срок за валидност на предложенията - 90 /деветдесет/ дни от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите;

Ограничения при изпълнението на обществената поръчка:

- всеки кандидат може да представи само по една оферта, включваща изпълнението на една или повече обособени позиции от техническата спецификация.
- не се допуска представянето на варианти на офертата.

Пълен и неограничен достъп до документацията за участие в процедурата: http://pirogov.nit.bg/obshhestveni-porchki/lovech-2017/.

Искане за разяснения по решението, обявлението и докуметацията за обществената поръчка се приема до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Разясненията се предоставят от възложителя в 4-дневен срок чрез профила на купувача.

Офертите се приемат: в отдел "Обществени поръчки", УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД, гр. София, бул. "Тотлебен" № 21, до 15.45 часа на 06.03.2017 г. Офертата се представя в упоменатия от Възложителя срок в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Офертата задължително се подава на български език. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, се представя задължително и в превод.

Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши на: 07.03.2017 г. от 10.00 ч. в Аудиторията на Секция по изгаряне и пластична хирургия, 2-ри етаж /Администрация/, гр. София 1606, бул. "Тотлебен" № 21;

Техническата спецификация се състои от четири обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 – Ангиографски апарата – 1 брой;
Обособена позиция 2 – 16-срезов компютърен томограф за цяло тяло, спирален с възможност за извършване на ангиографски изследвания за констатиране на мозъчна смърт – 1 брой;
Обособена позиция 3 – Водоочистваща система – 1 брой;
Обособена позиция 4 – Хемодиализен апарат – 2 броя.
Ценовите предложения на участниците следва да не надвишават посочената в обявлението прогнозна стойност по обособени позиции. Неизпълнението на това условие при всички случаи води до отстраняване на участник от процедурата.
Техническата спецификация съдържа минималните технически характеристики и параметри, на които следва да отговарят предложенията на участниците. До класиране се допускат само оферти на участници, които са удовлетворили изискуемите базисни изисквания, заложени от възложителя в настоящата документация за участие.
За доказване съответствието на оферираните изделия с изискванията на възложителя, участниците следва да изготвят сравнителна таблица във вида:

Техническа спецификация на възложителя /изброяват се всички изискуеми характеристики и параметри от документацията за участие/	Конкретно предложение на участника /описват се детайлно всички параметри и характеристики, които се предлагат от участника/	Съответствие ДА/НЕ /съответствието се определя от участника, като задължително следва да има препратки, в т.ч. номер на страница и вид на документа, към каталози, брошури, протоколи, техническа информация и др., доказващи съответствието/

Всяко грешно отбелязано съответствие/несъответствие и/или неправилна препратка, и/или липсата на такава, и/или предоставянето на подвеждаща, неточна или грешна информация от страна на участниците, при всички случаи води до отстраняване по съответната позиция.
Възложителят си запазва правото да проверява направените от участниците заявления, като проверява предоставената му информацията по всички достъпни и законнови начини, вкл. справки в официалните сайтове на производителите; запитвания до официални представителства и др. по свое усмотрение с цел обезпечаване интересите си и запазване конкурентния принцип на процедурата.

Следните изисвания към предлаганата апаратура /оборудване/ **<u>са задължителни</u>** за участниците в процедурата:
1. Предлаганата апаратура трябва да отговаря на задължителните работни характеристики и функционални изисквания, посочени в Техническата спецификация или да притежава по-добри такива.
2. Офертата трябва да включва доставка, монтаж и инсталация, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие и предаване за експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи.
3. Оферираната апаратура трябва да бъде доставена, монтирана, инсталирана и настроена до готовност за експлоатация.
4. След монтажа на апаратурата (оборудването) трябва да бъдат проведени приемателни изпитания, за които отговорност ще има доставчикът.
5. Предложената апаратура да бъде фабрично нова, да не е била демонстрационна и да не е рециклирана.

6. Участникът предоставя документите за съответствието на медицинското изделие с изискванията на закона за медицинските изделия, а именно:

- Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител – копие на оригинала и в легализиран превод на български език;
- ЕС сертификат за оценка на съответствието, издадена от нотифициран орган - в официален превод на български език;

7. Участникът трябва да осигури гаранционно обслужване с минимален срок от 36 (тридесет и шест) месеца за обособена позиция 1 и 12 (дванадесет) месеца – за обособени позиции от № 2 до № 4 вкл., както и следгаранционно обслужване на доставеното оборудване, през времето в което е в гаранционен срок, както и след него от сервизните инженери обучени от производителя, при максимално време на реакция - до 8 /осем/ часа от съобщаване на проблема.

8. При доставка участникът трябва да осигури Ръководство за работа с апаратурата (на български и английски език) в електронен формат и едно копие на хартия, с ясни инструкции и подробно описание на съответните протоколи и функции на всички приложения, както и необходимите материали за провеждане на обучения за потребителите.

9. Производителите на предлаганата апаратура да притежават Сертификати ISO 13485:2003 или еквивалент, издаден от акредитирана институция или агенция за качеството;

10. Предлаганата апаратура да притежава CE mark и да съответства на изискванията на Директива 93/42/EEC, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ.

11. В случай, че участникът не е производител, той трябва да е оторизиран от производителя или от упълномощен представител на производителя за право на представителство и търговия на територията на Република България;

12. Участникът следва да предостави цялата необходима документация и да съдейства за съгласуване на необходимите технологични проекти пред НЦРРЗ и АЯР, както и за узаконяване на апаратурата пред институциите НЦРРЗ и АЯР – за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.

13. Доставчикът трябва да обучи персонала на МБАЛ Ловеч, който ще работи с апаратурата.

14. Всички части на устройствата трябва да бъдат нови, без дефекти и да не бъдат демооборудване.

Гаранция – сервиз

1. По време на гаранционния срок доставчикът е длъжен не само да поправя възможните повреди, но и да извършва профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на производителя.

2. Гаранционното обслужване да включва и задължителните актуализации на софтуера, включително и необходимите лицензи и софтуерна поддръжка.

3. Участникът трябва да предостави и пълен списък на всички материали и консумативи, необходими за работата на устройството *(основният състав на устройството не трябва да бъде посочван в списъка).*

4. Участникът трябва да декларира, че ще предостави по едно копие от сервизното ръководство (на български или английски език) в електронен формат и по едно копие на хартия.

5. Участникът трябва да приеме условието, че по време на гаранционния срок или договора за пълно обслужване максималната продължителност на прекратяване на работа на апаратурата поради повреди или профилактика ще бъде по-малко от двеста и четиридесет (240) часа годишно. В случай, че това време превиши 240 часа, участникът приема гаранционния срок (или сервизното обслужване) да бъдат удължени с толкова дни, колкото часа над определените 240 часа апаратурата не е работила.

Обучение

1. Участникът трябва да предостави необходимото обучение на потребителите и техническия персонал, съгласно препоръките на производителя или спецификациите на тръжната процедура.

2. Техническа Спецификация

Обособена позиция № 1: Ангиографски апарат

Задължителни работни характеристики и функционални изисквания
Гентри (С-рамо)
1.1. С-рамо с подово или таванно окачване с монопланово движение
1.2. Дълбочина на С- рамото: мин. 80 cm
1.3. Ротация за лява/дясна коса проекция: мин. ± 100°
1.4. Краниo/каудална ротация: мин. ± 45°
1.5. Защита от колизии
Пациентна маса
2.1. Надлъжно движение на масата: мин. 100 cm
2.2. Максимална товароносимост: мин. 200 kg
2.3. С латерално движение на плота
2.4. Дължина: мин. 280 cm
2.5. Устройствата за управление на системата с възможност за монтаж от двете страни на масата
2.6. Ротация на масата: мин. ± 90 °
2.7. Контролът на движението на С-рамото, масата и колиматора, на скопичните и графични режими, и на записа на скопия да се извършват от масата с възможност за монтаж на устройствата за управление на системата от двете страни на масата
Рентгенов генератор
3.1. Максимална мощност: мин. 100 kW
3.2. Максимално напрежение: мин. 100 kV
Рентгенова тръба
4.1. Брой фокуси - мин. 2
4.2. Топлинен капацитет на анода: Мин. 2.4 MHU
4.3. Топлинен капацитет на хаубето (housing heat storage capacity): мин. 2 MHU
4.4. Дозиметър на пациентната доза
Колиматор
5.1. Колиматорна система оптимизирана за плосък детектор
Система за получаване на образи тип плосък детектор
6.1. Плосък дигитален детектор

6.2. Детектор с физически размер на активната матрица (без защитния корпус): мин. 25 х 25 см
6.3. Максимална пространствена резолюция
6.4.Обхват за ротация на детектора: мин. 90° (Пояснение: изискването е приложимо само за предложеня с правоъгълни детектори. За предложенията с квадратни детектори не се прилага).
Мониторна система
7.1. TFT/LCD високояркостни монитори с в работната зала за жив, референтен образ, Roadmap и 3D визуализация
7.2. 2 (два) броя TFT/LCD високояркостни монитори в контролната зала за жив, референтен образ и хемодинамични параметри
Дигитално изображение / режими и постобработка
8.1. Дигитална субтракционна ангиография / DSA и дигитална радиография /
8.2. Периферна дигитална ангиография
8.3. Възможност за интраартериални интервенции при остро нарушение на мозъчното кръвообращение
8.4. 2D Roadmap
8.5. 3D реконстукция на съдове
8.6. Софтуер за анализ на съдове с диаметър 0.5 мм – 50 мм, количествено измерване на стеноза
8.7. Обработки на образа (contrast, brightness, subtraction, landmarking, pixel shift, roam, zoom, негатив/позитив и др.)
8.8. Задаване на анотации
8.9. Възможност за преглед на образите при бавна скорост, кадър по кадър, напред и назад
8.10. Възможност за запис на серии скопични образи
8.11. Софтуерен пакет за количествени измервания на ъгли, дължини, количествена калибрация и др.
8.12. Онлайн образна памет при максимална матрица и степен на сивата скала
8.13. Архивиране на изследванията на CD/DVD в DICOM формат
8.14. Пълни DICOM функционални възможности (storage, print, query, retrieve)
8.15. Възможност за включване в болнична информационна система
Високо специализирана работна станция за постпроцесинг състояща се от хардуер и софтуер за 3D real-time обемни реконструкции. DICOM 3.0 съвместима.
9.1. Хардуерът трябва да отговаря на изискванията на софтуера и да осигурява безпроблемна работа
Функционалност на софтуера:
9.2. Софтуер за планиране и изпълнение на емболизации.
9.3. Софтуер за анализ на аневризми обвързано със сегментиране на интракраниални аневризми, включващо определяне на обем, височина, дължина, диаметър за целите на виртуалното планиране
9.4. DSA и високоскоростен преглед на нативни и субтрахирани образи
9.5. Софтуер за визуализиране и анализ на кръвния поток и перфузията на изследвания орган и зони на интерес.

Работна станция за регистрация и следене на сърдечно-съдова хемодинамика, с поне 3 канала за инвазивно налягане, ЕКГ, следене на: СМО, температура, респирация, неинвазивно кръвно налягане. Пълен запис на данните (тип "full disclosure").
Допълнителна окомплектовка:
11.1. Лъчезащитни средства:
А. Таванно окачен лъчезащитен екран поне 60 cm x 70 cm с мин. 0.5 Pb еквивалент и възможност за ротация 360°
Б. Оловно-гумена подекранна престилка с мин. 0,5 mm Pb
11.2. Ангиографски инжектор за контрастна материя с програмируеми протоколи
11.3. Разговорна уредба (интерком)
11.4. Процедурна таванна лампа
11.5. Електроразпределително табло (по схема на производителя)
11.6. UPS, осигуряващо захранване за мин. 3 мин.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 16-СРЕЗОВ КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ ЗА ЦЯЛО ТЯЛО, СПИРАЛЕН С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА КОНСТАТИРАНЕ НА МОЗЪЧНА СМЪРТ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ		
1.	**Гентри**	
1.1.	Отвор на гентрито:	Не по-малко от 65 см.
1.2.	Наклон на гентрито:	±30°
1.3.	Възможност за управление движенията на гентрито дистанционно и от залата за изследвания	да
1.4.	Разстояние фокус-детектор:	Не повече от 100 см.
2.	**Пациентска маса**	
2.1.	Хоризонтален обхват на сканиране	мин. 135 см.
2.2.	Максимална товароносимост на масата при гарантиране на точността на позициониране	Не по-малко от 180 кг.
2.3.	Стандартни аксесоари за позициониране и обездвижване на пациента	да
3.	**Високоволтов рентгенов генератор**	
3.1.	Мощност на генератора:	мин. 24 kW
3.2.	Минимален обхват на kV:	80-130 kV
3.3.	mA Обхват	мин. 20-180 mA
4.	**Рентгенова тръба**	
4.1.	Максимален ток на тръбата (номинален):	мин. 180 мА
4.2.	Минимално време за пълна ротация на тръбата:	макс. 1 сек.
4.3.	Топлинен капацитет на анода:	мин. 2MHU
5.	**Детекторна система**	
5.1.	Брой детекторни редове:	мин. 24
5.2.	Брой физически детекторни елементи във всяка детекторна редица	да се посочи
5.3.	Брой получени срезове при пълно завъртане на тръбата 360 градуса в аксиален режим	мин. 16 среза
5.4.	Минимална дебелина на срезовете при спирална	не повече от 0.625

	аквизиция:	
5.5.	Продължителност на спиралното сканиране	мин. 100 сек.
6.	**Параметри на реконструкция и обработка на образите**	
6.1.	Матрица на реконструкция:	мин. 512x512
6.2.	Матрица на визуализация	мин. 1024x1024
6.3.	Време за реконструкция на среза при матрица 512x512	мин. 6 среза/сек.
6.4.	Автоматично оптимизиране на дозата базирано на обзорния скен.	да
6.5.	Специализирана техника за итеративна реконструкция, намаляваща шума и подобряваща качеството на образа и ниско-контрасната резолюция	да
6.6.	Мултипланарна реконструкция в реално време	да
6.7.	Мултипланарна обемна реконструкция	да
6.8.	Съдов анализ с автоматично отстраняване на костни структури	да
7.	**Операторска конзола**	
7.1.	Интуитивен интерфейс - управление чрез клавиатура и мишка	да
7.2.	Капацитет за съхранение на образ:	Не по-малко от 200000 образа
7.3.	2 броя цветни монитори с диагонал мин.:	19", 1280x1 024 резолюция
7.4.	Автоматични аудио инструкции за дишане	да
7.5.	Дълготрайно запаметяване на CD и DVD записване	да
7.6.	Всички DICOM 3 стандартни възможности	да
8.	**Електро-разпределително табло**	да

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: ВОДООЧИСТВАЩА СИСТЕМА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	
1.	Модулът за предварително очистване да притежава пясъчен филтър – колона с автоматизирано управление на промивката.
2.	Модулът за предварително очистване да притежава две двойки филтри за фино филтриране със сменяеми патрони 50/10 микрона и 5/1 микрона.
3.	Модулът за предварително очистване да притежава омекотител с две колони и два резервоара за реагент. Наличие на проточна регенерация и автоматика за да има контрол на предварително зададените стойности за твърдост. Да гарантира твърдост на обработената вода < 1o dH (0.2 mmol/l)
4.	Модулът за предварително очистване да притежава карбонов филтър – колона с повишена абсорбираща способност и автоматизирано управление на промивката. Да гарантира свободен хлор < 0.1 ppm.
5.	Електронният блок за управление към модула обратна осмоза да притежава микропроцесорно управление с осветен текстов дисплей.
6.	Електронният блок за управление да има възможност за автоматично / ръчно промиване на модула за обратна осмоза и на системата за снабдяване с пермеат.
7.	Електронният блок за управление да има възможност за контрол на нивото на вградения в системата буферен съд.

8.	Модулът за обратната осмоза да бъде мобилен.
9.	Шасито да бъде изработено от неръждаема стомана и боядисано.
10.	Производителността на модула за обратна осмоза да бъде не по-малко от 800 л/ч при температура на входящата вода 15оС.
11.	Блокирането на преминаващи през системата бактерии и ендотоксини да бъде > 99%.
12.	Системата да работи със затворен пермеатен ринг и диапазон на производителността от 55 до 75% (да се настройва от оператора чрез потребителския интерфейс на системата).
13.	Системата да изпълнява автоматизирана химическа дезинфекция с необходимата точност, сигурност и безопасност на дезинфекционния цикъл на RO модула и пермеатен ринг.
14.	Да има автоматизирана програма за почистване на калциевите отлагания със съответните дезинфектанти.
15.	Обратната осмоза да бъде оборудвана със система за пестене на вода, с цел значително намаляване на разходите за изразходваната вода. Същата да разполага с буферен съд за смесване на пермеат и омекотена вода.
16.	Системата за обратна осмоза да притежава външен модул за следене на производителността (l/h), налягането на пермеатен ринг (+ регулатор) и порт за вземане на проба.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: ХЕМОДИАЛИЗЕН АПАРАТ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	
1.	Да позволява профилиране на натрия и ултрафилтрацията.
2.	Да има възможност за провеждане на ацетатна, както и на бикарбонатна диализа.
3.	Да притежава модул за суха бикарбонатна субстанция.
4.	Да осигурява във всеки момент от процедурата стартиране на изолирана ултрафилтрация (дифузия).
5.	Да е от отворен тип – да позволява използването на кръвни линии, диализатори и диализни концентрати и от други производители.
6.	Да има измерване и защитни системи на артериално, венозно и трансмембранно налягане.
7.	Да има възможност за настройване на температурата на диализния разтвор в границите от 35 до 39°С.
8.	Да притежава програми за качествена дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти.
9.	Да има вградена система за разпознаване на коректния дезинфектант за съответната програма на дезинфекция.
10.	Да разполага с програма за топлинна дезинфекция (температура до 85°С).
11.	Да използва система за обемно контролирана ултрафилтрация с точност 1% и скорост от 0 до 4000 мл/час. И да показва постоянно параметрите UF Цел, UF време, UF скорост и UF обем.
12.	Да притежава детектор за наличие на кръв в диализната течност ≤ 0,5 мл/кръв/мин – при Hct=25 и замърсяване на хидравличната система.
13.	Да притежава ултразвуков въздушен детектор.
14.	Да притежава оптичен детектор за наличие на кръв или физиологичен разтвор в кръвната линия.

15.	Да дава възможност във всеки един момент от процедурата да се извежда цифрова и текстова информация на български език чрез натискане на бутони на панела.
16.	Да притежава контрол на натрия в плазмата.
17.	Да притежава автоматично включване и провеждане на начален тест.
18.	Да е съпроводен с инструкция за потребителя на български език.
19.	Да притежава централизирано блокиране на ходовата част и блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор.
20.	Да има автоматично адаптиране на диализатния поток на база на зададения кръвен поток и да може да преизчислява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия. Да притежават апирогенен филтър за диализната течност.
21.	Да притежава вградена батерия и да бъде оборудван с топлообменник.
22.	Да притежава полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия и да има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата.

3. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

Поръчката се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта при критерий за възлагане „най-ниска цена", съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Комисията класира допуснатите до разглеждане оферти по низходящ ред за всяка обособена позиция поотделно, въз основа на избрания критерия. На първо място се класира предложението с най-ниска предложена цена за съответната обособена позиция. Когато предлаганите цени в две или повече оферти са равни се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.

4. УКАЗАНИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за обществени поръчки (ЗОП), ППЗОП и поставените изискванията от възложителя.

В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, съгласно чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, същият следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението за конкретната поръчка;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението по поръчката;
4. определянето на партньор или лице, което да представлява обединението за целите на обществената поръчка;

Не може да участва в настоящата процедура и ще бъде отстранен участник, за който са налице следните обстоятелства:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл.

321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;
8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен /освен в случаите по чл. 55, ал. 4 от ЗОП/;
9. е обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
10. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
11. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
12. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
13. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

14. не е представил някой от изискуемите документи, съгласно нормативните разпоредби и обявените условия в настоящата процедура;
15. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 47 от ППЗОП;
16. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;
17. не отговаря на поставените критерии за подбор или друго условие, посочено в документацията за обществена поръчка.
18. е свързано лице с друг участник в процедурата.

Изисквания към участниците:

1. Лично състояние на участниците

Нормативно установените изисквания на чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1-5 /освен в случаите по чл. 55, ал. 4/ от ЗОП относно личното състояние на участниците са **абсолютно задължителни.**

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП - основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Цитираните лица са описани в чл. 40 от ППЗОП.

В случай, че участника участва като обединение/консорциум, изброените по-горе изисквания се прилагат за всеки член на обединението/консорциума по отделно. Когато се предвижда участие на подизпълнител, посочените изисквания се прилагат и за подизпълнителя, с оглед на вида и дела на участието. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1-5 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерките по чл. 56, ал. 1 от ЗОП, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

Когато за участника е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал.1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на своята надеждност, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Участникът представя като доказателства за надеждността си документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение, или документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. Мотивите за приемане или отхвърляне

на предприетите мерки за надеждност от участника и представените доказателства се посочват в решението за класиране.
Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

2. Критерии за подбор:

- Минимални изисквания за годността (правоспособността) на участниците съгласно чл. 60 от ЗОП:

1. Участниците трябва да притежават валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ на името на участника – представя се във формата на нотариално заверено копие.

- Минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние съгласно чл. 61 от ЗОП:

1. Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

- Минимални изисквания за техническите и професионални способности на участниците съгласно чл. 63 от ЗОП:

1. Права за внос, продажба, монтаж и сервиз на предлаганото оборудване;

2. Производителят на оборудването следва да има разработена и внедрена система за управление на качеството, както и система за управление на дейности по проектиране, разработване, производство и търговия с медицински изделия или дейност по проектиране, производство, доставка, инсталиране и поддръжка на медицинска апаратура;

3. Кандидатите или участниците да притежават и прилагат система за управление на качеството в областта на доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация и сервизно обслужване на медицинска техника и оборудване;

4. Наличие на минимум двама сервизни специалисти, преминали обучение при производителя на техниката и притежаващи удостоверения за правоспособност за работа с оборудването.

5. Минимум една изпълнена доставка, за период от три години до датата на подаване на офертата, с приложени доказателства за изпълнението ѝ.

- Документи за доказване на техническите и квалификациони възможности на участниците:

1. Нотариално заверено копие /в превод на български език/ на оторизационно писмо за извършване на доставка, монтаж и сервиз на предлаганото оборудване, издадено от производителя или от упълномощен представител на производителя на името на участника, от което да е видно, че участникът е упълномощен да извършва доставка, монтаж и сервизно обслужване със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата;

2. Заверено от участника копие на оригинала на Сертификат по стандарт ISO 13485 или еквивалентен, издаден на името на производителя на предлаганата апаратура от акредитирана институция или агенция за управление на качеството, представено и в превод;

3. Заверено от участника копие на сертификати по стандарти ISO 9001 и/или ISO 13485 или еквивалентни, или други доказателства за предприети мерки за осигуряване на качеството, издадени на името на участника, когато е приложимо – и в превод;

4. Декларация - списък на сервизните специалисти, ангажирани с изпълнението на обществената поръчка, съдържаща информация за компетентността им - наличие на сертификати за преминат курс на обучение за сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура, издадени от производителя;

5. Декларация - списък на изпълнени доставки на медицинско оборудване, с посочени – стойност, дата и получател на доставките и приложени към тях доказателства за всяка извършена доставка, под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

Ще бъдат отстранявани от участие в тази процедура участници, които не отговарят на нормативно установените изискванията в ЗОП и на специалните изисквания, посочени в документацията за участие, както и в случаите когато участник не отговаря на изискванията за допустимост и подбор.

ПОДГОТОВКА, СЪДЪРЖАНИЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА

При изготвяне на офертата участникът следва да се придържа точно към обявените от възложителя условия /чл. 101, ал. 5 от ЗОП/.

Участникът следва да проучи всички образци, условия и техническо задание на настоящата документация. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. Невъзможността да предостави цялата изискуема информация или представянето на оферта, неотговаряща на условията, описани в документацията, при всички случаи води до неговото отстраняване.

За да декларира желанието си за участие в процедурата, кандидатът следва да подаде офертата в посочения от възложителя срок. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта /чл. 101, ал. 8 от ЗОП/.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения в обявлението срок и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

Офертата се подписва само от управляващия участник или от негов пълномощник, който следва да представи съответното пълномощно в офертата.

Всички, представени документи следва да бъдат на български език /чл. 101, ал. 6 от ЗОП/.

В случаите, когато са включени документи и референции на чужд език, те следва да са придружени с официален превод на български език.

По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

В случай, че за някой от посочените документи е определено, че може да се представи във формата на «заверено от участника копие» или само «копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието му има:

- гриф "Вярно с оригинала";
- името и фамилията на подписващия;
- датата, на която е извършена заверката;
- собственоръчен подпис със син цвят;
- свеж печат на участника.

Офертата и документите, свързани с участието в процедурата се представят в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или от негов представител лично, като всички

разходи по представянето на офертата, както и рискът от забава или загубване са за сметка на участника /чл. 47 от ППЗОП/. Върху нея се посочват:

1. наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
3. наименованието на поръчката и задължително обособените позиции, за които се участва;

При приемането на офертата върху опаковката се отбелязва поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър /чл. 48, ал. 2 от ППЗОП/ срещу подпис на приносителя. На последния се издава документ с входящ номер, удостоверяващ този факт.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка и/или с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.

До изтичане на срока за подаване на офертите /15:45 часа на 06.03.2017 г. /всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си /чл. 101, ал. 7 от ЗОП/. След крайния срок за подаване на офертите участниците нямат право да ги променят или оттеглят.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта /чл. 101, ал. 9 от ЗОП/.

Всички разходи за участие в процедурата са за сметка на кандидата или участника.

Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи независимо от начина на провеждане и изхода на процедурата.

Офертата на всеки участник следва да съдържа:

1. Опис на представените документи, подписан и подпечатан на всяка страница от участника - прилага се в началото на офертата преди всички други документи – по образец;
2. ЕЕДОП

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е публикуван на страницата на Агенция по обществени поръчки:

Начало/ Практика/ Образци на документи след 15.04.2016г.:

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL.

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност /когато е приложимо/;
4. Декларация за съгласие от трето лице по чл. 65, ал. 3 от ЗОП /когато е приложимо/;
5. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо);
6. Декларацията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - по образец;

7. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП – по образец;
8. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП /когато е приложимо/;
9. Документи, доказващи годността (правоспособността) на участниците /в приложимите случаи/;
10. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на участниците /в приложимите случаи/;
11. Документи, доказващи техническите и квалификационни възможности на участниците /в приложимите случаи/;
12. Техническо предложение – по образец – към него участникът прилага:

- сравнителна таблица за доказване съответствието с минималните технически изисквания и параметри на възложителя;
- каталожи, технически данни, нагледни материали и др. по усмотрение на участниците /и в превод на български език/, които доказват съответствието на предлаганите медицински изделия с изискванията на възложителя.
- Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител – копие на оригинала и в легализиран превод на български език;
- ЕС сертификат за оценка на съответствието, издадена от нотифициран орган - в официален превод на български език;
- декларация, че участникът осигурява и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 3 от ЗМИ;
- CE mark в съответствие с изискванията на Директива 93/42/ЕЕС и изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ – копие на оригинала и в легализиран превод на български език;

13. Документ за упълномощаване, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а" от ППЗОП, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
14. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в" от ППЗОП – по образец;
15. Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г" от ППЗОП – по образец;
16. Ценово предложение – представя се в отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри" – по образец. Съдържа предлаганите единични цени от участника. Всички цени да са в лева. Предлаганата цена на доставката е крайна, като в нея се включват всички разходи на изпълнителя, в това число разходи за гориво и консумативи и включен ДДС, като цената е окончателна и не подлежи на промяна през целия срок на договора.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА, КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

След изтичането на срока за получаване на оферти възложителят назначава със заповед комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване /чл. 54, ал. 2 от ППЗОП/.

Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, а когато е приложимо - проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". Комисията предлага по един от присъстващите

представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". С това приключва публичната част от заседанието на комисията.

Комисията разглежда детайлно представените документи по чл. 39, ал. 2 при пълно съответствие с изискванията и ползвайки се от правата си по чл. 54, ал. 7 до ал. 13 вкл., чл. 56 до чл. 58 вкл. от ППЗОП.

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, по отношение на който се установят обстоятелствата, посочени в чл. 107 от ЗОП.

Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация, съгласно чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП.

В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада Възложителят, съгласно чл. 106, ал. 6 ЗОП издава мотивирано решение, с което определя изпълнителите и/или прекратява процедурата. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници на основание чл. 107 от ЗОП.

Възложителят изпраща решението по чл. 22, ал. 1, т. 6 и/или т. 8 от ЗОП при условията на чл. 43 от ЗОП.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение в съответствие с императивите и възможностите на чл. 110 от ЗОП и в случай, че процедурата е открита при условията на външно финансиране - при неполучаване на целевите средства.

Възложителят изпраща до всички участници решението за прекратяване на процедурата при условията на чл. 43 от ЗОП.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Възложителят сключва договор за изпълнение на поръчката с участника, класиран от комисията на първо място съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗОП и при условията на чл. 68 от ППЗОП.

Договорът за изпълнение на обществената поръчка задължително включва всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител и съответства на приложения в документацията проект /чл. 112, ал. 4 от ЗОП/.

Срокът за сключване на договор за изпълнение е съгласно чл. 112, ал. 6 от ЗОП, освен в случаите по чл. 112, ал. 7 от ЗОП.

УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 /пет/ % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 2 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.

Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение на договора, съгласно чл. 111, ал.5 от ЗОП.

Сметка на възложителя: ЦКБ АД – клон Пирогов, IBAN: BG17CECB97905045159900, BIC: CECBBGSF.

При представяне на банкова гаранция, същата трябва да бъде открита в съответствие с изискванията на настоящата документация. Гаранцията трябва да бъде неотменима и

безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части; следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно плащане при първо писмено искане на възложителя.
Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Разходите по евентуалното усвояване – за сметка на възложителя.
Възложителят освобождава банковите гаранции без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли в него.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранциите за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Възложителят публикува документацията за участие в процедурата на своя Профил на купувача на адрес http://pirogov.nit.bg/.
Разясненията по документацията за участие в процедурата, както и информация за деня, часа и мястото на провеждане на публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници се публикуват само на Профила на купувача на възложителя, посочен по-горе.
Решенията на възложителя по чл. 22, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗОП се обявяват по реда на чл. 43 от ЗОП.
Възложителят е длъжен да изпраща на участниците по някой от посочените по-горе способи само документи по процедурата, за които това е изрично предвидено в ЗОП.
Всяка информация, касаеща обществената поръчка, публикувана в сайта на Възложителя, се счита за достъпна за участниците от момента на публикуването ѝ.

ДРУГИ УКАЗАНИЯ

За всички неуредени въпроси в това указание за подготовка на офертата се прилагат разпоредбите на действащия Закон за обществените поръчки и ППЗОП.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД
София, бул. "Тотлебен" № 21

5. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

ДОГОВОР
№ _____

Днес_____ г., между
1./ Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Н.И.Пирогов" ЕАД, ЕИК 130345786, представлявано от проф. д-р Стоян Миланов – изпълнителен директор, с адрес: София 1606, бул. "Тотлебен" №21, тел: 02/9154211, наричано по-долу за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна
и
2/._____, ЕИК _____, със седалище и адрес на управление: _____, тел.: _____, представлявано от _____,
IBAN:_____ BIC:_____,
наричано за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга

на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и във връзка с Решение № _____/_____ на изпълнителния директор на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" – ЕАД за класиране на участниците и за определяне на изпълнител на обществената поръчка с обект: Доставка на медицинска апаратура, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) Изпълнителят продава на Възложителя медицинско оборудване, наричано по-долу СТОКА, подробно описано по вид, количество и единична цена в Приложение №1, явяващо се неразделна част от настоящия договор.
(2) Възложителят отправя писмена заявка за доставка в срок от 10 /десет/ календарни дни от подписването на настоящия договор.
(3) Рискът от случайно погиване или повреждане на медицинската апаратура преминава върху Възложителя от момента на приемането ѝ на мястото на доставката.
(4) Настоящият договор се отнася за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - _____ .
Чл. 2. Договорът се сключва за срок от 6 /шест/ календарни месеца.

II. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) Общата стойност на договора е _____ /_____/ лева с включен ДДС.
(2) Единичните цени на стоките /в приложимите случаи/ са определени в Приложение 1, с включени всички разходи за транспорт, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала, ДДС и др. до втори знак след десетичната запетая.
(3) Цените са фиксирани и не подлежат на промяна за срока на действие на настоящия договор, освен при намаляването им в полза на Възложителя.
(4) Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна на Възложителя по сметката на Изпълнителя, както следва:
- Авансово плащане - в размер на 50 % /петдесет на сто/ от общата стойност на договора до 5 /пет/ работни дни след отправена писмена заявка. Заявката за доставка от страна на възложителя е дължима до 10 /десет/ календарни дни от датата на подписване на договора за изпълнение.
Остатъкът до пълния размер на стойността на договора се заплаща от Възложителя на Изпълнителя в срок до 10 (десет) дни след доставка.

(6) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи /в приложимите случаи/.
(7) Сключването на договор за подизпълнение не освобождава Изпълнителя от отговорността му за изпълнението на настоящия договор.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. (1) Изпълнителят е длъжен:
1. да достави и предаде на Възложителя стоката на място, при условията и в сроковете уговорени в настоящия договор, във вид и количество, съгласно техническата си оферта, в оригинална опаковка, с ненарушена цялост;
2. да осигури за своя сметка транспорта, разтоварването, монтирането и пускането в експлоатация на стоката до местоизпълнението по договора;
3. да предостави цялата необходима документация и да съдейства за съгласуване на необходимите технологични проекти пред НЦРРЗ и АЯР, както и за узаконяване на апаратурата пред институциите НЦРРЗ и АЯР /за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2/;
4. да монтира, пусне в експлоатация и осигури гаранционното поддържане на стоката, както и да обучи лицата, определени от Възложителя, за работа с нея.
5. да предаде на Възложителя всички технически документи, свързани с правилното функциониране на стоката като: инструкция за употреба, ръководство за ползване, техническо описание и др.
6. да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор;
8. да сключи договор/и за подизпълнение с посочения/те в офертата му подизпълнител/и в срок от 5 работни дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на Възложителя в 3-дневен срок /в приложимите случаи/.
(2) Изпълнителят има право:
1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на задълженията си по договора.
2. да получи възнаграждението, уговорено в настоящия договор при добросъвестно изпълнение на задълженията си и приемането им от страна на Възложителя.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 5. (1) Възложителят е длъжен:
1. да заяви писмено стоката 10 /десет/ календарни дни от подписване на настоящия договор;
2. да не възпрепятства Изпълнителя във връзка с изпълнението на договора;
3. да приеме заявените и доставени в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор;
4. да заплати доставените стоки в уговорените срокове;
5. да прегледа стоката при нейното получаване и, ако има възражения, да уведоми незабавно Изпълнителя.
(2) Възложителят има право:
1. да получи стоката във вида, в срока и на мястото, уговорени в настоящия договор;
2. да оказва текущ контрол при изпълнението на договора;

3. да изисква от Изпълнителя замяната на некачествена, непълна или дефектна доставка по реда и в сроковете определени в този договор;
4. да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на Изпълнителя на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в чл. 8 от настоящия договор;
5. да изиска от Изпълнителя да сключи и да му представи договор/и за подизпълнение с посочения/те в офертата му подизпълнител/и /в приложимите случаи/.

V. ДОСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 6. (1) Изпълнителят е длъжен:
- да достави стоката в срок до _____ работни дни след получаване на писмена заявка от страна на Възложителя и извършено авансово плащане.
- да извърши монтажа и пускането му в експлоатация в срок до _____ работни дни след получаване на всички необходими разрешения за монтаж и пускане в експлоатация на апаратура с йонизиращо лъчение, предоставени от страна на Възложителя / за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2/.

(2) Стоката следва да се предаде в сградата на МБАЛ "проф. Д-р Параскев Стоянов» АД, гр. Ловеч 5500, ул. «д-р Съйко Съев» № 27, на упълномощено от Възложителя лице. За приемането и предаването се съставя приемно-предавателен протокол, в два екземпляра, който се подписва от упълномощени представители на двете страни.
(3) При предаване на стоката Изпълнителят е длъжен да представи приемо – предавателан протокол, придружен от инструкция за употреба и ръководство за експлоатация на български език;
(4) При пускане в експлоатация /получаване на лиценз от АЯР/ Изпълнителят е длъжен да представи протокол за пускане в експлоатация придружен от гаранционна карта.
(5) Всяко проведено обучение се документира с протокол за обучение.
Чл. 7. (1) При предаване на стоката Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата време за разглеждането й за недостатъци.
(2) Рекламации по количеството на доставената стока могат да се правят в момента на подписване на приемно-предавателния протокол.
(3) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в петдневен срок от откриването им.
(4) В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на оборудването от контролна организация, в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол.

VI. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ

Чл. 8. (1) Изпълнителят отговаря за недостатъците на продадената стока, които намаляват съществено нейната цена или годност за употреба и не са били съобщени на Възложителя съгласно настоящия договор.
(2) В случаите по предходната алинея Възложителят разполага с някое от следните права:
1. да задържи стоката и да поиска намаляване на цената;
2. да поиска да му бъде предадена стока без недостатъци в замяна на това, което е получил с недостатъци.
(3) Независимо от правомощията си по ал. 2 Възложителят може да иска и неустойка за претърпените вреди в размер на 5 (пет) % от стойността на доставените стоки.
(4) При забава на доставката, монтажа и пускането в действие на апаратурата, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,1% /нула цяло и една десета/ от стойността

на оборудването, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % /десет/ от стойността по договора.
(5) Възложителят има право на неустойка в размер на 5 % от стойността на заявеното количество в случай, че изпълнителят не отстрани дефектите по него.
(6) При забава на плащането, Възложителят дължи неустойка в размер на законовата лихва за забава.
(7) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 9. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 /пет/ % от стойността му без ДДС и се представя в деня на подписването на договора в предвидената в чл. 111, ал. 2 от ЗОП форма.
(2) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните или ако Изпълнителят не изпълни задълженията си по този договор.
(3) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора без да дължи лихви в срок от тридесет работни дни след изтичане на гаранционния срок на оборудването.

VIII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ПОДДРЪЖКА

Чл. 10. (1) Изпълнителят се задължава да поддържа гаранционно стоката, описана в Приложение №1 в срок от _____ месеца;
(2) Изпълнителят се задължава да осигури сервиз за безвъзмездно отстраняване на всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на посочения в предходната алинея гаранционен срок;
(3) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокола за монтаж и пускане в експлоатация на оборудването.
Чл. 11. (1) Изпълнителят гарантира нормалното функциониране на оборудването, описано в спецификацията при спазване на условията, описани в гаранционната карта.
(2) Изпълнителят не отговаря за повреди и отклонения от качеството на оборудването, възникнали в следствие на неправилна употреба и експлоатация от страна на Възложителя.
Чл. 12. (1) Заявката на Възложителя за отстраняване на възникнала повреда на оборуването се прави по телефон или писмено по факс.
(2) Заявката трябва да съдържа информация за: повредата, часа и датата, когато е констатирана и вероятния характер на повредата.
Чл. 13. Изпълнителят се задължава в срок до _____ часа след получаване на заявката да изпрати свой специалист/и, който да констатира повредата.
Чл. 14. (1) Срокът за отстраняване на повредата е до 24 /двадесет и четири/ часа след извършване на диагностиката и констатиране на проблема, а ако е необходим по-дълъг срок той се определя в двустранен протокол за предаване на оборудването за ремонт.
(2) В случай че определеният в протокола по ал. 1 срок е по-дълъг от 30 /тридесет/ календарни дни, Изпълнителят предоставя за временно ползване (до отстраняване на повредата) функционално еквивалентно оборотно устройство от същия вид и качество /за обособена позиция № 1 и № 2/.
(3) Когато е необходим ремонт в сервиз на Изпълнителя, транспортът на оборудването до сервиза и обратно е за сметка на Изпълнителя.

(4) Максималната продължителност на прекратяване на работа на оборудването поради повреди или профилактика следва да бъде по-малко от двеста и четиридесет (240) часа годишно. В случай, че това време превиши 240 часа, гаранционния срок (или сервизното обслужване) ще бъдат удължени с толкова, колкото часа над определените оборудването не е работило.

Чл. 15. В случай, че се установят скрити недостатъци, за които Изпълнителят е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или замени некачественото оборудване, устройство или част с ново/и със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначение. Всички разходи по замяната са за сметка на Изпълнителя.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изпълнение на всички задължения на страните;
2. в случаите по чл. 43, ал. 3 от ЗОП.

(2) Възложителят има право едностранно да развали договора без предизвестие, ако Изпълнителят не достави стоката в срок до 30 /тридесет/ дни след изтичането на срока по чл. 6, ал. 1 и/или не извърши пускане в експлоатация в срок до 10 /десет/ дни след изтичане на срока по чл. 6, ал. 1 от договора.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

Чл. 17. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването й.

Чл. 18. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

Чл. 19. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 20. Страните по този договор не могат да го изменят или допълват, освен в случаите, предвидени в ЗОП.

Чл. 21. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 22. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора ще се решават от двете страни на добра воля с двустранни писмени споразумения.

Чл. 23. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 24. Неразделна част от настоящия договор е/са:

_____

_____

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра - по един за всяка от страните, всеки от който има силата на оригинал.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : _____ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ : _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

ЮРИСКОНСУЛТ: _____

ЧАСТ II

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Опис на представените документи
2. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП
3. Декларацията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
4. Декларация по чл. 39, ал. 3 , т. 1, буква „в" от ППЗОП за съгласие с клаузите на проекта на договора
5. Декларация по чл. 39, ал. 3 , т. 1, буква „г" от ППЗОП за срок на валидност на офертата
6. Техническо предложение
7. Ценово предложение