УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД
София, бул. "Тотлебен" № 21

Изх. **№ РД-44-684/10.02.2017 г.**

ДО
КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА"
открита с Решение № РД-26-80/19.01.2017 г.
УИН в РОП № 00693-2017-0001

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП във връзка с постъпило запитване по чл. 33, ал. 1 от ЗОП от страна на кандидат за участник в горецитираната процедура със следния текст:

"В т. 9 от „Задължителните работни характеристики и функционални изисквания", част от Техническата спецификация по обособена позиция № 3 „Водоочистваща система" /стр. 11 от документацията/, е поставено следното изискване:

''Шасито да бъде изработено от неръждаема стомана и боядисано"'

В тази връзка въпросите ни са следните:

1. *Действително ли се изисква боядисване на неръждаемата стомана на шасито?*
2. *Ако отговорът е „Да", моля да поясните дали има специфични изисквания към боята и какви са те?"*

ВИ ДАВАМ СЛЕДНОТО РАЗЯСНЕНИЕ:

По въпрос № 1:
Да, изисква се боядисване на шасито с цел по-дълга експлоатация на системата.

По Въпрос № 2:
Няма специфички изисквания към боята.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
проф. д-р Стоян Ми
Изпълнителен дир

Чл. 2 от ЗЗЛД