

Тел.:/02/ 9154 211; Факс: /02/ 951 6268

E-mail : pirogov@pirogov.bg

РЕШЕНИЕ

№ РД-26-215/12.12.2017

На основание чл.22, ал.1, т.6 и чл. 106, ал. 6 от ЗОП, предлага 1-во във връзка с чл.108, т.1 от ЗОП за резултатите, отразени в Доклад с вх. № РД-41-1776/12.12.2017 г., Протокол №1/26.09.2017г, Протокол №2/24.10.2017г, Протокол №3/04.12.2017г, Протокол №4/08.12.2017г от дейността на Комисията, назначена със Заповед №№РД-26-1666/26.09.2017г за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД", УИН в РОП на АОП 00693-2017-0009, открита с решение № РД-26-1066/21.06.2017г. на Изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането на участниците в горесцитираната процедура, както следва по обособени позиции:

№	Обособени позиции	Класиране
1	Травматология и ортопедия - заключващи интрамедуларни пирони - комплект с винтове - титан	1 място "СИСТАМЕД" ООД
2	Травматология и ортопедия - заключващи плаки с различна дебелина и дължина	1 място "СИСТАМЕД" ООД
3	Травматология и ортопедия - други мини и титаниеви плаки в комплект с винтове, дебелина на плаката 1мм, 2,2мм, други	1 място "СИСТАМЕД" ООД
4	Травматология и ортопедия - Канюлирани титаниеви винтове Ф 7,3/6,5/4,0 с/без цяла	1 място "СИСТАМЕД" ООД

	резба	
5	Травматология и ортопедия - ФЛЕКСИБИЛНИ ЕЛАСТИЧНИ ЕНДЕРИ ОТ ТИТАН С ДИАМЕТЪР ОТ 2,0 ДО 5,0 ММ И ДЪЛЖИНА 450 ММ/за 1 брой със съдържание на титан 99,195 %	1 място "СИСТАМЕД" ООД 2 място "Титаника 2008" ЕООД
6	Травматология и ортопедия- остеосинтезни игли с връх троакар от двете страни и съдържание на никел 13-15% и остеосинтезни пакети	1 място "СИСТАМЕД" ООД 2 място "Титаника 2008" ЕООД
7	Травматология и ортопедия-артроскопски консумативи и материали за възстановяване на MPFL, ACL и др.	Няма подадени оферти
8	Травматология и ортопедия-Костно- заместващи субстанции / калциев фосфат - инжекционна форма, гел, гранули	Няма подадени оферти
9	Травматология и ортопедия-Системи за корекция и фиксация на деформации на гръдния кош и гръбнака	Няма подадени оферти
10	Травматология и ортопедия-Педиатрични плаки с определен ъгъл за фиксация на коригиращи остеотомии на проксималния фемур	Няма подадени оферти
11	Травматология и ортопедия-Еластични титаниеви пирони с извита плоска глава 10 мм с диаметри 1.5 -4.0 мм, дължина 440 мм	1 място "Титаника 2008" ЕООД
12	Травматология и ортопедия-Костно- заместващи субстанции -ленти, клин, блокчета, гранули	1 място "ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС" АД
13	Травматология и ортопедия-Техническа спецификация за системи за неинвазивно лечение при деформации на гръден кош	1 място "ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС" АД
14	Травматология и ортопедия-Еластични титаниеви пирони без шапка - L 440, Ф 2-5мм	Няма допуснати участници

	в комплект с инструментариум	
15	Травматология и ортопедия-Заклучващи плаки за фиксация с различна дължина и дебелина - стомана	Няма допуснати участници
16	Травматология и ортопедия-Остеосинтезни игли с различна дължина и дебелина - стандартни (до Ф 1,6мм) и дебели (Ф 1,6-3мм)	1 място "Титаника 2008" ЕООД
17	Травматология и ортопедия-Канюлирани титаниеви винтове - Ф 4мм/6мм	1 място "Електро Мед България" ЕООД
18	Травматология и ортопедия-Външни фиксатори	Няма допуснати участници
19	Травматология и ортопедия-Заклучващи компресивни плаки за фиксация на остеотомии в различни анатомични зони и винтове	1 място "Фаркол" АД
20	Травматология и ортопедия-Системи за корекция и фиксация на ребра и гръбначен стълб в детска възраст	1 място "Фаркол" АД
21	Травматология и ортопедия-Импланти за фиксация на счупвания на дълги тръбести при пациенти с активни физи (деца и юноши)	1 място "Фаркол" АД
22	Травматология и ортопедия-Еластични интрамедуларни пирони с/без заключване отговарящи на ISO 5832	1 място "Електро Мед България" ЕООД
23	Травматология и ортопедия-Конвенционални остеосинтезни средства за пациенти приключили костния растеж	1 място "Айф фарма"ООД
24	Травматология и ортопедия-Интрамедуларни заключващи пирони за фиксация на диафизарни фрактури на фемура и тибията - комплект с инструментариум	Няма подадени оферти
25	Травматология и ортопедия-Конвенционални остеосинтезни средства при пациенти с	1 място "Айф фарма"ООД 2 място "Титаника 2008" ЕООД

	активни физи	
26	Травматология и ортопедия- Фиброполимерен гипс и съпътстващи консумативи	Няма подадени оферти
27	Травматология и ортопедия-Костен цимент с/без антибиотик; КЗВ	1 място "Титаника 2008" ЕООД
28	Изгаряния и пластична хирургия- Тънка, кожна, двуслойна, мембранна присадка	1 място "Вес Корект" ЕООД
29	Изгаряния и пластична хирургия-Силиконова плака за лечение на белези	1 място "Екос Медика" ООД
30	Изгаряния и пластична хирургия- Едноседмична Вакум система	1 място "Екос Медика" ООД
31	Изгаряния и пластична хирургия- Биосинтетична превръзка /Изкуствена кожа/	1 място "Екос Медика" ООД
32	Изгаряния и пластична хирургия-Разширител на тъкани/Експандер	Няма подадени оферти
33	Изгаряния и пластична хирургия- Правоъгълни самонапълващи се тъканни експандери от осмотично активен хидрогел	1 място "ЛК СЪРДЖИКЪЛ" ООД
34	Урология-Кърмачески стенд за уретрално дрениране	Няма подадени оферти
35	Урология-Стенд за уретрално дрениране/DJ	1 място "Вега медикал" ЕООД
36	Урология-Пиелопластичен катетър	Няма допуснати участници
37	Урология-Хидрофилен водач	1 място "Медицинска техника инженеринг" ООД 2 място "Вега медикал" ЕООД
38	Урология-Амплац бъбречни дилататори	1 място "Вега медикал" ЕООД
39	Урология-Трансуретрални инжекционен имплант за лечение на везико-уретеро- ренален рефлукс	Няма подадени оферти

40	Урология-Ендоскопска кошница тип "Дормия"	1 място "Медицинска техника инженеринг" ООД 2 място "Вега медикал" ЕООД
41	Урология-Сет за перкутанен нефростомен дренаж	1 място "Медицинска техника инженеринг" ООД 2 място "Вега медикал" ЕООД
42	Урология-Сонди	Няма подадени оферти
43	Урология-Работен канал за флексибилен Уретерореноскоп. СН 10	1 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
44	Хирургия-БЕДРЕНА МОДУЛНА ПОРТЕЗА	1 място Вип плюс медикотехническа лаборатория ЕООД
45	Хирургия-ПОДКОЛЯННА МОДУЛНА ПРОТЕЗА	1 място Вип плюс медикотехническа лаборатория ЕООД
46	Хирургия-МОДУЛНА ПОДЛАКЕТНА КОЗМЕТИЧНА ПРОТЕЗА	1 място Вип плюс медикотехническа лаборатория ЕООД
47	Хирургия-МОДУЛНА НАДЛАКЕТНА КОЗМЕТИЧНА ПРОТЕЗА	1 място Вип плюс медикотехническа лаборатория ЕООД
48	Хирургия-МИОЕЛЕКТРИЧНА ПОРТЕЗА ЗА ГОРЕН КРАЙНИК	1 място Вип плюс медикотехническа лаборатория ЕООД
49	Хирургия-ОРТЕЗА ЗА ТЯЛО - КОРСЕТ СКОЛИОЗА	1 място Вип плюс медикотехническа лаборатория ЕООД
50	Хирургия-ОРТЕЗА ЗА ТЯЛО - КОРСЕТ КИФОЗА	1 място Вип плюс медикотехническа лаборатория ЕООД
51	Хирургия-ОРТЕЗА ЗА ТЯЛО - КОРСЕТ ПЕКТУС ЕСКАВАТУМ	1 място Вип плюс медикотехническа лаборатория ЕООД
52	Хирургия-ОРТЕЗА ЗА ТЯЛО - КОРСЕТ ПЕКТУС КАРИНАТУМ	1 място Вип плюс медикотехническа лаборатория ЕООД

53	Хирургия-ОРТЕЗА ЗА ТЯЛО - КОРСЕТ МИЛУОКИ	1 място Вип плюс медикотехническа лаборатория ЕООД
54	Хирургия-ОРТЕЗА ЗА ТЯЛО - КОРСЕТ С ОРТЕЗА ЗА ДОЛЕН КРАЙНИК	1 място Вип плюс медикотехническа лаборатория ЕООД
55	Хирургия-ОРТЕЗА ЗА ВРАТНИ ПРЕШЛЕНИ ТИП МИНЕРВА	1 място Вип плюс медикотехническа лаборатория ЕООД
56	Хирургия-ОРТЕЗА ЗА ГОРЕН КРАЙНИК НАДЛАКЕТНА	1 място Вип плюс медикотехническа лаборатория ЕООД
57	Хирургия-ОРТЕЗА ЗА ГОРЕН КРАЙНИК ПОДЛАКЕТНА	1 място Вип плюс медикотехническа лаборатория ЕООД
58	Хирургия-ОРТЕЗА ЗА ТЯЛО - КОРСЕТ С ОРТЕЗА ЗА ДОЛЕН КРАЙНИК	1 място Вип плюс медикотехническа лаборатория ЕООД
59	Хирургия-ОРТЕЗА ЗА ДОЛЕН КРАЙНИК НАДКОЛЯННА	1 място Вип плюс медикотехническа лаборатория ЕООД
60	Хирургия-ШИНА НА ТОМАС	1 място Вип плюс медикотехническа лаборатория ЕООД
61	Хирургия-НКФО - ОРТЕЗА ЗА ТЯЛО, СИСТЕМА ЗА ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯ, РОБОКОП	1 място "Екос Медика" ООД
62	Неврохирургия-Система от неръждаема стомана за открита хирургична техника, управляваща растежа, позволяваща корекция на деформацията	1 място "РСР" ЕООД
63	Неврохирургия-Задна тораколумбална гръбначна стабилизация	1 място "РСР" ЕООД
64	Неврохирургия -транспедикулярна стабилизация	1 място "Ортосинтез-1" ЕООД 2 място "Титаника 2008" ЕООД
65	Неврохирургия-кейдж	1 място "Ортосинтез-1" ЕООД

66	Неврохирургия-Програмируема клапа	1 място "Ортосинтез-1" ЕООД
67	Неврохирургия-Трипътен конектор	1 място "Ортосинтез-1" ЕООД
68	Неврохирургия-Система за фиксация	1 място "Ортосинтез-1" ЕООД
69	Неврохирургия-Еластични титаниеви пирони, педиатрична плака и заключващ винт	1 място "Ортосинтез-1" ЕООД
70	Неврохирургия-Клапна система	Няма подадени оферти
71	Неврохирургия	Няма подадени оферти
72	Неврохирургия-Интракраниално параметриране	Няма подадени оферти
73	Неврохирургия-Синтетична мозъчна обвивка, дурален силант	Няма подадени оферти
74	Неврохирургия	Няма подадени оферти
75	Неврохирургия	Няма подадени оферти
76	Неврохирургия-Заместител на дура	1 място "Неуро" ЕООД
77	Неврохирургия-ЕЛЕМЕНТИ ЗА КРАНИОПЛАСТИКА	1 място "Неуро" ЕООД
78	Неврохирургия-Титаниеви аневризмални клипси по "YASARGIL", стандартни - постоянни	1 място "ГЛОБАЛ МЕДИКАЛ" ООД 2 място "Неуро" ЕООД
79	Неврохирургия-ХЕМОСТАТИЧНИ И УПЛЪТНЯВАЩИ БИОМАТЕРИАЛИ	1 място "Неуро" ЕООД
80	Неврохирургия-КЛАПНИ СИСТЕМИ ЗА ХИДРОЦЕФАЛИЯ БЕЗ НАЛИЧИЕ НА СИЛИКОН В КЛАПНИЯ МЕХАНИЗЪМ	1 място "Неуро" ЕООД
81	Неврохирургия-АКСЕСОАРИ ЗА КЛАПНИ СИСТЕМИ ЗА ХИДРОЦЕФАЛИЯ БЕЗ НАЛИЧИЕ НА СИЛИКОН В КЛАПНИЯ МЕХАНИЗЪМ	1 място "Неуро" ЕООД
82	Неврохирургия-СИСТЕМИ ЗА ПРЕДЕН И ЗАДЕН ЦЕРВИКАЛЕН ДОСТЪП ОТ ТИТАН	1 място "Неуро" ЕООД

	И ПОЛИЕТЕР-ЕТЕРКЕТОН	
83	Неврохирургия-СИСТЕМИ ЗА ЗАДЕН ТОРАКОЛУМБАЛЕН ДОСТЪП ОТ ТИТАН И ПОЛИЕТЕР-ЕТЕРКЕТОН	1 място "Неуро" ЕООД
84	Неврохирургия-ЕЛЕМЕНТИ НА ДЪЛГИ СПИНАЛНИ КОНСТРУКЦИИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОРЕКЦИЯ НА ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ОТКРИТИ ТЕХНИКИ С ЗАДЕН ДОСТЪП	1 място "Неуро" ЕООД
85	Неврохирургия-СИСТЕМА ЗА ЛАТЕРАЛЕН ДОСТЪП И НЕВРОМОНИТОРИРАНЕ	1 място "Неуро" ЕООД
86	Неврохирургия-ИНТРАТЕКАЛНА ИНФУЗИОННА ПОМПА ЗА БАКЛОФЕН / МОРФИН	Няма подадени оферти
87	Неврохирургия-КОМПЛЕКТИ ЗА ВЕРТЕБРОПЛАСТИКА С МЕХАНИЗЪМ ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ И АФЕРОМАГНИТЕН ИНТРАВЕРТЕБРАЛЕН ИМПЛАНТ	1 място "Неуро" ЕООД
88	Неврохирургия-УЛТРАЗВУКОВА АСПИРАЦИЯ И ИРИГАЦИЯ ЗА ПАРЕНХИМНИ ТУМОРИ И КОСТНА ДИСЕКЦИЯ	1 място "Неуро" ЕООД
89	Неврохирургия-ВИСОКО-СКОРОСТНИ КОСТНИ ИНСТРУМЕНТИ	1 място "Неуро" ЕООД
90	Неврохирургия-ИМПЛАНТ С ПРОМЕНЛИВА ВИСОЧИНА ЗА ЗАМЕСТВАНЕ НА ТЯЛО НА ПРЕШЛЕН	1 място "Ви енд ди сървисис" ООД
91	Неврохирургия-СИСТЕМА ЗА ПЕРКУТАННА ГРЪБНАЧНА СТАБИЛИЗАЦИЯ В ТОРАКО-ЛУМБАЛЕН ОТДЕЛ "MANTIS"	1 място "Титаника 2008" ЕООД 2 място "Ви енд ди сървисис" ООД
92	Неврохирургия-ВЕРТЕБРОПЛАСТИКА И КИФОПЛАСТИКА	1 място "Титаника 2008" ЕООД 2 място "Ви енд ди сървисис" ООД

II. ОПРЕДЕЛЯМ: За изпълнител на обществената поръчка участника класиран на първо място, за всяка обособена позиция, съгласно т. I на настоящето решение. Всеки от участниците, класиран на първо място е предложил най-ниска цена за съответната позиция, съгласно определения критерий за възлагане на поръчката.

МОТИВИ: След като се запознах с протоколите и доклада на комисията установих, че офертите на участниците класирани на първо място отговарят на всички изисквания заложили в документацията и на нормативната уредба. Класирането е направено в следствие на оценка на офертите съгласно критериите за оценка, заложили в процедурата, а именно най-ниска цена за съответната обособена позиция.

III. ОТСТРАНЕНИ от процедурата участници:

- **Участник „Вега медикал“ ЕООД:**

- **Обособена позиция №36 „Урология-Пиелопластичен катетър“**
Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП.

МОТИВИ:

- В Протокол 2/24.10.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:
 - Пиелопластичен катетър (предложен в техническото предложение на участника и приложения каталог на фирмата производител) за дрениране на конвенционални пиелопластики и пиелоуретероанастомози е неподходящ за използване в детска възраст поради “лупа” намиращ се в мехура. Детските пиелопластични катетри свършват в уретера, под пиело-уретералния сегмен. При детския мехур вероятността за връщане на урина от мехура към легена по катетъра е голяма и би опорочило анастомозата. Връщане на урина и повишаване на налягането в бъбречния леген при микция прави този тип дренаж неподходящ в детска възраст.
- **Обособена позиция №43 „Урология-Работен канал за флексибилен Уретерореноскоп. СН 10“**
Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП.

МОТИВИ:

- В Протокол 2/24.10.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:
 - Участникът е оферирал в Образец 4 „Предложение за изпълнение на поръчката“ – „Работен канал за флексибилен Уретерореноскоп“ с каталожен номер FUS-107035/FUS-107045. Съгласно приложения каталог на производителя става ясно, че „Работен канал за флексибилен Уретерореноскоп“ е с СН 10,7, а не както е изискано по техническа спецификация на Възложителя СН10. При подаване на офертата си, участникът трябва да се съобразява с всички параметри на медицинските изделия заложи в техническата спецификация. С оглед на описаното, участникът не се е съобразил и не е оферирал изисканото медицинско изделие.

- „Електро Мед България“ ЕООД:

- Обособена позиция №16 „Травматология и ортопедия-Остеосинтезни игли с различна дължина и дебелина - стандартни (до Ф 1,6мм) и дебели (Ф 1,6-3мм)“

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП.

МОТИВИ:

- В Протокол 2/24.10.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:
 - Участникът е представил каталог на производителя МК Medical GmbH на чужд език без превод на български език. Съгласно документацията за участие „Каталог на производителя за предлаганите медицински изделия, от който да са видни основните характеристики на предлаганото медицинско изделие по смисъла на ЗМИ, вид на материала, от който са изработени, състав, каталожен номер, параметри, размери на всяко предлагано изделие, опаковка и други с превод на български език“.

- Обособена позиция №27 „Травматология и ортопедия-Костен цимент с/без антибиотик; КЗВ“

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП.

МОТИВИ:

- В Протокол 2/24.10.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:
 - Участникът е приложил ЕС Сертификат, Декларации за съответствие и ISO на EMCМ Netherlands на чужд език. Съгласно документацията всички представени документи на чужд език следва да имат превод на български език. С оглед на така представените документи не може да се даде обоснован извод, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя.
 - Участникът е приложил ЕС Сертификат на Biomatlante SA на чужд език. Съгласно документацията всички представени документи на чужд език следва да имат превод на български език. С оглед на така представените документи не може да се даде обоснован извод, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя.
 - Съгласно приложения Образец 4 „Предложение за изпълнение на поръчката“, производителя на номенклатура 3 е Sumit Medical UK. За този производител участникът е приложил само Оторизационно писмо без други документи. Съгласно изискванията на Възложителя трябва да се представи от всеки производител „Декларация за съответствие на медицинско изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител или ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган“. Следователно участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя.
 - Участникът е представил каталог на производителите Sumit Medical UK, Biomatlante SA и EMCМ Netherlands са на чужд

език без превод на български език. Съгласно документацията за участие „Каталог на производителя за предлаганите медицински изделия, от който да са видни основните характеристики на предлаганото медицинско изделие по смисъла на ЗМИ, вид на материала, от който са изработени, състав, каталожен номер, параметри, размери на всяко предлагано изделие, опаковка и други с превод на български език“.

- Обособена позиция №78 „Неврохирургия-Титаниеви аневризмални клипси по “YASARGIL”, стандартни - постоянни“
Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП.

МОТИВИ:

- В Протокол 2/24.10.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:
 - Участникът е представил Оторизация от „Попов Комерс 2006“ ЕООД, който оторизира „Електро Мед България“ ЕООД да участва в обществена поръчка с медицинските изделия на производителя Peter Lazic GmbH. Приложено е писмо от Peter Lazic GmbH, което е на чужд език. Съгласно документацията за участие всички документи на чужд език следва да бъдат представени и с превод на български език. С оглед на това участникът не изпълнява изискването на Възложителя.
 - Участникът е представил каталог на производителя на чужд език без превод на български език. Съгласно документацията за участие „Каталог на производителя за предлаганите медицински изделия, от който да са видни основните характеристики на предлаганото медицинско изделие по смисъла на ЗМИ, вид на материала, от който са изработени, състав, каталожен номер, параметри, размери на всяко предлагано изделие, опаковка и други с превод на български език“.

- „Хелмед България“ ЕООД:

- Обособена позиция №14 „Травматология и ортопедия-Еластични титаниеви пирони без шапка - L 440, Ф 2-5мм в комплект с инструментариум“

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП.

МОТИВИ:

- В Протокол 2/24.10.2017г, Комисията е констатирила, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:

- Участникът не е представил, за тази обособена позиция, Декларация в свободен текст от участника, за нанесена „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Съгласно документацията за участие т.6 от раздел IV: „...Участникът трябва да предлага стоки които притежават „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Съответствието с поставеното изискване се доказва с Декларация в свободен текст за нанесена „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Прилага се към техническото предложение...“.

- Съгласно техническата спецификация за обособената позиция се изисква от участниците да оферират: „ЕЛАСТИЧНИ ПИРОНИ ТИТАНИЕВИ с диаметри 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, с и без капачка 440 ММ ДЪЛЖИНА“. От приложения каталог са установени следните несъответствия:

- в каталога не се съдържа медицинско изделие – Еластични титаниеви пирони с диаметър 5 мм

- участникът е приложил превод на каталога като е установено разминаване между превода и оригинала, а именно:

- преведено е че по каталожен номер 3001-2028 съответства Еластични титаниеви пирони с диаметър

3,00мм и дължина 440мм. При проверка на оригиналния каталог под този каталоген номер съответства Еластични титаниеви пирони с диаметър 3,00мм и дължина 280мм. Съгласно техническата спецификация всички пирони трябва да са с дължина 440мм, следователно участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя.

- Обособена позиция №15 „Травматология и ортопедия-Заклучващи плаки за фиксация с различна дължина и дебелина - стомана“
Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП.

МОТИВИ:

- В Протокол 2/24.10.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:
 - Участникът не е представил, за тази обособена позиция, Декларация в свободен текст от участника, за нанесена „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Съгласно документацията за участие т.6 от раздел IV: „...Участникът трябва да предлага стоки които притежават „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Съответствието с поставеното изискване се доказва с Декларация в свободен текст за нанесена „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Прилага се към техническото предложение...“.
 - Открити са множество несъответствия в оферираните медицински изделия и изисканите от Възложителя, част от тях са:
 - o Съгласно техническата спецификация за обособената позиция се изисква от участниците да оферират за номенклатура 10: „ЗАКЛЮЧВАЩА ПРАВА ПЛАКА ЗА БЕДРО СЪС ЗАКЛЮЧВАЩИ ВИНТОВЕ 5.00 И

НЕЗАКЛЮЧВАЩИ ВИНТОВЕ 4.5 ММ. РАЗЛИЧНИ ДЪЛЖИНИ ОТ 18 ДО 120 ММ., СЪС 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ОТВОРА, АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА, АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА“. От приложения каталог е установено, че офериранията „Заклучваща плака за фемур“ е с отвори от 6 до 16. Съгласно техническата спецификация е необходимо да се оферира и „Заклучваща плака за фемур“ с 4 и 5 отвора, които не са налична в каталога на участника. Също така дължините на плаките по каталог са от 117 до 297мм, а съгласно спецификацията е необходимо да са от 18 до 120мм. Следователно участникът не се е съобразил с изказванията на Възложителя.

- Съгласно техническата спецификация за обособената позиция се изисква от участниците да оферират за номенклатура 11: „ЗАКЛЮЧВАЩА ПРАВА ПЛАКА ЗА ТИБИЯ СЪС ЗАКЛЮЧВАЩИ ВИНТОВЕ 5.00 И НЕЗАКЛЮЧВАЩИ ВИНТОВЕ 4.5 ММ. РАЗЛИЧНИ ДЪЛЖИНИ ОТ 18 ДО 120 ММ., СЪС 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ОТВОРА, АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА“. От приложения каталог е установено, че офериранията „Заклучваща плака за тибия“ е с отвори от 5 до 15. Съгласно техническата спецификация е необходимо да се оферира и „Заклучваща плака за тибия“ с 4 отвора, която не е налична в каталога на участника. Също така дължините на плаките по каталог са от 95 до 275мм, а съгласно спецификацията е необходимо да са от 18 до 120мм. Следователно участникът не се е съобразил с изказванията на Възложителя.
- Съгласно техническата спецификация за обособената позиция се изисква от участниците да оферират за номенклатура 14: „ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА КАЛКАНЕУС СЪС ЗАКЛЮЧВАЩИ ВИНТОВЕ 3.5 ММ, С 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ОТВОРА ОТ неръждаема

стомана 316 L ЛЯВА И ДЯСНА “. От приложения каталог е установено, че офериранията „Плака за калканеус“ е с отвори L, R и дължина от 73 и 58. Съгласно техническата спецификация е необходимо да се оферира „Плака за калканеус“ с 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, които не са налична в каталога на участника. Също така дължините на плаките по каталог са от 73 и 58, а съгласно спецификацията е необходимо да са 316. Следователно участникът не се е съобразил с изказванията на Възложителя.

Аналогични разминавания има в другите номенклатури.

- Обособена позиция №16 „Травматология и ортопедия-Остеосинтезни игли с различна дължина и дебелина - стандартни (до Ф 1,6мм) и дебели (Ф 1,6-3мм)“
Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП.

МОТИВИ:

- В Протокол 2/24.10.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:
 - Участникът не е представил, за тази обособена позиция, Декларация в свободен текст от участника, за нанесена „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Съгласно документацията за участие т.6 от раздел IV: „...Участникът трябва да предлага стоки които притежават „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Съответствието с поставеното изискване се доказва с Декларация в свободен текст за нанесена „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Прилага се към техническото предложение...“.
 - Съгласно техническата спецификация за обособената позиция се изисква от участниците да оферират: Остеосинтезни игли с

различна дължина и дебелина - стандартни (до Ф 1,6мм) и дебели (Ф 1,6-3мм)". От приложения каталог е установено, че участникът не оферира медицинско изделие с диаметър 1,6 следователно участникът не е оферирал всички нужни изделия.

- **Обособена позиция №17 „Травматология и ортопедия-Канюлирани титаниеви винтове - Ф 4мм/6мм“**

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП.

МОТИВИ:

- В Протокол 2/24.10.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:
 - Участникът не е представил, за тази обособена позиция, Декларация в свободен текст от участника, за нанесена „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Съгласно документацията за участие т.6 от раздел IV: „...Участникът трябва да предлага стоки които притежават „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Съответствието с поставеното изискване се доказва с Декларация в свободен текст за нанесена „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Прилага се към техническото предложение...“.
 - Съгласно техническата спецификация за обособената позиция се изисква от участниците да оферират: „Канюлирани титаниеви винтове“ номенклатура 1 – винтове 4,00мм и номенклатура 2 – винтове 6,50мм. От приложения каталог е установено, че участникът не оферира винтове с диаметър 6,50мм следователно участникът не е оферирал всички нужни изделия. Също така от приложения каталог не става ясно дали предлаганите медицински изделия са титаниеви.

- **Обособена позиция №18 „Травматология и ортопедия-Външни фиксатори“**

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП

МОТИВИ:

- В Протокол 2/24.10.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:

- Участникът не е представил Каталог на производителя за номенклатура 2 „ВЪНШНИ ФИКСАТОРИ за долни крайници“, номенклатури 4, 5 и 6 „Минификсатори“ с различни размери. Съгласно превода на приложения каталог в него се съдържат (респективно оферират) следните медицински изделия:

- универсална система – основна
- рамо с 2 отвора
- рамо с 3 отвора
- рамо с 4 отвора
- рамо с 5 отвора

Съгласно Документацията за участие, участникът трябва да оферира всички номенклатури в обособената позиция.

- **„Соломед“ ЕООД:**

- **Обособена позиция №16 „Травматология и ортопедия-Остеосинтезни игли с различна дължина и дебелина - стандартни (до Ф 1,6мм) и дебели (Ф 1,6-3мм)“**

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП.

МОТИВИ:

- В Протокол 2/24.10.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:

- Участникът е представил каталог на производителя на чужд език без превод на български език. Съгласно документацията за участие „Каталог на производителя за предлаганите медицински изделия, от които да са видни основните характеристики на предлаганото медицинско изделие по смисъла на ЗМИ, вид на материала, от който са изработени, състав, каталожен номер, параметри, размери на всяко предлагано изделие, опаковка и други с превод на български език“.
- Съгласно техническата спецификация за обособената позиция се изисква от участниците да оферират: Остеосинтезни игли с различна дължина и дебелина - стандартни (до Ф 1,6мм) и дебели (Ф 1,6-3мм)“. От приложения каталог е установено, че участникът не оферира медицинско изделие с диаметър 3 мм следователно участникът не е оферирал всички нужни изделия.
- **Обособена позиция №35 „Урология-Стенд за уретрално дрениране/DJ“**
Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП.

МОТИВИ:

- В Протокол 2/24.10.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:
 - Участникът е приложил Оторизационно писмо от Б. Браун Мелзунген АГ, като оторизират „Соломед“ ЕООД „...да подаде тръжна оферта и впоследствие да преговаря и подпише договора за търг, организиран от УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД, София, България за „Доставка на общ медицински консуматив“ за нуждите на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД...“. Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД“, следователно приложената оторизация не е за настоящата обществена поръчка.

- Установени са множество разминавания между приложения Образец 4 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и приложения каталог на производителя. Разминаванията са:
 - за номенклатура 1 „Стенд за уретрално дрениране/DJ/ СН 5/20“, участникът оферира продукт с каталожен номер 4430921 при проверка на каталога под този номер е Стенд СН 6/20 следователно участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя.
 - за номенклатура 2 „Стенд за уретрално дрениране/DJ/ СН 5/25“, участникът оферира продукт с каталожен номер 4430930 при проверка на каталога под този номер е Стенд СН 6/25 следователно участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя.
 - за номенклатура 3 „Стенд за уретрално дрениране/DJ/ СН 5/27,5“, участникът оферира продукт с каталожен номер 4430948 при проверка на каталога под този номер е Стенд СН 6/27,5 следователно участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя.
 - за номенклатура 4 „Стенд за уретрално дрениране/DJ/ СН 6/20“, участникът оферира продукт с каталожен номер 4431057 при проверка на каталога под този номер е Стенд СН 7,5/25 следователно участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя.
 - за номенклатура 5 „Стенд за уретрално дрениране/DJ/ СН 6/25“, участникът оферира продукт с каталожен номер 4431073 при проверка на каталога под този номер е Стенд СН 7,5/27,5 следователно участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя.

IV. ПРЕКРАТЯВАМ обществената поръчка за:

- Обособена позиция №7 Травматология и ортопедия-артроскопски консумативи и материали за възстановяване на MPFL, ACL и др.

- Обособена позиция №8 Травматология и ортопедия-Костно-заместващи субстанции / калциев фосфат - инжекционна форма, гел, гранули
- Обособена позиция №9 Травматология и ортопедия-Системи за корекция и фиксация на деформации на гръдния кош и гръбнака
- Обособена позиция №10 Травматология и ортопедия-Педиатрични плаки с определен ъгъл за фиксация на коригиращи остеотомии на проксималния фемур
- Обособена позиция №14 Травматология и ортопедия-Еластични титаниеви пирони без шапка - L 440, Ф 2-5мм в комплект с инструментариум
- Обособена позиция №15 Травматология и ортопедия-Заключващи плаки за фиксация с различна дължина и дебелина - стомана
- Обособена позиция №18 Травматология и ортопедия-Външни фиксатори
- Обособена позиция №24 Травматология и ортопедия-Интрамедуларни заключващи пирони за фиксация на диафизарни фрактури на фемура и тибията - комплект с инструментариум
- Обособена позиция №26 Травматология и ортопедия-Фиброполимерен гипс и съпътстващи консумативи
- Обособена позиция №32 Изгаряния и пластична хирургия-Разширител на тъкани/Експандер
- Обособена позиция №34 Урология-Кърмачески стенд за уретрално дрениране
- Обособена позиция №36 Урология-Пиелопластичен катетър
- Обособена позиция №39 Урология-Трансуретрални инжекционен имплант за лечение на везико-уретеро-ренален рефлукс
- Обособена позиция №42 Урология-Сонди
- Обособена позиция №70 Неврохирургия-Клапна система

- Обособена позиция №71 Неврохирургия
- Обособена позиция №72 Неврохирургия-Интракраниално параметриране
- Обособена позиция №73 Неврохирургия-Синтетична мозъчна обвивка, дурален силант
- Обособена позиция №74 Неврохирургия
- Обособена позиция №75 Неврохирургия
- Обособена позиция №86 Неврохирургия-ИНТРАТЕКАЛНА ИНФУЗИОННА ПОМПА ЗА БАКЛОФЕН / МОРФИН

МОТИВИ за прекратяването:

Не са подадени оферти за посочените обособени позиции или подадените оферти за посочените обособени позиции не отговарят на изискванията в одобрената документация, несъответствията подробно са описани в протоколите и доклада на комисията.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, в 10 дневен срок от получаването му, съгласно чл. 197 от ЗОП.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Комисия за защита на конкуренцията, Адрес: 1000 гр. София, бул. Витоша №18, факс: 02 9807315, Електронна поща – srcadmin@src.bg , Интернет адрес – <http://www.src.bg/>

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: . с чл.45, ал.5 от ЗОП

Проф. д-р Иван Кашаров
Изпълнителен директор

