



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШИНА МЕДИЦИНА „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД

та. 2 от 331

УТВЪРЖДАВАМ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

проф. д-р Асен Балтов, д.м.

12.09.2017.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 и сл. Вр. Чл. 20, ал.3, т.2, пр.1
ЗОП с предмет С ПРЕДМЕТ:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на холмиум лазерна система за
литотрипсия

СОФИЯ, 2017

**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА

II. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ

IV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Приложения:

Заявление за участие - образец 1;

Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП- образец 2;

Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП- образец 3;

Декларация от подпизпълнител- образец 4;

Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП- образец 5;

Декларация за срок на валидност на офертата- образец 6;

Декларация за приемане условията в проект на договора-образец 7;

Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици-образец 8;

Техническо предложение - образец 9;

Ценово предложение -образец 10 ;

Образец на Проект на договор

**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА

1. Вид на процедурата – Възлагане на обществена поръчка чрез обява по реда на Глава четвърта от ЗОП
2. Срок за изпълнение на поръчката – до 8 седмици, след сключване на договор за доставка и съобразно клаузите на договора.
3. Място за изпълнение - гр.София
4. Прогнозна стойност на поръчката – до 70 000. 00 лв. без ДДС.
5. Предмет на поръчката: **Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на холмиум лазерна система за литотрипсия.**
6. Критери за оценка на офертите: „най-ниска” цена /обща стойност на изпълнение/.
7. Срок и начин на плащане – 50% от оферираната стойност до 10 (десет) работни дни от подписване на настоящия Договор и предоставяне от Изпълнителя на Възложителя на фактура, както и **гаранция, обезпечаваша авансовото плащане** в размера на авансовото плащане, и 50% на пет равни месечни вноски, платими от месеца, в който е извършена доставката срещу надлежно издадена фактура.
8. Гаранционен срок: не по-малък от 24 месеца.
9. Срок на валидност на офертата: 60 /шестдесет/ дни, считано от крайния срок за представяне на офертата.
10. Всеки заинтересован кандидат може да подаде само една оферта за изпълнение на поръчка.
11. До оценяване и класиране, ще бъдат допуснати само оферти, които отговарят на изискванията на възложителя, заложиени в настоящата покана.
12. Офертите ще бъдат отворени на заседание на назначената от възложителя комисия, което ще се проведе на 20.09.2017 г. в Аудиторията на Секция по изгаряне и пластична хирургия, 2-ри етаж /Администрация/, гр. София 1606, бул. "Тотлебен" № 21 от 10:00 часа. Право да присъстват имат лицата по чл 54, ал. 2 от ППЗОП. При промяна на датата, мястото или часа за отваряне на офертите ще бъде публикувано съобщение в профила на купувача на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД, <http://pirogov.nit.bg/>.

**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА “Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД**

II. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ:

Техническо задание за холмиум лазерна система за литотрипсия
<u>Технически параметри и характеристики на холмиум лазерната система:</u>
- тип на лазера: Holmium YAG (Ho:YAG)
- тип на системата: мобилна кула
- дължина на вълната: 2100 nm
- максимална мощност: не по-малка от 30 W
- максимална енергия на импулса на лазера: не по-малка от 4 J
- честота на импулса на лазера: не по-малка от 25 Hz
- продължителност на импулса: променлива от 150 до 850 μ s
- напътстващ зелен лазерен лъч
- възможност за промяна на яркостта на напътстващия зелен лазерен лъч, както и да работи в
мигащ режим
- управление чрез touch screen екран
- интегрирана охладителна система
- автоматично разпознаване на фиброоптичното лазерно влакно (лазерен световод)
- извеждане на екрана на апарата на следната минимална информация за лазерния световод:
производител, тип на влакното – за еднократна или многократна употреба и диаметър
- възможност да работи както с еднократни така и с многократни лазерни

**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

влакна
- многократните лазерни влакна да могат да се използват не по-малко от десет процедури
- възможност да работи лазерната система с не по-малко от шест различни по диаметър лазерни
световоди в диапазона от 200 μm до 1000 μm
- възможност за програмиране на различни потребителски програми за специфични терапии
- работни режими: литотрипсия, аблация и коагулация
- захранване: 220 V / 50Hz
<u>Комплектация на холмиум лазерната система:</u>
-педал за управление – 1 брой
-набор пускови ключове – 1 брой
-сет за блокиране на вратата на помещението, в което работи лазера – 1 брой
-предпазни очила – 2 броя
<u>Гаранционен сервиз:</u> Да се извършва от сервизните специалисти на доставчика, като за целта участника следва да разполага с минимум двама обучени сервизни инженера.

III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ.

При интерес от участие в настоящата обществена поръчка, съответният участник може да подаде оферта за изпълнение на цялата поръчка.

Офертата се подава в непрозрачен запечатан плик в рамките на определения в публичната покана краен срок. Върху плика с офертата трябва да са отбелязани предмета на поръчката, името на участника и адрес за кореспонденция.

Срокът на валидност на офертите е 60 дни от крайния срок за подаване на оферти, определен в публичната покана.

**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

Участниците следва да представят:

1. Заявление за участие;
2. Техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката, попълнени по образец – оригинал;
3. Декларации;
4. Техническото и ценово предложение към офертата се подписват от лица, които имат право да представляват участника и могат да удостоверят пред Възложителя представителните си функции.
5. Участниците следва да притежават оторизация от производителя за производство и дистрибуция – представя се заверено копие;
6. Участникът следва да е въвел и прилага система за управление на качество ISO 9001:2008, по нов или еквивалент с обхват предмета на настоящата поръчка;
7. Участниците следва да представят и фирмен каталог, преведен на български език, от който да е видно и да може да се докаже съответствие с всички технически параметри и характеристики от техническото задание.
8. CE –сертификат за система за осигуряване на качеството в съответствие с Директива 93/42 /ЕЕС- заверено копие;
9. Декларация за съответствие – заверено копие;

Наличието на несъответствие или непредставяне на документи, посочени в т. 5-9 вкл. от документацията за участие, е основание за отстраняване от обществената поръчка провеждана по реда на чл.20, ал.3.

Предложената цена задължително включва всички разходи за изпълнение на поръчката.

Кандидатът задължително оферира за всяка една номенклатурна единица, като посочва единичната му цена.

Кандидат, който не е оферирал за всяка една номенклатурна единица от техническата спецификация на Възложителя се отстранява.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИ ОБЕДИНЕНИЯ

1. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

2. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

- 2.1. правата и задълженията на участниците в обединението;
- 2.2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
- 2.3. уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.
3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.
4. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че обединението не е регистрирано по БУЛСТАТ, при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагане на поръчката.

ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА И НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

1. На основание чл.65, ал.1 от ЗОП участникът може да се позовава на капацитета на трети лица по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионална компетентност. Съгласно чл.65, ал.4 от ЗОП третите лица трябва да отговарят на посочените критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, както и за тях трябва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. В случай че участникът ще използва капацитета на трети лица, той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
2. Участникът може да използва подизпълнител/и, като следва да удостовери това в офертата си, както и дела от поръчката, който ще му/им възложи. В този случай той трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителя/ите задължения. Подизпълнителя/ите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. Възложителя не предвижда директни разплащания на подизпълнители, в случай че изпълнителят ползва такъв.

IV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Оценката на офертите се извършва по критерий „най-ниска цена“.

Участникът се класира с цената, посочена като обща стойност за изпълнение на поръчката. При равни окончателни оценки на две или повече оферти, Изпълнителят на обществената поръчка ще бъде определен чрез жребий. Тегленето на жребия ще се проведе съгласно следните правила:

Тегленето на жребий се извършва от комисията, назначена от Възложителя да разгледа, оцени и класира офертите. Жребият се провежда на дата, място и в час, за които участниците, предложили еднакви най-ниски цени, ще бъдат писмено уведомени.

При тегленето могат да присъстват представители на участниците, които са техни законни представители или са изрично упълномощени от законните представители на участника.

Лицата представят пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие.

**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

Комисията подготвя билети с имената на участниците, предложени еднаква най-ниска цена. Билетите се поставят в непрозрачни пликове, които се запечатват. Тегленето на жребия започва в определен час. Ако до този час не са се явили представител/и на участниците, се изчакват допълнително 15 (петнадесет) минути. Ако и до този час не са се явили представител/и на участниците, комисията пристъпва към тегленето на жребия.

Тегленето се извършва от председателя на комисията чрез избор на един от пликовете, съдържащи наименованието на участниците. Изтегленият участник се предлага за изпълнител на обществената поръчка.

Проведеното теглене на жребий се отразява в протокола, който се предоставя на Възложителя за утвърждаване, заедно с цялата документация.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

С класирания на първо място участник възложителят сключва писмен договор в 30-дневен срок от датата за определяне на изпълнител. Договорът се сключва при наличието на следните документи:

- чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП (свидетелство за съдимост);
- чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП (удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника).

Преди сключването на договор за обществена поръчка, участникът определен за изпълнител, следва да предостави актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Не се налага да бъдат представени посочените документи в следните случаи: 1. вече са били предоставени от участника или са служебно известни, или 2. могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки. В случай, че участникът определен за изпълнител не представи документи удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор, Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник.

Определеният изпълнител трябва да представи гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в размер на 2 % от общата стойност на договора без вкл. ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми:

- парична сума;
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, същата следва да отговаря на клаузите на договора. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Условиата и сроковете за освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

Ако след покана за сключване на договор, определеният за изпълнител откаже сключването на договора, Възложителят може да сключи със следващия класиран участник.

За отказ се приема постъпил писмен отказ от участника или неявяването в срока, определен от възложителя, без обективни причини.

**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

Техническо задание за холмиум лазерна система за литотрипсия
<u>Технически параметри и характеристики на холмиум лазерната система:</u>
- тип на лазера: Holmium YAG (Ho:YAG)
- тип на системата: мобилна кула
- дължина на вълната: 2100 nm
- максимална мощност: не по-малка от 30 W
- максимална енергия на импулса на лазера: не по-малка от 4 J
- честота на импулса на лазера: не по-малка от 25 Hz
- продължителност на импулса: променлива от 150 до 850 μ s
- напътстващ зелен лазерен лъч
- възможност за промяна на яркостта на напътстващия зелен лазерен лъч, както и да работи в мигащ режим
- управление чрез touch screen екран
- интегрирана охладителна система
- автоматично разпознаване на фиброоптичното лазерно влакно (лазерен световод)
- извеждане на екрана на апарата на следната минимална информация за лазерния световод: производител, тип на влакното – за еднократна или многократна употреба и диаметър
- възможност да работи както с еднократни така и с многократни лазерни влакна
- многократните лазерни влакна да могат да се използват не по-малко от десет процедури
- възможност да работи лазерната система с не по-малко от шест различни по диаметър лазерни

**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА “Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД**

световоди в диапазона от 200 μm до 1000 μm
- възможност за програмиране на различни потребителски програми за специфични терапии
- работни режими: литотрипсия, аблация и коагулация
- захранване: 220 V / 50Hz
<u>Комплектация на холмиум лазерната система:</u>
-педал за управление – 1 брой
-набор пускови ключове – 1 брой
-сет за блокиране на вратата на помещението, в което работи лазера – 1 брой
-предпазни очила – 2 броя
 <u>Гаранционен сервиз:</u> Да се извършва от сервизните специалисти на доставчика, като за целта участника следва да разполага с минимум двама обучени сервизни инженера.