

изх.№ РД-М-1855 / 10.04.18г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,

На основание чл.33 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/ , Ви уведомяваме за следното разяснение, относно открита процедура с предмет: **"Доставка на атравматичен шевен материал и полиамидни нерезорбируеми хирургични конци (нестерилни)"**, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00693-2018-0008:

По Въпрос №1 „Относно позиция №2, раздел IV, номенкл. ред 31 – възможно ли е да е допусната техническа грешка в описанието на вид на иглата „1/2 обла игла, 408мм“, което правилно да се чете като „1.2 обла игла, 48мм““

ОТГОВОР: Допуснатата е техническа грешка следва номенклатура 31 в Обособена позиция №2, раздел IV да се чете „1.2 обла игла, 48мм“.

По Въпрос №2 „Относно позиция №2, раздел VIII, номенкл. ред 1 – възможно ли е да е допусната техническа грешка в описанието на вид на иглата „3/8 обратно режеща, 45см“, което правилно да се чете като „3/8 обратно режеща, 45мм““

ОТГОВОР: Допуснатата е техническа грешка следва номенклатура 1 в Обособена позиция №2, раздел VIII да се чете „3/8 обратно режеща, 45мм“.

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

Възложит

с чл.45, ал.5 от ЗОП

/проф.д-р

н

директор на УМБАЛ "Н.И.Пирогов" ЕАД