



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА  
МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

1

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП

УТВЪРЖДАВАМ: .....

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
проф. д-р. АСЕН БАЛТОВ

Дата: ..... 23.04.2018г.....

## ДОКУМЕНТАЦИЯТА

за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на  
чл. 186 и сл. вр. чл. 20, ал. 3, т.2, пр.1 реда на Закона за обществените поръчки  
/ЗОП/ с предмет :

„Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на  
лапароскопска система“

СОФИЯ, 2018



## СЪДЪРЖАНИЕ

- Раздел I      Общи условия на поръчката
- Раздел II     Техническа спецификация
- Раздел III    Необходими документи и изисквания към участниците
- Раздел IV     Критерий за оценка на офертите
- Раздел V     Сключване на договор
- Раздел VI    Условия и ред за разглеждане и оценка на офертите

## Приложение :

1.      Образец №1 Опис на документите, съдържащи се в офертата
2.      Образец №2 Информация за участника;
3.      Образец №3 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП
4.      Образец №4 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП
5.      Образец №5 Декларация за използване на капацитета на трети лица (чл. 65, ал. 1 ЗОП)
6.      Образец №6 Декларация за използване на подизпълнители по чл. 66, ал. 1 от ЗОП
7.      Образец №7 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 за трето лице/подизпълнител /в случай че е приложимо/
8.      Образец №8 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 за трето лице/подизпълнител /в случай че е приложимо/
9.      Образец №9 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
10.     Образец №10 Декларация за срока на валидност на офертата
11.     Образец №11 Декларация за липса на свързаност с друг участник



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА  
МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

12. Образец №12 Списък на екипа предвиден за изпълнение на услугата

13. Образец №13 Техническо предложение

14. Образец №14 Ценово предложение

Проект на договор:

15. Образец №15 Проект на Договор



## Раздел I Общи условия на поръчката

1. Вид на процедурата – Възлагане на обществена поръчка чрез обява по реда на Глава четвърта от ЗОП
2. Предмет на поръчката – доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на лапароскопска система описана в техническата спецификация към настоящата обществена поръчка. Участникът трябва да предвиди 2 /две/ обучения на персонала за работа с системата.
3. Срок за изпълнение на поръчката – до 3 /три/ седмици
4. място за изпълнение - УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД, гр. София, бул. Тотлебен 21;
5. Общата прогнозна стойност на поръчката – до 70 000, 00 лв. без включен ДДС. Общата прогнозната стойност е максимална и участниците не могат да я надвишават.  
!!! В случай че участник е оферирал по-голяма от общата прогнозната стойност, същият ще бъде отстранен от процедурата.
6. Обособени позиции и възможност за представяне на варианти на офертите:

Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции.

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

**Мотиви:** Необходимостта от обединяване на определени елементи от предмета на поръчката е продиктувана от взаимосвързаност на тези елементи. Тяхното отделяне и възлагане на различни изпълнители би създало технически затруднения за успешното изпълнение на поръчката, включително предвид хипотезата, процедурата да не приключи с договор за всички дейности от предмета на поръчката, а така също и предвид хипотезите, да се ангажират различни изпълнители за поддръжка на системата от различни изпълнители може да доведе до тяхната несъвместимост.

7. Критерий за оценка на офертите: „най-ниска” цена

Забележка:

\* Изпълнителят трябва да предвиди всички свои разходи по изпълнение на поръчката и да ги калкулира в предложената цена за изпълнение.

\* Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в изчисленията на предложената обща стойност на изпълнение



на договора, което удостоверява с подpis и печат на всеки един документ включен в ценовото предложение.

- \* Оферти, в които е открита аритметична грешка при пресмятането на цените ще бъдат отстранени от по нататъшно разглеждане.
- \* Оферти, в които е установено разминаване на посочената стойност изписана с думи и с цифри, ще се приема за вярна изписаната с думи.
- \* Оферти, които надвишават Общата прогнозната стойност ще бъдат отстранени от участие.
- \* Оферти, които не отговарят на изискванията на Възложителя ще бъдат отстранени.

8. Срок и начин на плащане:

- Авансово плащане в размер на 20% от стойността на договора, в срок от 10 дни след представяне на Приемо-предавателен протокол за доставка и монтаж на лапароскопската система, представяне на надлежно оформена фактура и гаранция за авансово плащане в размер на стойността на авансовото плащане.
- Окончателно плащане в размер на 80% от стойността на договора, разпределена на 8 /осем/ месечни равни вноски, след представяне на Протокол от преминати обучения персонала с монтираната апаратура и представяне на оригинална фактура.

9. Срок на валидност на офертата: 30 /тридесет/ дни, считано от крайния срок за представяне на офертата или от удължения такъв съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП.

10. Всеки заинтересован кандидат може да подаде само една оферта за изпълнение на цялата поръчка.

11. Разходи за поръчката

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо Възложителят участниците не могат да предявяват претенции за разходи, направени от самите тях по подготовка и подаване на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

12. Разяснения по документацията - Всяко заинтересовано лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по условията на обществената поръчка до три дни преди срока за получаване на офертите. Възложителят предоставя, чрез публикуване в профила на купувача, разясненията на следващия работен ден.



13. Подаване на оферти: Документите, свързани с участието в настоящата Обява се представят в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на административния адрес на възложителя, а именно УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД, гр. София, бул. „Тотлебен“ №21, Клиника по изгаряния и пластична хирургия – Отдел Обществени поръчки – 2-ри етаж всеки работен ден до крайния срок за подаване на оферти съгласно срока посочен в обявленето от 8:00 до 16:00ч.
14. До оценяване и класиране, ще бъдат допуснати само оферти, които отговарят на изискванията на Възложителя, заложени в настоящата покана.
15. Отваряне на оферти: Постъпилите оферти ще се отварят в часа и датата, посочени в Обявата за обществената поръчка в сградата на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД – гр.София, бул. „Тотлебен“ №21, Клиника по изгаряния и пластична хирургия – Отдел Обществени поръчки – 2-ри етаж, Аудитория. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на оферти участниците се уведомяват чрез профила на купувача <http://pirogov.nit.bg/> най-малко 48 часа преди новоопределенния час.

#### 16. Гаранция за изпълнение

Преди сключване на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка, участникът избран за изпълнител е задължен да представи гаранция за изпълнение на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 /два/ % от общата стойност на договора без ДДС. Условията и срока за задържане и освобождаването и се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

- а) парична сума, внесена по посочена банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; или
- б) безусловна неотменяема банкова гаранция; или
- в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Гаранцията за изпълнение следва да е със срок на валидност от датата на влизане в сила на Договора до най-малко 30 /тридесет/ дни след изтичането на гаранционния срок описан в договора.



Условията и срока за задържане и освобождаването и се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

## Раздел II Техническа спецификация

Лапароскопската система трябва да съдържа: камера, устройство за управление на камерата, светлинен източник, инсуфлатор, монитор. Изискванията към отделните елементи са:

### • Устройство за управление на камера – 16р.

- Цифрово увеличение до 2,5x
- Приложения и потребителски менюта
- 6 оптимизирани предварително зададени приложения
- Всички функции достъпни от главата на камерата (NAV режим)
- Незабавен и безконтактен достъп до предварително зададени приложения и лични профили
- Неограничен брой потребители с до 5 лични профили
- Свързан със камерата и инсулфлатора
- Вградени записващи устройства с Full HD изображения и видеоклипове (USB)
- Автоматична компенсираща функция за дефектни пиксели
- Автоматичен баланс на бялото
- Замръзываща, огледална и печатна функция
- Контрол на яркостта, детайли, гама, цвят
- Редуктор на шума: изключен / нисък / висок
- Възстановяване на фабричните настройки
- RF предавател:
  - Тип: RFID



- Честота: 13,56 MHz
  - Функция за модулация: ОOK
  - Мощност на предавателя: 70 mW (+18 dBm)
  - Видео изходи:
    - CVBS: 1.0 V [P-P] / 75 ома,
    - Y / C: Y: 1.0 V [P-P] / 75 ома, C: 0.286 V [P-P]  
(NTSC), C: 0.3 V [P-P] V [P-P] (PAL) / 75 ома,
    - RGB: 3 x 0,7 V [P-P] и 0,3 V [P-P] / 75 ома
    - HD-SDI, 3G-SDI: 0,8 V [P-P] / 75 ома
    - SMPTE292M, SMPTE425M-A
    - DVI-D: 3x0.7Vcc и 0.3Vcc / 75Ω
  - 2 периферни изхода
  - 7 "16/9 сензорен еcran с интуитивен интерфейс
  - Размери (Ш x В x Д): 310 x 136 x 385 mm
  - Тегло: 4200 g
  - Тип защита: IPX0 (не е устойчив на капкообразувания)
  - Захранване: 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
  - Консумация на енергия: 50 VA
  - Две предпазители T1AL - 250 V (маркирани само UL / CSA)
  - 14 езика
  - Непрекъснато обслужване
- ↓ Камера-1бр.**
- 1CMOS технология, 1/3 " Full HD сензор



- Интегрирано увеличение HD 15-35 mm
- 3 програмириаеми бутона
- Свободна ротация и заключваща система
- Автоматичен или регулируем електронен затвор (1/50 до 1/100000)
- Разделителна способност: HDTV 1080p формат: 1920 x 1080 пиксела
- Активна площ на пикселите: 1920 x 1080 пиксела • Технология за прогресивно сканиране
- Формат 16: 9
- Чувствителност: 0,1 lux
- Съотношение сигнал / шум: 57dB
- Дължина на кабела: 3 метра
- Размери (Д x В): 149 x 53 mm
- Тегло: 260 гр
- Тип защита: IPX7 (водоустойчив)

#### **◆ LED източник на светлина – 16р.**

- LED технология
- Жivot на светодиодите: до 50 000 часа
- Интензитет на светлината, еквивалентен на 300W ксенонова светлинен източник
- Автоматично или ръчно регулиране на интензитета на светлината
- Цветна температура > 6500 ° K
- Автоматична система за термична защита
- Функция против заслепяване с детекция на светлинния кабел
- Режим на готовност



- Електрически ирис
- Памет на ниво захранване
- Сервизно меню• 7 "16/9 сензорен еcran с интуитивен интерфейс
- Външен контрол
- Съвместим с кабели Storz® и Olympus®
- Размери (Ш x В x Д): 310 x 136 x 385 mm
- Тегло: 5000 г
- Тип защита: IPX0 (не е устойчив на капкообразувания)
- Захранване: 100 - 230 VAC / 50 - 60 Hz
- Консумирана мощност: 160 VA
- 14 езика
- Непрекъснато обслужване

#### **Инсуфлатор-1бр**

- Максимален дебит: 45 л / мин при режим на висок дебит и 2 л / мин в режим на нисък дебит
- Автоматично управление на дебита според течове
- Задаване на налягане: От 0 до 25mmHg (точност на 1mmHg)
- 7 "16/9 сензорен еcran с интуитивен интерфейс
- Изчистване на съобщенията, показвани както на сензорния еcran, така и на

главен монитор със звукови аларми

- Външен контрол благодарение от главата на камерата
- Външен изпускателен вентил, за избегване на кръстосано замърсяване
- Гладка конструкция за лесна дезинфекция



- Специфична настройка за бариатрична хирургия
- Автоматично калибриране на устройството
- Функция за автономия: Показване в минути оставащо време на инсуфляция
- Вътрешна система за предварително нагряване
- Система за захранване с газ от CO<sub>2</sub>: Съединител US 7/16 "
- Съвместим с газови бутилки с CO<sub>2</sub> (10 до 60 бара)
- Съвместим с централно газово захранване с CO<sub>2</sub> (3 до 5 бара)
- Ключ с отворен край, предназначен за високо налягане от CO<sub>2</sub> съединител за маркуч
- Тръби за еднократна употреба или многократна употреба
- Размери (Ш x В x Д): 310 x 136 x 385 mm
- Тегло: 8000 g
- Тип защита: IPX0 (не е устойчив на капкообразувания)
- Захранване: 100 - 230 VAC / 50 - 60 Hz
- Консумирана мощност: 75 VA
- Два T2.5 AL - 250V предпазители със забавено действие (маркирани UR само)
- 14 езика
- Непрекъснато обслужване

#### ↓ **Монитор-16р**

- Медицински клас хирургически дисплей, Full HD 26 "
- Панел: 26 "- технология TFT AM LCD
- Разделителна способност: 1920 x 1080 пиксела



- Яркост: 500 cd / m<sup>2</sup>
- Съотношение контраст: 1400:1
- Съотношение на изображението: 16: 9
- Цветове: 1,07 милиарда
- Скорост на реакция: 8ms
- Видео входове: 2 x DVI-D, 1 x HD-SDI, 1 x RGB, 1 x S-видео, 1 x Comp.
- Видео изходи: 1 x DVI-D, 1 x HD-SDI, 1 x RGB, 1 x S-видео, 1 x Comp
- езици на OSD: EN / ES / IT / GE / FR / JA
- Монтаж: VESA 100 mm
- Размери (Ш x В x Д): 396 x 643 x 87 mm
- Тегло: 7700 g
- Тип защита: IPX2
- Захранване: 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
- Консумирана мощност: 69 VA

**+ *О комплектовка:***

- HD оптика 30° 5x300мм – 3бр
- Аспирационна – иригационна ръкохватка (пистолет) 1бр
- Аспирационен – иригационен шафт 5мм, 340мм 1бр
- Аспирационен – иригационен шафт 3мм, 340мм 1бр

**Раздел III    Необходими документи и изисквания към участниците**

1. Изисквания към участниците - критериите за подбор
  - 1.1. Участниците трябва да са регистрирани като търговци по Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА  
МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

пространство, или на Конфедерация Швейцария, на които е издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава;

Участниците трябва да притежават валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно чл. 77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в случаите, когато са търговци, или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Такъв документ не се изисква, в случай че участникът е производител, установен на територията на Република България съгласно чл.77, ал.2 от ЗМИ.

Доказване: За удостоверяване на това обстоятелство участникът следва да предостави заверено копие от валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ с обхват предмета на поръчката.

- 1.2. Участникът трябва да притежава екип от специалисти отговорни за изпълнение на поръчката. Минималното изискване към участниците е поне двама от екипа да е обучен сервизен специалист сертифициран за извършване на сервизно обслужване (гаранционно и следгаранционно) на медицинското оборудване

Доказване: За удостоверяване на това обстоятелство участникът следва да попълни списък с екипа от специалисти включени в изпълнение на поръчката, като се представя и заверено копие от сертификати за проведено обучение, издадени от фирмата производител на медицинското оборудване. В случай че някой от документите е на чужд език, следва същия да бъде придружен с превод на български език.

- 1.3. Участникът трябва да притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или по нов или еквивалент., с обхват сходен\* с предмета на поръчката.

\*Под сходен с предмета на поръчката се разбира доставка на медицинско оборудване и/или апаратура

Доказване: За удостоверяване на това обстоятелство участникът следва да предостави заверено копие от внедрената система за управление на качеството ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалент.

2. Изисквания към участниците по отношение на личното състояние на участниците



А/Изисквания към участниците по чл.54, ал.1 от ЗОП относно личното състояние - основания за задължително отстраняване.

Нормативно установените изисквания на чл. 54, ал. 1 от ЗОП относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, и Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.108а, чл. 159а-159г, чл.172, чл.192а, чл.194-217, чл.219-252, чл.253-260, чл.301-307, чл. 321, 321а и чл. 352-353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установлен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал. 5;
5. е установено, че: а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл.118, чл.128, чл.245 и чл.301-305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установлен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Б/Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията по чл. 54, ал.1, т.1÷7 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението;



В/Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, изискванията по чл.54, ал.1, т.1÷7 от ЗОП се прилагат за всеки от тях;

Г/Изисквания към участниците по чл.55, ал.1, т. 1 и т.4 от ЗОП:

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

- обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е склучил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

-доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

Д/Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията по чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението;

Е/Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП се прилагат за всеки от тях.

#### Използване капацитета на трети лица

Съгласно чл. 65, ал. 1 ЗОП участник може да се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите за подбор, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. За целта участникът представя в офертата си отделно за всеки от третите лица надлежно попълнен и подписан от тях Образец № 7 и Образец № 8

#### Подизпълнители

Участниците посочват в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива.



Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях не трябва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. За целта участникът представя в офертата си отделно за всеки от подизпълнителите надлежно попълнен и подписан от тях Образец № 7 и Образец № 8, в който се посочва информацията.

В случай че участник използва подизпълнители, той трябва да представи доказателство за поетите от тях задължения при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП. Доказателството се представя под формата на декларация от подизпълнител, в която се описва дела от поръчката, който подизпълнителят ще изпълнява.

Независимо от използването на подизпълнител/и, отговорността за изпълнение на договора е на изпълнителя.

#### Обединения

В случай че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединение склучват споразумение (или друг документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението. В споразумението трябва да се съдържа следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- конкретно лице представляващо обединението;
- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

В случай че обединението е регистрирано в Търговския регистър се посочва Единния идентификационен код, а за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава.

След подаване на офертата не се допускат промени в състава на обединението. В случа че съставът на обединението се е променил след предаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

В процедурата едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.



Лице, което участва в обединение или е дало съгласие за бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура (съгласно §2, т.45 от ДР на ЗОП „Свързани лица“ са тези по смисъла на §1, т.13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа).

Отстраняват се от участие в процедурата участници, който не отговарят на нормативните изисквания или на някое от условията на Възложителя.

### 3. Необходими документи

При интерес от участие в настоящата обществена поръчка, съответният участник трябва да подаде оферта за изпълнение на цялата поръчка.

Офертата се подава в непрозрачна, запечатана опаковка в рамките на определения в публичната покана краен срок. Върху плика с офертата трябва да са отбелязани предмета на поръчката, името на участника и адрес за кореспонденция, както следва:

ДО:  
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД

**Оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 и сл. вр. чл. 20, ал. 3, т.2, пр.1 реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет :**

**„Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на лапароскопска система“**

Наименование на участника:.....  
Участниците в обединението (когато е приложимо).....  
Адрес за кореспонденция: .....  
Телефон, факс или електронен адрес:.....

### **Съдържание на офертата/опаковката - Участниците трябва да представят:**

- Опис на документите, съдържащи се в офертата - Образец №1
- Информация за участника - Образец №2;
- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП - Образец №3;



- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП - Образец №4
- Декларация за използване на капацитета на трети лица (чл. 65, ал. 1 ЗОП) - Образец №5
- Декларация за използване на подизпълнители по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - Образец №6
- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 за трето лице/подизпълнител- Образец №7 /в случай че е приложимо/
- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 за трето лице/подизпълнител- Образец №8 /в случай че е приложимо/
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец №9
- Декларация за срока на валидност на офертата - Образец №10
- Декларация за липса на свързаност с друг участник - Образец №11
- Списък на екипа предвиден за изпълнение на услугата - Образец №12
- Техническо предложение – Образец №13
- Оторизационно писмо от производителя (когато участникът не е производител), издадено на името на участника за извършване на продажба, монтаж, и сервизно обслужване на оборудването, предмет на процедурата. Оторизационното писмо трябва да е в оригинал или заверено копие, и да е валидно за срока на изпълнение на поръчката. В случай че документа е на чужд език трябва да се представи и в официален превод.
- Каталог на производителя, от който да са видни всички технически и функционални характеристики и предлагани опции за всяко едно изделие. В каталога не трябва да бъдат посочвани цени. В случай че каталогът на производителя включва цени, то те трябва да бъдат различни от участника.
- Ценово предложение – Образец №14

**Забележка:** В случай че участникът не представи някой от изисканите документи, ще бъде отстранен от обществената поръчка.

**Раздел IV Критерий за оценка на офертите - Оценката на офертите се извършва по критерий „най-ниска цена“.**

**Раздел V Сключване на договор**

С класирания на първо място участник Възложителят сключва писмен договор в 30-дневен срок от датата за определяне на изпълнител.

Срокът за изпълнение на договора е 3 /три/ седмици.



Преди сключването на договор за обществена поръчка, участникът определен за изпълнител, следва да предостави актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Не се налага да бъдат представени посочените документи в следните случаи:

1. вече са били предоставени от участника или са служебно известни, или
2. могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

В случай, че участникът определен за изпълнител не представи документи удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор, Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник.

Определеният изпълнител трябва да представи гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в размер на 2 /два/ % от общата стойност на договора без вкл. ДДС.

Гаранцията се представя в една от следните форми:

- парична сума;
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, същата следва да отговаря на клаузите на договора. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Условията и сроковете за освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

Ако след покана за сключване на договор, определеният за изпълнител откаже сключването на договора, Възложителят може да сключи със следващия класиран участник.

За отказ се приема постъпил писмен отказ от участника или неявяването в срока, определен от възложителя, без обективни причини.



Изменение на договора:

Предвидените възможности за изменение на договора, съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП са:

- поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на поръчката;
- се налагат изменения, които не са съществени;

Раздел VI Условия и ред за разглеждане и оценка на оферти

Оферти се приемат на определения адрес, до определената дата и час за получаване. В случай че до краиния срок за подаване на оферти са подадени по-малко от 3 броя, Възложителят изпраща информация, в която посочва удължаване на срока за получаване на оферти, съгласно чл. 188, ал.2 от ЗОП.

Условията и реда за разглеждане и оценка на оферти се извършва съгласно чл.97 от ППЗОП.

Възложителят със заповед определя нечетен брой лица, които да разгледат и оценят получените оферти. Комисията отваря оферти по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на оферти и за класирането на участниците. Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.