

ДОГОВОР

№ 017-01-52/07.06.2018

Днес, 07.06.18 в гр. София между:

1. „УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД, ЕИК 130345786, с адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Тотлебен“ №21, представлявано от Проф. Д-р Асен Балтов, д.м. – Изпълнителен директор, наричано за краткост по-долу **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“** от една страна,

и

2. „ПАРМЕДИКА“ ООД, с ЕИК 131288014, със седалище и адрес на управление гр. София 1797, район р-н Студентски, ж.к. "Младост", бл. 86, ет. 4, ап. 10, представлявано от Всемила Николова Попова, в качеството си на Управител, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**,

на основание утвърден протокол от 10.05.2018 г. на Възложителя и във връзка с проведена обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: **„Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на лапароскопска система“**, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема съгласно условията на този договор, да достави, монтира и поддържа медицинско оборудване при „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД, съгласно Техническото предложение на участника (Приложение № 1 към настоящия договор) и Техническата спецификация на Възложителя (Приложение №3 към настоящия договор).

(2) При изпълнението на задължението по горната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията на Техническата спецификация от документацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение №3 към настоящия договор) и Техническото и Ценово предложения от Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложения № 1 и 2 към настоящия договор).

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Срокът на договора е **3 /три/ седмици** от датата на подписване на договора.

Чл. 3 (2) Гаранционен срок на оборудването е **24 /двадесет и четири/ месеца**, считано от датата на монтажа му.

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП



III. ОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 4. (1) Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. Да изпълнява дейностите по чл. 1 в съответствие с указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изискванията на МЗ и приложимото национално и общностно законодателство;
2. Да изпълнява дейностите по чл. 1, като полага дължимата грижа за качествено осъществяването на предмета на договора по най-високите стандарти на професионална компетентност;
3. Писмено да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно за всяко събитие или факт, които са във връзка с неговата дейност по настоящия договор или които биха могли да имат негативен ефект върху изпълнението на проекта, или които могат да затруднят или забавят изпълнението на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора;
4. Да заплаща за своя сметка евентуално наложените във връзка с експлоатацията на оборудването и провеждане на дейността с нея имуществени санкции (глоби и др.) от съответните органи и институции.
5. Да заплаща за своя сметка евентуално присъдените от съответните съдебни органи и други институции във връзка с експлоатацията на оборудването, имуществени обезщетения на увредени лица.
6. Да заплаща за своя сметка появилите се дефекти или повреди, в това число при необходимост да осигури друго оборудване.
7. Да направи **2 /две/ обучения** на персонала за работа с апаратурата.

(2) Права на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава в срок уговорените възнаграждения;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация, необходими му за качествено извършване на услугите по този договор;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да задържи копие от продукти и материали, изготвени по този договор.

Чл. 5. (1) Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на дейностите, възлагани по реда на този договор;

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП**



2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уточнява въпросите, свързани с изпълнението на дейности, възлагани по реда на този договор, при поискване и със съдействието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме предоставеното оборудване в сроковете и условията, уговорени в настоящия договор.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимите възнаграждения в срок;

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи;

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава във всички случаи, при изпълнението на предмета на настоящия договор, да пази доброто име и репутация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2) Права на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да използва предоставеното му оборудвано по предназначение;

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да замени предаденото оборудване, ако същото създава чести пречки за използването му, повреди и др..

IV. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за доставката, монтирането и инсталирането на оборудването, съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Оборудването се доставя, монтира и инсталира на местата за инсталиране, посочени и потвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е посочил в офертата си специални условия относно средата на инсталиране, се счита, че такива не са необходими или че те следва да бъде осигурени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уточни подробностите, касаещи транспортирането, разполагането и инсталирането на оборудването и да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 5 (пет) дни предварително за точната дата и час, в които той възнамерява да изпълни възложените задачи.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърждава местонахождението на местата за инсталиране след получаване на уведомление от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно ал. 1.

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП**

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да гарантира, че персоналът, необходим от негова страна е уведомен и ще присъства по време на доставката и инсталирането.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при промяна в местоположението на местата за инсталиране не по-късно от 5 (пет) дни преди очакваната дата на доставката.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че оборудването, което трябва да се предостави, се придружава от съответната документация, като например ръководства на потребителя, както и от оперативни ръководства или чертежи, които трябва да бъдат достатъчно подробни, така че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговите служители сами или с помощта на съответни специалисти да могат да активират, поддържат, настройват или ремонтират, в зависимост от случая, оборудването и в бъдеще.

Чл. 10. (1) Изпълнителят се задължава да организира транспортирането и разтоварването на оборудването от транспортните средства в мястото на инсталиране.

(2) Изпълнителят се задължава да поеме всички разходи и рискове, свързани с транспортирането на стоките до местата за инсталиране и има задължението да освободи стоките за износ и или внос, както и да заплати акциз, както за износ така и за внос, и да извърши всички митнически формалности, ако е приложимо.

Чл. 11. (1) Предоставянето на оборудването се удостоверява с подписването на двустранен протокол.

(2) Успешното завършване на монтажа и инсталацията на оборудването се удостоверява с подписването на двустранен приемо-предавателен протокол за монтаж и инсталация на оборудването.

V. ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, за собствена сметка да поддържа и обслужва оборудването, предмет на договора, в рамките на гаранционния срок на описан в договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на оборудването при спазване на условията, описани в съответната техническа документация на оборудването.

Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право по собствено усмотрение да отправя заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на възникнала повреда на оборудването. Заявката се отправя писмено (включително и по електронен път) до:

Адрес: 1618 София, кв. Палово, бул. А.Пушкин №15



Факс: 02/8733416

Адрес на електронна поща: office@paramedica-bg.com

(2) Заявката трябва да съдържа информацията за: повредата, часа и датата, когато е констатирана и вероятния характер на повредата.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да реагира и отстрани възникналата повреда в сроковете и условията от Техническото му предложение.

Чл. 14. (1) В случай че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен, той е длъжен да ги отстрани или замени некачественото оборудване, устройство или част с ново/и със същите или по – добри характеристики. Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Всички вложени резервни части на оборудването, в рамките на срока на действие на настоящия договор, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 15. (1) За изпълнението на дейностите по чл. 1 от този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на **63 984,00 лв. /шестдесет и три хиляди деветстотин осемдесет и четири лева/ без ДДС или 76 780,80 лв. /седемдесет и шест хиляди седемстотин и осемдесет лева и осемдесет ст./ с включен ДДС.**

(2) Заплащането на възнаграждението се извършва:

- Авансово плащане в размер на 20 % от стойността на договора – **12 796,80 лв. (дванадесет хиляди седемстотин деветдесет и шест лева и 80 ст.) лева без вкл. ДДС или 15 356,16 лв. (петнадесет хиляди триста петдесет и шест лева и 16 ст.) с вкл. ДДС**, в срок от 10 /десет/ дни след представяне на Приемо-предавателен протокол за доставка и монтаж на лапароскопската система, представяне на надлежно оформена фактура и Гаранция за авансово плащане в размер на стойността на авансовото плащане.
- Плащане в размер на 80 % от стойността на договора платими на 8 /осем/ месечни равни вноски – по **6 398,40 лв. (шест хиляди триста деветдесет и осем лева и 40 ст.) без вкл. ДДС или 7 678,08 лв. (седем хиляди шестстотин седемдесет и осем лева и осем ст.) с вкл. ДДС**, след представяне на Протокол от преминали обучения на персонала с монтираната апаратура и представяне на оригинална фактура.

Чл. 16. (1) Всички плащания по настоящия договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по банков път по следната сметка в лева на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



Титуляр: „ПАРМЕДИКА“ ООД

Банка Уникредит Булбанк

IBAN: BG05UNCR76301076500330

SWIFT (BIC) UNCRBGSF

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. (1) Настоящият договор може да бъде предсрочно прекратен:

1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
2. При виновно неизпълнение на съществено задължение на една от страните по договора, което е неотстранимо или не е отстранено след предупреждение от другата страна, със седемдневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
3. С прекратяване на дружеството, консорциума, съответното юридическото лице, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. С изтичане на срока, за който е сключен.
5. При наличие на императивни разпоредби и основания в закона.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 18. (1) При неизпълнение на която и да е клауза от този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди по общия ред.

(2) При виновно забавяне плащането на уговореното възнаграждение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.01 % на ден, но не повече от 1.5 % (едно цяло и пет десети на сто) от размера на сумата на забавеното плащане.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 19. (1) Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% (две на сто) от предложената обща цена на договора без вкл. ДДС – **1 279,68 лв. (хиляда двеста седемдесет и девет лева и 68 ст.)** със срок на валидност 30 календарни дни след изтичане гаранционния срок на договора.

(2) Гаранцията за изпълнение се внася преди подписване на договора и се освобождава в пълен размер в срок до 30 календарни дни след изтичане гаранционния срок на договора.

(3) Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване

(4) В случаите по ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли при него.

Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 20. Изменения и допълнения на договора се извършват в писмена форма при наличието на съгласие на страните по него и в съответствие с приложимите разпоредби на Закона за обществените поръчки.

Чл. 21. (1) Всички съобщения между страните по този договор се извършват в писмена форма.

(2) Писмената форма се счита за спазена и когато съобщенията са отправени по факс, електронна поща или чрез лицензирани/регистрирани пощенски оператори.

Чл. 22. (1). Адресите за кореспонденция на страните по договора са, както следва:

1. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Тотлебен № 21

Тел.: 02 9154 444; 0882 480 019

e-mail: dimitur.stamboliyski@pirogov.bg

Лице за контакт: Инж. Димитър Стамболийски, Отдел "Стопанско-техническо управление"

2. на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Лица за контакт: Всемила Попова

Адрес за контакти: 1618 София, кв. Палово, бул. А.Пушкин №15

Тел.: 02/8733416

Факс: 02/8733416

Адрес на електронна поща: office@paramedica-bg.com

(2) При промяна на посочените данни всяка от страните е длъжна да уведоми другата незабавно.

(3) В случай, че някоя от страните не изпълни задълженията си за уведомяване, съобщенията изпратени на известния адрес, ще се считат за надлежно изпратени и получени.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл. 45, ал. 5 от ЗОП**



Чл. 23. За неуредените от договора въпроси се прилага българското законодателство.

Чл. 24. Неразделна част от настоящия договор представляват:

1. Приложение №1 Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Приложение №2 Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Приложение №3 Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. Приложение №4 Гаранция за изпълнение;
5. Приложение №5 Гаранция за авансово плащане

Настоящият договор се изготви и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ... чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

Проф. Д-р. Асен Балтов
Изпълнителен директор

с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: . с чл.45, ал.5 от ЗОП

Всемила Николова Чопова
Управител



чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП



чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ №13

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3 с предмет

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на лапароскопска система“

От „ПАРМЕДИКА“ ООД

/наименование на участника по съдебна регистрация/

ЕИК 131288014, представлявано от Всемила Попова- управител

Уважаеми дами и господа,

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие. Съгласни с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения.

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие удостоверяваме, че представявания от нас участник отговаря изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата.

с чл.45, ал.5 от ЗОП

Нашето предложение е, както следва:

№	Наименование и изисквания	Производител	Каталожен номер/ идентификационен номер/номер от страница в каталога
1	<p>Устройство за управление на камера - 1бр.</p> <ul style="list-style-type: none">• Цифрово увеличение до 2,5x• Приложения и потребителски менюта• 6 оптимизирани предварително зададени приложения• Всички функции достъпни от главата на камерата (NAV режим)• Незабавен и безконтактен достъп до предварително зададени приложения и лични профили• Неограничен брой потребители с до 5 лични профили	Sopro Comeg	Кат.№ S_198_9000 Стр.15- каталог Sopro Comeg 1

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

<ul style="list-style-type: none">• Свързан със камерата и инсу.• Вградени записващи устройс изображения и видеоклипове (USB)• Автоматична компенсираща функция за дефектни пиксели• Автоматичен баланс на бялото• Замръзваща, огледална и печатна функция• Контрол на яркостта, детайли, гама, цвят• Редуктор на шума: изключен / нисък / висок• Възстановяване на фабричните настройки• RF предавател:<ul style="list-style-type: none">- Тип: RFID- Честота: 13,56 MHz- Функция за модулация: OOK- Мощност на предавателя: 70 mW (+18 dBm)• Видео изходи:<ul style="list-style-type: none">- CVBS: 1.0 V [P-P] / 75 ома,- Y / C: Y: 1.0 V [P-P] / 75 ома, C: 0.286 V [P-P] (NTSC), C: 0.3 V [P-P] V [P-P] (PAL) / 75 ома,- RGB: 3 x 0,7 V [P-P] и 0,3 V [P-P] / 75 ома- HD-SDI, 3G-SDI: 0,8 V [P-P] / 75 омаSMPTE292M, SMPTE425M-A- DVI-D: 3x0.7Vcc и 0.3Vcc / 75Ω• 2 периферни изхода• 7 "16/9 сензорен екран с интуитивен интерфейс• Размери (Ш x В x Д): 310 x 136 x 385 mm• Тегло: 4200 g• Тип защита: IPX0 (не е устойчив на капкообразувания)• Захранване: 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz• Консумация на енергия: 50 VA• Две предпазители T1AL - 250 V (маркирани само UL / CSA)• 14 езика		
---	--	--

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

	<ul style="list-style-type: none"> • Непрекъснато обслужване 	чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП	
2	<p>Камера-1бр.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1CMOS технология, 1/3 " Full HD сензор • Интегрирано увеличение HD 15-35 мм • 3 програмируеми бутона • Свободна ротация и заключваща система • Автоматичен или регулируем електронен затвор (1/50 до 1/100000) • Разделителна способност: HDTV 1080p формат: 1920 x 1080 пиксела • Активна площ на пикселите: 1920 x 1080 пиксела • Технология за прогресивно сканиране • Формат 16: 9 • Чувствителност: 0,1 lux • Съотношение сигнал / шум: 57dB • Дължина на кабела: 3 метра • Размери (Д x В): 149 x 53 mm • Тегло: 260 гр • Тип защита: IPX7 (водоустойчив) 	Sopro Comeg	<p>Кат.№ S_198_8000</p> <p>Стр.15- каталог Sopro Comeg 1</p>
3	<p>LED източник на светлина - 1бр.</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED технология • Живот на светодиодите: до 50 000 часа • Интензитет на светлината, еквивалентен на 300W ксенонова светлинен източник • Автоматично или ръчно регулиране на интензитета на светлината • Цветна температура > 6500 ° K • Автоматична система за термична защита • Функция против заслепяване с детекция на светлинния кабел • Режим на готовност • Електрически ирис • Памет на ниво захранване • Сервизно меню • 7 "16/9 сензорен екран с 	Sopro Comeg	<p>Кат.№ S_298_0001</p> <p>Стр.35- каталог Sopro Comeg 1</p>

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

	<p>интуитивен интерфейс</p> <ul style="list-style-type: none"> • Външен контрол • Съвместим с кабели Storz® и Olympus® • Размери (Ш x В x Д): 310 x 136 x 385 mm • Тегло: 5000 г • Тип защита: IPX0 (не е устойчив на капкообразувания) • Захранване: 100 - 230 VAC / 50 - 60 Hz • Консумирана мощност: 160 VA • 14 езика • Непрекъснато обслужване 		
<p>4</p>	<p>Инсуфлатор-1бр</p> <ul style="list-style-type: none"> • Максимален дебит: 45 л / мин при режим на висок дебит и 2 л / мин в режим на нисък дебит • Автоматично управление на дебита според течове • Задаване на налягане: От 0 до 25mmHg (точност на 1mmHg) • 7 "16/9 сензорен екран с интуитивен интерфейс • Изчистване на съобщенията, показвани както на сензорния екран, така и на главен монитор със звукови аларми • Външен контрол благодарение от главата на камерата • Външен изпускателен вентил, за избегване на кръстосано замърсяване • Гладка конструкция за лесна дезинфекция • Специфична настройка за бариатрична хирургия • Автоматично калибриране на устройството • Функция за автономия: Показване в минути оставащо време на инсуфлация • Вътрешна система за предварително нагряване • Система за захранване с газ от CO2: Съединител US 7/16 " 	<p>Sopro Comeg</p>	<p>Кат.№ S_698_0001 Стр.47- каталог Sopro Comeg 1</p>

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

	<ul style="list-style-type: none"> • Съвместим с газови бутилки с CO2 (10 до 60 бара) • Съвместим с централно газово захранване с CO2 (3 до 5 бара) • Ключ с отворен край, предназначен за високо налягане от CO2 съединител за маркуч • Тръби за еднократна употреба или многократна употреба • Размери (Ш x В x Д): 310 x 136 x 385 mm • Тегло: 8000 g • Тип защита: IPX0 (не е устойчив на капкообразування) • Захранване: 100 - 230 VAC / 50 - 60 Hz • Консумирана мощност: 75 VA • Два T2.5 AL - 250V предпазители със забавено действие (маркирани UR само) • 14 езика • Непрекъснато обслужване 	<p>чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП</p>	
<p>5</p>	<p>Монитор-1бр</p> <ul style="list-style-type: none"> • Медицински клас хирургически дисплей, Full HD 26 " • Панел: 26 "- технология TFT AM LCD • Разделителна способност: 1920 x 1080 пиксела • Яркост: 500 cd / m2 • Съотношение контраст: 1400:1 • Съотношение на изображението: 16: 9 • Цветове: 1,07 милиарда • Скорост на реакция: 8ms • Видео входове: 2 x DVI-D, 1 x HD-SDI, 1 x RGB, 1 x S-видео, 1 x Comp. • Видео изходи: 1 x DVI-D, 1 x HD-SDI, 1 x RGB, 1 x S-видео, 1 x Comp • езици на OSD: EN / ES / IT / GE / FR / JA • Монтаж: VESA 100 mm • Размери (Ш x В x Д): 396 x 643 x 87 mm • Тегло: 7700 g 	<p>Sopro Comeg</p>	<p>чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП</p> <p>Кат.№ S_700427 Стр.61- каталог Sopro Comeg 1</p>

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

	<ul style="list-style-type: none"> • Тип защита: IPX2 • Захранване: 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz • Консумирана мощност: 69 VA 		
6	<p>Окомплектовка:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HD оптика 30° 5x300мм – 3бр • Аспирационна – иригационна ръкохватка (пистолет) 1бр • Аспирационен – иригационен shaft 5мм, 340мм 1бр • Аспирационен – иригационен shaft 3мм, 340мм 1бр 	Sopro Comeg	<ul style="list-style-type: none"> • Кат.№ 162 053 042; Стр.15- каталог Sopro Comeg 2 • Кат.№ 392 999 250; Стр.96- каталог Sopro Comeg 2 • Кат.№ 392 999 260; Стр.96- каталог Sopro Comeg 2 • Кат.№ 392 999 270; Стр.96- каталог Sopro Comeg 2

счл.45, ал.5 от ЗОП

1. Срокът за изпълнение на поръчката е 3 /три/ седмици от датата на подписване на договора.
2. Ще направим 2 /две/ обучения на персонала за работа с апаратурата.
3. Гаранционният срок на оборудването е 24 месеца, считано от датата на монтажа му

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

счл.45, ал.5 от ЗОП

* Предлаганият от участника срок не може да бъде по-кратък от 24 месеца.

4. Заявяваме и се ангажираме да:

Отстраняваме възникнали повреди в срок до 48 (четиридесет и осем) часа след получаване на уведомление по факс или чрез електронна поща (e-mail) от определените в договора координатори/отговорни лица за възложителя. В случай, че заявката е получена в последния работен ден на седмицата, същата се изпълнява в първия работен ден на следващата седмица.

При така предложените от нас условия, потвърждаваме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с направената от нас оферта.

Предложенията ни са обвързващи за нас и остават непочувствени в срок на валидност на офертата.

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

счл.45, ал.5 от ЗОП

24.04.2018 г.

/ Всемила Попова /

.....

Подпис на лицето (и печат)

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

счл.45, ал.5 от ЗОП



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА

МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с Ц №14

с чл.45, ал.5 от ЗОП

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

„Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на лапароскопска система“

От „ПАРМЕДИКА“ ООД, адрес: 1797, гр. София, жк. Младост, бл.86,ет.4,ап.10, ЕИК 131288014

(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма, адрес на управление, ЕИК по Закона за Търговския регистър/БУЛСТАТ)

чрез Всемила Николова Попова, адрес: 1797, гр. София, жк. Младост, бл.86,ет.4,ап.10, vsemila@paramedica-bg.com (собствено, бащино и фамилно име на представляващия участника, адрес за кореспонденция, адрес на електронна поща),

Моля да приемете ценовото ни предложение, както следва:

Обща стойност за изпълнение на поръчката е 63 984.00 (шестдесет и три хиляди деветстотин осемдесет и четири) лева без включено ДДС или 76 780.80 (седемдесет и шест хиляди седемстотин и осемдесет лева и 80ст.) лева с включено ДДС.

Ценовото предложение включва всички разходи, свързани с качествено и цялостното изпълнение на поръчката, в това число и стойността на вложените материали и консумативи и е съобразено с утвърденото от Възложителя техническо задание.

Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва в съответствие с условията на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

Забележки:

1.Предлаганите цени следва да се посочат в лева, закръглени до втори знак след десетичната запетая

2.При разминаване на цена, изписана с думи, и цена с цифри се приема цената, изписана с думи.

3.При установена неточност/ несъответствие/ пропуск/ аритметична грешка в изчисленията, офертата няма да бъде допусната до оценяване.

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

24.04.2018 г.

/ Всемила Попова/

.....

Име и фамилия

Подпис на лицето (и печат)

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Лапароскопската система трябва да съдържа: камера, устройство за управление на камерата, светлинен източник, инсуфлатор, монитор. Изискванията към отделните елементи са:

↓ **Устройство за управление на камера – 1бр.**

- Цифрово увеличение до 2,5x
- Приложения и потребителски менюта
- 6 оптимизирани предварително зададени приложения
- Всички функции достъпни от главата на камерата (NAV режим)
- Незабавен и безконтактен достъп до предварително зададени приложения и лични профили
- Неограничен брой потребители с до 5 лични профили
- Свързан със камерата и инсуфлатора
- Вградени записващи устройства с Full HD изображения и видеоклипове (USB)
- Автоматична компенсиреща функция за дефектни пиксели
- Автоматичен баланс на бялото
- Замръзваща, огледална и печатна функция
- Контрол на яркостта, детайли, гама, цвят
- Редуктор на шума: изключен / нисък / висок
- Възстановяване на фабричните настройки
- RF предавател:
 - Тип: RFID
 - Честота: 13,56 MHz
 - Функция за модулация: OOK
 - Мощност на предавателя: 70 mW (+18 dBm)
- Видео изходи:
 - CVBS: 1.0 V [P-P] / 75 ома,
 - Y / C: Y: 1.0 V [P-P] / 75 ома, C: 0.286 V [P-P] (NTSC), C: 0.3 V [P-P] V [P-P] (PAL) / 75 ома,
 - RGB: 3 x 0,7 V [P-P] и 0,3 V [P-P] / 75 ома
 - HD-SDI, 3G-SDI: 0,8 V [P-P] / 75 ома
 - SMPTE292M, SMPTE425M-A
 - DVI-D: 3x0.7Vcc и 0.3Vcc / 75Ω
- 2 периферни изхода
- 7 "16/9 сензорен екран с интуитивен интерфейс
- Размери (Ш x В x Д): 310 x 136 x 385 mm
- Тегло: 4200 g
- Тип защита: IPX0 (не е устойчив на капкообразувания)
- Захранване: 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
- Консумация на енергия: 50 VA
- Две предпазители T1AL - 250 V (маркирани само UL / CSA)
- 14 езика
- Непрекъснато обслужване

↓ **Камера-1бр.**

- 1CMOS технология, 1/3 " Full HD сензор
- Интегрирано увеличение HD 15-35 мм
- 3 програмируеми бутона
- Свободна ротация и заключваща система

- Автоматичен или регулируем електронен затвор (1/50 до 1/100000)
- Разделителна способност: HDTV 1080p формат: 1920 x 1080 пиксела
- Активна площ на пикселите: 1920 x 1080 пиксела • Технология за прогресивно сканиране
- Формат 16: 9
- Чувствителност: 0,1 lux
- Съотношение сигнал / шум: 57dB
- Дължина на кабела: 3 метра
- Размери (Д x В): 149 x 53 mm
- Тегло: 260 гр
- Тип защита: IPX7 (водоустойчив)

↓ **LED източник на светлина – 1бр.**

- LED технология
- Живот на светодиодите: до 50 000 часа
- Интензитет на светлината, еквивалентен на 300W ксенонова светлинен източник
- Автоматично или ръчно регулиране на интензитета на светлината
- Цветна температура > 6500 ° K
- Автоматична система за термична защита
- Функция против заслепяване с детекция на светлинния кабел
- Режим на готовност
- Електрически ирис
- Памет на ниво захранване
- Сервизно меню • 7 "16/9 сензорен екран с интуитивен интерфейс
- Външен контрол
- Съвместим с кабели Storz® и Olympus®
- Размери (Ш x В x Д): 310 x 136 x 385 mm
- Тегло: 5000 г
- Тип защита: IPX0 (не е устойчив на капкообразувания)
- Захранване: 100 - 230 VAC / 50 - 60 Hz
- Консумирана мощност: 160 VA
- 14 езика
- Непрекъснато обслужване

↓ **Инсуфлатор-1бр**

- Максимален дебит: 45 л / мин при режим на висок дебит и 2 л / мин в режим на нисък дебит
- Автоматично управление на дебита според течове
- Задаване на налягане: От 0 до 25mmHg (точност на 1mmHg)
- 7 "16/9 сензорен екран с интуитивен интерфейс
- Изчистване на съобщенията, показвани както на сензорния екран, така и на главен монитор със звукови аларми
- Външен контрол благодарение от главата на камерата
- Външен изпускателен вентил, за избегване на кръстосано замърсяване
- Гладка конструкция за лесна дезинфекция
- Специфична настройка за бариатрична хирургия
- Автоматично калибриране на устройството
- Функция за автономия: Показване в минути оставащо време на инсуфлация
- Вътрешна система за предварително нагряване
- Система за захранване с газ от CO2: Съединител US 7/16 " лки с CO2 (10 до 60 бара)

- Съвместим с централно газово захранване с CO2 (3 до 5 бара)
- Ключ с отворен край, предназначен за високо налягане от CO2 съединител за маркуч
- Тръби за еднократна употреба или многократна употреба
- Размери (Ш x В x Д): 310 x 136 x 385 mm
- Тегло: 8000 g
- Тип защита: IPX0 (не е устойчив на капкообразувания)
- Захранване: 100 - 230 VAC / 50 - 60 Hz
- Консумирана мощност: 75 VA
- Два T2.5 AL - 250V предпазители със забавено действие (маркирани UR само)
- 14 езика
- Непрекъснато обслужване

↓ **Монитор-1бр**

- Медицински клас хирургически дисплей, Full HD 26 "
- Панел: 26 "- технология TFT AM LCD
- Разделителна способност: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 500 cd / m2
- Съотношение контраст: 1400:1
- Съотношение на изображението: 16: 9
- Цветове: 1,07 милиарда
- Скорост на реакция: 8ms
- Видео входове: 2 x DVI-D, 1 x HD-SDI, 1 x RGB, 1 x S-видео, 1 x Comp.
- Видео изходи: 1 x DVI-D, 1 x HD-SDI, 1 x RGB, 1 x S-видео, 1 x Comp
- езици на OSD: EN / ES / IT / GE / FR / JA
- Монтаж: VESA 100 мм
- Размери (Ш x В x Д): 396 x 643 x 87 мм
- Тегло: 7700 g
- Тип защита: IPX2
- Захранване: 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
- Консумирана мощност: 69 VA

↓ **Окомплектовка:**

- HD оптика 30° 5x300мм – 3бр
- Аспирационна – иригационна ръкохватка (пистолет) 1бр
- Аспирационен – иригационен шафт 5мм, 340мм 1бр
- Аспирационен – иригационен шафт 3мм, 340мм 1бр

- Необходимо е да се предвиди доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на лапароскопска система
- Срокът за изпълнение на поръчката трябва да е 3 /три/ седмици от датата на подписване на договора.
- Трябва да бъдат направени 2 /две/ обучения на персонала за работа с апаратурата.
- Гаранционният срок на оборудването не трябва да е по-кратък от 24 месеца
- Необходими са минимум двама сервизни специалисти сертифицирани за извършване на сервизно обслужване

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП