

ПРОТОКОЛ №1

Днес, 27.07.2018г., в 10:00 часа, в рапортната зала 2-ри етаж на секция „Изгаряния и пластична хирургия“ на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД, гр. София 1606, бул. “Тотлебен” № 21, се проведе заседание на Комисията назначена със Заповед № РД-26-1280/27.07.2018г., издадена от Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД проф.д-р Асен Балтов, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ **Доставка на операционни маси за нуждите на Клиника по урология в „УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД**”, открита с Решение № РД-26-1122/19.06.2018г. на Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД.

Комисията е в следния състав:

Председател:

адв.Ваня Толева – правоспособен юрист

Членове:

1. Христина Лекова – нач. отдел Обществени поръчки
2. доц. д-р Валери Мариановски – нач. Отделение по обща урология

Резервни членове на комисията:

1. проф. д-р Славчо Кънев – нач. Клиника по урология
2. Петър Найденов – гл. юрисконсулт

Комисията е в пълен състав.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава, правилата за работа на комисията и правата на членовете ѝ по чл.52 от ППЗОП.

В определения в документацията срок за получаване на оферти е получена 1 /един/ бр. оферта. Офертата е предадена на председателя на комисията с протокол по чл.48, ал. 6 от ППЗОП. Протоколът се подписа от предаващото лице – Христина Лекова на длъжност началник отдел Обществени поръчки и от председателя на комисията.

Комисията констатира, че опаковките на участниците / постъпилите предложения/ са представени в указания от Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, като към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за подаване на оферти не са регистрирани чаканци лица. При приемане на офертите, същите са регистрирани в регистъра при отдел Обществени поръчки на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД, като върху опаковките е отбелязан входящ номер, датата и часът на получаването. Офертите са представени в запечатан, непрозрачен плик и с ненарушена цялост. Върху плика участниците са посочили необходимата информация, изискуема от Възложителя.

Председателят на комисията, оповести участниците, съгласно Входящия регистър на подадените оферти, а именно:

№	Вх.№	Дата и час	Участник
1	1269-ОП	25.07.2018г; 10:45ч	„Медилон“ ЕООД

След като се запознах с протокола по чл.48, ал. 6 от ППЗОП и описаните в него участници, членовете на комисията попълниха декларации в съответствие с изискванията на чл. 103, ал.2 от Закона за обществените поръчки. Нито един от членовете на комисията не си направи самоотвод.

На публичното отваряне на офертите не присъстват представители на участници и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията пристъпи към отварянето на опаковката и проверка на съдържанието на всяка една от офертите по реда на тяхното постъпване. При отварянето на офертите, комисията стриктно спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 54, ал. 3, ал.4 и ал. 5 от ППЗОП.

„Медилон“ ЕООД, с оферта № 1269-ОП/25.07.2018г в 10:45часа

Комисията повторно констатира, че участникът е депозирал непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отварянето на опаковката и проверка на съдържанието и. Констатира се наличието на отделен запечатан плик с надпис: „Предлагани ценови параметри“. Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката на участника. Най-малко трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Председателят на комисията закри публичното заседание на комисията и насрочи закрито заседание, за 14.08.2018г от 11:00ч, на което да разгледат по същество на представените в опаковката документи на участниците, изразяващо се в проверка за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията продължи своята работа по разглеждане по същество на представените в опаковката документи на участниците, изразяващо се в проверка за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя на 14.08.2018г в 11:00ч в непроменен състав.

„Медилон“ ЕООД, с оферта № 1269-ОП/25.07.2018г в 10:45часа

Комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице, нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника.

С оглед изложените по-горе констатации, комисията единодушно **ДОПУСКА** до по-нататъшно участие в процедурата участника: **„Медилон“ ЕООД.**

Комисията продължи своята работа по разглеждане и проверка за съответствие с изискванията на документацията за техническите предложения на допуснатите участници съгласно документацията за участие.

Съгласно одобрената документация за участие в настоящата обществена поръчка, техническите предложения на участниците трябва да обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ, в оферирания срок. Комисията пристъпи към проверка на техническите предложения, като направената проверка ще се опише по обособени позиции, за всеки участник по реда на подаване на офертите им. Техническото предложение /за всяка обособена позиция, за която участва участника/ трябва да съдържа:

- Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, изготвено по Образец № 6;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 7;
- Декларация за срока на валидността на офертата - Образец № 8;
- Оторизационно писмо от производителя (когато участникът не е производител), издадено на името на участника за извършване на продажба, монтаж, и сервизно обслужване на оборудването, предмет на процедурата. Оторизационното писмо трябва да е в оригинал или заверено копие, и да е валидно за срока на изпълнение на поръчката. В случай че документа е на чужд език трябва да се представи и превод на български език.
- Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител и ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган Съответствието с поставеното изискване се доказва с копие на Декларация за съответствие на

медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител или ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган. В случай че документа е на чужд език трябва да се представи и превод на български език.

- Декларация /в свободен текст/ за наличието на сервизна структура от участника.
- Документи или други доказателства, по негова преценка, доказващи съответствието на предлаганите от него продукти с посочените в раздел „Техническата спецификация“ на документацията изисквания на Възложителя.

Участникът може да представи, по своя преценка: каталози, проспекти, брошури или друг вид документ, от съдържанието, на които да са видни всички технически и функционални характеристики и предлагани опции за всяко едно изделие. В каталога не трябва да има посочени цени! В случай че документа е на чужд език трябва да се представи и превод на български език. Каталогите могат да бъдат представени на диск или на хартиен носител.

1. „Медилон“ ЕООД

<i>Изискани документи или данни в техническото предложение на участника</i>	<i>Забележка</i>
Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника	Неприложимо
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация – Образец 6	Представено
Декларация за съгласие с клаузите на договора – Образец 7	Представено

Декларация за срока на валидност на офертите – Образец 8	Представено
Оторизационно писмо от производителя (когато участникът не е производител), издадено на името на участника за извършване на продажба, монтаж, и сервизно обслужване на оборудването, предмет на процедурата. Оторизационното писмо трябва да е в оригинал или заверено копие, и да е валидно за срока на изпълнение на поръчката. В случай че документа е на чужд език трябва да се представи и превод на български език.	Представено
Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител и ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган Съответствието с поставеното изискване се доказва с копие на Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител или ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган. В случай че документа е на чужд език трябва да се представи и превод на български език.	Представено
Декларация /в свободен текст/ за наличието на сервизна структура от участника.	Представено
Документи или други доказателства, по негова преценка, доказващи съответствието на предлаганите от него продукти с посочените в раздел „Техническата спецификация” на документацията изисквания на Възложителя.	Представено

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21. Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268. E-mail: pirogov@pirogov.bg

С оглед установените обстоятелства, описани по-горе Комисията реши:
Допуска участника „Медилон“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата.

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Комисията единодушно реши:

1. Насрочва публично заседание за отваряне на ценови оферти на участниците на 20.08.2018г, от 10:00 часа в рапортната зала 2-ри етаж на секция „Изгаряния и пластична хирургия“ на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД, гр. София 1606, бул. “Тотлебен” № 21
2. Да се публикува информация в профила на купувача на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД, като се отбележи, че отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Комисията приключи работата си и състави настоящия протокол на 14.08.2018г в 12:00ч.

Особено мнение от членовете на комисията не бе изказано.

Подписали протокола: чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

Председател: Ваня Толева

Членове: чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

1. Христина Лекова –/././.....

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

2. доц. д-р Валери Марианов: