

ПРОТОКОЛ №1

Днес, 27.08.2018г., в 10:00 часа, в рапортната зала 2-ри етаж на секция „Изгаряния и пластична хирургия” на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД, гр. София 1606, бул. “Тотлебен” № 21, се проведе заседание на Комисията назначена със Заповед № РД-26-1432/27.08.2018г., издадена от Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД проф.д-р Асен Балтов, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за четири Клиники по ортопедия и травматология и Отделение по детска урология при “УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД”, открита с Решение №РД-26-1246/16.07.2018г. на Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД.

Комисията е в следния състав:

Председател:

адв.Ваня Толева – правоспособен юрист

Членове:

1. Христина Лекова – нач. отдел Обществени поръчки
2. инж.Димитър Стамболийски – Отдел СТУ

Резервни членове на комисията:

1. Николета Авджиева – юристконсулт
2. Елена Чернева – външен експерт

Комисията е в пълен състав.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава, правилата за работа на комисията и правата на членовете ѝ по чл.52 от ППЗОП.

София 1606, р-н „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:/02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

В определения в документацията срок за получаване на оферти е получена 1 /един/ бр. оферта. Офертата е предадена на председателя на комисията с протокол по чл.48, ал. 6 от ППЗОП. Протоколът се подписа от предаващото лице – Николета Авджиева на длъжност началник отдел Обществени поръчки и от председателя на комисията.

Комисията констатира, че опаковките на участниците / постъпилите предложения/ са представени в указания от Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, като към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за подаване на оферти не са регистрирани чакащи лица. При приемане на офертите, същите са регистрирани в регистъра при отдел Обществени поръчки на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД, като върху опаковките е отбелязан входящ номер, датата и часът на получаването. Офертите са представени в запечатан, непрозрачен плик и с ненарушена цялост. Върху плика участниците са посочили необходимата информация, изискуема от Възложителя.

Председателят на комисията, оповести участниците, съгласно Входящия регистър на подадените оферти, а именно:

№	Вх.№	Дата и час	Участник
1	1284-ОП	23.08.2018г; 8:45ч	„Сиконикс Груп” ООД

След като се запознах с протокола по чл.48, ал. 6 от ППЗОП и описаните в него участници, членовете на комисията попълниха декларации в съответствие с изискванията на чл. 103, ал.2 от Закона за обществените поръчки. Нито един от членовете на комисията не си направи самоотвод.

На публичното отваряне на офертите не присъстват представители на участници и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията пристъпи към отварянето на опаковката и проверка на съдържанието на всяка една от офертите по реда на тяхното постъпване. При отварянето на офертите, комисията стриктно спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 54, ал. 3, ал.4 и ал. 5 от ППЗОП.

„Сиконикс Груп“ ООД, с оферта № 1284-ОП /23.08.2018г; 8:45ч

Комисията повторно констатира, че участникът е депозирал непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отварянето на опаковката и проверка на съдържанието и. Констатира се наличието на отделен запечатан плик с надпис: „Предлагани ценови параметри“. Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката на участника. Най-малко трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Председателят на комисията закри публичното заседание на комисията и насрочи закрито заседание веднага след приключване на публичната част, на което да разгледат по същество на представените в опаковката документи на участниците, изразяващо се в проверка за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

„Сиконикс Груп“ ООД, с оферта № 1284-ОП /23.08.2018г; 8:45ч

Комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице, нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника.

С оглед изложените по-горе констатации, комисията единодушно **ДОПУСКА** до по-нататъшно участие в процедурата участника: **„Сиконикс Груп“ ООД.**

Комисията продължи своята работа по разглеждане и проверка за съответствие с изискванията на документацията за техническите предложения на допуснатите участници съгласно документацията за участие.

Съгласно одобрената документация за участие в настоящата обществена поръчка, техническите предложения на участниците трябва да обезпечават

София 1606, р-н „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:/02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ, в оферирания срок. Комисията пристъпи към проверка на техническите предложения, за всеки участник по реда на подаване на офертите им. Техническото предложение трябва да съдържа:

- Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, изготвено по Образец № 6;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 7;
- Декларация за срока на валидността на офертата - Образец № 8;
- Декларация за посещение и извършен оглед на обект – Образец №11
- Оторизационно писмо от производителя (когато участникът не е производител), издадено на името на участника за извършване на продажба, монтаж, и сервизно обслужване на оборудването, предмет на процедурата. Оторизационното писмо трябва да е в оригинал или нотариално заверено копие, и да е валидно за срока на изпълнение на поръчката. В случай че документа е на чужд език трябва да се представи и в официален превод
- Валиден сертификат за управление на качеството ISO 13485:2003 (или еквивалентен) за производителя на предлаганото оборудване (когато участникът не е производител) - копие заверено от участника. В случай, че за конкретното изделие не се изисква по закон/директива ISO 13485:2003 (или еквивалентен), участникът прилага към документите декларация в свободен текст за това че не се изисква.
- Валиден сертификат за CE марка за предлаганото оборудване, съгласно ЗМИ- копие заверено от участника. В случай, че за конкретното изделие не се изисква по закон/директива сертификат за „CE” марка и/или декларация за съответствие с нанесена „CE” маркировка, участникът

София 1606, р-н „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:/02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

прилага към документите декларация в свободен текст за това че не се изисква..

- Документи или други доказателства, по негова преценка, доказващи съответствието на предлаганите от него продукти с посочените в раздел „Техническата спецификация“ на документацията изисквания на Възложителя.

Участникът може да представи, по своя преценка: каталози, проспекти, брошури или друг вид документ, от съдържанието, на които да са видни всички технически и функционални характеристики и предлагани опции за всяко едно изделие. В каталога не трябва да има посочени цени! В случай че документа е на чужд език трябва да се представи и превод на български език. Каталогите могат да бъдат представени на диск или на хартиен носител.

- Монтажни планове по помещения на предложеното оборудване за номенклатурни единици от 1 до 15 включително от спецификацията – М 1:50.
- За номенклатурна единица 5 „Г-образна манипулационна станция с габаритни размери 428-110/67/205см. - медицински модули с негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, вградени дръжки с антибактериално покритие, усилена метална основа на шкафовете и надстройка с диспенсери” от спецификацията да се представи детайлен чертеж с фронтален изглед на оборудването с нанесени габаритни размери – М 1:20
- За номенклатурни единици 5 „Г-образна манипулационна станция с габаритни размери 428-110/67/205см. - медицински модули с негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, вградени дръжки с антибактериално покритие, усилена метална основа на шкафовете и надстройка с диспенсери” и 6 „Медицинско бюро с габаритни размери 180/60/80 см. с контейнер с чекмеджета” от спецификацията - да се представят протоколи от изпитания или анализни сертификати

издадени от независими лаборатории, доказващи че предложеното медицинското оборудване отговаря минимум на следните стандарти:

- EN 14073-2:2004 (или еквивалентен) - основни изисквания за безопасност;
 - EN 14074:2004 (или еквивалентен) - якост и дълготрайност на подвижните части;
 - EN14073-3:2004 (или еквивалентен) - стабилност и якост на конструкцията.
- За номенклатурни единици 5 „Г-образна манипулационна станция с габаритни размери 428-110/67/205см. - медицински модули с негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, вградени дръжки с антибактериално покритие, усилена метална основа на шкафовете и надстройка с диспенсери” и 6 „Медицинско бюро с габаритни размери 180/60/80 см. с контейнер с чекмеджета” от спецификацията - да се представят протоколи от изпитания или анализни сертификати издадени от независими лаборатории, доказващи изискванията за материалите от които е произведено предложеното оборудване посочени в спецификацията като негоримост, антибактериалност, устойчивостта им на механични и химични влияния и др.
 - За номенклатурни единици 5 „Г-образна манипулационна станция с габаритни размери 428-110/67/205см. - медицински модули с негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, вградени дръжки с антибактериално покритие, усилена метална основа на шкафовете и надстройка с диспенсери” и 6 „Медицинско бюро с габаритни размери 180/60/80 см. с контейнер с чекмеджета” от спецификацията – да се представят протоколи от изпитания или анализни сертификати издадени от независими лаборатории, доказващи, че материалите, от които е изработено предложеното оборудване са с нисък процент на отделяне на формалдехидни изпарения съгласно стандарт EN 717-2 (или еквивалентен) и EN 120 (или еквивалентен).
 - За номенклатурна единица 1 „Болнично легло с електрическо задвижване-четирисекционно с 4 странични бариери с вградено управление на две от тях инфузионна стойка и пасивен матрак с

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:/02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

антибактериален калъф с габаритни размери 218/102/39,5-76,8 см.” от спецификацията – медицинското оборудване да отговаря на стандарт EN 60601-2-52:2010 – специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на медицински легла (или еквивалент). Доказва се чрез сертификата на името на изделието, издаден от независим нотифициран орган.

1. „Сиконикс Груп“ ООД

<i>Изискани документи или данни в техническото предложение на участника</i>	<i>Забележка</i>
Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника	Неприложимо
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация – Образец 6	Представено
Декларация за съгласие с клаузите на договора – Образец 7	Представено
Декларация за срока на валидност на офертите – Образец 8	Представено
Декларация за посещение и извършен оглед на обект – Образец №11	Представено
Оторизационно писмо от производителя (когато участникът не е производител), издадено на името на участника за извършване на продажба, монтаж, и сервизно обслужване на оборудването, предмет на процедурата. Оторизационното писмо трябва да е в оригинал или нотариално заверено копие, и да е валидно за срока на изпълнение на поръчката. В случай че документа е на чужд език трябва да се представи и в официален превод	Представено
Валиден сертификат за управление на качеството ISO 13485:2003 (или еквивалентен) за производителя на	Представено

предлаганото оборудване (когато участникът не е производител) - копие заверено от участника. В случай, че за конкретното изделие не се изисква по закон/директива ISO 13485:2003 (или еквивалентен), участникът прилага към документите декларация в свободен текст за това че не се изисква	
Валиден сертификат за CE марка за предлаганото оборудване, съгласно ЗМИ- копие заверено от участника. В случай, че за конкретното изделие не се изисква по закон/директива сертификат за „CE” марка и/или декларация за съответствие с нанесена „CE” маркировка, участникът прилага към документите декларация в свободен текст за това че не се изисква.	Представено
Документи или други доказателства, по негова преценка, доказващи съответствието на предлаганите от него продукти с посочените в раздел „Техническата спецификация” на документацията изисквания на Възложителя.	Представено
Монтажни планове по помещения на предложеното оборудване за номенклатурни единици от 1 до 15 включително от спецификацията – М 1:50.	Представено
За номенклатурна единица 5 „Г-образна манипулационна станция с габаритни размери 428-110/67/205см. - медицински модули с негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, вградени дръжки с антибактериално покритие, усилена метална основа на шкафове и надстройка с диспенсери” от спецификацията да се представи детайлен чертеж с фронтален изглед на оборудването с нанесени габаритни размери – М 1:20	Представено
За номенклатурни единици 5 „Г-образна манипулационна станция с габаритни размери 428-110/67/205см. - медицински модули с негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, вградени дръжки с антибактериално покритие, усилена метална основа на шкафове и надстройка с диспенсери” и 6 „Медицинско бюро с	Представено

<p>габаритни размери 180/60/80 см. с контейнер с чекмеджета” от спецификацията - да се представят протоколи от изпитания или анализни сертификати издадени от независими лаборатории, доказващи че предложеното медицинското оборудване отговаря минимум на следните стандарти:</p> <ul style="list-style-type: none">○ EN 14073-2:2004 (или еквивалентен) - основни изисквания за безопасност;○ EN 14074:2004 (или еквивалентен) - якост и дълготрайност на подвижните части;○ EN14073-3:2004 (или еквивалентен) - стабилност и якост на конструкцията	
<p>За номенклатурни единици 5 „Г-образна манипулационна станция с габаритни размери 428-110/67/205см. - медицински модули с негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, вградени дръжки с антибактериално покритие, усилен метална основа на шкафовете и надстройка с диспенсери” и 6 „Медицинско бюро с габаритни размери 180/60/80 см. с контейнер с чекмеджета” от спецификацията - да се представят протоколи от изпитания или анализни сертификати издадени от независими лаборатории, доказващи изискванията за материалите от които е произведено предложеното оборудване посочени в спецификацията като негоримост, антибактериалност, устойчивостта им на механични и химични влияния и др.</p>	Представено
<p>За номенклатурни единици 5 „Г-образна манипулационна станция с габаритни размери 428-110/67/205см. - медицински модули с негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, вградени дръжки с антибактериално покритие, усилен метална основа на шкафовете и надстройка с диспенсери” и 6 „Медицинско бюро с габаритни размери 180/60/80 см. с контейнер с чекмеджета” от спецификацията – да се представят протоколи от изпитания или анализни сертификати издадени от независими лаборатории, доказващи, че материалите, от</p>	Представено

които е изработено предложеното оборудване са с нисък процент на отделяне на формалдехидни изпарения съгласно стандарт EN 717-2 (или еквивалентен) и EN 120 (или еквивалентен).	
За номенклатурна единица 1 „Болнично легло с електрическо задвижване-четирисекционно с 4 странични бариери с вградено управление на две от тях инфузионна стойка и пасивен матрак с антибактериален калъф с габаритни размери 218/102/39,5-76,8 см.“ от спецификацията – медицинското оборудване да отговаря на стандарт EN 60601-2-52:2010 – специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на медицински легла (или еквивалент). Доказва се чрез сертификат на името на изделието, издаден от независим нотифициран орган.	Представено

С оглед установените обстоятелства, описани по-горе Комисията реши: **Допуска участника „Сиконикс Груп“ ООД** до по-нататъшно участие в процедурата.

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Комисията единодушно реши:

1. Насрочва публично заседание за отваряне на ценови оферти на участниците на 31.08.2018г, от 10:00 часа в рапортната зала 2-ри етаж на секция „Изгаряния и пластична хирургия“ на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД, гр. София 1606, бул. “Тотлебен” № 21
2. Да се публикува информация в профила на купувача на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД, като се отбележи, че отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

София 1606, р-н „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:/02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg


Комисията приключи работата си и състави настоящия протокол на
27.08.2018г в 16:00ч.

Особено мнение от членовете на комисията не бе изказано.

Подписали протокола:

Председател: адв.Ваня Толева - чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

Членове:

1. Христина Лекова - чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП
2. инж.Димитър Стамболийски  - .. чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП