

## ДОГОВОР

017-01-54  
21.03.2019

Днес 21.03.19, в гр. София между:

1. „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД, с ЕИК 130345786, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тотлебен“ №21, представлявано от Проф. д-р Асен Балтов, д.м., в качеството му на Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“,

и

2. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, с ЕИК 103267194, със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда „А“, ет. 12, представлявано от Димитър Георгиев Димитров, в качеството му на Изпълнителен директор, чрез Михаела Янева Караманолова, в качеството ѝ на Директор Медицинска апаратура и оборудване и пълномощник, съгласно пълномощно № 7739 от 20.12.2018 г. на Любка Сотирова –Нотариус, рег. № 400 на Нотариалната камара, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“,

на основание чл. 112, ал. 1 Закона за обществените поръчки (ЗОП), Решение № РД-26-334/18.02.2019 г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД за класиране участниците и определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Доставка на портативен ехокардиографски апарат“, се сключи настоящия Договор за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

#### Член 1. Предмет

(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави и прехвърли собствеността на Възложителя на специализирана медицинска апаратура, съгласно Техническата спецификация на Възложителя (Приложения № 1) и детайлно описана в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения № 2 и 3), неразделна част от Договора („Медицинска/та апаратура“) срещу задължението на Възложителя да я приеме и да заплати договорената цена съгласно условията, посочени по-долу.

(1.2) Освен доставката по алинея (1.1) предметът на Договора включва и изпълнението на следните дейности:

(i) доставка на Медицинската апаратура до мястото на доставка, посочено в настоящия Договор;

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл. 45, ал. 5 от ЗОП**



- (ii) монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената Медицинска апаратура;
- (iii) обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената Медицинска апаратура;
- (iv) гаранционно обслужване на доставената Медицинска апаратура и доставка на необходимите части и материали, в рамките на 12 [дванадесет] месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация.

(1.3) Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите по алинея (1.1) и алинея (1.2) в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и ценовото Предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия Договор, в сроковете по настоящия Договор.

## II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

### Член 2. Цена

(2.1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя обща цена в размер на 123 900,00 лв. /сто двадесет и три хиляди и деветстотин лева/ без ДДС или 148 680,00 лева /сто четиридесет и осем хиляди шестстотин и осемдесет лева/ с включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение (Приложения № 3), неразделна част от настоящия Договор.

(2.2) Цената по алинея (2.1) включва: доставка и прехвърляне на собствеността на Медицинската апаратура, предмет на Договора, монтажа, въвеждането ѝ в експлоатация и обучението на персонала на Възложителя за работа с нея, както и гаранционното (сервизно) обслужване на Медицинската апаратура, предмет на Договора;

(2.3) Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само: разходите за транспортиране и доставка на Медицинска апаратура до мястото за доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, обучение на специалисти, доставка на цялата техническа и сервизна документация, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията (за труд, резервни части и консумативи), както и разходи за отстраняване за сметка на и от Изпълнителя на всички технически неизправности, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

(2.4) Посочените в настоящия Договор цени са крайни и остават непроменени за срока на действието му.

### Член 3. Начин на плащане

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП**



(3.1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

Банка: РайфайзенБАНК – клон София

IBAN: BG97 RZBV 9155 1064 0105 32,

BIC: RZBVBGSF

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

(3.2) Плащането на цената по алинея (2.1) по настоящия Договор се извършва, както следва:

- (i) Възложителят заплаща авансово 25% [двадесет и пет процента] от цената по алинея (2.1) в срок от 10 [десет] дни от подписване на настоящия Договор и предоставяне от Изпълнителя на Възложителя на фактура, както и гаранция, обезпечаваща авансовото плащане в размера на авансовото плащане с ДДС или сумата от 37 170,00 (тридесет и седем хиляди сто и седемдесет) лева, в една от формите, посочени в член 11 от Договора. Гаранцията обезпечаваща авансовото плащане се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след връщане или усвояване на аванса. Авансът се счита за усвоен след подписване на документите по алинея (3.3.1) и (3.3.4) от настоящия Договор.
- (ii) Възложителят заплаща остатъчната сума от цената по алинея (2.1) в размер на 75% (седемдесет и пет процента) от стойността на договора разпределена на 24 /двадесет и четири/ равни месечни вноски – 3 871,87 лв. (три хиляди осемстотин седемдесет и един лева и 87 ст.) лева без вкл. ДДС или 4 646,25 лв. (четири хиляди шестстотин четиридесет и шест лева и 25 ст.) лева с вкл. ДДС, след представяне на документите описани в алинея (3.3).

(3.3) Плащанията по договора се извършват, след представяне на следните подписани документи кумулативно:

- 3.3.1 Приемо-предавателен протокол за доставка на Медицинската апаратурата с всички окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на доставка на Медицинската апаратура (Приложение № [4]);
- 3.3.2 Протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура (Приложение № [5]);
- 3.3.3 Протокол за извършено обучение на медицинския персонал, посочен от

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП**



3.3.4 Фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или упълномощено от него лице, съдържаща всички законови реквизити;

### III. СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

#### Член 4. Срокове и място на доставка

(4.1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му.

Срокът на настоящия Договор изтича след изтичането на срока на гаранцията на Медицинската апаратура, предмет на Договора.

(4.2) Срокът за доставката на Медицинската апаратура е 40 (четиридесет) календарни дни, считано от получаване на писмена заявка от Възложителя.

(4.3) Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура е 2 (два) календарни дни, считано от датата на доставка на Медицинската апаратура, отбелязана в Приемо-предавателния протокол за доставка.

(4.4) Срокът за обучение на специалисти, посочени от Възложителя за работа с Медицинската апаратура е 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на доставка на Медицинската апаратура, отбелязана в Приемо-предавателния протокол по алинея (3.2), точка (i).

(4.5) Гаранционният срок на Медицинската апаратура е 1 (една) година, считано от датата на въвеждане в експлоатация.

(4.6) Изпълнителят е длъжен да извършва гаранционно обслужване на доставената Медицинска апаратура, в рамките на гаранционния срок по предходната алинея (4.5) или в срок от 1 (една) година, считано от датата на въвеждане в експлоатация.

(4.7) Мястото на доставка на Медицинската апаратура е: гр. София, бул. Тотлебен 21, „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД, Отделение по детска гръдна хирургия.

#### Член 5. Условия на доставка

##### (5.1) Доставка

(5.1.1) Изпълнителят се задължава да достави до мястото на доставка и в съответния срок на доставка, съответно да прехвърли собствеността и предаде на Възложителя Медицинската апаратура, предмет на доставка, отговаряща на техническите стандарти и изисквания и окомплектована с инструкция за експлоатация на български език, сертификати, разрешения и инструкции и препоръки за съхранение и експлоатация, както и с други документи и аксесоари, изискващи се съгласно Техническата спецификация на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя.

(5.1.2) Изпълнителят предава Медицинската апаратура на упълномощен представител на Възложителя. За съответствието на доставената Медицинска

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл. 45, ал. 5 от ЗОП

апаратура и приемането ѝ по вид, количество, компоненти, окомплектовка се подписва приемо-предавателен протокол, във формата и със съдържанието съгласно Приложение [4] („Приемо-предавателен протокол“) от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за: отсъствие на „Несъответствия“ (недостатъци, дефекти, повреди, липси и/или несъответствия на доставената Медицинска апаратура и/или придружаващата я документация и аксесоари с изискванията на настоящия Договор, както и с техническите характеристики и с изискванията, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя), наличие на окомплектовка на доставката и представяне на документите, изискващи се съгласно алинея (5.1.1). Приемо-предавателният протокол съдържа основанията за съставянето му (номер на договора), сериен номер [сериен номер или други идентифициращи апаратурата данни], предмет на доставка.

(5.1.3) Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 7 (седем) дни предварително за конкретните дати и час, на които ще се извърши доставката. При предаването на Медицинската апаратура, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата време да я прегледа за явни Несъответствия, като същото не може да надвишава 14 (четирнадесет) дни.

(5.1.4) При констатиране на явни Несъответствия, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните Несъответствия, и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката. В случай че Несъответствията са съществени и не бъдат отстранени в рамките на дадения от Възложителя срок, или при забавяне на доставката на Медицинската апаратура с повече от 14 (четирнадесет) дни, Възложителят имат право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, както и да получи обратно всички платени авансово от Възложителя суми, с изключение на авансово платените суми за продуктите, които са доставени от Изпълнителя и приети от Възложителя, включително да усвои сумите по предоставените гаранции.

(5.1.5) Подписването на приемо-предавателния протокол по Приложение [4] без забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на "скрити Несъответствия", които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на Медицинската апаратура. Приемането на доставката на Медицинската апаратура с Приемо-предавателния протокол по Приложение [4] няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок Несъответствия.

(5.1.6) Възложителят се задължава да уведоми писмено Изпълнителя за всички скрити Несъответствия, които не е могъл да узнае при приемането на доставката в срок до 7 /седем/ дни от узнаването им, но не по-късно от изтичане на гаранционния срок.

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП**



(5.1.7) При наличие на явни Несъответствия посочени в констативния протокол по алинея (5.1.4) и/или при наличие на скрити Несъответствия, констатирани от Възложителя и съобщени на Изпълнителя по реда на алинея (5.1.6): (i) Изпълнителят заменя доставената Медицинска апаратура или съответния компонент със съответстващи с изискванията на настоящия Договор в срока посочен съответно в констативния протокол и/или в разумен срок след получаване на уведомлението по алинея (5.1.6), който не може да бъде по-дълъг от 14 дни; или (ii) цената по Договора се намалява съответно с цената на несъответстващите компоненти или с разходите за отстраняване на Несъответствията, ако това не води до промяна в предмета на поръчката и запазването на тези компоненти, позволява нормалната експлоатация на Медицинската апаратура.

(5.1.8) В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол по алинея (5.1.4), Възложителят не дължи преди отстраняването им и изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в Договора.

## (5.2) Монтаж

(5.2.1) Изпълнителят е длъжен да приключи изпълнението на всички дейности свързани с монтажа (инсталацията) и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура в срок от 2 (два) календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2), съответно алинея (5.1.4).

(5.2.2) За извършения монтаж и въвеждане на Медицинската апаратура в експлоатация Страните, или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол, във формата и със съдържанието по Приложение № [5], неразделна част от настоящия Договор. Възложителят има право да откаже да подпише протокола по настоящия алинея (5.2.2) до окончателното въвеждане на Медицинската апаратура в експлоатация в степен позволяваща незабавната ѝ и безпрепятствена употреба.

## (5.3) Обучение на персонала

(5.3.1) В случай че Изпълнителят има определени изисквания към квалификацията и образованието на специалистите, които ще бъдат обучавани, той е длъжен да уведоми за това Възложителя, писмено, в срок от 6 (шест) дни от подписване на настоящия Договор. Възложителят предоставя на Изпълнителя списък на лицата, които следва да бъдат обучени за работа с Медицинската апаратура в срок от 2 (два) дни от получаване на изискванията на Изпълнителя или изтичане на срока по предходното изречение.

(5.3.2) Изпълнителят е длъжен да приключи обучението на специалистите на Възложителя в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2), съответно алинея (5.1.4). Изпълнителят е длъжен да осигури достатъчен брой обучаващи, както и присъствието им на мястото на доставка и инсталиране на Медицинската апаратура, като времето и графикът на обучение се съгласуват писмено между Страните.

(5.3.3) За извършеното обучение Страните, или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол, във формата и със съдържанието по Приложение № [6], неразделна част от настоящия Договор. Изпълнителят не носи отговорност за забавяне на обучението поради отсъствие на специалистите на Възложителя по



време на периода на обучението, при условие, че е уведомил писмено Възложителя за такова отсъствие.

(5.3.4) Замяна на специалисти, подлежащи на обучение е допустима в срок до [1] и не повече от [2] пъти.

#### Член 6.

Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя по реда и при условията на настоящия Договор, приложими към Изпълнителя.

#### Член 7. Преминаване на собствеността и риска

Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на Медицинската апаратура, предмет на доставка преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на подписване на Протокола за монтаж и въвеждане на Медицинската апаратура в експлоатация съгласно алинея (5.2.2).

### IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

#### Член 8. Права и задължения на Изпълнителя

(8.1) Изпълнителят се задължава да достави, инсталира и въведе в експлоатация Медицинската апаратура, предмет на настоящия Договор, отговаряща на техническите параметри, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя, окомплектована съгласно изискванията на алинея (5.1.1) и придружена със съответните документи, както и да прехвърли собствеността върху нея на Възложителя в договорените срокове и съгласно условията на настоящия Договор.

(8.2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

(8.3) Изпълнителят се задължава да извършва текуща поддръжка и гаранционно обслужване на Медицинската апаратура в рамките на гаранционния срок при условията и сроковете на този Договор, съответно при условията на гаранцията.

(8.4) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички несъответствия, повреди, дефекти и/или отклонения на доставената Медицинска апаратура проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на повреди, дефекти или недостатъци, както и при извършване на гаранционното обслужване да влага само оригинални резервни части и материали.

(8.5) Изпълнителят се задължава да спазва правилата за вътрешния ред, както и хигиенните изисквания и изисквания за безопасност в помещенията на Изпълнителя.

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП**



и да изпълнява задълженията си по Договора без да пречи на нормалното протичане на работата на Възложителя.

(8.6) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане.

(8.7) Изпълнителят се задължава да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия Договор за период от три години след датата на приключване.

(8.8) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 (седем) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

(8.9) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора и на необходимия достъп до помещенията на Възложителя, в които ще се монтира Медицинската апаратура.

(8.10) Изпълнителят се задължава да извърши обучение на медицинския персонал, на Възложителя в уговорените срокове и график и съгласно договорените условия.

(8.11) Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички повреди нанесени на имуществото на Възложителя, както и да обезщети всяко трето лице, на което са нанесени вреди по време на и във връзка с монтажа/инсталацията и въвеждането на Медицинската апаратура в експлоатация.

#### Член 9. Права и задължения на Възложителя

(9.1) При добросъвестно и точно изпълнение на Договора, Възложителят се задължава да заплати общата цена по алинея (2.1) от този Договор, съгласно условията и по начина, посочен в него.

(9.2) Възложителят се задължава да приеме доставката на Медицинската апаратура, предмет на Договора по реда на алинея (5.1.2) и следващите, ако отговаря на договорените изисквания, в срок до 5 (пет) дни след писменото му уведомяване както и да осигури достъп до помещенията си и необходимите условия за монтажа и въвеждането ѝ в експлоатация.

(9.3) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на Медицинската апаратура на посочения в алинея (4.7) от Договора адрес, в срок и без отк.

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП**





(9.4) Възложителят се задължава да съдейства при провеждане на обучението на своите специалисти, като осигурява присъствието им в договореното време.

(9.5) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора.

(9.6) Възложителят има право на рекламация по отношение на доставената по Договора Медицинска апаратура, както по отношение на монтажа и инсталацията ѝ при условията посочени в настоящия Договор и съгласно гаранционните ѝ условия.

(9.7) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстваща с Техническите спецификации и/или дефект на Медицинска апаратура и/или нейни компоненти, както и отстраняване на недостатъците, по реда и в сроковете, определени настоящия Договор.

(9.8) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, както и да заплати изцяло или частично цената по Договора, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора.

(9.9) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

(9.10) Възложителят е длъжен да следи и осигурява извършването на поддръжка и сервиз на Медицинската апаратура в рамките на гаранционния срок, при условията и сроковете на този Договор, съответно при условията на гаранцията.

(9.11) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

## V. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

### Член 10.

#### (10.1) Гаранционна отговорност

(10.1.1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на Медицинската апаратура съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, Техническата спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност.

(10.1.2) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства всички Несъответствия на Медицинската апаратура, съответно подменя дефектирани части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на Изпълнителя.

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП**



(10.1.3) Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да изпрати свои квалифицирани представители на място за констатиране и идентифициране на повредата в срок от **8 (осем) часа**, от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. При визитата на сервизния екип на Изпълнителя се съставя констативен протокол за извършеното техническо обслужване, вида на повредата, работите и срокът необходими за отстраняването ѝ в два еднообразни екземпляра.

(10.1.4) Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда в срок от **24 (двадесет и четири) часа** или по-кратък, считано от датата на констатирането на повредата. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок от **24 (двадесет и четири) часа**, Изпълнителят осигурява на Възложителя оборотна апаратура, която се задължава да монтира и въведе в експлоатация, от същия или подобен клас до пълното отстраняване на дефекта/повредата, като гаранционният срок на Медицинската апаратура, в процес на поправяне, се удължава със срока през който е траело отстраняването на повредата.

#### (10.2) Гаранционно (сервизно) обслужване

(10.2.1) Изпълнителят се задължава да осигури на Възложителя гаранционно (сервизно) обслужване на Медицинската апаратура в гаранционния срок. Изпълнителят се задължава да извършва с предимство гаранционното обслужване на Медицинската апаратура на Възложителя по време на целия гаранционен период, в срок не по-късно от **24 (двадесет и четири) часа** от постъпване на заявка за обслужване от страна на Възложителя. Гаранционното обслужване се осъществява на място, в помещенията на Възложителя, от оторизирани представители на Изпълнителя *[или по друг начин]*.

## **VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ**

### **Член 11. Видове гаранции, размер и форма на гаранциите**

#### (11.1) Видове и размер на гаранциите

(11.1.1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на **2% (два процента)** от стойността на Договора по алинея (2.1) или сумата от **2 478,00 лв. (две хиляди четиристотин седемдесет и осем лева)**;

(11.1.2) Изпълнителят предоставя гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размер на **25 % [двадесет и пет процента]** от цената на Договора по алинея (2.1) или сумата от **37 170,00 (тридесет и седем хиляди сто и седемдесет) лева**.

(11.1.3) Изпълнителят представя документи за внесени гаранции за изпълнение на Договора и за гарантиране на авансовото плащане към датата на сключването му.

#### (11.2) Форма на гаранциите

(11.2.1) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (i) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; (ii) банкова гаранция;

**Чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл. 45, ал. 5 от ЗОП**



или (iii) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

#### Член 12. Изисквания по отношение на гаранциите

(12.1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, то тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя:

Централна Кооперативна Банка АД

IBAN: BG17 CECB 9790 5045 1599 00

BIC: CECB BGSF

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;

(12.2) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му и/или от гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане със срок на валидност, срока на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни за гаранцията за изпълнение и срокът за усвояване на авансовото плащане плюс 30 (тридесет) дни за гаранцията обезпечаваща авансовото плащане.

(12.2.1) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

(12.2.2) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

(12.3) Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни, съответно, застраховката, която обезпечава авансовото плащане е със срок до усвояване на авансовото плащане плюс 30 (тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, съответно при неусвояване или невръщане на авансовото плащане и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

#### Член 13. Задържане и освобождаване на гаранциите

(13.1). Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и при условия, както следва:

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП**

(13.1.1) частично освобождаване в размер на 60 % (шестдесет процента) от стойността в размер на 1 486,80 (хиляда четиристотин осемдесет и шест лева и 80 ст.) лева, в срок от 30 (тридесет) дни, след приемане на доставката на Медицинската апаратура и подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2) съответно по алинея(5.1.4) без забележки и след монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура и подписване на протокола по алинея (5.2.2), при липса на възражения по изпълнението и при условие, че сумите по гаранциите не са задържани,или не са настъпили условия за задържането им.

(13.1.2) частично освобождаване в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността в размер на 495,60 (четиристотин деветдесет и пет лева и 60 ст.) лева, в срок от 30 (тридесет) дни, след успешно завършване на обучението на персонала на Възложителя и подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея (5.3.2) при липса на възражение и при условие, че сумите по гаранцията не са усвоени, или не са настъпили условия за усвояването им.

(13.1.3) окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършва в срок от 30 (тридесет) дни, след изтичане на гаранционния срок на Медицинската апаратура, посочен в алинея (4.5) от настоящия Договор при условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по Договора и сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им.

(13.2) Ако Изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение на Договора, преди частичното ѝ освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в остатъчния изискуем по Договора размер на гаранцията след приспадане на сумите по алинея (13.1.1) и алинея (13.1.2).

(13.3) Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по банков път, Възложителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията на алинея (13.1).

(13.4) Възложителят освобождава гаранцията обезпечаваща авансовото плащане в срок до 30 (тридесет) дни след усвояване или връщане на аванса, като авансът се счита за усвоен след подписване на документите по алинея (3.3) от настоящия Договор, без възражения.

(13.5) Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата под която са предоставени.

(13.6) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранциите.

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП**

(13.7) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение и/или обезпечаваща авансовото плащане, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя, съответно при възникване на задължения за Изпълнителя за връщане на авансово платени суми. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, а от гаранцията обезпечаваща авансовото плащане – сумата в размер на авансовото плащане, при условие, че същото не е усвоено или върнато на Възложителя.

(13.8) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

(13.9) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен в срок до 5 (пет) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в алинея (11.1), като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да дозастрахова отговорността си до размера в алинея (11.1).

## VII. НЕУСТОЙКИ

### Член 14.

(14.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в нарушение на предвидените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на [0,2]% от сумата по алинея [2.1] за всеки просрочен ден, но не повече от 5% от цената по алинея (2.1).

(14.2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на [0,1]% от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5% от размера на забавеното плащане.

(14.3) При неизпълнение от страна на Изпълнителя на задълженията му за обучение на персонала на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на [5] % ([пет] процента) от общата цена на Договора по алинея(2.1).

(14.4) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя, неустойка в размер на [5] % ([пет] процента) от цената по алинея (2.1).

(14.5) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.

**Чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП**



(14.6.) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка:

BIC: CECBVBGSF,

IBAN: BG03 CECB 9790 1045 1599 00

В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 5 (пет) дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

## VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

### Член 15. Общи условия приложими към Подизпълнителите

(15.1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(15.2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(15.3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(15.4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на Изпълнителя.

(15.5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

### Член 16. Договори с подизпълнители

При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- (i) приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
- (ii) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;
- (iii) при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Член:

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП**



(17.1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(17.2) Разплащанията по член (17.1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(17.3) Към искането по алинея(17.2) Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(17.4) Възложителят има право да откаже плащане по алинея(17.2), когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

## IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

### Член 18.

(18.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:

- (i) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
- (ii) с изтичане на уговорения срок;
- (iii) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата;
- (iv) При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“) за срок по-дълъг от 30 / тридесет/ дни;

(18.2) Възложителят може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до Изпълнителя:

- (i) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на Изпълнителя на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията; или
- (ii) при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти в срока по гаранцията; или
- (iii) при забава продължила повече от 60 (шестдесет) дни или при пълно неизпълнение на задължението на Изпълнителя за въвеждането в експлоатация на Медицинската апаратура, и/или за обучение на персонала на Възложителя; или
- (iv) използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;

(18.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, а 1 от ЗОП.

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП**



(18.4) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

(18.5) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.

#### Член 19.

Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

### Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

#### Член 20.

(20.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

(20.2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(20.3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(20.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

### ХІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

#### Член 21.

(21.1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална информация, получена при и по повод изпълнението на Договора.

(21.2) Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.

### ХІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

#### Член 22.

За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

#### Член 23.

(23.1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са:

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл. 45, ал. 5 от ЗОП**





**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

гр. София, бул. Тотлебен № 21

Тел.: 02 9154 444; 0882 480 019

e-mail: [dimitur.stamboliyski@pirogov.bg](mailto:dimitur.stamboliyski@pirogov.bg)

Лице за контакт: Инженер медицинска техника, Отдел "Стопанско-техническо управление"

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12

Телефон: 0882219006

Email: [m.borisov@sopharmatrading.bg](mailto:m.borisov@sopharmatrading.bg)

Лице за контакт: Марио Борисов

(23.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност.

(23.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

(23.4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 20 се считат за валидно изпратени и получени от другата Страна.

(23.5) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.

**Член 24.**

Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

**Член 25.**

(25.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.

(25.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК

Чле

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП**

Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

#### Член 27

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя;
2. Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя;
3. Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя;
4. Приложение № 4 – Проект на Приемо-предавателен протокол за доставка на Медицинската апаратурата с всички окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация;
5. Приложение № 5 – Проект на Протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура;
6. Приложение № 6 – Проект на Протокол за извършено обучение на медицинския персонал, посочен от Възложителя за работа с Медицинската апаратура;

Настоящият Договор се подписва в 2 [два] еднообразни екземпляра – 1 [един] за Възложителя и 1 [един] за Изпълнителя.

ЗА ВЪ

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП**

Проф. д-р Асен Балтов, д-м -  
Изпълнителен директор

директор медицински апаратура и  
оборудване в Софарма Трейдинг АД  
пълномощник, съгласно пълномощно  
№ 7739/20.12.2018г. на Любка  
Сотирова – Нотариус с район на  
действие Р.С. София, рег. № 400 на  
Нотариалната камара

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка**

**с чл.45, ал.5 от ЗОП**

1

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

### „Доставка на портативен ехокардиографски апарат“

- Срок за доставка – не може да е по-дълъг от 40 календарни дни. Започва да тече от получаване на писмена заявка от Възложителя и приключва с подписване на приемо-предавателен протокол за доставката и монтирането ѝ
- Срок за изпращане на сервизни специалисти за установяване на появили се повреди – не може да е по-дълъг от 8 /осем/ часа. Започва да тече от подаване на сигнал за проблем в доставената апаратура от Възложителя и приключва с подписване на протокол.
- Срок за отстраняване на повреди – не може да е по-дълъг от 1 /един/ ден (или 24 часа) след констатирането. При необходимост от поръчка на резервни части, Изпълнителят своевременно трябва да уведоми Възложителя.

#### 1. Изисквания към клиничните и образните възможности:

- 1.1. Режими на работа: В режим, М – режим, Цветен М-режим, Цветен Доплер, Мощен Доплер, Дирекционален Мощен Доплер, Пулсов Доплер с HPRF Доплер; Триплекс в реално време, Непрекъснат Доплер; М-Режим с възможност за произволно задаване на кривата, независимо от аксиалната равнина; Цветен тъканен Доплер - с използване на цветен тъканен Доплер, скоростта на всички сегменти на миокарда, да може да бъде възпроизведена в единичен образ на екрана, след един сърдечен цикъл; Цветно кодирано изображение на количественото миокардно систолично отместване в реално време - различните цветове да изобразяват отделните обхвати на тъканно отместване; Режим на визуализация на малки съдове с повишена сензитивност спрямо стандартния оцветен кръвоток.
- 1.2. Вградена технология на тъканно хармонично изобразяване с кодирана фазова инверсия на всички оферирани сонди.
- 1.3. Да притежава техника за редуциране на точкови артефакти, оптимизирайки реалните структури с висока резолюция, също и в пост обработка на извикан от архива образ - да е възможно регулиране на множество нива.

- 1.4. Да притежава възможност за разширяване на полето на изображение в близкото поле при секторни трансдюсери с цел подобряване на апикалната визуализация.
- 1.5. Вградена технология на автоматична оптимизация на образните параметри към сканираната анатомия– избор на поне 3 нива на контрастната резолюция.
- 1.6. Вградена техника на автоматична спектрална оптимизация – адаптиране на базисната линия, инвертиране, PRF и корекция на ъгъла.
- 1.7. Да разполага с широк диапазон на полето на изображение – от 1 до 33 см.
- 1.8. Дигитален 'биймформър' с поне 950 000 активни цифрови канала
- 1.9. Наличие на готови потребителски шаблони за рапорт и създаване на собствени такива.
- 1.10. Създаване на собствен потребителски профил с индивидуални стартови настройки за сканиране.
- 1.11. Да притежава вграден пациентен архив, позволяващ архивиране с последваща постобработка на пациентските данни, образи и клипове.
- 1.12. Образите да се записват в пациентския архив на апарата в оригиналната им кадрова честота, така че да е възможна свободна донастройка на образните параметри всеки път, когато се извикат от архива – в т.ч. Gain, TGC, Dynamic Range, автоматична оптимизация, скорост на възпроизвеждане, сиви карти, колоризация, автоматична корекция на ъгъла.
- 1.13. Да притежава вградени в апарата калкулационни пакети, позволяващи автоматично изчисление, рапорт и анализ на кардиологични, абдоминални, урологични, бъбречни, съдови, гинекологични и акушерски изследвания.
- 1.14. Вградена в апарата техника за бързо и надеждно полу-автоматично измерване на „Интима Медия“.
- 1.15. Вградена в апарата техника, позволяваща изобразяване на кръвотока без наслагване и припокриване на оцветения кръвоток на стените на кръвоносните съдове.
- 1.16. Вградено в конзолата електронно ръководство за употреба на ехографа.

## 2. Изисквания към конзолата:

- 2.1. Ергономична и лека конзола, тип лаптоп, с общо тегло не по-голямо от 5,5 кг.

- 2.2. Не по-малък от 15" LCD монитор с висока резолюция. Мониторът да е снабден с технология за редуциране на отблясъци.
- 2.3. Вградена тъчскрийн клавиатура, с управление директно от екрана .
- 2.4. Мониторът да има възможност за промяна на ъгъла и наклона за по голямо удобство при работа и сканиране.
- 2.5. Дистанционна сервизна поддръжка с разрешаване на директен достъп до ехографа.
- 2.6. Съвременна конзола - моделът да е въведен в серийно производство не-по рано от 2016г.

### 3. Окомплектовка на ехографа:

- 3.1. Конвексен трансдюсер, мултичестотен; Минимален работен честотен диапазон: 2.0-5.0 MHz; Използваната работна честота да бъде видима на монитора за улеснение на специалистите;
- 3.2. Секторен трансдюсер, мултичестотен; Минимален работен честотен диапазон: 3.8-10.0 MHz; Използваната работна честота да бъде видима на монитора на апарата;
- 3.3. Секторен педиатричен трансдюсер с фазирана матрица мултичестотен; Минимален работен честотен диапазон: 2.0-6.0 MHz; Използваната работна честота да бъде видима на монитора;
- 3.4. Интраоперативен мултичестотен линейарен трансдюсер – тип „хокей-стик“; Минимален работен честотен диапазон: 5.0-18.0 MHz;
- 3.5. Комплект кабели за ЕКГ синхронизация с педиатрично приложение.
- 3.6. Специализирана количка с вграден заключващ механизъм за ехографската конзола, с 3 активни конектора за трансдюсери и вградена батерия за непрекъсната работа не по-малко от 3 часа. Количката към ехографа трябва да има възможност за регулиране на работната височина.

Гаранционен срок на апаратурата - не може да е по-кратък от 12 месеца, считано от датата на монтажа му.



**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП**



**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

ЗА

участие в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки, с предмет:  
 "Доставка на портативен ехокардиографски апарат"

От: „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

/наименование на участника по съдебна регистрация/

ЕИК: 103267194, представлявано от Димитър Георгиев Димитров – Изпълнителен директор и нег

д-р Радости

Трейдинг АД

Нотариус с р

Уваж

След

поръчка - от

монтаж и въ

съответствие с одоорените технически спецификация и условията и изискванията на Възложителя,  
 съдържащи се в документацията за участие, както следва:

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
 с чл.45, ал.5 от ЗОП**

№	Наименование и изисквания	Предложение на участника	Производител	Каталожен номер/ идентификационен номер/номер от страница в каталога
1.	Портативен ехокардиограф. Високопроизводителен с цветен тъканен Доплер и възможност за интраоперативна и интракардиална ехография.	Vivid IQ, Портативен високопроизводителен ехокардиограф с цветен тъканен Доплер и възможност за интраоперативна и интракардиална ехография.	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр.1 от каталог 1 на англ. език , стр. 1 от каталог на бълг.език
2.	Изисквания към клиничните и образните възможности:			
2.1	Режими на работа: В режим, М – режим, Цветен М-режим, Цветен Доплер, Мощен Доплер, Дирекционален Мощен Доплер, Пулсов Доплер с HPRF Доплер; Триплекс в реално време.	M-Mode; Color-M-mode Color Doppler;  2D angio flow  HPRF Doppler;	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 6 от каталог 1 на англ. език и стр. 6 на бълг. език Стр. 7 от каталог 1 на англ. език и стр. 7 на бълг. език Стр. 6 от каталог 1 на англ. език и стр.


**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
 с чл.45, ал.5 от ЗОП**

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП**

<p>Режим с възможност за произволно задаване на кривата, независимо от аксиалната равнина;</p>	<p>Triplex mode;  CW Doppler; Curved anatomical M-mode;- специализирана техника, даваща възможност за произволно задаване на кривата, независимо от аксиалната равнина</p>	<p>Стр. 2 от каталог 1 на англ. език, стр. 2 от бълг. език Стр. 8 от каталог 1 на англ. език и стр. 8 от бълг. език Стр. 3 от каталог 1 на англ. език, стр. 3 от бълг. език Стр. 8 от каталог 1 на англ. език и стр. 8 от бълг. език Стр. 6 от каталог 1 на англ. език и стр. 6 на бълг. език</p>
<p>Цветен тъканен Доплер - с използване на цветен тъканен Доплер, скоростта на всички сегменти на миокарда, да може да бъде възпроизведена в единичен образ на екрана, след един сърдечен цикъл;</p>	<p>Tissue velocity Doppler- специализирана техника, с която се проследява скоростта на всички сегменти на миокарда и може да бъде възпроизведена в единичен образ на екрана, след един сърдечен цикъл</p>	<p>Стр. 8 от каталог 1 на англ. език, стр. 8 от бълг. език</p>
<p>Цветно кодирано изображение на количественото миокардно систолично отместване в реално време - различните цветове да изобразяват отделните обхвати на тъканно отместване;</p>	<p>TVI-Tissue Velocity Imaging Mode- техника за цветно кодирано изображение на количественото миокардно систолично отместване в реално време, като различните цветове изобразяват отделните обхвати на тъканното отместване</p>	<p>Стр. 7 от каталог 1 на англ. език и стр. 7 от бълг. език</p>
<p>Режим на визуализация на малки съдове с повишена сензитивност спрямо</p>	<p>Color Angio- техника за визуализация на малки съдове с повишена</p>	<p>Стр. 7 от каталог 1 на англ. език и стр. 7 на бълг. език</p>

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП**

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП**


	кръвоток.	стандартния оцветен кръвоток		
2.2	Вградена технология на тъканно хармонично изобразяване с кодирана фазова инверсия на всички Oferирани сонди.	Coded octave imaging with coded phase inversion- специална технология за тъканно хармонично изобразяване с кодирана фазова инверсия на всички Oferирани сонди	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 5 от каталог 1 на англ. език и стр. 5 на бълг. език
2.3	Да притежава техника за редуциране на точкови артефакти, оптимизирайки реалните структури с висока резолюция, също и в пост обработка на извикан от архива образ - да е възможно регулиране на множество нива.	UD speckle reduce imaging- вградена техника за редуциране на точкови артефакти, оптимизирайки реалните структури с висока резолюция, също и в пост обработка на извикан от архива образ, като е възможно и регулиране на множество нива.	GE Medical Systems (China) Co., Ltd. 	Стр. 6 от каталог 1 на англ. език и стр. 6 на бълг. език
2.4	Да притежава възможност за разширяване на полето на изображение в близкото поле при секторни трансдюсери с цел подобряване на апикалната визуализация.	Virtual apex- техника за разширяване на полето на изображение в близкото поле при секторни трансдюсери	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 6 от каталог 1 на англ. език и стр. 6 на бълг. език
2.5	Вградена технология на автоматична оптимизация на образните параметри към сканираната анатомия- избор на поне 3 нива на контрастната резолюция.	Automatic tissue optimization – функция за автоматична оптимизация на образните параметри към сканираната анатомия с избор на не по-малко от 3 нива на контрастната резолюция.	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 6 от каталог 1- на англ. език и стр.6 на бълг. език
2.6	Вградена техника на автоматична спектрална оптимизация – адаптиране на базисната линия, инвертиране, PRF и корекция на ъгъла.	Automatic spectral optimization- техника за адаптиране на базисната линия, инвертиране, PRF и корекция на ъгъла.	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 8 от каталог 1 на англ. език и стр. 8 на бълг. език
2.7	Да разполага с широк диапазон на полето на изображение – от 1 до 33	Апарата има наличие от широк диапазон на полето на изображение – от 1 до	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 5 от каталог 1 на англ. език и стр.5 на бълг. език

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП**



A

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП**

2.8	дигитален 'биймформър' с поне 950 000 активни цифрови канала	Апарата разполага с дигитален 'биймформър' с над 950 000 активни цифрови канала	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 5 от каталог 1 на англ. език и стр. 5 на бълг. език
2.9	Наличие на готови потребителски шаблони за рапорт и създаване на собствени такива.	Апарата съдържа готови потребителски шаблони за рапорт и създаване на собствени такива.	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 5 от каталог 1 на англ. език и стр. 5 на бълг. език
2.10	Създаване на собствен потребителски профил с индивидуални стартови настройки за сканиране.	Апарата има възможност за създаване на собствен потребителски профил с индивидуални стартови, настройки за сканиране.	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 5 от каталог 1 на англ. език и стр. 5 от бълг. език
2.11	Да притежава вграден пациентен архив, позволяващ архивиране с последваща постобработка на пациентските данни, образи и клипове.	Апарата разполага с вграден пациентен архив, позволяващ архивиране с последваща постобработка на пациентските данни, образи и клипове.	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 5 от каталог 1 на англ. език и стр. 5 на англ. език
2.12	Образите да се записват в пациентския архив на апарата в оригиналната им кадрова честота, така че да е възможна свободна донастройка на образните параметри всеки път, когато се извикат от архива – в т.ч. Gain, TGC, Dynamic Range, автоматична оптимизация, скорост на възпроизвеждане, сиви карти, колоризация, автоматична корекция на ъгъла.	Възможност за запис на образите в в пациентския архив на апарата в оригиналната им кадрова честота, така че да е възможна свободна донастройка на образните параметри всеки път, когато се извикат от архива – в т.ч. Gain, TGC, Dynamic Range, автоматична оптимизация, скорост на възпроизвеждане, сиви карти, колоризация, автоматична корекция на ъгъла.	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 5 от каталог 1 на англ. език и стр. 5 на бълг. език 
2.13	Да притежава вградени в апарата калкулационни пакети, позволяващи автоматично изчисление, рапорт и анализ на кардиологични, абдоминални, урологични, бъбречни, съдови.	Има налични вградени в апарата калкулационни пакети, позволяващи автоматично изчисление, рапорт и анализ на кардиологични, абдоминални, урологични, бъбречни, съдови.	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 8 от каталог 1 на англ. език и стр. 8 на бълг. език

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП**

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП**

✓

	изследвания.	изследвания.		
2.14	Вградена в апарата техника за бързо и надеждно полу-автоматично измерване на „Интима Медия“.	Intima Media Thickness - специализирана техника за бързо и надеждно полу-автоматично измерване на „Интима Медия“.	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 9 от каталог 1 на англ. език и стр. 9 на бълг. език
2.15	Вградена в апарата техника, позволяваща изобразяване на кръвотока без наслагване и припокриване на оцветения кръвоток на стените на кръвоносните съдове.	Blood Flow Imaging-интегрирана в апарата техника, позволяваща изобразяване на кръвотока без наслагване и припокриване на оцветения кръвоток на стените на кръвоносните съдове.	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 7 от каталог 1 на англ. език и стр. 7 на бълг. език
2.16	Вградено в конзолата електронно ръководство за употреба на ехографа.	Разполага с интегрирано в конзолата електронно ръководство за употреба на ехографа.	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 4 от каталог 1 на англ. език и стр. 4 на бълг. език
3	Изисквания към конзолата:			
3.1	Ергономична и лека конзола, тип лаптоп, с общо тегло не по-голямо от 5,5 кг.	Конзолата е ергономична и лека, тип лаптоп, с общо тегло по-малко от 5,5 кг.	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 1 от каталог 1 на англ. език и стр. 1 на бълг. език
3.2	Не по-малък от 15" LCD монитор с висока резолюция. Мониторът да е снабден с технология за редуциране на отблясъци.	Разполага с LCD монитор с висока резолюция по-голям от 15" Мониторът да е снабден с технология за редуциране на отблясъци.	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 2 от каталог 1 на англ. език и стр. 2 на бълг. език
3.3	Вградена тъчскрийн клавиатура, с управление директно от екрана .	Разполага с вградена тъчскрийн клавиатура, с управление директно от екрана .	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 2 от каталог 1 на англ. език и стр. 2 на бълг. език
3.4	Мониторът да има възможност за промяна на ъгъла и наклона за по-голямо удобство при работа и сканиране.	Мониторът има възможност за промяна на ъгъла и наклона за по-голямо удобство при работа и сканиране.	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 2 от каталог 1 на англ. език и стр. 2 на бълг. език

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП**

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП**

3.5	Дистанционна сервисна поддръжка с разрешаване на директен достъп до ехографа.	Има възможност за станционна сервисна поддръжка с разрешаване на директен достъп до ехографа.	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 5 от каталог 1 на англ. език и стр. 5 на бълг. език
3.6	Съвременна конзола - моделът да е въведен в серийно производство не по рано от 2016 г.	Моделът на конзолата е въведен не по-рано от 2017г.	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 1 от каталог 2 на англ. език и стр. 1 на бълг. език
+	Окомплектовка на ехографа:			
4.1	Конвексен трансдюсер, мултичестотен; Минимален работен честотен диапазон: 2.0-5.0 MHz;	Наличие на конвексен трансдюсер, мултичестотен с работен честотен диапазон: 1.5-5.0 MHz;	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 15 от каталог 1 на англ. език и стр. 15 на бълг. език
4.2	Секторен педиатричен трансдюсер, мултичестотен; Минимален работен честотен диапазон: 3.8-10.0 MHz;	Апарата разполага със секторен педиатричен трансдюсер, мултичестотен; Минимален работен честотен диапазон: 3.5-10.0 MHz	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 15 от каталог 1 на англ. език и стр. 15 на бълг. език
4.3	Секторен педиатричен трансдюсер с фазирана матрица мултичестотен; Минимален работен честотен диапазон: 2.0-6.0 MHz;	Апарат разполага със секторен педиатричен трансдюсер с фазирана матрица мултичестотен; Минимален работен честотен диапазон: 2.0-7.0 MHz;	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 15 от каталог 1 на англ. език и стр. 15 на бълг. език
4.4	Интраоперативен мултичестотен трансдюсер - стик"; Минимален честотен диапазон: 18.0 MHz;	Апарата разполага с	GE Medical	Стр. 15 от каталог 1

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП**

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП**

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП**



4.5	Използваната работна честота на посочените по – горе трансдюсери да бъде видима на монитора на апарата;	Апарата позволява използваната работна честота на посочените по – горе трансдюсери да бъде видима на монитора на апарата;	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 3 от каталог 1 на англ. език и стр. 3 на бълг. език
4.6	Комплект кабели за ЕКГ синхронизация с педиатрично приложение.	Разполага с комплект кабели за ЕКГ синхронизация с педиатрично приложение.	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 3 от каталог 1 на англ. език и стр. 3 на бълг. език
4.7	Специализирана количка с вграден заключващ механизъм за ехографската конзола, с 3 активни конектора за трансдюсери и вградена батерия за непрекъсната работа не по-малко от 3 часа. Количката към ехографа трябва да има възможност за регулиране на работната височина.	Разполага със специализирана количка с вграден заключващ механизъм за ехографската конзола, с 3 активни конектора за трансдюсери и вградена	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 2 от каталог 1 на англ. език и стр. 2 на бълг. език

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП**

Допълнителни възможности на апаратурата	Предлаганата апаратура притежава ли допълнителни възможности Да/Не	Производител	Каталожен номер/идентификационен номер/номер от страница в каталога
Интраоперативен Линеарен трансдюсер, мултичестотен; Честотен диапазон: 5.0-18.0 MHz	Да, Апарата разполага с интраоперативен мултичестотен линеарен трансдюсер – тип „хокей-стик“; Минимален работен честотен диапазон: 4.5-18.0 MHz;	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 15 от каталог 1 на англ. език и стр. 15 на бълг. език
Високо сензитивен, недоплеров метод за изследване на кръвотока без ограничения на доплеровата методика - независимо от ъгъла на сканиране базирано на директна визуализация на кръвните рефлектори - еритроцити, без обичайните артефакти на	Да, В-flow- специализиран недоплеров метод за изследване на кръвотока без ограничения на доплеровата методика - независимо от ъгъла на сканиране базирано на директна визуализация на кръвните	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 7 от каталог 1 на англ. език и стр. 7 на бълг. език

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП**

## чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

доплеровото изображение. Възможност за комбиниране на технологията с цветен доплер.	рефлектори - еритроцити, без обичайните артефакти на доплеровото изображение. Възможност за комбиниране на технологията с цветен доплер.		
Широк ъгъл на изображение на секторен трансдюсер; Повече от 110°	Да, апарата разполага със секторен трансдюсер с ъгъл на наблюдение от 120°	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	Стр. 2 от каталог 3 на англ. език и стр. 2 на бълг. език
Изцяло тъч скрийн управление чрез екрана на ехографа, с възможност за контролиране на всички основни образни параметри директно от монитора	Да, Апарата разполага с опция за изцяло тъч скрийн управление чрез екрана на ехографа, с възможност за контролиране на всички основни образни параметри директно от монитора	GE Medical Systems (China) Co., Ltd	Стр. 2 от каталог 1 на англ. език и стр. 2 на бълг. език

1.Срок за доставка е **40 /четиридесет/ календарни дни** от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя.

2. Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинската апаратура е **2 /два/ календарни дни**, считано от датата на доставка на медицинската апаратура, отбелязана в Приемо-предавателния протокол за доставка.

3. Срок за изпращане на сервизни специалисти за установяване на появили се повреди – **8 /осем/ часа**. Започва да тече от подаване на сигнал за проблем в доставената апаратура от Възложителя.

4. Срок за отстраняване на повреди – **24 /двадесет и четири/ часа** след констатирането.

5. Ще направим **2 /две/ обучения** на персонала за работа с апаратурата. Срокът за обучение на специалисти, посочени от Възложителя за работа с медицинската апаратура е **30 /тридесет/ календарни дни**, считано от датата на доставка на Медицинската апаратура, отбелязана в Приемо-предавателния протокол за доставка.

6. Гаранционният срок на оборудването е **12 (дванадесет) месеца**, считано от датата на монтажа му

\* Предлагаият от участника срок не може да бъде по-кратък от 12 месеца.

7.Декларираме, че доставената апаратура е фабрично нова, неупотребявана.

Дата	24.01.2019 г.
Наименование на участника	Софарма Трейдинг АД
Име и фамилия на представляващия участника:	д-р Радостина Коларова
Длъжност	Продуктов и проектен мениджър – МАО и пълномощник, съгласно пълномощно № 7747 от 20.12.2018 г. на Любка
Подпис и печат	

## чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 9

**Ценово предложение**  
за изпълнение на открита процедура по реда на закона за обществените поръчки, с предмет:  
„Доставка на портативен ехокардиографски апарат”

ДО: „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД,

От: „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки, с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ехокардиограф”


Обща стойност за изпълнение на поръчката е 123 900.00 лева (сто двадесет и три хиляди и деветстотин лева и нула стотинки) без включено ДДС или 148 680. 00 лева (сто четридесет и осем хиляди шестстотин и осемдесет лева нула стотинки) с включено ДДС.

Ценовото предложение включва всички разходи, свързани с качествено и цялостно изпълнение на поръчката, в това число и стойността на вложените материали и консумативи и е съобразено с утвърденото от Възложителя техническо задание.

Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва в съответствие с условията на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

**Забележки:**

- 1.Предлаганите цени следва да се посочат в лева, закръглени до втори знак след десетичната запетая
- 2.При разминаване на цена, изписана с думи, и цена с цифри се приема цената, изписана с думи.
- 3.При установена неточност/ несъответствие/ пропуск/ аритметична грешка в изчисленията, офертата няма да бъде допусната до оценяване.

Дата	24.01.2019 г.
Наименование на участника	Софарма Трейдинг АД
Име и фамилия на представляващия участника:	д-р Радостина Коларова
Длъжност	Продуктов и проектен мениджър – МАО и пълномощник, съгласно пълномощно № 7747 от 20.12.2018 г. на Любка Сотирова – Нотариус, рег. № 400 на Нотариалната камара
Подпис и печат:	

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП**



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО  
ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД

гр. София, бул. Топлебен № 21, тел.: 02/9154-211, факс: 02/951-62-68, email: pirogov@pirogov.bg

# ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

## ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА

Днес: \_\_\_\_\_ в изпълнение на Договор № \_\_\_\_\_,

Комисия в състав:

1. ....
2. ....
3. ....

Прие следната медицинска техника (апаратура) :

.....  
.....

Допълнителна окомплектовка с :

.....

Представени са:

- Сертификати от производителя или други, съпътстващи апаратурата:
- Разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация:

Приел: .....

Предал:..... /

/.....

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП**

Протоколът е съставен |



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО  
ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД

гр. София, бул. Топлебен № 21, тел.: 02/9154-211, факс: 02/951-62-68, email: pirogov@pirogov.bg

## ПРОТОКОЛ

### ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА

Днес: \_\_\_\_\_ в изпълнение на Договор № \_\_\_\_\_,

Представител на фирма :.....

Монтира и въведе в експлоатация, в съответствие с изискванията на производителя следната медицинска техника (апаратура).

№	СЕР.(АРТ.) №	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
1			

Приел: .....

/...../

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП**

Протоколът е съставен в тр





УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО  
ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШИНА МЕДИЦИНА „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД

гр. София, бул. Топлебен № 21, тел.: 02/9154-211, факс: 02/951-62-68, email: pirogov@pirogov.bg

## ПРОТОКОЛ

ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ОБСЛУЖВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И  
УПОТРЕБА НА МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ( АПАРАТУРА)

Днес: \_\_\_\_\_ в изпълнение на Договор № \_\_\_\_\_,

Представител на фирма : .....

Извърши начално обучение по обслужване, експлоатация и употреба на  
медицинска техника, предмет на цитирания договор на следните лица :

№	КЛИНИКА / ОТДЕЛЕНИЕ	ИМЕ	ПОДПИС
1			

Приел: .....

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка**

/.....

**с чл.45, ал.5 от ЗОП**

Протоколът е съставен в три екземпляра за всяка от страните.