

ПРОТОКОЛ №2

Днес, 09.07.2019 г., в 10:30 часа, в Клиниката по токсикология, етаж 3 на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД, гр. София 1606, бул. “Тотлебен” № 21, се проведе заседание на Комисията назначена със Заповед № РД-26-1145/17.06.2019 г., издадена от Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД проф. д-р Асен Балтов, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура с предмет: “Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на четири броя парно-вакумни стерилизатори за нуждите на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД“, открита с Решение № РД-26-889/07.05.2019 г. на Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД

Комисията е в следния състав:

Председател:

Адв. Ваня Толева – правоспособен юрист

Членове:

1. Христина Лекова – нач. Отдел „Обществени поръчки“;
2. Инж. Димитър Стамболийски – Отдел СТУ;

Резервни членове:

1. Николета Авджиева – юристконсулт;
2. Петър Найденов – главен юристконсулт.

На заседанието на комисията присъстваха всички нейни членове.

Комисията в пълен състав продължи своята дейност при следния дневен ред:

1. Проверка на представените допълнително документи;
2. Разглеждане и проверка за съответствие с изискванията на документацията относно изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя;
3. Разглеждане и проверка за съответствие с изискванията на

документацията на техническите предложения на допуснатите участници.

С Протокол № 1 от 28.06.2019 г. на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията изиска от участниците да представят отразената в цитирания протокол липсваща информация и да отстранят констатираните несъответствия с изискванията на Възложителя към личното състояние и критериите за подбор, като предоставят нов/и Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, който/които съдържа/т променена и/или допълнена информация, съобразно констатациите, отразени в цитирания протокол, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването му. В указания от комисията срок – до 16:00 на 05.07.2017 г., са постъпили допълнителни документи от участниците, както следва:

- „Вега Медикал“ ЕООД - вх. № 1464-ОП/01.07.2019 г.
- „Медитех“ ООД - вх. №1465-ОП/02.07.2019 г.

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от Възложителя, по реда на постъпване на офертите:

1. „Медитех“ ООД с оферта вх. 1451-ОП /14.06.2019 г.

В определения срок, участникът е представил запечатан плик. Председателят отвори плика и констатира наличието на следните документи:

- 1 /един/ брой придружително писмо от участника „Медитех“ ООД;
- 1 /един/ брой Декларация по чл. 11, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 10, т. 4 от ЗМИП и по чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗМИП – образец № 5.
- 1 /един/ брой Декларация за съгласие за обработване на личните данни във връзка с чл.5 от Закона за защита на личните данни – образец № 10.

Комисията разгледа обстойно допълнително представените документи заедно с документите представени в офертата на участника, които в тяхната съвкупност доказват съответствието с минималните изисквания на Възложителя за подбор. Въз основа на горното Комисията реши: допуска до участие в следващия етап на процедурата участникът „Медитех“ ООД.

2. „Вега Медикал“ ЕООД с оферта вх. № 1452-ОП /14.06.2019 г.

- 1 /един/ брой придружително писмо от участника „Вега Медикал“ ЕООД;
- 1 /един/ брой Декларация по чл. 11, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 10, т. 4 от ЗМИП и по чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗМИП – образец № 5.
- 1 /един/ брой Декларация за съгласие за обработване на личните данни във връзка с чл.5 от Закона за защита на личните данни – образец № 10.

Комисията разгледа обстойно допълнително представените документи заедно с документите представени в офертата на участника, които в тяхната съвкупност доказват съответствието с минималните изисквания на Възложителя за подбор. Въз основа на горното Комисията реши: допуска до участие в следващия етап на процедурата участникът „Вега Медикал“ ЕООД.

Комисията продължи своята работа по разглеждане и проверка за съответствие с изискванията на документацията на техническите предложения на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите. Проверката включва:

- ✦ Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
- ✦ Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, изготвено по Образец № 6;
- ✦ Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 7;

- ✦ Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 8;
- ✦ Оторизационно писмо от производителя (когато участникът не е производител), издадено на името на участника за извършване на продажба, монтаж, и сервизно обслужване на оборудването, предмет на процедурата. Оторизационното писмо трябва да е в оригинал или заверено копие, и да е валидно за срока на изпълнение на поръчката. В случай че документа е на чужд език трябва да се представи и превод на български език;
- ✦ Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител и ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган. Съответствието с поставеното изискване се доказва с копие на Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ или неговият упълномощен представител или ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган. В случай че документа е на чужд език трябва да се представи и превод на български език;
- ✦ Документи или други доказателства, по негова преценка, доказващи съответствието на предлаганите от него продукти с посочените в раздел „Техническа спецификация” на документацията изисквания на Възложителя.

За „Медитех” ООД с оферта вх. 1451-ОП /14.06.2019 г.

- ✦ Участникът е представил коректно попълнен Образец № 6 – Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация;
- ✦ Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 7;
- ✦ Декларация за срока на валидността на офертата - Образец № 8;
- ✦ Оригинал на Оторизационно писмо, ведно с приложено заверено копие с превод на български език на същото;
- ✦ Заверено копие на Декларация за съответствие на медицинските изделия, съставена от производителя с превод на български език
- ✦ Заверено копие от ЕС Сертификат с превод на български език;

- ⚡ Заверено копие от Сертификат на производителя за внедрена и поддържана система за управление на качеството в съответствие с ISO 13485:2016 с превод на български език;
- ⚡ Брошури на производителя в оригинал и в превод на български език, представени на хартиен и електронен носител;
- ⚡ Декларация от производителя относно техническите параметри на офериранияте парни стерилизатори в оригинал и в превод на български език.

Комисията се запозна с Техническото предложение на участника, както и с информацията, съдържащата се на представения от участника диск, касаеща изпълнението на поръчката. В резултат на прегледа комисията установи, че предложението за изпълнение на поръчката, направено от участника „Медитех” ООД, може да обезпечи нуждите на възложителя от доставка, монтаж и пускане в експлоатация на четири броя парно-вакумни стерилизатори. Констатира се и, че като част от Техническото си предложение участникът е представил оторизационно писмо от производителя на предлаганата техника – в оригинал и в превод на български език, Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ и ЕС сертификат за оценка на съответствието, Декларация от производителя относно техническите параметри на офериранияте парни стерилизатори, както и заверено копие на сертификат на производителя за внедрена и поддържана система за управление на качеството в съответствие с ISO 13485:2016.

С оглед на изложеното и след направената проверка на техническото предложение на участника не се установиха несъответствия с изискванията на Възложителя описани в документацията за участие. С оглед установените обстоятелства, Комисията реши: Участникът „Медитех” ООД продължава в следващите етапи на разглеждане и оценка на техническото предложение, съгласно одобрената методика.

За „Вега Медикал“ ЕООД с оферта вх. № 1452-ОП /14.06.2019 г.

- ✦ Участникът е представил коректно попълнен Образец № 6 – Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация;
- ✦ Заверено копие от Сертификат на производителя за внедрена и поддържана система за упавление на качеството в съответствие с ISO 13485:2016 и EN ISO 13485:2016 с превод на български език;
- ✦ Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 7;
- ✦ Декларация за срока на валидността на офертата - Образец № 8;
- ✦ Оригинал на Оторизационно писмо, ведно с приложено заверено копие с превод на български език на същото;
- ✦ Заверено копие от CE Сертификат с превод на български език;
- ✦ Заверено копие на Декларация за съответствие на медицинските изделия, съставена от производителя с превод на български език
- ✦ Декларация за съответствие на апаратурата с европейски стандарти и директиви;
- ✦ Брошури на производителя в оригинал и в превод на български език, представени на хартиен и електронен носител;
- ✦ Декларация от производителя - в оригинал и в превод на български език.

Комисията се запозна с Техническото предложение на участника, както и с информацията, съдържащата се на представения от участника диск, касаеща изпълнението на поръчката. В резултат на прегледа комисията установи, че предложението за изпълнение на поръчката, направено от участника „Вега Медикал“ ЕООД, може да обезпечи нуждите на възложителя от доставка, монтаж и пускане в експлоатация на четири броя парно-вакумни стерилизатори. Констатира се и, че като част от Техническото си предложение участникът е представил оторизационно писмо от производителя на

София 1606, р-н „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

предлаганата техника – в оригинал и в превод на български език, Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ и ЕС сертификат за оценка на съответствието, Декларация от производителя, както и заверено копие на сертификат на производителя за внедрена и поддържана система за управление на качеството в съответствие с ISO 13485:2016 и EN ISO 13485:2016.

С оглед на изложеното и след направената проверка на техническото предложение на участника не се установиха несъответствия с изискванията на Възложителя описани в документацията за участие. С оглед установените обстоятелства, Комисията реши: Участникът „Вега Медикал” ЕООД продължава в следващите етапи на разглеждане и оценка на техническото предложение, съгласно одобрената методика.

Комисията продължи своята работа като извърши оценка по показател К2 „Технически показатели” и включените в него подпоказатели съгласно утвърдената методика, както следва:

Показател К2 „Технически показатели” - с максимална тежест 50 точки. Изчислява се по следната формула: $K2=K2.1+K2.2+K2.3+K2.4+K2.5+K2.6+K2.7$, където

К1 Участник предложил височина на камерата ≥ 700 мм получава 3 т, в останалите случаи /когато е < 700 мм/, се получават 0.01 т.

К2 Участник предложил цветен сензорен екран, с размер $\geq 10''$ от страната на нестерилната зона получава 5 т, в останалите случаи случаи, се получават 0.01 т.

К3 Кратък стерилизационен цикъл за стерилизация на метални инструменти с продължителност до 35 мин. при пълно зареждане на камерата, съгласно стандарт EN 285. Участник отговарящ на това условие получава 5 т, в останалите случаи случаи, се получават 0.01 т.

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Толлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: /02/ 951 6268. E-mail: pirogov@pirogov.bg

К4 Система за персонализиран достъп до управлението на машината чрез радиочестотна идентификация(RFID). Участникът предложил тази функция получава 15 т, в останалите случаи, се получават 0.01 т.

К5 При затворени врати, лицевата част на вратата да застава в една равнина с лицевия панел на машината, с цел лесно и ефикасно почистване – участник, който притежава тази характеристика получава 10 т, в останалите случаи, се получават 0.01 т.

К6 С оглед избягването на СМР и оптимизация на пространството, участник предложил стерилизатор със следната ширина :

до 90 см- получава 10 т.

от 91-100 см- получава 5 т.

> 100 см- получава 0,01 т.

К7 Участник предложил обем на камерата ≥ 600 л получава 2 т, участник, в останалите случаи, се получават 0.01 т.

1. За участника „Медитех“ ООД

1.1. По подпоказател **К1**, участникът предлага: височина на камерата - 670 мм и следователно получава 0.01 т.

1.2. По подпоказател **К2**, участникът предлага: цветен сензорен екран с размер 10” от страната на нестерилната зона и следователно получава 5 т.

1.3. По подпоказател **К3**, в приложените брошури на участника не се съдържат данни и информация за кратък стерилизационен цикъл с продължителност до 35 мин. при пълно зареждане на камерата за стерилизация на метални инструменти, съгласно стандарт EN 285. На стр. 23 от брошурата е посочен списък с производствени програми на предложения стерилизатор, като една от програмите е „Бърза 134⁰ С” и се прилага по отношение стерилизация на твърди материали, опростени опаковки (еднослойни). В допълнение, на стр. 41 от каталога е посочено, че предложеният стерилизатор притежава специфична програма за твърда ендоскопия RAPID, като същевременно липсват каквито и да е било данни за продължителността на работа на посочената програма. Въз

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:/02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

основа на изложеното, комисията не може да направи обоснован извод за продължителността на цикъла за стерилизация за предложения от участника стерилизатор и следователно участникът по подпоказател К3 получава 0,01 т.

1.4. По подпоказател К4, участникът е предложил система за персонализиран достъп до управлението на машината чрез радиочестотна идентификация (RFID) и следователно получава 15 т.

1.5. По подпоказател К5, участникът е предложил стерилизатор притежаващ следната характеристика: при затворени врати, лицевата част на вратата да застава в една равнина с лицевия панел на машината, с цел лесно и ефективно почистване и следователно получава 10 т.

1.6. По подпоказател К6, участникът предлага стерилизатор с ширина 996 мм и следователно получава 5 т.

1.7. По подпоказател К6, участникът предлага стерилизатор с обем на камерата 578 литра и следователно получава 0.01 т.

Оценката по показател К2 „Технически показатели“ на участника „Медитех“ ООД е съгласно формулата:

$K2=K2.1+K2.2+K2.3+K2.4+K2.5+K2.6+K2.7$, при която получава:

$K2=0.01 \text{ т.} + 5 \text{ т.} + 0,01 \text{ т.} + 15 \text{ т.} + 10 \text{ т.} + 5 \text{ т.} + 0.01 \text{ т.} = 35,03 \text{ т.}$

2. За участника „Вега Медикал“ ЕООД

2.1. По подпоказател К1, участникът предлага: височина на камерата - 700 мм и следователно получава 3 т.

2.2. По подпоказател К2, участникът предлага: цветен сензорен екран с размер 10" от страната на нестерилната зона и следователно получава 5 т.

2.3. По подпоказател К3, предложението от участника стерилизатор предоставя функцията по кратък стерилизационен цикъл с продължителност 32 мин. при пълно зареждане на камерата за стерилизация на метални инструменти, съгласно стандарт EN 285 и следователно получава 5 т.

2.4. По подпоказател К4, участникът е предложил система за персонализиран достъп до управлението на машината чрез радиочестотна идентификация (RFID) и следователно получава 15 т.

2.5. По подпоказател К5, участникът е предложил стерилизатор притежаващ следната характеристика: при затворени врати, лицевата част на вратата да застава в една равнина с лицевия панел на машината, с цел лесно и ефикасно почистване и следователно получава 10 т.

2.6. По подпоказател К6, участникът предлага стерилизатор с ширина 900 мм и следователно получава 10 т.

2.7. По подпоказател К6, участникът предлага стерилизатор с обем на камерата 609 литра и следователно получава 2 т.

Оценката по показател К2 „Технически показатели“ на участника „Вега Медикал“ ЕООД е съгласно формулата:

$K2=K2.1+K2.2+K2.3+K2.4+K2.5+K2.6+K2.7$, при която получава:

$K2=3 \text{ т.} + 5 \text{ т.} + 5 \text{ т.} + 15 \text{ т.} + 10 \text{ т.} + 10 \text{ т.} + 2 \text{ т.} = 50 \text{ т.}$

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията единодушно РЕШИ:

1. Насрочва публично заседание за отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници на 17.07.2019 г от 9:00 часа в Клиника по токсикология, етаж 3, отдел „Обществени поръчки“.
2. Да се публикува информация на Профила на купувача на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД, като се отбележи, че отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни представители, както и средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

София 1606, р-н „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:/02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

Настоящият протокол е технически съставен на 12.07.2019 г.

Особено мнение от членовете на комисията не бе изказано.

Подписали протокола:



Председател:

Членове:

1. Христина Л

2. Инж. Дими

ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.36а, ал. 3 ОТ ЗОП.

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД.