

изх.№ РД-44-4525/29.08.2019 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,

На основание чл. 33 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/, Ви уведомяваме за следното разяснение, относно процедура публично състезание с предмет: „Доставка на медицински изделия за: лабораторна стъклария, електрохирургия и коремна хирургия анестезиология за период от две години за нуждите на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД“, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00693-2019-0027:

Въпрос 1:

По обособена позиция 21 – Стандартно Т-парче за отвикване от механична вентилация, подпозиция 1. Стандартно Т-парче за отвикване от механична вентилация – комплект. Какво съдържа комплекта?

Отговор въпрос 1:

Комплектът съдържа следните компоненти – Т адаптер, Катетър и Адаптер за кислород.

Въпрос 2:

По обособена позиция 22 – Дихателен кръг за вентилатор, съдържаща две подпозиции: 1. Дихателен кръг за вентилатор за новородени и малки деца, за многократна употреба, 2. Дихателен кръг за вентилатор за големи деца, за многократна употреба. Каква дължина на дихателния кръг следва да оферирани участниците по двете подпозиции на ОП 22?

Отговор въпрос 2:

Дихателните кръгове следва да са комплекти от дихателни тръби, като за подпозиция 1 най-дългия дихателен шланг е с дължина 1,1 м. За подпозиция 2 най-дългия шланг е с дължина 60 см.

Въпрос 3:

По обособена позиция 38 – Напшонкалк – подпозиция 1. Еднократен канистер с напшонкалк за анестезиологичен апарат.

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: /02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

Какъв е анестезиологичния апарат?

Отговор въпрос 3:

Натронкалкът трябва да е съвместим с анестезиологични апарати „Drager“.

Проф. д-р Асен Б.
Изпълнителен дире
на „УМБАЛСМ Н

заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.