

изх.№ РД-44-4586/28.08.2019 г.

ДО

**ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,**

На основание чл. 33 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/ , Ви уведомяваме за следното разяснение, относно процедура публично състезание с предмет: „Доставка на медицински изделия за: игли, спринцовки и режещи средства, диализно лечение за период от две години за нуждите на "УМБАЛСМ Н.И.Пирогов" ЕАД", с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00693-2019-0029:

В документацията Раздел VI Указания за подготовка на офертата, точка 4 „Изисквания към изготвянето на Ценовото предложение“, подточка 4.2.1 има указания за изготвяне на ценовото предложение със следния текст:

„...цената на всяка номенклатурна единица трябва да бъде посочена с точност до втория десетичен знак...“

**Въпрос 1:**

Допустимо ли е офертираната единична цена без ДДС на всяка номенклатурна единица от предмета на обособена позиция № 12 да бъде с точност до четвъртия десетичен знак, а общата стойност – до втори десетичен знак, с цел избягване на изкуствено завишаване на цените и по – добра разходна ефективност за Възложителя?

**Отговор въпрос 1:**

В документацията за участие изрично са посочени изискванията към изготвянето на Ценовото предложение.

**Въпрос 2:**

Във файл с наименование: „ФИНАЛ игли,спринцовки и режещи инструменти 2019-2“, за обособена позиция № 12 в колона „Вид консуматив“ е посочено следното описание:

**Позиция 12**

#	Вид консуматив
1	Игла 18 G x 1 ?
2	Игла 20 G x 1 ?
3	Игла 22 G x 1

Моля да уточните какъв е размера на иглите в обособена позиция № 12, номенклатури № 1, 2 и 3, и допустимо ли е размерът по ном. единици 1, 2 и 3 да е както следва?

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тодор Блен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268. E-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

Позиция 12

Вид консуматив
Игла 18 G x 1 1/2
Игла 20 G x 1 1/2
Игла 22 G x 1 1/2

Отговор въпрос 2:

Размерът трябва да бъде както следва:

Позиция 12

Вид консуматив
Игла 18 G x 1 1/2
Игла 20 G x 1 1/2
Игла 22 G x 1 1/4

Въпрос 3:

Във файл с наименование „ФИНАЛ хемодиализа 2019-4“ обособена позиция 1 – хемодиализатори „Low flux“ пропускливост”: Възложителят е посочил, пропускливостта на хемодиализаторите .

Ще допусне ли Възложителят оферираниите във обособена позиция 1 – хемодиализатори „Low flux“ да бъдат с по – висока активна повърхност от посочената в техническата спецификация?

Отговор въпрос 3:

Възложителят допуска възможност за по – висока активна повърхност на пропускливостта на хемодиализаторите.

заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.

Проф. д-р Асен Ба  
Изпълнителен дире  
на „УМБАЛСМ Н