

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНСУМАТИВИТЕ

Раздел: Стерилизация

Опаковъчното фолио трябва да отговаря на следните изисквания:

- Минимум 60 g/m² плътност на медицинската хартия, която се използва за направата на ролките;
- Ролките да са с трите задължителни индикатора – Пара, ЕО и Формалдехид;
- От лицевата страна /за лесна видимост/ на пликите и ролките за стерилизация трябва да има изписани следните информации:
 - Производител и размер;
 - LOT номер, по който може да се провери срока на годност;
 - Стандарт, на който отговаря продукта /ISO 11607/ и маркировка за качество от сертифициращ орган
 - Трите индикатора за стерилизация и цветът, в който те трябва да се променят след стерилизацията /на няколко международни езика/;
 - Посока на отваряне и предупреждение за неизползване на опаковката, ако е повредена;