

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, Е

Вх. № РД-41-601/09.07.2020 г.

УТВЪРЖ

ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.36а, ал. 3 от ЗОП.

И

на „УМБАЛ

Дата: 0...

ДОКЛАД

От дейността на Комисията назначена със Заповед № РД-26-999/27.05.2020г., издадена от Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД проф.д-р Асен Балтов, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“ЗАКУПУВАНЕ НА 5 БРОЯ ДИАЛИЗНИ АПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ КЪМ „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД“**, открита с Решение № РД-26-724/08.04.2020 г. на Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД.

Комисията е в следния състав:

Председател:

адв.Ваня Толева – външен експерт

Членове:

1. Христина Лекова – началник отдел Обществени поръчки
2. Николай Маринов – юриконсулт

Резервни членове:

1. Инж. Димитър Стамболийски – отдел СТУ
2. Инж. Валери Генев – нач. отдел СТУ

Резултати от работата на Комисията:

- I. Комисията започна своята работа на 27.05.2020 г. в Административна сграда на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД, гр. София 1606, бул. “Тотлебен” № 21., назначена със

София 1006, р-н „Красно село“, бул. „Готлебен“ № 21, Тел: 02/9154 211 ; Факс: 02/951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

№ РД-26-999/27.05.2020г., издадена от Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД проф.д-р Асен Балтов, в състав:

Председател:

адв.Ваня Толева - външен експерт

Членове:

1. Христина Лекова - началник отдел Обществени поръчки
2. Николай Маринов - юрисконсулт

Резервни членове:

3. Инж. Димитър Стамболийски – отдел СТУ
4. Инж. Валери Генев – нач. отдел СТУ

Не са се налагали изменения в сроковете и задачите комисията.

II. Действия на Комисията – съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП на Председателя на Комисията е предаден Протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП на получените заявления за участие/оферти. На основание чл. 60, ал.1 от ППЗОП и в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Документацията на Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД, до обявения краен срок за подаване на оферти са подадени 2 /две/ оферти, а именно:

1. „Марвена Диагностика“ ЕООД - вх. №1776-ОП/19.05.2020 г. – 13:50 часа
2. ЕТ „Янка Янкова Георгиева“ – вх. №1778-ОП/26.05.2020 г. – 13:28 часа

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците, както и на средствата за масово осведомяване.

След като се запознах с протокола по чл.48, ал. 6 от ППЗОП и описаните в него участници, членовете на комисията попълниха декларации в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. Нито един от членовете на комисията не си направи самоотвод.

Комисията констатира, че постъпилите оферти са представени в указания от Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, като към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за подаване на оферти не са регистрирани чакащи лица. Приемането на офертите е регистрирано в регистъра при отдел Обществени поръчки на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД, като върху опаковката е отбелязан входящ номер, датата и часа на получаването. Офертите са представени в запечатана, непрозрачна опаковка и с

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Готлиев“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

ненарушена цялост. Върху опаковката участниците са посочили необходимата информация, изискуема от Възложителя.

Офертите са отворени на публично заседание, като работата на Комисията се е състояла в следните действия аналогични за всички подадени оферти:

- Комисията констатира, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.
- Комисията пристъпи към отварянето на опаковката и проверка на съдържанието и.
- Констатира се наличието на отделен запечатан шлик с надпис: „Предлагани ценови параметри“.
- Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката на участника.
- Най-малко трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и шлика с надпис „Предлагани ценнови параметри“;

Всички действия на Комисията, за всеки участник по отделно са отразени в Протокол №1/27.05.2020г. След приключване на публичното заседание, Председателят на Комисията е насрочил закрити заседания, като по време на провеждането им са извършени действия по разглеждане по същество на представените в опаковката документи на участниците, изразяващо се в проверка за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, в съответствие на чл.39, ал.2 от ППЗОП.

Участниците по отношение на чиито оферти са установени непълноти, липси са: **Няма такива участници.**

Участниците, които не отговарят на изискванията на документацията относно изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя са: **Няма такива участници.**

След описаните действия Комисията пристъпи към проверка за съответствие с изискванията на документацията относно техническите предложения на допуснатите участници, подробно описано в Протокол № 2/30.06.2020 г.

Съгласно одобрената документация за участие в настоящата обществена поръчка, техническите предложения на участниците трябва да обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ, в оферирания срок. Комисията пристъпи към проверка на техническите предложения. Проверката включва:

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Готлибен“ № 21, Тел: 02/9154 211 ; Факс: 02/951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

- Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, изготвено по Образец № 2
- Оторизационно писмо от производителя (когато участникът не е производител) или от упълномощен представител, издадено на името на участника за извършване на продажба, монтаж, и сервизно обслужване на апарата, предмет на процедурата. Оторизационното писмо трябва да е в оригинал или в заверено копие, да е посочено изрично, че е по обществената поръчка и да е валидно за срока на изпълнение на поръчката. В случай че документа е на чужд език трябва да се представи и превод на български език.
- Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител и ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган. Съответствието с поставеното изискване се доказва с копие на Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител или ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган. В случай че документа е на чужд език трябва да се представи и превод на български език.
- Документи или други доказателства, по негова преценка, доказващи съответствието на предлаганите от него продукти с посочените в раздел „Техническата спецификация“ на документацията изисквания на Възложителя.

1. „Марвена Диагностика“ ЕООД - вх. №1776-ОП/19.05.2020 г. - 13:50 часа

- Участникът е представил нотариално заверено пълномощно на името на Стоян Чоролеев, упълномощен представител
- Предложение за изпълнение на поръчката
- Оторизация на името на участника, издадена от производителя
- Заверено копие на декларация за предлагане на продукти на определени производители – заверено копие
- CE Декларация за съответствие, издадена от производителя – заверено копие
- Декларация за съответствие, издадена от нотифициран орган – заверено копие

- Каталог и извадки от ръководство за употреба

След направената проверка на техническото предложение на участника бяха направени следните констатации:

1. По точка първа „Отворена система за диализни консумативи. Възможност за работа с консумативи (кръвни линии, диализатори, диализни концентрати /сухи и течни/) на различни производители, включително и български“ е посочено, че отговаря на изискването. За референция са посочени страници A27-A28 от Ръководство на оператора. На приложената страница A28 от ръководството, в подточка 1.4.7 - Диализатори изрично е написано, че „Принадлежностите посочени в този раздел, са одобрени и задължителни за употреба с диализния апарат“. Изброени са поименно диализатори POLYFLUX, REVACLEAR, EVODIAL и THERANOVA, нито един от които не е на български производител.
2. По точка втора „Въртящ се цветен плосък екран със сензорно управление“ е посочено, че отговаря на изискването. За референция е посочена страница A13 от Ръководство на оператора. На приложената страница A13 от ръководството не е упоменато, че екранът е въртящ се. На снимки на приложени стр. 1 и 2 от каталог е видно, че екранът е стационарен.
3. По точка единадесета „Регулиране на скоростта на диализатния поток от 300 до 800 мл/мин с индивидуални стъпки от 1 мл“ е посочено, че отговаря на изискването. За референция е посочена страница A193 от Ръководство на оператора. На приложената страница A193 от ръководството в таблица 14-7 - Дебит на потока, е изрично написано, че „дебитът на диализатната течност може да се избира от потребителя между 300 и 700 мл/мин“.
4. По точка дванадесета „Регулиране на скоростта на кръвния поток от 50 до 600 мл/мин“ е посочено, че отговаря на изискването. За референция е посочена страница A191 от Ръководство на оператора. На приложената страница A191 от ръководството в таблица 14-1, е изрично написано, че дебитът „може да се избира от потребителя между 20 и 500 мл/мин“.
5. По точка тринадесета „Регулиране на нивото в артериалната и венозна камери чрез натискане на икона на сензорния екран“ е посочено, че отговаря на изискването. За референция са посочени страници A99 и A102 от Ръководство на оператора. На приложената страница A99 и A102 от ръководството е упоменато регулиране на нивото само във венозната камера, което става с допълнителен ключ, а не чрез сензорния екран. Не е упоменато регулирането на нивото в артериалната камера.
6. По точка петнадесета „измерване на хидравлично налягане преди входа на диализатора“ е посочено, че отговаря на изискването. За референция е посочена страница A146 от Ръководство на оператора. На приложената страница A146 от ръководството, в подточка 9.1 - как работи функцията Diascan, е упоменато измерване

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тодор Блен“ № 21, Тел: 02/9154 211 ; Факс:02/951 6268, Е-mail: pirogov@pirogov.bg

на проводимостта на диализната течност. Никъде не е посочено, че се измерва хидравлично налягане.

7. По точка двадесет и втора „Онлайн хелп бутон, който осигурява възможност за обясняване на функцията на всяка една икона и функция на български език“ е посочено, че отговаря на изискването. За референция е посочена страница А20 от Ръководство на оператора. На приложената страница А20 от ръководството , в подточка 1.2.2 – *Отговорност и отказ от права* е написано, че „Вахтер не поема каквато и да е отговорност за употребата на принадлежности и консумативи, различни от посочените в това ръководство, или ако посочена принадлежност или консуматив не се използва в съответствие с това ръководство, онлайн инструкциите и инструкциите за употреба, придружаващи принадлежностите и консумативите“ **Никъде не е посочено наличие на онлайн хелп бутон, който осигурява възможност за обясняване на функцията на всяка една икона и функция на български език.**

8. По точка двадесет и трета „Режим стендбай, при който разхода на електроенергия се свежда до минимум, а разхода на вода и концентрат до 0 мл/мин“ е посочено, че отговаря на изискването. За референция са посочени страници А60-61 и А71 от Ръководство на оператора. На приложените страници е посочен „бутон за отклоняване на течността“, като в подточка 3.4.21 е описано, че „бутонът байпас течност се използва зъ ръчно байпасиране на диализната течност от диализатора“. **Никъде не е посочено наличие на режим стендбай.**

9. По точка двадесет и шеста „Вентил за проби“ е посочено, че отговаря на изискването. За референция е посочен „Каталог кръвни линии“. В приложения каталог нкъде не е посочено наличието на вентил за проби.

С оглед на така изложеното, комисията предлага на Възложителя:

На основание чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП да отстрани от по - нататъшно участие в процедурата участника „Марвена Диагностика“ ЕООД - вх. №1776-ОП/19.05.2020 г., поради обстоятелството, че представеното от него Предложение за изпълнение на поръчката не съответства на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация от одобрената Документация за участие.

2.ЕТ „Янка Янкова Георгиева“ – вх. №1778-ОП/26.05.2020 г. – 13:28 часа

- Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация
- Оторизационно писмо от производителя на предлаганата апаратура

София 1606, р-т „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, Е-mail: pirogov@pirogov.bg

- Декларация за съответствие на медицинското изделие съгласно чл. 14, ал. 2 от ЗМИ
- Каталог и инструкции за употреба от които са видни всички технически и функционални характеристики и опции на предлаганата апаратура
- Декларация от производител

С оглед на изложеното и след направена обстойна проверка на техническото предложение на участника не се установиха несъответствия с изискванията на Възложителя описани в документацията за участие. С оглед установените обстоятелства, Комисията реши: Участникът ЕТ „Янка Янкова Георгиева“ продължава в следващият етап на разглеждане на ценовото му предложение.

С оглед установените обстоятелства, Комисията РЕШИ:

Допуска до отваряне на ценовите предложения участника ЕТ „Янка Янкова Георгиева“ - вх. №1778-ОП/26.05.2020 г. - 13:28 часа.

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Комисията единодушно реши:

1. Насрочва публично заседание за отваряне на ценови оферти на участниците на 8.07.2020 г, от 9:30 часа в Клиника по токсикология, ет. 3, Обществени поръчки на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД, гр. София 1606, бул. “Тотлебен” № 21
2. Да се публикува информация в профила на купувача на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД, като се отбележи, че отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

На публичното отваряне на пликовете „Предлагани ценови параметри“ не присъстваха представители на участниците. На публичното отваряне на пликовете „Предлагани ценови параметри“ не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

1. Председателя на Комисията оповести отстранените участници, както следва: „Марвена Диагностика“ ЕООД - вх. №1776-ОП/19.05.2020

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници и оповестяване на предлаганата от тях цена както следва:

ЕТ „Янка Янкова Георгиева“ – вх. №1778-ОП/26.05.2020 г. – 13:28 часа

Участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 90 950.00 лв. /деветдесет хиляди деветстотин и петдесет лева/ без включен ДДС или 109 140.00 лв. (сто и девет хиляди сто и четиредесет лева) с включен ДДС.

Комисията продължи работата си, като пристъпи към проверка на приложените документи в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно документацията за участие в процедурата, а именно:

- общата предлагана цена за изпълнение на поръчката надхвърля ли предварително обявената максимална стойност;
- има ли аритметични грешки при извършване на аритметичните действия.
- има ли ценови предложения, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници и следва ли да се приложи чл. 72, ал. 1 от ЗОП

ЕТ „Янка Янкова Георгиева“ – вх. №1778-ОП/26.05.2020 г. – 13:28 часа

Комисията констатира, че всички документи, които са част от съдържанието на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно документацията за участие в процедурата са налични и представени в цялост. Членовете на комисията констатираха, че представените документи са редовни и отговарят на изискванията, посочени в документацията за участие в настоящата обществена поръчка.

Поради факта, че участникът е един, не е приложимо извършването на проверка на ценовите предложения съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, относно наличието на по-благоприятно предложение с 20% или повече процента от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници.

С оглед на описаното, Комисията РЕШИ:

Предлага на Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД да бъдат отстранени от участие следните участници: „Марвена Диагностика” ЕООД - вх. №1776-ОП/19.05.2020

Предлага на Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД да издаде решение, с което да обяви класирането на участниците в процедурата както следва:

Първо място - ЕТ „Янка Янкова Георгиева“

Мотиви:

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

Горепосоченото класиране е направено в следствие на оценка на офертите съгласно критериите за оценка заложи в процедурата.

Предлага на Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **“ЗАКУПУВАНЕ НА 5 БРОЯ ДИАЛИЗНИ АПАРАТИ ЗА НУЖДТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ КЪМ „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД“** с участника класиран на първо място, а именно: ЕТ **„Янка Янкова Георгиева“**

С направените предложения Комисията приключи работата по разглеждане, оценяване и класиране на офертите на 09.07.2020 г.

С настоящия доклад Ви предоставяме цитираните по-горе протоколи от работата на комисията, заедно с всички относими документи по обществена поръчка с предмет: **„ЗАКУПУВАНЕ НА 5 БРОЯ ДИАЛИЗНИ АПАРАТИ ЗА НУЖДТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ КЪМ „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД“**. Настоящият доклад е изготвен и подписан на 09.07.2020 г

Приложение: съгласно текста.

Подписали докла

Председател:

адв. Ваня Толева ..

Членове:

1. Христина Леко

2. Николай Мари

заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.