

## ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 30.06.2020г., в 10:00 часа, в Клиника по Токсикология, ет.3 на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД, гр. София 1606, бул. “Тотлебен” № 21, се проведе заседание на Комисията назначена със Заповед № РД-26-999/27.05.2020г., издадена от Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД проф.д-р Асен Балтов, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“ЗАКУПУВАНЕ НА 5 БРОЯ ДИАЛИЗНИ АПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ КЪМ „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД“**, открита с Решение № РД-26-724/08.04.2020 г. на Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД.

Комисията е в следния състав:

**Председател:**

адв.Ваня Толева – външен експерт

**Членове:**

1. Христина Лекова – началник отдел Обществени поръчки
2. Николай Маринов - юриконсулт

Резервни членове:

1. Инж. Димитър Стамболийски – отдел СТУ
2. Инж. Валери Генов – нач. отдел СТУ

Комисията е в пълен състав.

Комисията в пълен състав продължи своята дейност при следния дневен ред:

1. Разглеждане и проверка за съответствие с изискванията на документацията на техническите предложения на допуснатите участници

Съгласно одобрената документация за участие в настоящата обществена поръчка, техническите предложения на участниците трябва да обезпечават

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Готлибен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: /02/ 951 6268, E-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ, в оферирания срок. Комисията пристъпи към проверка на техническите предложения. Проверката включва:

- Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, изготвено по Образец № 2
- Оторизационно писмо от производителя (когато участникът не е производител) или от упълномощен представител, издадено на името на участника за извършване на продажба, монтаж, и сервизно обслужване на апарата, предмет на процедурата. Оторизационното писмо трябва да е в оригинал или в заверено копие, да е посочено изрично, че е по обществената поръчка и да е валидно за срока на изпълнение на поръчката. В случай че документа е на чужд език трябва да се представи и превод на български език.
- Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител и ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган. Съответствието с поставеното изискване се доказва с копие на Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител или ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган. В случай че документа е на чужд език трябва да се представи и превод на български език.
- Документи или други доказателства, по негова преценка, доказващи съответствието на предлаганите от него продукти с посочените в раздел „Техническата спецификация“ на документацията изисквания на Възложителя.

1. „Марвена Диагностика“ ЕООД - вх. №1776-ОП/19.05.2020 г. – 13:50 часа

- Участникът е представил нотариално заверено пълномощно на името на Стоян Чоролеев, упълномощен представител

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Готлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, Е-майл: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

- Предложение за изпълнение на поръчката
- Оторизация на името на участника, издадена от производителя
- Заверено копие на декларация за предлагане на продукти на определени производители – заверено копие
- СЕ Декларация за съответствие, издадена от производителя – заверено копие
- Декларация за съответствие, издадена от нотифициран орган – заверено копие
- Каталог и извадки от ръководство за употреба

След направената проверка на техническото предложение на участника бяха направени следните констатации:

1. По точка първа „Отворена система за диализни консумативи. Възможност за работа с консумативи (кръвни линии, диализатори, диализни концентрати /сухи и течни/) на различни производители, включително и български“ е посочено, че отговаря на изискването. За референция са посочени страници А27-А28 от Ръководство на оператора. На приложената страница А28 от ръководството, в подточка 1.4.7 – Диализатори изрично е написано, че „Принадлежностите посочени в този раздел, са одобрени и задължителни за употреба с диализния апарат“. Изброени са поименно диализатори POLYFLUX, REVACLEAR, EVODIAL и THERANOVA, нито един от които не е на български производител.
2. По точка втора „Въртящ се цветен плосък екран със сензорно управление“ е посочено, че отговаря на изискването. За референция е посочена страница А13 от Ръководство на оператора. На приложената страница А13 от ръководството не е упоменато, че екранът е въртящ се. На снимки на приложени стр. 1 и 2 от каталог е видно, че екранът е стационарен.
3. По точка единадесета „Регулиране на скоростта на диализатния поток от 300 до 800 мл/мин с индивидуални стъпки от 1 мл“ е посочено, че отговаря на изискването. За референция е посочена страница А193 от Ръководство на оператора. На приложената страница А193 от ръководството в таблица 14-7 – Дебит на потока, е изрично написано, че

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Готлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 , Факс: 02/ 951 6268, Е-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

- „дебитът на диализатната течност може да се избира от потребителя между 300 и 700 мл/мин“.
4. По точка дванадесета „Регулиране на скоростта на кръвния поток от 50 до 600 мл/мин“ е посочено, че отговаря на изискването. За референция е посочена страница A191 от Ръководство на оператора. На приложената страница A191 от ръководството в таблица 14-1, е изрично написано, че дебитът „може да се избира от потребителя между 20 и 500 мл/мин“.
  5. По точка тринадесета „Регулиране на нивото в артериалната и венозна камери чрез натискане на икона на сензорния екран“ е посочено, че отговаря на изискването. За референция са посочени страници A99 и A102 от Ръководство на оператора. На приложената страница A99 и A102 от ръководството е упоменато регулиране на нивото само във венозната камера, което става с допълнителен ключ, а не чрез сензорния екран. Не е упоменато регулирането на нивото в артериалната камера.
  6. По точка петнадесета „измерване на хидравлично налягане преди входа на диализатора“ е посочено, че отговаря на изискването. За референция е посочена страница A146 от Ръководство на оператора. На приложената страница A146 от ръководството, в подточка 9.1 – как работи функцията Diascan, е упоменато измерване на проводимостта на диализната течност. Никъде не е посочено, че се измерва хидравлично налягане.
  7. По точка двадесет и втора „Онлайн хелп бутон, който осигурява възможност за обясняване на функцията на всяка една икона и функция на български език“ е посочено, че отговаря на изискването. За референция е посочена страница A20 от Ръководство на оператора. На приложената страница A20 от ръководството, в подточка 1.2.2 – *Отговорност и отказ от права* е написано, че „Baxter не поема каквато и да е отговорност за употребата на принадлежности и консумативи, различни от посочените в това ръководство, или ако посочена принадлежност или консуматив не се използва в съответствие с това ръководство, онлайн инструкциите и инструкциите за употреба, придружаващи принадлежностите и консумативите“ Никъде не е посочено наличие на онлайн хелп бутон, който осигурява възможност за обясняване на функцията на всяка една икона и функция на български език.
  8. По точка двадесет и трета „Режим стендбай, при който разхода на електроенергия се свежда до минимум, а разхода на вода и концентрат до 0 мл/мин“ е посочено, че отговаря на изискването. За референция са посочени страници A60-61 и A71 от Ръководство на оператора. На

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Готлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, Е-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

приложените страници е посочен „бутон за отклоняване на течността“, като в подточка 3.4.21 е описано, че „бутонът байпас течност се използва зъ ръчно байпасиране на диализната течност от диализатора“. Никъде не е посочено наличие на режим стендбай.

9. По точка двадесет и шеста „Вентил за проби“ е посочено, че отговаря на изискването. За референция е посочен „Каталог кръвни линии“. В приложения каталог нкъде не е посочено наличието на вентил за проби.

С оглед на така изложеното, комисията предлага на Възложителя:

На основание чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП да отстрани от по - нататъшно участие в процедурата участника „Марвена Диагностика“ ЕООД - вх. №1776-ОП/19.05.2020 г., поради обстоятелството, че представеното от него Предложение за изпълнение на поръчката не съответства на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация от одобрената Документация за участие.

2.ЕТ „Янка Янкова Георгиева“ - вх. №1778-ОП/26.05.2020 г. - 13:28 часа

- Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация
- Оторизационно писмо от производителя на предлаганата апаратура
- Декларация за съответствие на медицинското изделие съгласно чл. 14, ал. 2 от ЗМИ
- Каталог и инструкции за употреба от които са видни всички технически и функционални характеристики и опции на предлаганата апаратура
- Декларация от производител

С оглед на изложеното и след направена обстойна проверка на техническото предложение на участника не се установиха несъответствия с изискванията на Възложителя описани в документацията за участие. С оглед установените обстоятелства, Комисията реши: Участникът ЕТ „Янка Янкова Георгиева“ продължава в следващият етап на разглеждане на ценовото му предложение.

С оглед установените обстоятелства, Комисията **РЕШИ:**

Допуска до отваряне на ценовите предложения участника ЕТ „Янка Янкова Георгиева“ – вх. №1778-ОП/26.05.2020 г. – 13:28 часа.

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Комисията единодушно реши:

1. Насрочва публично заседание за отваряне на ценови оферти на участниците на 8.07.2020 г, от 9:30 часа в Клиника по токсикология, ет. 3, Обществени поръчки на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД, гр. София 1606, бул. “Тотлебен” № 21
2. Да се публикува информация в профила на купувача на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД, като се отбележи, че отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Комисията приключи работата си и състави технически настоящия протокол на 02.07.2020г.

Подписали протокола:

Председател:

адв.Ваня Толева

Членове:

1. Христина Лек

2. Николай Мар

заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.