

РЕШЕНИЕ№ РД-26-1218/ 09.08.20

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал. 6 ЗОП и резултатите отразени в протокол № 1 от 20.06.2020 г., протокол № 2 от 02.07.2020 г, протокол №3 от 09.07.2020 г. и Доклад вх. № РД-41-601/09.07.2020 г. от дейността на Комисията назначена със Заповед № РД-26-999/27.05.2020г., издадена от Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД проф.д-р Асен Балтов, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“ЗАКУПУВАНЕ НА 5 БРОЯ ДИАЛИЗНИ АПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ КЪМ „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД“**, открита с Решение № РД-26-724/08.04.2020 г. на Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД.

I. ОБЯВЯВАМ:

Класирането на участниците в горесцитираната процедура, е както следва:

- **Първо място:** ЕТ **„Янка Янкова Георгиева“** с офертирана обща стойност за изпълнение в размер на 90 950.00 лв. /деветдесет хиляди деветстотин и петдесет лева/ без включен ДДС или 109 140.00 лв. (сто и девет хиляди сто и четиредесет лева) с включен ДДС.

ОПРЕДЕЛЯМ: за изпълнител на договор, участника класиран на първо място, съгласно т. I на настоящето решение.

МОТИВИ: След като се запознах с протоколите и доклада на комисията установих, че офертата на участника класиран на първо място отговаря на всички изисквания заложи в документацията и на нормативната уредба. Класирането е направено в следствие на оценка на офертите съгласно критериите за оценка, заложи в процедурата, а именно най-ниска цена.

- **ОТСТРАНЕНИ** от процедурата участници: **„Марвена Диагностика“ ЕООД.**

МОТИВИ: В Техническото предложение на участника е констатирано следното:

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

1. По точка първа „Отворена система за диализни консумативи. Възможност за работа с консумативи (кръвни линии, диализатори, диализни концентрати /сухи и течни/) на различни производители, включително и български“ е посочено, че отговаря на изискването. За референция са посочени страници A27-A28 от Ръководство на оператора. На приложената страница A28 от ръководството, в подточка 1.4.7 – Диализатори изрично е написано, че „Принадлежностите посочени в този раздел, са одобрени и задължителни за употреба с диализния апарат“. Изброени са поименно диализатори POLYFLUX, REVACLEAR, EVODIAL и THERANOVA, нито един от които не е на български производител.
2. По точка втора „Въртящ се цветен плосък екран със сензорно управление“ е посочено, че отговаря на изискването. За референция е посочена страница A13 от Ръководство на оператора. На приложената страница A13 от ръководството не е упоменато, че екранът е въртящ се. На снимки на приложени стр. 1 и 2 от каталог е видно, че екранът е стационарен.
3. По точка единадесета „Регулиране на скоростта на диализатния поток от 300 до 800 мл/мин с индивидуални стъпки от 1 мл“ е посочено, че отговаря на изискването. За референция е посочена страница A193 от Ръководство на оператора. На приложената страница A193 от ръководството в таблица 14-7 – Дебит на потока, е изрично написано, че „дебитът на диализатната течност може да се избира от потребителя между 300 и 700 мл/мин“.
4. По точка дванадесета „Регулиране на скоростта на кръвния поток от 50 до 600 мл/мин“ е посочено, че отговаря на изискването. За референция е посочена страница A191 от Ръководство на оператора. На приложената страница A191 от ръководството в таблица 14-1, е изрично написано, че дебитът „може да се избира от потребителя между 20 и 500 мл/мин“.
5. По точка тринадесета „Регулиране на нивото в артериалната и венозна камери чрез натискане на икона на сензорния екран“ е посочено, че отговаря на изискването. За референция са посочени страници A99 и A102 от Ръководство на оператора. На приложената страница A99 и A102 от ръководството е упоменато регулиране на нивото само във венозната камера, което става с допълнителен ключ, а не чрез сензорния екран. Не е упоменато регулирането на нивото в артериалната камера.
6. По точка петнадесета „измерване на хидравлично налягане преди входа на диализатора“ е посочено, че отговаря на изискването. За референция е посочена страница A146 от Ръководство на оператора. На приложената страница A146 от ръководството, в подточка 9.1 – как работи функцията

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21. Тел: 02/ 9154 211, Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

Diascan, е упоменато измерване на проводимостта на диализната течност. Никъде не е посочено, че се измерва хидравлично налягане.

7. По точка двадесет и втора „Онлайн хелп бутон, който осигурява възможност за обясняване на функцията на всяка една икона и функция на български език“ е посочено, че отговаря на изискването. За референция е посочена страница А20 от Ръководство на оператора. На приложената страница А20 от ръководството, в подточка 1.2.2 – *Отговорност и отказ от права* е написано, че „Baxter не поема каквато и да е отговорност за употребата на принадлежности и консумативи, различни от посочените в това ръководство, или ако посочена принадлежност или консуматив не се използва в съответствие с това ръководство, онлайн инструкциите и инструкциите за употреба, придружаващи принадлежностите и консумативите“ Никъде не е посочено наличие на онлайн хелп бутон, който осигурява възможност за обясняване на функцията на всяка една икона и функция на български език.

8. По точка двадесет и трета „Режим стендбай, при който разхода на електроенергия се свежда до минимум, а разхода на вода и концентрат до 0 мл/мин“ е посочено, че отговаря на изискването. За референция са посочени страници А60-61 и А71 от Ръководство на оператора. На приложените страници е посочен „бутон за отклоняване на течността“, като в подточка 3.4.21 е описано, че „бутонът байпас течност се използва зъ ръчно байпасиране на диализната течност от диализатора“. Никъде не е посочено наличие на режим стендбай.

9. По точка двадесет и шеста „Вентил за проби“ е посочено, че отговаря на изискването. За референция е посочен „Каталог кръвни линии“. В приложения каталог нкъде не е посочено наличието на вентил за проби.

С оглед на така изложеното и на основание чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП отстранявам от по - нататъшно участие в процедурата участника „Марвена Диагностика“ ЕООД - вх. №1776-ОП/19.05.2020 г., поради обстоятелството, че представеното от него Предложение за изпълнение на поръчката не съответства на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация от одобрената Документация за участие.

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21. Тел./02/ 9154 211 : Факс./02/ 951 6268. E-mail: pirogov@pirogov.bg

II. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, във връзка с § 131, ал. 2 от Преходните и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до участниците в процедурата.

III. На основание чл. 36а от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, настоящото решение да се публикува в профила на купувача при условията на чл. 36а, ал.3 от ЗОП.

IV. На основание чл. 36а, ал.1, т.5 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП, протоколите и докладът на комисията да се публикуват в профила на купувача, при условията на чл. 36а, ал.3 от ЗОП.

Адрес на Профила на купувача: <https://pirogov.nit.bg/obshhestveniporchki/dializni-aparati-2020/dokumentacziya-za-uchastie.html>

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в 30-дневен срок след сключване на договора, да бъде изпратено за публикуване обявление за възлагане на обществена поръчка.

V. Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 196 - 199 от ЗОП - от всеки заинтересован участник пред Комисията за защита на конкуренцията, в 10- дневен срок от получаването му.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисия за защита на конкуренцията; адрес: гр. София, бул. Витоша № 18; електронна поща: crcadmin@crc.bg; интернет адрес: <http://www.crc.bu>.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

на „УМ

заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.