

ПРОТОКОЛ

Днес, 28.05.2020 г., в 11,00 часа, в административната сграда, на ет.2 на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД, гр. София 1606, бул. “Тотлебен” № 21, се проведе заседание на Комисията назначена със Заповед № РД-26-1004/28.05.2020 г., издадена от Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД проф. д-р Асен Балтов, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА, СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД“, открита с Решение № РД-26-866/24.04.2020г. на Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД, Комисията съгласно цитираната заповед е в следния състав:

Председател:

Адв. Ваня Толева – правоспособен юрист

Членове:

1. Христина Лекова – отдел „ Обществени поръчки“;
2. Николай Маринов- юрисконсулт;

На заседанието на комисията присъстваха всички нейни членове.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава, правилата за работа на комисията и правата на членовете ѝ по чл. 52 от ППЗОП.

В определения в документацията срок за получаване на оферти са получени 2 /две/ оферти. Офертите се предадоха на председателя на комисията с протокол по чл.48, ал. 6 от ППЗОП. Протоколът се подписа от предаващото лице и от председателя на комисията.

Комисията констатира, че подадените оферти са представени в указания от Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, като към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за подаване на оферти не са регистрирани чакащи лица. Приемането на офертите е регистрирано в регистъра при отдел Обществени поръчки на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД, като върху опаковката на всяка е отбелязан входящ номер, датата и часа на получаването. Офертата е представена в запечатан, непрозрачна опаковка и с ненарушена цялост. Върху опаковката участникът е посочил необходимата информация, изискуема от Възложителя.

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 : Факс:/02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

Председателят на комисията, оповести участниците, съгласно Входящия регистър на подадените оферти, а именно:

№	Вх.№	Дата и час	Участник
1	1783	27.05.2020г.,12,54 ч.	„НОВОМЕД“ ООД- ЗА ОП 1
2	1785	27.05.2020г.,14,40 ч	„Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД- ЗА ОП 1, ОП 2 и ОП 3

След като се запознах с протокола по чл.48, ал. 6 от ППЗОП и описаните в него участници, членовете на комисията попълниха декларации в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. Нито един от членовете на комисията не си направи самоотвод.

На публичното отваряне на офертите няма присъстващи и представители на дружествата подали оферти. Не присъстват представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията пристъпи към отварянето на опаковките по реда на постъпване на офертите, съгласно входящия регистър, проверка и оповестяване на съдържанието им.

„НОВОМЕД“ ООД- ЗА ОП 1

Участника участва за ОП1. Комисията повторно констатира, че участникът е депозирал оферта в запечатана,непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отварянето на опаковката и проверка на съдържанието ѝ. Комисията установи наличието на отделни запечатани пликове за всяка от обособените позиции с надпис: „Предлагани ценови параметри“.

Членовете на Комисията подписаха всяка страница от техническото предложение на участника. Членовете на комисията подписаха плика „Предлагани ценови параметри.“

„Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД за ОП1, ОП2 и за ОП 3

Участва за ОП1, ОП2 и за ОП 3. Комисията повторно констатира, че участникът е депозирал оферта в запечатана,непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отварянето на опаковката и проверка на съдържанието ѝ.

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:/02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

Комисията установи наличието на отделни запечатани пликове за всяка от обособените позиции с надпис: „Предлагани ценови параметри“.

Членовете на Комисията подписаха всяка страница от техническото предложение на участника. Членовете на комисията подписаха плика „Предлагани ценови параметри за всяка от обособените позиции.

С описаните действия публичната част на заседанието завърши и комисията продължи своята работа в закрито заседание.

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията разгледа представените от участниците документи за установяване на съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя.

„НОВОМЕД“ ООД- ЗА ОП 1

Комисията констатира, че участникът е представил надлежно изготвени документи /на хартиен носител - Опис на представените документи, одобрените от Възложителя образци/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово подписан пакета документи за участие в процедурата.

Видно от представените документи, участникът отговаря на изискванията на възложителя за лично състояние и критерии за подбор.

Комисията реши: допуска до по-нататъшно участие участника.

„Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД за ОП1, ОП2 и за ОП 3

Комисията констатира, че участникът е представил надлежно изготвени документи /на хартиен носител - Опис на представените документи, одобрените от Възложителя образци/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово подписан пакета документи за участие в процедурата.

Видно от представените документи, участникът отговаря на изискванията на възложителя за лично състояние и критерии за подбор.

Комисията реши: допуска до по-нататъшно участие участника.

Председателят на Комисията закри заседанието и насрочи ново, което да се проведе на 10.06.2020 г. от 10,00 ч.

На 10.06.2020 г. от 10,00 ч, Комисията в пълен състав продължи дейността си.

На основание чл.56,ал.2 от ППЗОП, Комисията продължи своята дейност по разглеждане и проверка за съответствие с изискванията на документацията на техническото предложение на участниците.

„НОВОМЕД” ООД- ЗА ОП 1

За Обособена позиция 1

В одобрената от Възложителя документация, раздел ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, Възложителят е изискал, медицинската апаратура от ОП1, подпозиция 1.1. да отговаря на следните изисквания:

Радиочестотен биполярен генератор за лигиране и рязане на кръвоносни и лимфни съдове, и връзки:

- Максимално допустими размери до: ш. 400 мм x д. 360 мм x в. 110 мм
- Тегло: < 8000 гр.
- Изходна мощност: двуйдрен, 2 x 150 W
- Честота на работа: 460 kHz
- С вградена функция за непрекъснато мониториране състоянието на тъканта в реално време
- С функция за автоматично определяне на количеството енергия и времето на активация
- С функция за автоматично разпознаване на свързания инструмент
- С вграден информационен дисплей
- С аудиовизуална сигнализация
- Функционален тест
- Изходи: за свързване на инструмент, за свързване на крачен педал и за захранващ кабел
- Да включва захранващ кабел - 1 бр

В техническото предложение, участника е посочил, че съответствието на предлаганата мед. Апаратура с заложените в техническата спецификация изисквания се доказват от приложена Брошура ARC 350, стр.100.

При направен преглед членовете на Комисията констатираха, че дадените показатели на стр.10 от Брошура ARC 350 са налице следните различия от техническата спецификация на Възложителя, а именно:

Максимално допустимите размери съгласно техн. спецификация са: до: ш. 400 мм x д. 360 мм x в. 110 мм.

Участникът е оферирал ш. 400 мм x д. 360 мм x в. 110 мм.

Ш.430, в.180, д. 478;

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за тегло, което да е по малко от 8000 гр.

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за мощност, като участникът предлага мощност 2x 400 W, вместо изискваните от Възложителя 2 x 150 W.

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за Честота на работа, като участникът предлага : 350 kHz, вместо изискването на Възложителя Честота на работа: 460 kHz.

От подпозиция 2

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за работна дължина, като участникът е предложил 275 мм, вместо изискваната от Възложителя 240 мм;

София 1606, р-н „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:/02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за дължина на лигиране, на рязане и сила на натиск, като участникът е предложил дължина на лигиране 18 мм, вместо изискването за повече от 26 мм, на рязане -15 мм, вместо изискваните повече от 23 мм, сила на натиск –няма данни, а изискването от Възложителя е 100-200N

От подпозиция 3

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за работна дължина, като участникът не е предложил, изискваната от Възложителя е 360 мм;

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за непрекъснатата ротация на шафта на 360 градуса, а участникът не е заявил такава.

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за дължина на лигиране, на рязане и сила на натиск, като участникът е предложил дължина на лигиране 16,5 мм, вместо изискването за повече от 26,5 мм, на рязане –не е заявено, вместо изискването за 23,5, сила на натиск –няма данни, а изискването от Възложителя е 100-220N

От изложеното Комисията прави извод, че предлаганата медицинска апаратура не отговаря на техническите изисквания заложиени от Възложителя

Комисията реши: отстранява участника на основание чл.107, т.2, б.“а”, поради следните мотиви:

Техническо предложение от участника, съдържа параметри на предлаганата медицинска апаратура в отклонение с зададените такива в техническата спецификация, както следва:

В одобрената от Възложителя документация, раздел ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, Възложителят е изискал, медицинската апаратура от ОП1, подпозиция 1.1. да отговаря на следните изисквания:

Радиочестотен биполярен генератор за лигиране и рязане на кръвоносни и лимфни съдове, и връзки:

- Максимално допустими размери до: ш. 400 мм х д. 360 мм х в. 110 мм
- Тегло: < 8000 гр.
- Изходна мощност: двуйдрен, 2 x 150 W
- Честота на работа: 460 kHz
- С вградена функция за непрекъснато мониториране състоянието на тъканта в реално време
- С функция за автоматично определяне на количеството енергия и времето на активация
- С функция за автоматично разпознаване на свързания инструмент
- С вграден информационен дисплей
- С аудиовизуална сигнализация
- Функционален тест
- Изходи: за свързване на инструмент, за свързване на крачен педал и за захранващ кабел
- Да включва захранващ кабел - 1 бр

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:/02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

В техническото предложение, участника е посочил, че съответствието на предлаганата мед. Апаратура с заложените в техническата спецификация изисквания се доказват от приложена Брошура ARC 350, стр.100.

При направен преглед членовете на Комисията констатираха, че дадените показатели на стр.10 от Брошура ARC 350 са налице следните различия от техническата спецификация на Възложителя, а именно:

Максимално допустимите размери съгласно техн. спецификация са: до: ш. 400 мм х д. 360 мм х в. 110 мм.

Участникът е оферирал ш. 400 мм х д. 360 мм х в. 110 мм.

Ш.430, в.180, д. 478;

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за тегло, което да е по малко от 8000 гр.

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за мощност, като участникът предлага мощност 2x 400 W, вместо изискваните от Възложителя 2 x 150 W.

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за Честота на работа, като участникът предлага : 350 kHz, вместо изискването на Възложителя Честота на работа: 460 kHz.

От подпозиция 2

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за работна дължина, като участникът е предложил 275 мм, вместо изискваната от Възложителя 240 мм;

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за дължина на лигиране, на рязане и сила на натиск, като участникът е предложил дължина на лигиране 18 мм, вместо изискването за повече от 26 мм, на рязане -15 мм, вместо изискваните повече от 23 мм, сила на натиск –няма данни, а изискването от Възложителя е 100-200N

От подпозиция 3

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за работна дължина, като участникът не е предложил, изискваната от Възложителя е 360 мм;

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за непрекъсната ротация на шафта на 360 градуса, а участникът не е заявил такава.

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за дължина на лигиране, на рязане и сила на натиск, като участникът е предложил дължина на лигиране 16,5 мм, вместо изискването за повече от 26,5 мм, на рязане –не е заявено, вместо изискването за 23,5, сила на натиск –няма данни, а изискването от Възложителя е 100-220N

„Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД за ОП1, ОП2 и за ОП 3

За Обособена позиция 1

При направена обстойна проверка на техническото предложение на участника, Комисията установи, че за ОП1, техническото предложение съдържа всички изискуеми от Възложителя документи. Участникът е изготвил техническо предложение, съобразно изискванията на Възложителя.

София 1606, р-н „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:/02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

Комисията реши: допуска участника до следващ етап, а именно: разглеждане на ценовите предложения.

За обособена позиция2

При направена обстойна проверка на техническото предложение на участника, Комисията установи, че за ОП2, техническото предложение съдържа всички изискуеми от Възложителя документи. Участникът е изготвил техническо предложение, съобразно изискванията на Възложителя.

Комисията реши: допуска участника до следващ етап, а именно: разглеждане на ценовите предложения.

За обособена позиция3

При направена обстойна проверка на техническото предложение на участника, Комисията установи, че за ОП3, техническото предложение съдържа всички изискуеми от Възложителя документи. Участникът е изготвил техническо предложение, съобразно изискванията на Възложителя.

Комисията реши: допуска участника до следващ етап, а именно: разглеждане на ценовите предложения.

С приключване на описаните действия закритото заседание на комисията завърши.

Председателя на Комисията насрочи открито заседание на което да се оповестят ценовите предложения, което да се проведе на 22.06.2020 г. от 10,30 ч. в Клиника по токсикология, 3 етаж, отдел „Обществени поръчки” при “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД, гр. София 1606, бул. “Тотлебен” № 21.

На 22.06.2020 г. от 10,30 ч. в Клиника по токсикология, 3 етаж, отдел „Обществени поръчки”, Комисията в пълен състав, продължи своята дейност по оповестяване, проверка и оценка на ценовото предложение на допуснатия участник.

На публичното заседание не присъстват представители на участниците. Председателят на Комисията оповести отстраненият участник за Обособена позиция 1 - „НОВОМЕД” ООД .

Комисията отвори плик „Предлагани ценови параметри „ на допуснатия до този етап участник- „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД и оповести предложената цена, за обособена позиция 1 – 23 048,18 лв без ДДС или 27 657,81 лв с ДДС .

За обособена позиция 2- 11 500 лв без ДДС или 13 800 лв с ДДС .

За обособена позиция 3- 15 451,82 лв без ДДС или 18 542,19 лв с ДДС .

С извършване на описаните по-горе действия, Председателят на комисията закри публичното заседание и насрочи ново, което да се проведе на 10.08.2020 г. от 10,00ч.

На 10.08.2020 г. от 10,00ч. , Комисията в пълен състав продължи своята работа.

Съгласно одобрената от Възложителя документация, Икономически най-изгодната оферта ще се определи въз основа и при използване на критерий «най-ниска цена»

Предложената от участника цена за трите обособени позиции не надвишава определената от Възложителя прогнозна стойност и за двете обособени позиции.

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:/02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

Водени от изложеното по-горе, членовете на Комисията предлагат:

За обособена позиция 1 на първо място да бъде класиран участника „Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ с оферта вх. 1785-ОП от 27.05.2020 г. 14,40 ч, който да бъде и избран за изпълнител на обществената поръчка;

отстранени участници за обособена позиция 1:

участника „НОВОМЕД“ ООД с оферта вх. 1783-ОП от 27.05.2020 г., 12,54 ч. да бъде отстранен на основание чл.107, т.2, Б."А" от ЗОП, със следните мотиви:

Техническо предложение от участника, съдържа параметри на предлаганата медицинска апаратура в отклонение с зададените такива в техническата спецификация, както следва:

В одобрената от Възложителя документация, раздел ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, Възложителят е изискал, медицинската апаратура от ОП1, подпозиция 1.1. да отговаря на следните изисквания:

Радиочестотен биполярен генератор за лигиране и рязане на кръвоносни и лимфни съдове, и връзки:

- Максимално допустими размери до: ш. 400 мм х д. 360 мм х в. 110 мм
- Тегло: < 8000 гр.
- Изходна мощност: двудрен, 2 x 150 W
- Честота на работа: 460 kHz
- С вградена функция за непрекъснато мониториране състоянието на тъканта в реално време
- С функция за автоматично определяне на количеството енергия и времето на активация
- С функция за автоматично разпознаване на свързания инструмент
- С вграден информационен дисплей
- С аудиовизуална сигнализация
- Функционален тест
- Изходи: за свързване на инструмент, за свързване на крачен педал и за захранващ кабел
- Да включва захранващ кабел - 1 бр

В техническото предложение, участника е посочил, че съответствието на предлаганата мед. Апаратура с заложените в техническата спецификация изисквания се доказват от приложена Брошура ARC 350, стр.100.

При направен преглед членовете на Комисията констатираха, че дадените показатели на стр.10 от Брошура ARC 350 са налице следните различия от техническата спецификация на Възложителя, а именно:

Максимално допустимите размери съгласно техн. спецификация са: до: ш. 400 мм х д. 360 мм х в. 110 мм.

Участникът е оферирал ш. 400 мм х д. 360 мм х в. 110 мм.

Ш.430, в.180, д. 478;

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за тегло, което да е по малко от 8000 гр.

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за мощност, като участникът предлага мощност 2x 400 W, вместо изискваните от Възложителя 2 x 150 W.

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: /02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за Честота на работа, като участникът предлага : 350 kHz, вместо изискването на Възложителя Честота на работа: 460 kHz.

От подпозиция 2

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за работна дължина, като участникът е предложил 275 мм, вместо изискваната от Възложителя 240 мм;

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за дължина на лигиране, на рязане и сила на натиск, като участникът е предложил дължина на лигиране 18 мм, вместо изискването за повече от 26 мм, на рязане -15 мм, вместо изискваните повече от 23 мм, сила на натиск -няма данни, а изискването от Възложителя е 100-200N

От подпозиция 3

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за работна дължина, като участникът не е предложил, изискваната от Възложителя е 360 мм;

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за непрекъснатата ротация на shaft на 360 градуса, а участникът не е заявил такава.

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за дължина на лигиране, на рязане и сила на натиск, като участникът е предложил дължина на лигиране 16,5 мм, вместо изискването за повече от 26,5 мм, на рязане -не е заявено, вместо изискването за 23,5, сила на натиск -няма данни, а изискването от Възложителя е 100-220N

За обособена позиция 2

на първо място да бъде класиран участника „Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ с оферта вх. 1785-ОП от 27.05.2020 г. 14,40 ч, който да бъде и избран за изпълнител на обществената поръчка;

отстранени участници **НЯМА.**

За обособена позиция 3

на първо място да бъде класиран участника „Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ с оферта вх. 1785-ОП от 27.05.2020 г. 14,40 ч, който да бъде и избран за изпълнител на обществената поръчка;

отстранени участници **НЯМА.**

С направените предложения Комисията приключи работата по разглеждане, оценяване и класиране на офертите на 10.08.2020 г. в 13,30 ч.

София 1606, р-н „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:/02/ 951 6268, Е-mail: pirogov@pirogov.bg

Настоящият представлява цялостният и окончателен Протокол на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА, СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД“, открита с Решение № РД-26-866/24.04.2020г. на Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД.

Настоящият протокол е съставен на 10.08.2020 г.

Комисията приключи работата си и състави технически настоящия протокол на 10.08.2020 г., в 13,30 ч.

Особено мнение от членовете на комисията не бе изказано.

Подписали протокола:

Пр

Ад

Чл

1. У

2. Е

заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.