

РЕШЕНИЕ№ РД-26-1379 10.08.2020г.

На основание чл.22, ал.1, т.6 и чл. 106, ал. 6 от ЗОП, във връзка с чл.108, т.1 от ЗОП за резултатите, отразени в Доклад с вх. № РД-41-707 / 10.08.20 и Протокол от 28.05.2020 г технически завършен на 10.08.2020 г., от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-26-1004/28.05.2020 г., издадена от Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД проф. д-р Асен Балтов, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в обществена поръчка с предмет: **„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА, СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД“**, открита с Решение № РД-26-866/24.04.2020г. на Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането на участниците в горе цитираната процедура за обособена позиция 1, както следва:

на първо място участника „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” с оферта вх. 1785-ОП от 27.05.2020 г. **14,40 ч**

II. ОПРЕДЕЛЯМ: за изпълнител на договора, участника класиран на първо място- „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” с оферта вх. 1785-ОП от 27.05.2020 г. **14,40 ч.**

III. ОТСТРАНЕНИ от процедурата участници:

участника „НОВОМЕД” ООД с оферта вх. 1783-ОП от 27.05.2020 г., **12,54 ч.**, отстранен на основание чл.107, т.2, Б. “А” от ЗОП, със следните мотиви:

Техническо предложение от участника, съдържа параметри на предлаганата медицинска апаратура в отклонение с зададените такива в техническата спецификация, както следва:

В одобрената от Възложителя документация, раздел **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**, Възложителят е изискал, медицинската апаратура от ОП1, подпозиция 1.1. да отговаря на следните изисквания:

Радиочестотен биполярен генератор за лигиране и рязане на кръвоносни и лимфни съдове, и връзки:

- Максимално допустими размери до: ш. 400 мм х д. 360 мм х в. 110 мм
- Тегло: < 8000 гр.
- Изходна мощност: двуйдрен, 2 x 150 W
- Честота на работа: 460 kHz
- С вградена функция за непрекъснато мониториране състоянието на тъканта в реално време
- С функция за автоматично определяне на количеството енергия и времето на активация
- С функция за автоматично разпознаване на свързания инструмент

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:/02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

- С вграден информационен дисплей
- С аудиовизуална сигнализация
- Функционален тест
- Изходи: за свързване на инструмент, за свързване на крачен педал и за захранващ кабел
- Да включва захранващ кабел - 1 бр

В техническото предложение, участника е посочил, че съответствието на предлаганата мед. Апаратура с заложените в техническата спецификация изисквания се доказват от приложена Брошура ARC 350, стр.100.

При направен преглед членовете на Комисията констатираха, че дадените показатели на стр.10 от Брошура ARC 350 са налице следните различия от техническата спецификация на Възложителя, а именно:

Максимално допустимите размери съгласно техн. спецификация са: до: ш. 400 мм х д. 360 мм х в. 110 мм.

Участникът е оферира ш. 400 мм х д. 360 мм х в. 110 мм.

Ш.430, в.180, д. 478;

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за тегло, което да е по малко от 8000 гр.

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за мощност, като участникът предлага мощност 2x 400 W, вместо изискваните от Възложителя 2 x 150 W.

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за Честота на работа, като участникът предлага : 350 kHz, вместо изискването на Възложителя Честота на работа: 460 kHz.

От подпозиция 2

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за работна дължина, като участникът е предложил 275 мм, вместо изискваната от Възложителя 240 мм;

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за дължина на лигиране, на рязане и сила на натиск, като участникът е предложил дължина на лигиране 18 мм, вместо изискването за повече от 26 мм, на рязане -15 мм, вместо изискваните повече от 23 мм, сила на натиск –няма данни, а изискването от Възложителя е 100-200N

От подпозиция 3

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за работна дължина, като участникът не е предложил, изискваната от Възложителя е 360 мм;

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за непрекъснатата ротация на шафта на 360 градуса, а участникът не е заявил такава.

Медицинската апаратура не отговаря на изискването за дължина на лигиране, на рязане и сила на натиск, като участникът е предложил дължина на лигиране 16,5 мм, вместо изискването за повече от 26,5 мм, на рязане –не е заявено, вместо изискването за 23,5, сила на натиск –няма данни, а изискването от Възложителя е 100-220N

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисия за защита на конкуренцията; адрес: гр. София, бул. Витоша № 18; електронна поща: срсadmin@срс.bg; интернет адрес: <http://www.cpc.bu>.

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268. E-mail: pirogov@pirogov.bg

Срок за подаване на жалби- десет дневен, считано от получаване на решението и съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

ВЪЗЛОЖ

заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.