УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

София, бул. "Тотлебен" № 21

ДОГОВОР

№ 2017 - 228

Днес 01.08.2017 г., между

1./ **"Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Н.И.Пирогов" ЕАД**, ЕИК 130345786, представлявано от Проф. д-р Асен Балтов – изпълнителен директор, с адрес: София 1606, бул. "Тотлебен" №21, тел: 02/9154211, наричано по-долу за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна

и

2/. **"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД**, ЕИК 103267194, със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, ул."Лъчезар Станчев" №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А", ет. 12, тел.: 02/ 8 133 660, представлявано от Димитър Георгиев Димитров - изпълнителен директор, IBAN: BG97RZBB91551064010532, BIC: RZBBBGSF, наричано за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга

на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и във връзка с Решение № РД-26-1267/20.07.2017 г. на изпълнителния директор на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" – ЕАД за класиране на участниците и за определяне на изпълнител на обществената поръчка с обект: Закупуване на апаратура за Клиниката по образна диагностика, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Изпълнителят продава на Възложителя медицинско оборудване, наричано по-долу СТОКА, подробно описано по вид, количество и единична цена в Приложение №1, явяващо се неразделна част от настоящия договор.

(2) Възложителят отправя писмена заявка за доставка в срок от 10 /десет/ календарни дни от подписването на настоящия договор.

(3) С прехвърляне правото на собственост и фактическото му предаване от страна на Изпълнителя на Възложителя, рискът от погиване на оборудването преминава върху Възложителя, за което страните подписват приемно-предавателен протокол.

Чл. 2. Договорът се сключва за срок от 6 /шест/ календарни месеца.

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

за гаранционен срок и др.) и подписан от него списък на същото, с пълно описание на техническите му характеристики и окомплектовка.

(4) За монтажа, пускането в експлоатация на стоката и обучението на персонала се съставя и подписва протокол от упълномощени представители на двете страни.

(5) При пускане в експлоатация /получаване на лиценз от АЯР/ Изпълнителят е длъжен да представи протокол за пускане в експлоатация, придружен от гаранционна карта

Чл. 7. (1) При предаване на стоката Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата време за разглеждането й за недостатъци.

(2) Рекламации по количеството на доставената стока могат да се правят в момента на подписване на приемо-предавателния протокол.

(3) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в петдневен срок от откриването им.

(4) В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на оборудването от контролна организация, в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол.

VI. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ

Чл. 8. (1) Изпълнителят отговаря за недостатъците на продадената стока, които намаляват съществено нейната цена или годност за употреба и не са били съобщени на Възложителя съгласно настоящия договор.

(2) В случаите по предходната алинея Възложителят разполага с някое от следните права:

1. да върне стоката и да поиска обратно сумата, която е дал до момента заедно с разноските за продажбата;

2. да задържи стоката и да поиска намаляване на цената;

3. да поиска да му бъде предадена стока без недостатъци в замяна на това, което е получил с недостатъци.

(3) Независимо от правомощията си по ал. 2 Възложителят може да иска и неустойка за претърпените вреди в размер на 5 (пет) % от стойността на доставените стоки.

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

Чл. 11. (1) Изпълнителят гарантира нормалното функциониране на оборудването, описано в спецификацията при спазване на условията, описани в гаранционната карта.

(2) Изпълнителят не отговаря за повреди и отклонения от качеството на оборудването, възникнали в следствие на неправилна употреба и експлоатация от страна на Възложителя.

Чл. 12. (1) Заявката на Възложителя за отстраняване на възникнала повреда на оборуването се прави по телефон или писмено по факс.

(2) Заявката трябва да съдържа информация за: повредата, часа и датата, когато е констатирана и вероятния характер на повредата.

Чл. 13. Изпълнителят се задължава в срок до 8 /осем/ часа от съобщаване на проблема при нужда от явяване на сервизен специалист на място и до 2 /два/ работни часа дистанционно след получаване на заявката да изпрати свой специалист/и, който да констатира повредата.

Чл. 14. (1) Срокът за отстраняване на повредата е до 24 /двадесет и четири/ часа след извършване на диагностиката и констатиране на проблема, ако няма необходимост от доставка на резервна част, и до 5 /пет/ работни дни, ако има необходимост от доставка на резервна част, след извършване на диагностиката и констатиране на проблема, а ако е необходим по-дълъг срок той се определя в двустранен протокол за предаване на оборудването за ремонт.

(2) В случай че определеният в протокола по ал. 1 срок е по-дълъг от 30 /тридесет/ календарни дни, Изпълнителят предоставя за временно ползване (до отстраняване на повредата) функционално еквивалентно оборотно устройство от същия вид и качество.

(3) Когато е необходим ремонт в сервиз на Изпълнителя, транспортът на оборудването до сервиза и обратно е за сметка на Изпълнителя.

(4) Максималната продължителност на прекратяване на работа на оборудването поради повреди или профилактика следва да бъде по-малко от двеста и четиридесет (240) часа годишно. В случай, че това време превиши 240 часа, гаранционния срок(или сервизното обслужване) ще бъдат удължени с толкова, колкото часа над определените оборудването не е работило.

Чл. 15. В случай, че се установят скрити недостатъци, за които Изпълнителят е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или замени некачественото оборудване, устройство или част с ново/и със същите или по-добри

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

Чл. 23. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 24. Неразделна част от настоящия договор е/са:

Приложение № 1 – подробно техническо описание на стоката, предмет на настоящия договор.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните, всеки от който има силата на оригинал.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

Проф. д-р Асен Балтов, д.м.

Изпълнителен директор

ИЗПЪЛНИТЕЛ: чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

Съгласували:

Анна Григорова: _

Гл. счетоводител чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

Петър Найденов: _

Гл. юрисконсулт

Изготвили: чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

Началник отдел „Обществени поръчки": Христина Лекова

Юрисконсулт: Николета Ав чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

harma trading

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
ЗАКУПУВАНЕ НА АПАРАТУРА ЗА КЛИНИКА ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

От „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД

ЕИК 103267194, представлявано от Зорница Бойкова Спасова – Търговски представител – Образна диагностика и Пълномощник, съгласно пълномощно № 6535/ 16.12.2016 г., на Любка Сотирова – Нотариус с район на действие Р.С. София, рег. № 400 на Нотариалната камара

Уважаеми дами и господа,

Декларираме, че сме получили документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения.

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие, ние удостоверяваме, че представлявания от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата.

Предлаганите от нас изделия отговарят на ЗМИ, БДС, Европейските стандарти за качество или еквивалентни и ще бъдат придружени със съответните гаранционни карти и сертификати.

Ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в обстоятелствата, свързани с изпълнението на доставката, на всеки етап от изпълнението на договора. Разбираме и приемаме, че всяка представена от нас неточна или непълна информация, може да доведе до нашето изключване от участие в настоящата обществена поръчка.

Нашето предложение е, както следва:

1. Доставка на АПАРАТУРА ЗА КЛИНИКА ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА, 32-срезов компютърен томограф модел Optima CT520, производство на GE Hangwei Medical Systems Co. Ltd., и Ултразвукова система модел Logiq V2, производство на GE Medical Systems (China) Co. Ltd.
2. Прилагаме сравнителна таблица без цени, съдържаща пълно описание на предлаганата от нас апаратура/оборудване за установяване на съответствие с изискванията на възложителя, както и сравнителна таблица за доказване техническите показатели от критериите за оценка на офертите.
3. Прилагаме каталози, техническа документация, сертификати, декларации и др. приложими документи по наше усмотрение, на български език, изрично и красноречиво доказващи предложените параметри и тяхното съответствие със заложените от възложителя в спецификацията.
4. Декларираме, че след монтажа на апаратурата (оборудването) ще бъдат проведени приемателни изпитания.
5. Декларираме, че след въвеждане в експлоатация на апаратурата/оборудването ще бъде проведено обучение за работа с нея на посочен от бенефициента персонал.
6. Предложената от нас апаратура е фабрично нова, не [illegible] рециклирана.
7. Всички части на устройствата са нови, без дефекти и не
8. Срок на доставка: 90 /деветдесет/ дни.

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

phone:
fax:
www.sopharmatrading.bg

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

9. Срок на въвеждане в експлоатация: : до 14 /четиринадесет/ дни, след получаване на всички необходими разрешения за монтаж и пускане в експлоатация на апаратура с йонизиращо лъчение, предоставени от страна на Възложителя.
10. Гаранционен срок на оборудването: 12 /дванадесет/ месеца.
11. Време за реакция при повикване: до 8 /осем/ часа от съобщаване на проблема при нужда от явяване на сервизен специалист на място и до 2 /два/ работни часа дистанционно.
12. Време за отстраняване на повреда: до 24 /двадесет и четири/ часа след извършване на диагностиката и констатиране на проблема ако няма необходимост от доставка на резервна част и до 5 /пет/ работни дни ако има необходимост от доставка на резервна част.
13. Съгласни сме с определения от Възложителя срок и начин на плащане, а именно: в български лева, по банков път, по следната схема:

- Авансово плащане - в размер на 50 % /петдесет на сто/ от общата стойност на договора до 5 /пет/ работни дни след отправена писмена заявка.
- 30 % /тридесет на сто/ от стойността на договора – се заплаща до тридесет дни след доставка на стоката
- 20 % /двадесет на сто/ от стойността на договора – се заплаща до тридесет дни след лицензиране в АЯР, обучение на персонала и пускане в експлоатация на оборудването, по следната банкова сметка: IBAN: BG97 RZBB 9155 1064 0105 32; BIC: RZBBBGSF; РайфайзенБАНК.

14. Декларирам, че сме запознати и съгласни, че всяко уведомление и искане, отправено от възложителя до участника ще бъде считано за редовно връчено, когато е изпратено на посочения от нас e-mail или факс.

При така предложените от нас условия, потвърждаваме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с направената от нас оферта.

Предложенията ни са обвързващи за нас и остават непроменяеми до изтичане срока на валидност на офертата, както и при евентуално сключване на договор за изпълнение – за целия срок на неговото действие.

Дата
Име и фамилия
Подпис

27/ 06/ 2017 г.
Зорница Спасова

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

phone:
fax:
www.sopharmatrading.bg

равнителна таблица за доказване на техническите показатели за установяване на съответствие с изискванията на възложителя

№ р	Минимални задължителни работни характеристики и функционални изисквания към предлаганата апаратура	Конкретно предложение на участника / описват се детайлно всички параметри и характеритики, които се предлагат от участника/	Съответствие ДА/НЕ /съответствието се определя от участника, като задължително следва да има препратки, в т.ч номер на документа, към каталози, брошури, протоколи, техническа информация и др., доказващи съответсвието/
	32 - срезов спирален компютърен томограф		
1	ятри:		
1	ятри с дизайн и параметри, позволяващи улеснен достъп до циента за извършване на живото-поддържащи и/или зазивни процедури при КТ – дълбочина на гентрито (от предния до задния капак) < 110 см.	Дълбочина на гентрито (от предния до задния капак) – 104,4 см.	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 25 от английски текст Стр. 52 от български текст
1,2	Отвор на гентрито: ≥ 70 см.	Отвор на гентрито - 70 см.	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 8 от английски текст Стр.35 от български текст
1,3	Физически наклон на гентрито: ±30°	Физически наклон на гентрито: ±30°	ДА - №1, Каталог на производителя Стр.8 от английски текст Стр.35 от български текст
1,4	Разстояние фокус - детектор: < 105 см.	Разстояние фокус - детектор: 94,9 см.	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 11 от английски текст Стр. 38 от български текст
1,5	Вграден дисплей на гентрито, показващ параметрите на сканиране	Вграден дисплей на гентрито, показващ параметрите на сканиране – Xtream Display	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 5 от английски текст Стр. 32 от български текст
1,6	Наличие на бутони за бързо позициониране на пациента	Наличие на бутони за бързо позициониране на пациента – Default Patient Positioning (DPP)	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 5 от английски текст Стр.32 от български текст
2	Пациентна маса:		
2,1	Обхват на сканиране ≥ 160 см.	Обхват на сканиране - 160 см.	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 11 от английски текст Стр. 38 от български текст
2,2	Максимална товароносимост на масата: ≥ 205 кг.	Максимална товароносимост на масата - 205 кг.	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 11 от английски текст Стр. 38 от български текст
2,3	Точност на позициониране при максимално натоварване ±0,25 мм.	Точност ±0,25 мм	ране при максимално натоварване	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 11 от английски текст Стр.38 от български текст
2,4	Аксесоар - - -	Аксесоа - - -	ниране и обездвижване на пациента циентния плот ксиране а и ръце	ДА - №2, Каталог на производителя Стр. 13,14 от английски текст Стр. 28,29 от български текст

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

Зорница Спасова
27.06.2017г.

	Генератор:		
	Номинална мощност: > 50 kW;	Номинална мощност : 53.2 kW;	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 12 от английски текст Стр. 39 от български текст
	Обхват на kV: ≥ 90 ÷ 130 kV;	Обхват на kV: 80 ÷ 140 kV;	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 12 от английски текст Стр. 39 от български текст
	Обхват на mA: ≥ 20 ÷ 320 mA	Обхват на mA: 10 ÷ 350 mA	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 12 от английски текст Стр. 39 от български текст
	Рентгенова тръба:		
	Двуфокусна (съгласно IEC 60 336:2005)	Двуфокусна (съгласно IEC 60 336:2005)	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 12 от английски текст Стр. 39 от български текст
4,2	Максимална площ на фокусите: малък фокус < 0.75 мм2 голям фокус < 2.25 мм2	малък фокус : 0.4 mm2 (0.8 mm x 0.5 mm) голям фокус : 1.10 мм2 (1.1 mm x 1.0 mm)	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 12 от английски текст Стр. 39 от български текст
4,3	Топлинен капацитет на рентгеновата тръба: ≥ 6 MHU	Топлинен капацитет на рентгеновата тръба: 6.98 MHU	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 12 от английски текст Стр. 39 от български текст
4,4	Топлинно разсейване на анода ≥ 800 kHU/min	Топлинно разсейване на анода: 820 kHU/min	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 12 от английски текст Стр. 39 от български текст
5	Детекторна система:		
5,1	Твърдотелна детекторна система	Твърдотелна детекторна система – HiLight Scintillator	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 13 от английски текст Стр. 40 от български текст
5,2	Брой физически детекторни редове: ≥ 24	Брой физически детекторни редове: 24	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 13 от английски текст Стр. 40 от български текст
5,3	Брой физически детекторни елементи във всяка детекторна редица: да се посочи	Брой физически детекторни елементи във всяка детекторна редица: 912 броя (21 888 общ брой елементи/ 24 реда = 912 броя елементи на редица)	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 13 от английски текст Стр. 40 от български текст
5,4	Минимална колимирана дебелина на получените срезове < 0,75 мм.	Минимална колимирана дебелина на получените срезове: 0,625 мм.	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 13 от английски текст Стр. 40 от български текст
5,5	Надлъжно покритие на детектора (z-направление) ≥ 18 мм/рота	Над мм/ гие на детектора (z-направление): 20	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 8 от английски текст Стр. 35 от български текст
5,6	Високо- 0% MTF зделителна способност: ≥ 15 lp/cm: (при	Вис lp/c на разделителна способност: 15,4 ITF)	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 16 от английски текст Стр. 43 от български текст

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

Зорница Спасова
24.06.2017г.

6	Скениране и реконструкция:		
6,1	Максимална скорост на ротация: да се посочи	Максимална скорост на ротация: 0.8 сек.	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 8 от английски текст Стр. 35 от български текст
	Възможност за избор на поне 2 размера полета на визуализация FoV) и обхват ≥ 50 см.	Възможност за избор на поне 2 размера полета на визуализация (FoV) и обхват 50 см.	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 18, 20 от английски текст Стр. 45, 47 от български текст
	Брой реконструирани срезове за ротация – 32 среза	Брой реконструирани срезове за ротация – 32 среза	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 13 от английски текст Стр. 40 от български текст
	Дебелина на реконструираните срезове < 1 мм	Дебелина на реконструираните срезове: 0,625 мм.	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 13 от английски текст Стр. 40 от български текст
	Матрица на реконструкция: 512 x 512	Матрица на реконструкция: 512 x 512	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 21 от английски текст Стр. 48 от български текст
	Матрица на визуализация: 1024 x 1024	Матрица на визуализация: 1024 x 1024	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 21 от английски текст Стр. 48 от български текст
6,7	Наличие на итеративна техника за реконструкция в конфигурацията на апарата, осигуряваща подобрение на ниско-контрастната резолюция и намаление на пациентната доза.	Наличие на итеративна техника за реконструкция в конфигурацията на апарата, осигуряваща подобрение на ниско-контрастната резолюция и намаление на пациентната доза - ASiR	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 3 от английски текст Стр. 30 от български текст
6,8	Скорост на реконструкция ≥ 15 образа/сек.	Скорост на реконструкция: 22 образа/сек.	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 21 от английски текст Стр. 48 от български текст
6,9	Непрекъснато спирално скенириране ≥ 100 сек.	Непрекъснато спирално скенириране 120 сек.	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 18 от английски текст Стр. 45 от български текст
7	Операторска конзола:		
7,1	Работна конзола с интуитивен, удобен за потребителя интерфейс, предлагаща интелигентен и надежден работен процес за получаване на данни, реконструкция на изображението и рутинна постобработка.	Работна конзола с интуитивен, удобен за потребителя интерфейс, предлагаща интелигентен и надежден работен процес за получаване на данни, реконструкция на изображението и рутинна постобработка	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 2 от английски текст Стр. 29 от български текст
7,2	Високо произ… …пютърна система с мин. 4-ядрен процесор	Високо произ… …ителна компютърна система с два 4-ядр… …а	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 13 от английски текст Стр. 40 от български текст
7,3	Оперативна п… … 8 GB	Опе… …г (RAM): 16 GB	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 13 от английски текст Стр. 40 от български текст
7,4	Плосък медиц… …р с размер ≥ 19“ (48cm) и резолюция ≥ …	2 бр… …дицински монитор с размер 19“ (48cm) и ре… …0x1024	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 14 от английски текст Стр. 41 от български текст

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

Зорница Спасова
27.06.2017г

7,5	Възможност за съхранение на не по-малко от 250 000 некомпресирани образа;	Възможност за съхранение на повече от 250 000 некомпресирани образа	ДА - № 2, Каталог на производителя Стр. 15 от английски текст Стр. 30 от български текст
7,6	CD/DVD записващо устройство	CD/DVD записващо устройство	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 14 от английски текст Стр. 41 от български текст
7,7	2.0 порт за трансфер на данни	Да , USB Connection	ДА - № 3, Каталог на производителя Стр. 27 от английски текст Стр. 62 от български текст
8	дартен софтуер на системата:		
8,1	ожност за лесна и интуитивна настройка на параметрите ениране	Да, Users Conventions	ДА - № 3, Каталог на производителя Стр. От 28 до 31 от английски текст Стр. От 63 до 66 от български текст
8,2	чие на специализирани педиатрични протоколи	Наличие на специализирани педиатрични протоколи	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 4 от английски текст Стр. 31 от български текст
8,3	ожност за директна, органно-базирана настройка на границите за сканиране и реконструкция	Да, Localizer Tools	ДА - №3, Каталог на производителя Стр. От 32 до 34 от английски текст Стр. От 68 до 70 от български текст
8,4	Автоматична настройка големината на тока на рентгеновата тръба в реално време, в зависимост от анатомията на пациента, за постигане на оптимално качество на изображението при възможно най-ниска доза.	Да, Smart Dose – Opti Dose / 3D Dose Modulation Organ-Dose Modulation (ODM)	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 4, 10 от английски текст Стр. 31, 37 от български текст
8,5	3D MPR в реално време	Да, Direct MPR	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 8 от английски текст Стр. 35 от български текст
8,6	3D SSD (Surface Shaded Display)	Да, Volume Viewer/ Surface Shaded Mode	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 23 от английски текст Стр. 50 от български текст
8,7	Инструменти за измерване и оценка (размери, ъгли, площ, обем и др.)	Да, Routine Measurements	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 22 от английски текст Стр. 49 от български текст
8,8	Въвеждане на коментари и обозначения	Да, Image Annotation	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 22 от английски текст Стр. 49 от български текст
8,9	Обемни изчис	Viewer/ Volume Ana	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 23 от английски текст Стр. 50 от български текст
8,10	Инструменти з обработка на видео файлове	de/ Image Manipulati	ДА - №3, Каталог на производителя Стр. 35,36 от английски текст Стр. 71,72 от български текст

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

Зорница Спасова
27.06.2017г

1. да достави и предаде на Възложителя стоката на място, при условията и в сроковете уговорени в настоящия договор, във вид и количество, съгласно техническата си оферта, в оригинална опаковка, с ненарушена цялост;

2. да осигури за своя сметка транспорта, разтоварването, монтирането и пускането в експлоатация на стоката до местоизпълнението по договора;

3. да предостави цялата необходима документация на доставената медицинска апаратура и да съдейства за съгласуване на необходимите технологични проекти пред НЦРРЗ и АЯР, както и за узаконяване на апаратурата пред институциите НЦРРЗ и АЯР;

4. да монтира, пусне в експлоатация и осигури гаранционното поддържане на стоката, както и да обучи лицата, определени от Възложителя, за работа с нея.

5. да предаде на Възложителя всички технически документи, свързани с правилното функциониране на стоката като: инструкция за употреба, ръководство за ползване, техническо описание и др.

6. да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор;

7. да сключи договор/и за подизпълнение с посочения/те в офертата му подизпълнител/и в срок от 5 работни дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на Възложителя в 3-дневен срок /в приложимите случаи/.

(2) Изпълнителят има право:

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на задълженията си по договора.

2. да получи възнаграждението, уговорено в настоящия договор при добросъвестно изпълнение на задълженията си и приемане им от страна на Възложителя.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 5. (1) Възложителят е длъжен:

1. да заяви писмено стоката до 10 /десет/ календарни дни от подписване на настоящия договор;

тва ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора;

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

8,11	VRT (Volume Rendering Technique)	Да, Volume Viewer / Volume Rendering	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 23 от английски текст Стр. 50 от български текст
	КТ ангиография	Да, с използване на SmartPrep	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 9 от английски текст Стр. 36 от български текст
	Програма за динамично проследяване наситеността на контраста	Да, SmartPrep with Auto Trigger	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 9 от английски текст Стр. 36 от български текст
	Интерфейс за предаване на медицински снимки и информация, използвайки стандартна DICOM (DICOM Storage (Send/Receive), DICOM Query/Retrieve, DICOM print, DICOM Worklist (HIS/RIS), DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step), DICOM Storage Commitment, DICOM CD Viewer).	Да, пълна DICOM 3.0 съвместимост	ДА - №1, Каталог на производителя Стр. 27 от английски текст Стр. 54 от български текст
	Възможност за дистанционен сервизен достъп	Да, ILinq Option	ДА - №3, Каталог на производителя Стр. 37 от английски текст Стр. 73 от български текст
9	Самостоятелна работна станция		
9,1	Самостоятелна работна станция за разглеждане, оценка, обработка, обмен и съхранение на медицински образи от различни модалности.	Да, Самостоятелна работна станция AW Volume Share 7	ДА - №4, Каталог на производителя Стр. 1 от английски текст Стр. 8 от български текст
9,2	Възможност да се използва като самостоятелно устройство, независимо от компютърния томограф	Да, Volume Share 7 Standard Workstation	ДА - №4, Каталог на производителя Стр. 7 от английски текст Стр. 14 от български текст
9,3	Да позволява 2D и 3D обработка на образи, генерирани от КТ	Да, 2D и 3D обработка на образи, генерирани от КТ	ДА - №4, Каталог на производителя Стр. 3 от английски текст Стр. 10 от български текст
9,4	Инструменти за измерване и оценка (размери, ъгли, площ, обем и др.)	Да, Разширен пакет за измерване и оценка	ДА - №5, Каталог на производителя Стр. 2 от английски текст Стр. 4 от български текст
9,5	Представяне на 2D, MPR, MIP, MiniP, VRT	Да, Volume Viewer, 2D Viewer	ДА - №5, Каталог на производителя Стр. 2 от английски текст Стр. 4 от български текст ДА - №4, Каталог на производителя Стр. 3 от английски текст Стр. 10 от български текст
9,6	Обработка на изоб структури, 2D & 3 сегментация, 3D р	страняване на костни линии, интерактивна ка, Филмиране, Разшир	, Volume Viewer, Filmer, AutoBon alysis, Advanced tools, Cross-refere

essel

ДА - №1, Каталог на производителя
Стр. 23 от английски текст
Стр. 50 от български текст

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

Зорница Спасова
27.06.2017г.

	анализ на кръвоносни съдове. Пакет за количествен съдов анализ.		ДА - №4, Каталог на производителя Стр. 6 от английски текст Стр. 13 от български текст ДА - №5, Каталог на производителя Стр. 2 от английски текст Стр. 4 от български текст
	Компютърна система: - Оперативна памет (RAM) ≥ 16 GB - HDD: ≥ 500 GB - Оптично устройство – CD/DVD-RW - Плосък медицински монитор мин. 1бр с размер ≥ 19“ (48cm) и резолюция ≥ 1280x1024	Компютърна система: - Оперативна памет (RAM): 32 GB - HDD: 900 GB (1x 300GB + 2x300GB) - Оптично устройство – CD/DVD-RW - Плосък медицински монитор 2 бр с размер 19“ (48cm) и резолюция 1280x1024	ДА - №4, Каталог на производителя Стр. 7 от английски текст Стр. 14 от български текст
II.	Специализирана система за съвременна ултразвукова диагностика		
1.	Изисквания към образните и клинични възможности:		
1.1.	Режими на работа: В режим, М – режим, Цветен М-режим, Цветен Доплер, Мощен Доплер, Дирекционален Мощен Доплер, Пулсов Доплер с HPRF Доплер; Триплекс в реално време	Да, В режим, М – режим, Цветен М-режим, Цветен Доплер, Мощен Доплер, Дирекционален Мощен Доплер, Пулсов Доплер с HPRF Доплер; Триплекс в реално време	ДА - №6, Каталог на производителя Стр. 2 от английски текст Стр. 13 от български текст
1.2.	Тъканно хармонично изобразяване с кодирана фазова инверсия на всички оферирани сонди	Да, Coded Harmonic Imaging - Тъканно хармонично изобразяване с кодирана фазова инверсия на всички оферирани сонди	ДА - №6, Каталог на производителя Стр. 6 от английски текст Стр. 17 от български текст
1.3.	Да притежава техника за редуциране на точкови артефакти, оптимизирайки реалните структури с висока резолюция, също и в пост обработка от извикан от архива образ - да е възможно регулиране на множество нива	Да, SRI HD - техника за редуциране на точкови артефакти, оптимизирайки реалните структури с висока резолюция, също и в пост обработка от извикан от архива образ има възможност за регулиране на множество нива	ДА - №6, Каталог на производителя Стр. 7 от английски текст Стр. 18 от български текст
1.4.	Мултипланарен синтезиран образ, получен от максимален брой различни равнини на сканиране (не по-малко от 7 различни ъгъла) в един образ в реално време, с ясно обособени гарници и висока контрастна резолюция. Да е възможен избор на не по-малко от 3 различни нива на комбиниране на лъчите. Функцията да е възможна в етен Доплер, Пулсов Доплер, с техниката за редуи ови артефакти и в комбинация с кодирани хармони нверсия.	Да, CrossXBeam - Мултипланарен синтезиран образ, получен от максимален брой (7) различни равнини на сканиране в един образ в реално време, с ясно обособени граници и висока контрастна резолюция. Възможен е избор на не по-малко от 3 различ бициране на лъчите. Функцията е възможн Цветен лсов Доплер, с техник раване на гефакти и в комбинаци с фазова инверсия.	ДА - №6, Каталог на производителя Стр. 7 от английски текст Стр. 18 от български текст
1.5.	Автоматична оп а образните параметри към сканираната анато на поне 3 нива на контрастната резолюция.	ptimization - Автомати ция на параметри към сканира я, избор на поне 3 нива на а	ДА - №6, Каталог на производителя Стр. 6 от английски текст Стр. 17 от български текст

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

Зорница Спасова
27.06.2017г.

	томатична спектрална оптимизация – адаптиране на исната линия, инвертиране, PRF и корекция на ъгъла	Да, Auto-Spectral optimize - Автоматична спектрална оптимизация – адаптиране на базисната линия, инвертиране, PRF и корекция на ъгъла	ДА - №6, Каталог на производителя Стр. 6 от английски текст Стр. 17 от български текст
	ксимална дълбочина на сканиране, визуализирана на екрана – по-малка от 33 см.	Да, Максимална дълбочина на сканиране, визуализирана на екрана - 33 см.	ДА - №6, Каталог на производителя Стр. 5 от английски текст Стр. 16 от български текст
	личие на готови потребителски шаблони за рапорт и здаване на собствени такива.	Да, Налични са готови потребителски шаблони за рапорт, има възможност и за създаване на собствени такива	ДА - №6, Каталог на производителя Стр. 2 от английски текст Стр. 13 от български текст
	здаване на собствен потребителски профил с индивидуални стартови настройки за сканиране.	Да, Апарата притежава възможност за създаване на собствен потребителски профил с индивидуални стартови настройки за сканиране	ДА - №6, Каталог на производителя Стр. 4 от английски текст Стр. 15 от български текст
1.10.	Възможност за надграждане с вграден обучителен модул, подпомагащ с графична визуализациия основните техники на сканиране – схематично с клиничен образ.	Да, Scan coach – апарата може да бъде надграден с обучителен модул, подпомагащ с графична визуализациия основните техники на сканиране – схематично с клиничен образ.	ДА - №6, Каталог на производителя Стр. 6 от английски текст Стр. 17 от български текст
1.11.	Да притежава вграден пациентен архив, позволяващ архивиране с последваща постобработка на пациентитните данни, образи и клипове.	Да, апарата притежава вграден пациентен архив, позволяващ архивиране с последваща постобработка на пациентитните данни, образи и клипове.	ДА - №6, Каталог на производителя Стр. 4 от английски текст Стр. 15 от български текст
1.12.	Да притежава вградени калкулационни пакети, позволяващи автоматично изчисление, рапорт и анализ на абдоминални, урологични, бъбречни, съдови, кардиологични, гинекологични и акушерски изследвания.	Да, апарата разполага с вградени калкулационни пакети, позволяващи автоматично изчисление, рапорт и анализ на абдоминални, урологични, бъбречни, съдови, кардиологични, гинекологични и акушерски изследвания.	ДА - №6, Каталог на производителя Стр. 2,8,10 от английски текст Стр. 13, 19,20 от български текст
1.13.	Възможност за надграждане с 3 D режим.	Да, апарата разполага с възможност за надграждане с 3 D режим	ДА - №6, Каталог на производителя Стр. 6 от английски текст Стр. 17 от български текст
2.	Изисквания към конзолата:		
2.1.	Ергономична и лека конзола, тип лаптоп, с общо тегло не по-голямо от 6 кг.	Да, ергономична конзола с тегло 6кг.	ДА - №6, Каталог на производителя Стр. 2 от английски текст Стр. 13 от български текст
2.2.	Вграден LCD мони мин. 15”	Да, Вграден LCD монитор с разр 15”	ДА - №6, Каталог на производителя Стр. 2 от английски текст Стр. 13 от български текст
2.3.	Да притежава не два стандартни кон трансдюсери.	Да, разполага с два стандартни к трансдюсери.	ДА - №6, Каталог на производителя Стр. 2 от английски текст Стр. 13 от български текст
2.4.	Възможност за на сервизна подд разрешаване на ди в ехографа	Да, InSite ExC - Възможност за д поддръжка с разрешаване на дир сервизна в ехографа	ДА - №6, Каталог на производителя Стр. 4 от английски текст

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

Зорница Спасова
27.06.2017г

			Стр. 15 от български текст
3.	Окомплектовка на ехографа с трансдюсери:		
3.1.	Конвексен трансдюсер с минимален честотен диапазон: 2-5 MHz; Приложение: трансабдоминално	4C -RS - Конвексен трансдюсер с честотен диапазон: 2-5 MHz; Приложение: трансабдоминално	ДА - №6, Каталог на производителя Стр. 9 от английски текст Стр. 20 от български текст
3.2.	Линеен трансдюсер с минимален честотен диапазон: 4-13 MHz; Приложение: малки части; повърхностни структури.	L6-12 – RS - Линеен трансдюсер с честотен диапазон: 4-13 MHz; Приложение: малки части; повърхностни структури	ДА - №6, Каталог на производителя Стр. 9 от английски текст Стр. 20 от български текст

Зорница Спасова
27.06.2014 г.

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП